

北京中医药大学孙思邈医院中医药传承创新示范试点第二批医疗设备项目中标（成交）明细

陕西省采购招标有限责任公司受北京中医药大学孙思邈医院委托，采用公开招标进行采购中医药传承创新示范试点第二批医疗设备项目（项目编码：**SCZE2024-ZB-2663-001**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（北京中医药大学孙思邈医院中医药传承创新示范试点第二批医疗设备（第一包））

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西骁宏医疗器械有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： **2,095,880.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价
-----	------	------	------	----	-------	----	-------	----	----	----

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价
1-1	其他医疗设备	心电图监护仪	规格型号：epM12 1.通过国家Ⅲ类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。配置提手,方便移动。 2.12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，10通道波形显示。 3.屏幕电容屏。 4.宽视角显示屏，支持≥170。可视范围。 5.内置锂电池，插槽式设计，锂电池支持监护仪工作时间4小时。 6.安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 7.监护仪设计使用年限10年。 8.USB接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备 10.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂40种 监测参数 13.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。 14.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。 15.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s 16.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 17.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 18.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 19.心电支持3个分析导联实时动态同步分析 20.支持升级12导心电监护和12导静息分析。 21.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 22.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300 23.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 24.提供手动，自动，连续、序列和整点等5种测量模式，提供24小时血压统计结果。 25.提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm。 26.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmH。 27.支持升级2通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。 28.提供双通道体温和温差参数的监测，并可根据需要更改体温通道标名。 系统功能： 29.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能， 30.具有图形化技术报警指示功能。 31.支持1000条事件回顾。每条报警事件能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 32.支持1000组NIBP测量结果，可选配升级为高容量存储卡，支持3000组NIBP测量。 33.支持120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 34.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。 35.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。 36.支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、SpO2、RR 等参数的报警限建议。 37.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，提供10个预设组合报警，并允许自定义10个组合报警。 38.支持RJ45接口进行有线网络通信，可联网通信到中心监护系统。 39.支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式，可选隐私模式。 40.提供计时器功能，界面区提供设置4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 41.可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。 42.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能 43.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。 44.提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动 45.支持带ABD事件的呼吸氧合界面。 46.支持选配房颤概览功能，可显示当前病人持续 30 秒的房颤事件的统计信息和生命体征参数趋势。 47.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出。 48.可升级内置记录仪。 49.支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。 50.支持2.4G/5G无线WiFi。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳市	34,000.00	2.00	台	68,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价
1-2	其他医疗设备	除颤仪	规格型号：BeneHeart D60 1、整机（1）防固体颗粒进入等级：≥IP5X（2）防液体进入等级：≥IPX5（3）具有手动除颤、监护、AED功能（4）拥有开机自检功能 2、显示（1）彩色液晶显示器，屏幕≥9英寸，像素≥1200×1020（2）可显示≥7通道波形（3）心电波形显示时间≥36s 3、电池（1）配置可充电免维护电池（2）关机状态充电至90%≤3小时；充电至100%≤4小时（3）监护时间≥13h，360J能量除颤次数≥220次（4）有电池容量计，可用于快速评估电池电量 4、记录（1）记录方式：高分辨率热敏点阵打印（2）记录通道：最大可同时输出≥6道波形（3）走纸速度：25 mm/s±5（4）记录纸宽：110 mm 5、除颤要求（1）除颤模式：手动除颤、同步除颤和AED除颤（2）除颤波形：双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿（3）体外除颤能量选择范围包括但不限于：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/150/170/200/300/360J（4）体内除颤能量选择范围包括但不限于：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50J（5）本地同步放电延时≤60ms（自R波尖峰起）（6）可通过体外电极板进行能量选择 6、AED除颤要求（1）输出能量用户可设置（2）电击能量：100～360J或更宽范围（3）电击次数：1，2，3次或更多可选 7、监护要求（1）可实现3/5导联ECG参数测量、RESP参数监测（2）可升级SpO2、TEMP、PR、NIBP、IBP、起搏、旁流/微流EtCO2等监测功能 8、报警（1）提供高、中、低三种报警级别（2）报警类型：生理报警、技术报警；可提供生理报警栓锁或非栓锁功能（3）报警指示：独立的双色报警指示灯 9、数据管理（1）病人档案：≥200份（2）事件记录：单个病人可记录≥1000条事件（3）波形存储：≥120小时连续ECG波形存储（4）趋势表：≥200小时全参数回顾（分辨率：≤1 min）（5）数据导出：可通过U盘将数据导出	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳市	68,000.00	1.00	台	68,000.00
1-3	其他医疗设备	心电图机	规格型号：SE-1200Pro 2.1ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 导联选择：手动和自动可选 输入阻抗：100MΩ（10Hz） 频率响应：0.01Hz～500Hz 定标电压：1mV±1% 耐极化电压：±960mV（±5%） 内部噪声：≤12.5μVp-p 时间常数：≥5s 共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭） 输入电流：≤0.01μA 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 中文输入及中文操作提示和中文报告语言 波形处理：3.1A/D转换：≥24bit 采样率64kHz，每导联 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV±5% 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 存储器 4.1设备内置存储器，存储病历10000例 8英寸彩色液晶显示屏，8度倾斜，支持显示背景网格 显示信息：同屏显示12导同步心电波形 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 热敏式点阵打印机 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度包括但不限于：210mm规格 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 直接功能键和标准键盘，具有性别、年龄组快速切换键 可准确判定接触不良的电极并予以指示 拥有自动测量功能和自动诊断功能 手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择 5R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出 自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告 具有长时间波形冻结功能 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印 可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传	深圳邦精密仪器股份有限公司	深圳邦精密仪器股份有限公司	深圳市	25,000.00	1.00	台	25,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价
1-4	其他医疗设备	简易呼吸气囊	规格型号：SI型 成人型 PVC+硅胶合成材料	厦门天祚医疗科技有限公司	厦门天祚医疗科技有限公司	厦门市	600.00	1.00	个	600.00
1-5	其他医疗设备	胰岛素泵	规格型号：PH300 防水：IPX8，可防溅水和一过性浸水 储药器容量：3ml 胰岛素选择：认20U,设置范围0-85UI 胰岛素输注精度：±5% 螺杆自动复位，自动计算所装药量 操作模式：4种 基础率设置范围和步长：0.0U/h—5.0U/h,步长 0.05U、0.1U增量 当前基础率倍率，0%-200%，以10%递增过递减，0-24小时 临基率范围：0%-250%（间隔10%） 安全防护设定：有自动锁键功能；密码保护的医生模式（可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量）。有方波输注方式；三餐预设功能；有大剂量向导功能 基础率分段：24段及48段	郑州瑞宇科技有限公司	郑州瑞宇科技有限公司	郑州市	22,500.00	10.00	台	225,000.00
1-6	其他医疗设备	敷贴式胰岛素泵	规格型号：MTM-A 1 胰岛素浓度:U-100，速效或常规短效 2 三餐大剂量输注方式包括但不限于:常规输注 / 方波输注 / 双波输注 3 基础量调节范围:0.05-30U / 小时或更宽范围，基础率步长：0.025U / 小时 4 大剂量调节范围:0.025-25U或更宽范围，≥3个预设值 5 大剂量计算器 :目前血糖值，目标血糖值，1U胰岛素所能负荷的碳水 化合物，胰岛素敏感因子，活性胰岛素，每餐进食碳水化合物量，负校正因子值 6 胰岛素自动分配功能:6段法，24段法 7 基础率分段:≥3种预设，最多可设置≥48段 8 临时基础率:1U / 小时、%和关闭三种设置方式，可记忆≥3组最近输入 9 胰岛素泵控制器:无线独立控制器 / 蓝牙连接 / 液晶显示屏 / 全中文 操作界面 / 智能手机操作式 / 可切换中、英文 / 显示剩余药量和剩余电量 10 胰岛素泵大剂量输注误差: ≤±5% 11 基础率输注误差≤0.5% 12 自检功能:双处理器相互检查 13 防水:胰岛素泵体≥IPX4防水标准，可防溅水 14 助针器:有，无痛进针 15 时间格式:12 / 24小时制 16 报警方式 :音频 / 震动 / 灯光 / 显示 17 安全系统 :最大餐前大剂量限制 / 最大日总量限制 / 每小时最大基础量限制 / 低药量报警 / 输注系统阻塞报警 / 低电量报警 / 泵故障报警 18 质保 :5年免费保修，终身维护。 19 键盘锁定功能:有，可防误操作	微泰医疗器械（杭州）股份有限公司	微泰医疗器械（杭州）股份有限公司	杭州市	22,500.00	10.00	台	225,000.00
1-7	其他医疗设备	电脑频治疗仪	规格型号：XYD-II 额定输入功率11VA 输出通道:六路输出,独立可调。输出波形:三种,连续波、断续波、疏密波。c 连续波:频率0.8Hz～100Hz分11档调节,允差±15%;脉冲宽度0.5ms±0.1ms 断续波:断续周期6s可调,允差±10%。疏密波:疏、密波变换周期6s可调,允差±10%。输出模式:毫针、皮肤两种。具有毫针和皮肤电极线误用提示功能 毫针电极输出强度:0～12V,允差±20%(负载阻抗2502)。皮肤电极输出强度:0～38V,允差±20%(负载阻抗5002)	河南翔宇医疗设备股份有限公司	河南翔宇医疗设备股份有限公司	河南省	17,400.00	2.00	台	34,800.00
1-8	其他医疗设备	足浴桶	规格型号：足浴桶 PP塑料材质，桶深25cm,上部内径43cm,两侧加宽把手，桶底带按摩点	河南金生堂生物科技有限公司	河南金生堂生物科技有限公司	河南省	60.00	30.00	个	1,800.00
1-9	其他医疗设备	观片灯	规格型号：双联 观片灯不使用时自动关闭光源 液晶显示屏，动态显示亮度数值（具有触感调节亮度功能） 观察屏幕表面无闪烁现象,液晶屏亮度：0-4500cd/m2（可调） 散射≥0.9 均匀照明系数≥90% 液晶屏色温：10000K 观察灯能在一秒内发光，无闪烁现象，无异常响声，无延迟现象 观片面积≥0.4m²	潮州顺兴发医疗科技有限公司	潮州顺兴发医疗科技有限公司	潮州市	1,780.00	1.00	台	1,780.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价
1-10	其他医疗设备	注射泵	规格型号：Bene FVsp1 用于医院内对患者进行恒速静脉输注药液时使用 防护类型：CFI、IEC60601-1-2/YY0505 注射过程中，运行界面右下角实时显示病人端压力变化，便于尽早发现注射管路阻塞，避免并发症的发生 阻塞压力报警阈值3档可调 当发生阻塞时，设备会停止注射，同时触发阻塞报警。触发报警后，电机倒转，释放管路压力。防止在解除阻塞后给病人造成的额外冲击剂量 具有防虹吸设计，防止药液在暂停期间任意流出 精度误差≤±2% 具有快速启动功能 具有在线滴定功能，在输液过程中可直接修改输液速度，安全不中断输液而更改速率 速率范围：0.1-1500ml/h 递增：0.1ml/h 预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml 预置时间范围：00:00:05-99:59:50h:m:s或更宽范 具有紧固件设计，可固定在输液支架上 KVO：0.5ml/h； 自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml 屏幕2.5英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落； 中级报警信息：系统异常、待机时间结束； 低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效； 电池工作时间≥6小时@5ml/h，可升级至≥12小时@5ml/h RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接	深圳迈瑞科技有限公司	深圳迈瑞科技有限公司	深圳市	4,800.00	2.00	台	9,600.00
1-11	其他医疗设备	血糖仪	规格型号：305A 微量采血、免调码插条即插即用、自动虹吸	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	江苏省	300.00	6.00	台	1,800.00
1-12	其他医疗设备	电子血压计	规格型号：YE610E 智能加压、血压偏高提示、AAMI标准、示波测定、测定压力范围：0mmHg-300mmHg；测量精度±5mmHg；臂围25-32cm	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	江苏省	300.00	5.00	台	1,500.00
1-13	其他医疗设备	移动DR	规格型号：M50-1A 核心部件包含平板探测器、球管、高压发生器智能加压、血压偏高提示、AAMI标准、示波测定、测定压力范围：0mmHg-300mmHg；测量精度±5mmHg；臂围25-32cm 最大输出功率：50kW X射线最大管电压：125kV X射线最大管电流：500mA 最大电流时间积：400mAs 最短曝光时间：1ms 最长曝光时间：10s 旋转阳极球管 大焦点尺寸：1.3mm，小焦点尺寸：0.6mm 球管热容量：300kHU 探测器成像介质：非晶硅整版非拼接 探测器有效成像区域：430mm*430mm 像素矩阵：4267×4267 探测器检测单元尺寸：100μm 空间分辨率：≥5.01p/mm 动态范围：16bit 探测器防护等级：IP56 机械臂结构：关节折臂式结构 整机无外露电缆设计 最大焦点高度：200cm 运动助力方式：电动助力 曝光控制：无线曝光功能，延时曝光功能，有线曝光功能，可视化曝光功能 配备防碰撞保护装置 具有充电状态和低电量提示功能 可实现原地旋转 可在机头实现点动和微动功能 旋转角度：±180° 具备激光测距功能 基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站 显示器尺寸：15英寸触摸屏显示器 具备 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面 具备 具备调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、图像插值 具备边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段 打印胶片上可显示摄影曝光kV、mA、mAs等设置条件参数 图像采集工作站应支持分格打印输出 支持无损压缩的高速传输 支持在线解压 支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST 不同患者图像可打印在同一张胶片上	北京万东医疗科技股份有限公司	北京万东医疗科技股份有限公司	北京市	1,400,000.00	1.00	台	1,400,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价
1-14	核医学诊断设备	2-8℃医用冷藏冰箱（双开门）	规格型号：HYC-1031GD 立式；有效容积1031L 箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃ 风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃，设定温度默认5℃，用户可自主调整为4℃ 两个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度 12层可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间 三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、80%湿度下无凝露 玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露，避免不必要的加热，降低能耗，日能耗仅为2.4kwh 全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧 报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警） 进口品牌压缩机，12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音39dB，安全、节能、可靠 后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求 箱内设置4个照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用 产品标配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能 双锁结构 四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便	青岛	青岛海尔生物医疗股份有限公司	青岛市	33,000.00	1.00	台	33,000.00

二、合同包2 （北京中医药大学孙思邈医院中医药传承创新示范试点第二批医疗设备（第二包））

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西伊泰生物科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 407,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	其他医疗设备	尿液分析仪	UC-1800	优利特	桂林优利特医疗电子有限公司	桂林	150,000.00	1.00	台	150,000.00
2-2	其他医疗设备	全自动尿沉渣分析仪	UD-1320	优利特	桂林优利特医疗电子有限公司	桂林	105,000.00	1.00	台	105,000.00
2-3	其他医疗设备	血沉分析仪	BK-ESR40	博科	山东博科生物产业有限公司	山东	10,500.00	1.00	台	10,500.00
2-4	其他医疗设备	全自动酶标仪	BK-EL10B	博科	山东博冠生物技术有限公司	山东	21,000.00	1.00	台	21,000.00
2-5	其他医疗设备	全自动洗板机	BK-9622	高精	山东省高精生物诊断分析产业技术研究院有限公司	山东	20,500.00	1.00	台	20,500.00
2-6	其他医疗设备	96孔板混匀仪	BK-VX1800	智鑫	山东智鑫医疗科技有限公司	山东	2,500.00	1.00	台	2,500.00
2-7	其他医疗设备	电热恒温水浴箱	BK-W6	中翼	山东中翼消毒科技有限公司	山东	3,000.00	1.00	台	3,000.00
2-8	其他医疗设备	生物安全柜	BSC1600-II-A2	新华	山东新华医疗器械股份有限公司	山东	36,000.00	1.00	台	36,000.00
2-9	其他医疗设备	低速台式离心机	TDZ5-WS	湘仪	湖南湘仪实验室仪器开发有限公司	湖南	8,450.00	2.00	台	16,900.00
2-10	其他医疗设备	2-8℃医用冷藏冰箱（双开门）	HYC-1031GD	海尔	青岛海尔生物医疗股份有限公司	青岛	32,500.00	1.00	台	32,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-11	其他医疗设备	移液枪	dPette+	大龙	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	北京	350.00	20.00	把	7,000.00
2-12	其他医疗设备	移液枪	MiniPette	大龙	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	北京	1,050.00	2.00	把	2,100.00

陕西省采购招标有限责任公司
2024年12月12日