

# 招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：中医药事业传承创新发展示范试点中医医疗设备采购项目

采购项目编号：HRPD2025-0905Z

铜川市妇幼保健院

宏睿鹏达项目管理有限公司共同编制

2025年09月05日

# 第一章 投标邀请

宏睿鹏达项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受铜川市妇幼保健院委托，拟对中医药事业传承创新发展示范试点中医医疗设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**HRPD2025-0905Z**

二、采购项目名称：中医药事业传承创新发展示范试点中医医疗设备采购项目

三、招标项目简介

中医药事业传承创新发展示范试点中医医疗设备采购项目

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（铜川市妇幼保健院中医药事业传承创新发展示范试点中医医疗设备采购项目）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、主体资格证明文件：具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参与的提供其有效身份证明：具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参与的提供其有效身份证明。

2、法定代表人授权书：法定代表人授权书（附法定代表人及被授权人身份证复印件）（如法定代表人直接投标只须提交法定代表人身份证明并附身份证复印件）；

3、资质证书：供应商为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。

4、财务状况：提供2023或2024任一年度经审计的财务审计报告(2025年成立的公司提供成立后企业的资产负债表和利润表)，或提供投标文件递交截止之日三个月内基本存款账户开户银行开具的资信证明；

5、税收缴纳证明：提供2024年08月01日至今任意一个月的缴纳税收的证明材料,(依法免税的单位应提供相关证明材料)；

6、社保缴纳证明：提供2024年08月01日至今任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；

7、书面声明：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

8、信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

## 六、招标文件获取时间、方式及地址

(一) 招标文件获取时间：详见采购公告

(二) 在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

## 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

(一) 投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

(二) 投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

(三) 本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

## 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

## 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十、联系方式

**采购人：铜川市妇幼保健院**

地址：铜川市北关东街19号

邮编：727000

联系人：朱合明

联系电话：0919-4189330

**代理机构：宏睿鹏达项目管理有限公司**

地址：陕西省西安市雁塔区陕西省西安市雁塔区雁翔路99号博源科技广场C座西交一八九六孵化器2046号

邮编：710054

联系人：郭辰阳

联系电话：15399208767

**采购监督机构：铜川市财政局政府采购管理科**

联系人：郭老师

联系电话：0919-3281620

## 第二章 投标人须知

### 2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：1,030,700.00元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：代理服务费参照国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”文件、“发改办价格【2003】857号”文件和国家发展改革委“发改价格【2011】534号”文件规定计取；代理服务费不足5000元按照5000元收取，待确定成交人后3日内由成交人一次性支付给采购代理机构。</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p>
----	------	---

2.2总则

2.2.1适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件的最终解释权由铜川市妇幼保健院和宏睿鹏达项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由铜川市妇幼保健院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由宏睿鹏达项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是铜川市妇幼保健院。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是宏睿鹏达项目管理有限公司。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。
- 五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

- 一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
  - （一）投标邀请；
  - （二）投标人须知；
  - （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
  - （四）资格审查；
  - （五）评标办法；
  - （六）投标文件格式；
  - （七）拟签订采购合同文本。

- 二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

- 一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

## **2.4 投标文件**

### **2.4.1 投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

### **2.4.2 计量单位**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### **2.4.3 投标货币**

本次项目均以人民币报价。

### **2.4.4 知识产权**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

### **2.4.5 投标文件的组成**

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

### **2.4.6 投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### **2.4.7 投标报价（实质性要求）**

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

### **2.4.8 投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

### **2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招



标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### **2.4.10 投标文件的提交**

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### **2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）**

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### **2.5 开标、资格审查、评标和中标**

#### **2.5.1 开标及开标程序**

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### **2.5.2 查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### **2.5.3 资格审查**

详见招标文件第四章。

#### **2.5.4 评标**

详见招标文件第五章。

### **2.5.5中标通知书**

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

## **2.6签订及履行合同和验收**

### **2.6.1签订合同**

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

### **2.6.2合同分包和转包（实质性要求）**

#### **2.6.2.1合同分包**

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### **2.6.2.2合同转包**

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

### **2.6.3采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### **2.6.4履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

### **2.6.5履约验收方案**

采购包1：

符合功能特点和国家安全质量标准

### **2.6.6资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

## **2.7纪律要求**

### **2.7.1评标活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守

政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

### **2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）**

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### **2.8 询问、质疑和投诉**

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 宏睿鹏达项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由宏睿鹏达项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 宏睿鹏达项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本**1份**；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1份**（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1份**；

（四）委托代理人身份证复印件**1份**（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：郭辰阳

联系电话：**15399208767**

地址：陕西省铜川市耀州区祥瑞小区南门商铺**12号3楼**

邮编：**727100**

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

中医药事业传承创新发展示范试点中医医疗设备采购项目

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：1,030,700.00

采购包最高限价（元）：1,030,700.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	中医医疗设备	1.00	1,030,700.00	批	其他未列 明行业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：中医医疗设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
		序号	名称	技术参数	数量	单位

		1	颈腰椎牵引床	<p>1、电源电压：AC 220±22V，50Hz±1Hz。</p> <p>2、额定输入功率：85VA，允差±15%。</p> <p>3、牵引行程：0～200mm，允差±10mm。</p> <p>▲4、牵引方式：卧位颈椎牵引、腰椎牵引。</p> <p>卧位颈椎牵引力：0～200N，级差10N。</p> <p>腰椎牵引力：0～990N，级差10N。</p> <p>（提供加盖生产厂家公章的证明材料。）</p> <p>5、牵引总时间范围：0～99min，级差1min，允差±30s。</p> <p>6、持续牵引时间范围：0～9min，级差1min，允差±30s。</p> <p>▲7、间歇牵引时间范围：0～9min，级差1min，允差±30s。（提供加盖生产厂家公章的证明材料。）</p> <p>8、成角动作范围：0°～+30°，允差±2°，上身床面配有气动升降。</p> <p>9、腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃，超过45℃超温保护装置启动，避免烫伤患者。</p> <p>10、微电脑控制腰椎牵引。</p> <p>11、腰椎牵引模式≥8种。</p> <p>12、牵引力自动补偿功能。</p> <p>13、方案存储≥20种。</p> <p>14、多种安全设计：最大牵引力990N、患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键。</p> <p>15、具有开机自检功能。</p>	1	张
		2	中药熏蒸仪	<p>1、工作条件：</p> <p>a) 环境温度：5℃～40℃；</p> <p>b) 相对湿度：10%～80%；</p> <p>c) 大气压力：700hPa～1060hPa；</p> <p>d) 电源要求：AC 220V±10% 50Hz±2%；</p> <p>e) 输入功率：3000VA；</p>	3	台

			<p>2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现；</p> <p>3、容量：双缸设计<b>1800mL×2</b>；</p> <p>4、双喷头设计，两个通道可分别进行功能设置，配合双药缸可同时喷出<b>2</b>种不同的药物进行不同的治疗；</p> <p>5、超过安全气压（<b>&gt;0.08MPa</b>）减压阀动作；</p> <p>6、药液低于安全液位时（<b>&lt;200ml</b>），声音警报并自动停止工作，有效防止因为缺液、干烧导致的安全问题；</p> <p>7、治疗结束、预热达到设定温度时具有声音提示；</p> <p>8、高强度不锈钢材质的支架，不易折断，且可多方向可调活动，临床使用更为便利；</p> <p>9、防烫伤水汽隔离装置与回流式喷嘴腔，避免冷凝水随蒸汽一起排出喷嘴，避免烫伤病人；</p> <p>10、复合水箱需解决传统压力锅无法判断内部水量，易损坏的问题，大大降低管道堵塞的概率，避免喷气中的冷凝水烫伤病人和堵塞；</p> <p>11、预热及治疗功率<b>1、2、3、4</b> 档可调，其中<b>1</b> 档最小，<b>4</b> 档最大；</p> <p>12、预热设定温度为<b>50℃~90℃</b>可调，步长<b>1℃</b>，允差<b>±20%</b>；</p> <p>13、药液加热到<b>95℃</b>时间<b>≤15min</b>；</p> <p>14、当加热到气压<b>0.035MPa~0.08MPa</b>、药液温度达到<b>95℃</b>时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定；</p> <p>15、治疗时间<b>1~35min</b>可调，步长<b>1min</b>，误差<b>±5%</b>；</p> <p>16、在非治疗及预热状态可进行排液操作；</p>		
--	--	--	---	--	--

		3	内热针治疗仪	<p>1、工作时间设定：00.00min~60.00min；</p> <p>2、加热温度设置范围：38℃~60℃；</p> <p>3、开机、设置输入，工作结束具备有声提示；</p> <p>4、一键启动操作有效控制内热针的治疗温度，自动检测并屏显当前治疗温度；</p> <p>5、工作状态指示灯：工作状态采用灯光指示、20通道均可自动检测和识别内热针的工作是否正常；</p> <p>6、整机输出采用国际航空插座，一线5束，4组20路输出，更安全，更方便；</p> <p>7、镍铬材质内热针电热丝：高强度（能耐1000度高温、耐氧化、抗腐蚀）无磁性；</p> <p>8、针具针体材质为“医用304不锈钢”</p> <p>9、多种规格针具可选：分为重复使用针具和一次性针具</p> <p>10、适用范围：适用于医疗单位对颈、肩、腰、腿痛患者进行针灸治疗以及用于人体体表穴位不同深度的侵入式刺激以及供软组织损伤性病变和骨骼肌损伤性病变非直视下松解术用。</p>	1	台
		4	手关节训练仪	<p>以空气压力作为动力。</p> <p>1.▲具备用户资料建档功能，包含患者姓名、性别、年龄、临床诊断、偏瘫侧、利手、就诊类型、住院号、教育情况、开始训练时间、床号等。具有系统管理功能，不仅可以浏览所有病历列表信息，还可以添加、删除和修改患者病历信息；当选中某一患者病历时，可以通过病历、评估、训练、报告对其进行分模块管理。（提供加盖生产厂家公章的证明材料。）</p> <p>2.评估功能。通过传感器对手部力量进行评估测试。</p> <p>3.训练模式分为被动训练、主被动训练、主动训练、镜像训练共四种训练</p>	1	台



				<p>模式，每个模式下有多个训练项目。</p> <p>4.训练强度可调，可选择左右手。训练时间<b>5-30</b>分钟，任意可调。智能屈曲/伸展<b>10</b>档独立可调，范围时间<b>5~15</b>秒。</p> <p>5.镜像训练，健侧带动患侧训练，采用穿戴式数据手套，可完成多种动作训练。</p> <p>6.▲包括至少<b>12</b>个训练项目，包含整体控制（主动、被动、主被动）、对指训练（主动、被动）、剪刀石头布（主动、被动）、声控配对（被动）、打气球（主动）、双手镜像、家电用途（被动）、回家（镜像）。（提供加盖生产厂家公章的证明材料。）</p> <p>7.▲包含<b>7</b>种内置推荐训练方案，包括：主动训练方案、主被动训练方案、被动训练方案、镜像训练方案、低功能训练方案、中等功能训练方案、良好功能训练方案。（提供加盖生产厂家公章的证明材料。）</p> <p>8.▲训练系统内含图形认知训练游戏，将手功能训练与图形认知功能训练相结合，并支持语音交互。（提供加盖生产厂家公章的证明材料。）</p> <p>9.分指被动训练，可进行对指屈伸训练，可手指组合进行屈伸训练，可完成多种动作。</p> <p>10.语音声控模式，内置智能语音识别模块，实时采集并识别患者语音指令，执行相应动作，可进行言语训练和手功能康复训练。</p> <p>11.▲数据手套支持无线连接，方便患者使用。（提供加盖生产厂家公章的证明材料。）</p> <p>12.训练过程可展示每个训练项目的以下数据：方案名称/训练时长。</p> <p>13.▲训练报告模块：可以查看一段时间内用户不同训练方案的训练时间。（提供加盖生产厂家公章的证明材料）</p>		
--	--	--	--	--	--	--

			<p>。)</p> <p>14.支持触屏和按键操作。</p> <p>15.多种尺寸手套供选配；手套无缝拼接、抗菌材料。</p> <p>16.设计安全标准符合GB 9706.1-2020的规定；电磁兼容符合YY9706.102—2021 的规定；生物相容性符合GB/T 16886.1-2022、GB/T 16886.5-2017、GB/T 16886.10-2017。</p> <p>17.电气参数：适配器 输入90-264V AC~1.3A，输出12V-6.67A-80W。</p> <p>18.显示屏：10.1寸触摸屏 1024X600 像素，中文+图形导航。</p> <p>19.设备材质：ABS为主。设备尺寸：高273mm，宽276mm，深205mm。</p> <p>产品参数：</p> <p>1、运行速度范围 90°~150°/s；</p> <p>2、主机输出安全压力-80KPa~160KPa；</p> <p>3、康复手套四指活动范围 0°~270°，大拇指活动范围0°~180°；</p> <p>4、患者手长范围 8~22cm。</p>		
--	--	--	---	--	--

5	上下肢主被动运动 康复机	<p>1. 双电机设计, 供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练。</p> <p>2. 上肢训练工作臂可<math>\geq 180^\circ</math>旋转;</p> <p>3. 上肢训练器高度可调节: 0~150mm可调;</p> <p>4. 小腿支架长度可调: 可根据患者的小腿长选择最佳固定位置, 防止膝关节外倾;</p> <p>5. 显示屏: <math>\geq 8</math>英寸液晶显示屏, 屏幕可旋转, 角度可自由调节及锁定;</p> <p>6. <math>\geq</math>四种训练模式: 包括主、被动训练、助力训练、对称训练、等速训练等模式, 主动模式与被动模式可智能切换; (提供加盖生产厂家公章的证明材料。)</p> <p>7. <math>\blacktriangle</math>具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调节等功能, 痉挛识别灵敏度<math>\geq 10</math>级可调; (提供加盖生产厂家公章的证明材料。)</p> <p>8. 设备具有手动急停开关, 触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。</p> <p>9. 训练时间可调: <math>\geq 120</math>min可调;</p> <p>10. 速度调节范围: 被动运动中, 运动速度5~60r/min可调;</p> <p>11. 阻力等级: 主动模式与助力模式下, 电机阻力<math>\geq 24</math>档可调;</p> <p>12. 训练方向转换: 训练过程中, 具备方向转换功能, 满足不同方面的训练;</p> <p>13. 训练结果分析: 训练结束后, 系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据。</p>	1	台
---	-----------------	---	---	---

6	平行杠	<p>1.规格：330×90×80-109cm</p> <p>2.基本组成：是由底座、支柱、横杆扶手和矫正板构成,不锈钢扶手高度可调节。</p> <p>3.矫正板是采用木材经加工而成的。</p> <p>4.杠杆长330cm，器械宽可调范围35-75cm，杠杆直径<math>\phi</math>3.2cm，杠杆间距（最小值）<math>40\pm 5</math>cm。</p> <p>5.底座坡度<math>10^{\circ}\pm 5^{\circ}</math>底面与平板间隙<math>&lt; 3</math>cm。</p> <p>6.调节部位锁定装置，按调节范围能在任一位置可靠锁定并方便调节扶手，调节范围0-40cm，使用灵活。</p> <p>7.杠杆静荷载135kg。</p>	1	台
7	训练用阶梯	<p>1规格：332×80×122-152cm，双向</p> <p>2主体框架材质为型钢表面静电喷涂</p> <p>3扶手为不锈钢，相邻台阶距离分别为10cm、12cm；扶手杠调节范围0-20cm；扶手杠侧向额定载荷70kg；</p> <p>4稳固安全保证：扶手圆管直径<math>\Phi &gt; 30</math>mm，立柱圆管直径<math>\Phi &gt; 30</math>mm</p> <p>5扶手舒适度操控调节：400~800mm</p> <p>6阶梯额定载重<math>&gt; 200</math>kg</p> <p>7踏步表面为高强度多层板表面铺材质为优质地毯或皮革。</p>	1	架
8	四肢被动训练器	<p>绳索、拉环额定负载<math>\geq 50</math>kg。</p> <p>滑轮额定负载<math>\geq 100</math>kg。</p> <p>拉环行程<math>\geq 350</math>mm。</p> <p>规格：1600×700×1600mm。</p> <p>用途：用于帮助病肢进行被动训练，改善下肢关节活动范围和协调功能。</p>	1	台
9	多体位医用诊疗床	<p>1.材质：碳素结构钢、优质环保海绵、PU床面；</p> <p>2.参考规格(cm)：204×120×45；</p> <p>3.参考床面尺寸(长×宽)cm：204×120；</p> <p>4.最大安全载荷不小于200kg。</p>	1	张



10	特定电磁波治疗器	1.适用治疗板直径：166mm； 2.电源输入：AC 220V 50Hz； 3.功率：250VA； 4.支臂伸缩范围：0-78cm； 5.电源盒升降范围：0-60cm； 6.头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°； 7.波普范围：2μm-25μm； 8.定时范围：0-60分钟； 9.工作寿命：>2000小时。	1	台
11	儿童推拿床	1、规格：1600*650*650mm 2、床框采用50*30*1.2的优质碳钢矩管，机器人焊接成型； 3、床脚采用40*40*1.2优质矩管，床脚可拆卸，便于安装与运输并带防滑堵头，四脚采用矩管连接固定，稳定性能强。 4、床面材质采用高级蓝色人造革，经专业机构根据QB/T4341-2012试验方法检测，皮革大肠肝菌抗菌率≥99%、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%、白色念珠菌抗菌率≥99%； 5、内衬采用高密度海绵，海绵的回弹率≥57%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥180%，海绵密度≥40g/cm <sup>3</sup> 6、床板采用7层优质层板，使用更安全；	3	张

12	煎药机	<p>1、可视钢化耐高温玻璃桶，有刻度可准确的控制加水量；</p> <p>2、数码操控单窗显示，精密数控技术，控制精度高；</p> <p>3、常压煎煮功能，保留传统煎药方式；</p> <p>4、文武火可自动切换，可自由设置煎煮时间；</p> <p>5、具有预约功能，可设置预约时间；</p> <p>6、所有接触药品部位采用无毒、耐腐蚀、不吸附的稳定材料。</p> <p>7、煎药容积：≥7000mL、功率：1.4KW</p> <p>电压AC220V、重量不低于10kg。外形尺寸mm：390*360*480</p>	2	台
13	红外光灸治疗仪	<p>1、工作条件：</p> <p>a) 环境温度 5℃～40℃；</p> <p>b) 相对湿度 &lt;80%；</p> <p>c) 大气压范围 700hPa～1060hPa；</p> <p>d) 电源 AC220V 50Hz；</p> <p>2、10.1寸全触摸屏操作，界面简洁，人机界面友好，优化了临床使用的治疗效率；</p> <p>3、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；</p> <p>4、输出通道：双通道双治疗头输出；</p> <p>5、温度设定：30℃～60℃，每5℃可调；</p> <p>6、时间设定：1～60min，每1分钟可调；</p> <p>7、红外光波长范围 760nm～1000nm；</p> <p>8、光功率：≥8mw；</p> <p>9、有效辐照面：单个光源的照射面积≥40cm²；</p> <p>10、工作状态下噪声值≤ 60dB(A)；</p> <p>11、连续工作时间：≥4h；</p>	1	台
14	经颅磁刺激器	<p>1.结构：刺激发生器与液冷系统分体式设计；</p> <p>2.▲动态参数：治疗过程中具有实时调</p>	1	台

				<p>整刺激强度与刺激频率；（提供加盖生产厂家公章的证明材料。）</p> <p>3.管理功能：具有通过管理员账号操作权限分级控制；</p> <p>4.散热系统：主动液冷散热系统（非静态液冷或外循环液冷）；集成故障自动检测机制，冷却系统异常时自动切断磁场输出；</p> <p>5.▲网络互联能力：设备具有联网状态监测，可与 HIS 系统、康复管理平台等实现数据互通。（提供加盖生产厂家公章的证明材料。）</p> <p>6.磁场输出：</p> <p>6.1磁感应强度范围：1~6T之间可调，误差± 20%</p> <p>6.2脉冲宽度：≥120μs，误差 ±10 %；</p> <p>6.3脉冲上升时间：≥60μs，误差 ±10μs；</p> <p>6.4输出频率调节：0.1~100Hz 连续可调，≥1Hz步 长 为 1Hz；≤1Hz时可选步长为0.01Hz、0.1Hz。</p> <p>7.MEP：具有内置双通道MEP实时监测系统。</p> <p>8.硬件组件构成：标配 1台刺激发生器、1 套液冷系统、2 个刺激线圈、2 个刺激线圈支架、1 套 MEP模块等。</p> <p>9.交互界面：主机彩色触控显示屏≥ 10.1 寸，支持独立操作控制。</p> <p>10.显示设备：配备≥2 1 寸一体机电脑固定于台面上稳定防跌落。</p> <p>11.超温保护机制：当刺激线圈表面温度超过 41℃时，自动停止磁场输出。</p> <p>12.数据管理功能</p> <p>12.1.病例库：具有患者信息存储、导出及评估报告打印；</p> <p>12.2.方案自定义：具有临床编辑个性化治疗方案功能；</p> <p>12.3快速检索：可通过患者姓名 / 病历号查询信息，方案库支持关键词检</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>索、收藏置顶；</p> <p>12.4存储：支持患者基本信息、治疗方案及记录的实时查询、编辑与备份导出。</p> <p>13.设备应全面满足 YY/T 1474-2016《医疗器械 可用性工程对医疗器械的应用》标准要求。</p> <p>14.▲实时显示连接线圈的温度，显示精度可达0.1℃。（提供加盖生产厂家公章的证明材料。）</p> <p>15..刺激模式：支持单脉冲经颅磁刺激(single-pulse TMS,spTMS)、重复经颅磁刺激（repetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS）及爆发模式(theta burst stimulation ,TBS)等多种治疗模式切换。</p> <p>16.定位辅助功能：具有专业 3D 解剖图谱并支持自定义图片上传及放大查看，辅助精准靶点定位。</p> <p>17.外部接口兼容性：具有TTL 触发接口，支持兼容神经导航、肌电图、脑电图、机械臂等设备。</p> <p>18.冷却系统可视化：≥四档水位高度实时显示液位状态，可实时观测冷却液液位及线圈温度状态。</p> <p>19.▲预适应功能：具备≥3 档预适应强度调节档位，可降低患者对高强度刺激的应激反应，提升治疗顺应性。（提供加盖生产厂家公章的证明材料。）</p> <p>20.磁刺激可调参数至少包括：刺激频率、刺激强度、刺激个数、间歇时间等参数可完全独立调节，无强制关联；</p> <p>21.▲频率调制：具有≥五种刺激方式；（提供加盖生产厂家公章的证明材料。）</p> <p>22.▲刺激线圈和高压储能电容的使用次数：≥8500000次（提供加盖生产厂家公章的证明材料。）</p>		
--	--	--	--	--	--	--



15	治疗推车	<p>1、尺寸：L710*W410*H840mm±50</p> <p>2、立柱为优质不锈钢Φ25*1.2mm圆管焊接而成；</p> <p>3、台面采用≥1.0mm优质304不锈钢板制作；。</p> <p>4、不锈钢板料均采用激光切割设备下料，数控折弯设备折边成型，保证产品外表美观且无毛刺（提供激光切割设备和数控折弯设备购机发票）</p> <p>5、整体采用采用激光焊接技术，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，且无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，同时焊疤表面应波纹均匀；</p> <p>6、推车上、下台面三面护栏均采用优质304不锈钢圆管制作而成，能有效阻挡在推动过程中物品的滑出。</p> <p>7、推车配一个规格为290*350*117mm抽屉、一个旋转污物桶，方便存放东西；</p> <p>▲8、底部配4只3寸高级人造橡胶静音脚轮，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能；脚轮重金属可溶性铅含量≤90mg/kg、可溶性汞含量≤60mg/kg（依据:GB28481-2012，提供第三方检测报告）；</p>	2	辆
----	------	--	---	---

16	微波治疗仪	<p>1、间歇模式：可在患部断断续续地照射微波，和连续模式相比，即使平均功率一样，但能进行峰值功率更高的照射。</p> <p>2、圆型或鞍型应用器可自由组合。</p> <p>3、电源：AC 220V 50Hz</p> <p>4、输入功率：1350VA</p> <p>5、输出功率：125W×2，输出范围0-125W之间13级可调。</p> <p>6、▲治疗模式：连续、间歇（提供加盖生产厂家公章的证明材料。）</p> <p>7、采用间歇模式治疗时，持续辐射时间分为1□9级调节；暂停辐射时间分为0□9级调节。8、治疗时间：1～30分钟</p> <p>9、频率数：2450±50MHz</p> <p>10、输出通道：具有两个单独可控的输出通道。</p> <p>11、安全装置：安全功率输出保护装置，防止伤害性电波泄漏装置、自动断电保护装置，主机与输出线具有很好的屏蔽性。</p> <p>12、锁定功能：可设定所需的输出功率、治疗时间、辐射时间、暂停时间，将设定值锁定时，锁定指示灯应亮起，可防止误操作。</p> <p>13、设备使用时，非期望辐射低于行业标准。</p> <p>14、具备自动记忆功能。</p> <p>15、▲设备使用时无须额外屏蔽，无须额外预热。（提供加盖生产厂家公章的证明材料。）</p> <p>16、▲产品使用年限不低于8年。（提供加盖生产厂家公章的证明材料。）</p> <p>17、应用器支架伸缩距离0-24cm，随意悬停机械臂上下调节角度范围0-15°，横向调节角度范围0-360°。</p>	3	台
----	-------	---	---	---

17	中医检查床	1.材质：碳素结构钢、优质环保海绵、PU床面；有空 2.参考规格(cm)：190×75×60； 3.参考床面尺寸(长×宽)cm：190×75； 4.床面高度不大于60cm； 5.最大安全载荷不小于200kg； 6.配备不少于2个储物抽屉。	2	张
18	艾灸架	使用范围：1.8-8CM艾柱。 加厚硅胶套，双层保护网。 加厚耐高温防烫 4. 自由旋转调节 5. 支架随意增加，双重加固底座， 多功能使用全包围防烫 高密度双层接灰	3	个
19	督灸盒曲线形	孔数：翻盖二十孔凹槽款 长约:58.5厘米 宽约:20厘米 高度约:14.1厘米 使用范围：背部脊柱的督脉艾灸。	6	个
20	艾灸盒1孔（插艾柱）	产品尺寸： 带子长约：50CM柱子长约：9.5CM 上面长约：9.5CM 宽约：9.5CM 高约：8.5CM 下面约：长11CM 宽11CM	14	个
21	艾灸盒3孔（插艾柱）	产品尺寸： 带子长约：50CM柱子长约：9.5CM 上面长约：17.5CM 宽约：9.5CM 高约：8.5CM 下面约：长19CM 宽11CM	15	个
22	艾灸盒5孔（插艾柱）	孔数：五孔插艾柱。 长约：24CM 宽约：24CM 高约：14CM.	5	个
23	艾灸盒双孔	孔数：二孔。 长约:13.5厘米 宽约:8.5厘米 高度约:9厘米	5	个

		24	蜡疗包	<p>1、采用医用双重高分子材料袋体，确保产品密闭安全，以防蜡液渗漏，造成患者烫伤；</p> <p>2、标配高强度织物自粘式外套，适合身体各部位的使用；</p> <p>3、输入功率<math>\leq 140W</math>，能耗低，节能环保；</p> <p>4、首次使用加热时间不超过60min，使用后再次加热时间不超过20min；</p> <p>5、仪器加热储能达到稳态后，在熔化状态下的应用表面温度应为45℃~58℃；</p> <p>6、使用面表面温度不超过60℃；</p> <p>7、加热完成断电后，在实际使用状态下，使用面表面温度<math>\geq 45^{\circ}C</math>的时间不短于60min；</p> <p>8、产品平均无故障累计工作时间<math>\geq 500h</math>；</p> <p>9、两级温度保护方式，保证仪器安全使用；</p> <p>10、蜡袋充电完毕及充电线器无负载时，有声音报警提示；</p> <p>11、蜡袋使用过程中，承重可达30KG。</p>	5	个
		25	五行腰腹艾灸盒	<p>规格：15.3*22.8CM</p> <p>产品材质:优质木材</p> <p>适用产品:艾绒,艾柱</p> <p>适用范围:腰部,腹部</p>	6	盒
		26	柔性督脉灸具	<p>大号：70*30CM</p> <p>材质：木质，钢丝。</p> <p>适用于背部，腹部，长蛇灸，督脉灸，龙骨灸，隔姜蒜灸。</p>	6	个
<b>3.4商务要求</b> <b>3.4.1交货时间</b> 采购包1： 自合同签订之日起15日历日内完成						
<b>3.4.2交货地点</b> 采购包1： 铜川市妇幼保健院						
<b>3.4.3支付方式</b> 采购包1： 一次付清						

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 货物到达现场安装调试培训并验收合格后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

采购包1： 1.项目验收分初验和终验：初验：货物到达交货地点后，由采购人根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录。终验：所有货物(产品)完毕交货，对采购人进行总体培训，由成交单位提请采购人组织对项目整体进行验收，合格后签发《终验合格单》。2.验收依据及标准（1）合同文本及合同补充文件（条款）。（2）产品说明书或相关技术资料。（3）招标文件。（4）中标供应商的投标文件。（5）合同货物清单。（6）生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准等

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

质保期3年。（如中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保）。质保期内提供24小时服务，质保期间项目所含内容的一切质量问题及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。中标人承诺的质保期起始时间为自终验合格之日起。所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按采购约定的技术要求和规范。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。供应商还应为项目提供良好的售后服务，保证采购人在后续产品使用过程中能够获得更好的使用体验。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

采购包1：（1）按《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》中的相关条款和本项目合同约定执行。（2）未按合同要求提供产品和服务或不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对成交单位违约行为进行追究。

#### 3.5其他要求

1.本项目通过电子化交易系统协商，供应商需在电子化交易系统上传响应的文件。成交供应商领取中标（成交）通知书时，向采购代理机构提供一正两副纸质响应文件及电子版1份（签字盖章扫描PDF和word文档格式，U盘存储）。2.供应商应自协商文件递交截止时间起至磋商结束，保持在线状态。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 申请人关联关系书面声明.docx 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	主体资格证明文件	具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自 然人参与的 提供其有效身份证明；具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其 他组织的营业执照等证明文件，自然人参与的提供其 有效身份证明。	资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
2	法定代表人授权书	法定代表人授权书（附法定代表人及被授权人身份证复印件）（如法定代表人直接 投标只须提交 法定代表人身份证明并附身份证复印件）；	资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料

3	资质证书	供应商为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。	资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
4	财务状况	提供2023或2024任一年度经审计的财务审计报告(2025年成立的公司提供成立后 企业的资产负债表和利 润表)， 或提供投标文件递交截止之日前三个月内基本存款 账户开户银行开具的资信证明；	资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
5	税收缴纳证明	提供2024年08月01日至今任意一个月的缴纳税收的证明材料,(依法免税的单位应 提供相关证明材 料)；	资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
6	社保缴纳证明	提供2024年08月01日至今任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料（依法 不需要缴纳社会 保障资金的单位应提供相关证明材料）；	资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
7	书面声明	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；	具备履行合同所必须得设备和专业技术能力承诺书.docx 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
8	信用记录	供应商不得为“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）中列入失信被执行人 或重大税收违法案件当 事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止 参加政府采购活动 的供应商；	资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。



二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单

2	投标报价	投标报价是否超过预算或最高限价	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 商务应答表 标的清单 投标文件封面
3	交货期与质保期	交货期、质保期是否满足招标文件要求。	合同主要条款偏离表.docx 商务应答表 投标文件封面
4	响应文件的签署、盖章	响应文件签字、盖章是否满足招标文件要求	开标一览表 合同主要条款偏离表.docx 中小企业声明函 商务应答表 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 法定代表人授权书.docx 近年业绩的有关证明材料.docx 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 具备履行合同所必须得设备和专业技术能力承诺书.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 服务技术方案.docx 申请人关联关系书面声明.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件
5	投标有效期	投标有效期是否满足招标文件要求	投标函 投标文件封面
6	商务条款	与采购文件商务要求条款不一致或增加了采购人难以接受的条款。	合同主要条款偏离表.docx 商务应答表 投标文件封面

7	法律法规和实质性要求	是否符合法律法规和采购文件规定的其他实质性要求。	开标一览表 合同主要条款偏离表.docx 中小企业声明函 商务应答表 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 法定代表人授权书.docx 近年业绩的有关证明材料.docx 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 具备履行合同所必须得设备和专业技术能力承诺书.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 服务技术方案.docx 申请人关联关系书面声明.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件
---	------------	--------------------------	---

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

**5.4.3解释、澄清有关问题**

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### **5.4.4比较与评价**

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### **5.4.5复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### **5.4.6确定中标候选人名单**

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### **5.4.7编写评标报告**

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### **5.5评标争议处理规则**

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当

以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6 评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	技术指标	根据供应商提供所投产品的技术偏离表及相应的证明材料。基本分（30分）：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离计30分，“▲”参数每负偏离一项扣2分，未带标识参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。备注：“▲”参数必须提供佐证材料（包括但不限于产品彩页、检测报告、功能截图等），未提供佐证材料或提供的佐证材料低于招标要求时按负偏离处理。	30.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 服务技术方案.docx

设备选型方案	<p>供应商针对本项目提供具体可行的设备选型方案，包括但不限于：①所投产品型号、功能、技术规格等详细信息描述；②根据所投产品品牌与配置清单，设备配置先进、选型科学合理，从配置完整性、性能稳定性、兼容性、行业使用广泛性等方面描述（供应商须提供证明材料，包括但不限于所投设备产品临床使用优势、市场销售情况等）；③确保设备供应渠道正常、检验手续合法有效、无产权纠纷（供应商须提供证明材料，包括但不限于授权函、销售协议、代理协议等）。设备选型方案思路清晰、科学合理、可行性强、完全满足采购人。根据响应情况计<b>0-5分</b>。未提供不得分。</p>	5.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表 服务技术方案.docx
项目实施方案	<p>供应商针对本项目提供完整的项目实施方案。 内容包括：①保供方案（包括但不限于供货计划表、团队人员配置计划及车辆配送安排计划）；根据响应情况计<b>0-5分</b>。未提供不得分。 ②具有健全的产品安装、检测、调试、试运行及验收方案。根据响应情况计<b>0-5分</b>。未提供不得分。</p>	10.0000	主观	服务技术方案.docx
质量保证承诺	<p>供应商针对本项目提供质量保证承诺方案。 内容包括：①符合国家相关质量标准、通过国家法定检验注册，产品性能稳定；根据响应情况计<b>0-3分</b>。未提供不得分。 ②在产品使用、技术保障方面的承诺和保证措施。 根据响应情况计<b>0-3分</b>。未提供不得分。</p>	6.0000	主观	服务技术方案.docx

详细评审	应急预案	<p>供应商针对本项目提供完整的项目应急预案。内容包括：①设备故障及维修服务到场响应时限②其他应急突发状况处置措施（包括但不限于安装、实施、培训、维护维修等环节的紧急处理方案）。二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣本项目所采购设备种类等实际情况，内容科学合理。三、赋分依据（满分3分）</p> <p>①设备故障及维修服务到场响应时限每完全满足一个评审标准得0.5分，基本满足得0.3分，不满足得0分，满分1.5分；②其他应急突发状况处置措施每完全满足一个评审标准得0.5分，基本满足得0.3分，不满足得0分，满分1.5分，未提供不得分。</p>	3.0000	客观	服务技术方案.docx
	业绩	<p>提供自2022年9月1日至投标文件递交截止时间前（以合同签订时间为准）所投产品销售业绩（完整合同复印件）。每提供一份得1分，满分5分；注：投标文件中须提供完整有效的合同复印件；复印件加盖供应商公章。</p>	5.0000	客观	<p>服务技术方案.docx</p> <p>近年业绩的有关证明材料.docx</p>

售后服务方案	<p>供应商针对本项目提供完整的售后服务方案。内容包括：1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。赋分依据（满分5分）①售后服务保障体系每完全满足一个评审标准得0.5分，基本满足得0.3分，不满足得0分，满分1.5分；②提供售后服务承诺且符合实际需求每完全满足一个评审标准得0.5分，基本满足得0.3分，不满足得0分，满分1.5分，未提供不得分。说明：须提供相关的佐证材料，如售后服务机构工作场所的证明材料（包括但不限于：租房协议或产权证明材料，办公场所图片，售后服务机构专职人员名单及相关行业从业资历，本行业内的技术证书及相关证明材料等资料）。</p>	5.0000	客观	服务技术方案.docx
培训方案	<p>供应商针对本项目提供完整的培训方案。1、方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；3、方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。内容包括：①免费为使用单位培训操作维护人员；根据响应情况计0-3分。未提供不得分。②培训及现场服务方案。根据响应情况计0-3分。未提供不得分。</p>	6.0000	主观	服务技术方案.docx



价格分	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标评审价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(评标基准价 / 投标评审价)×100×价格权值。（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	--	---------	----	---------------

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

## 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 5.8定标

### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定**1**名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### 5.8.2定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
- 二、代理机构在评标结束之日起**2**个工作日内将评标报告送采购人。
- 三、采购人在收到评标报告后**5**个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。
- 四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

## 5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 法定代表人授权书.docx

详见附件: 分项报价表.docx

详见附件: 服务技术方案.docx

详见附件: 近年业绩的有关证明材料.docx

详见附件: 具备履行合同所必须得设备和专业技术能力承诺书.docx

详见附件: 申请人关联关系书面声明.docx

详见附件: 资格证明文件.docx

详见附件: 合同主要条款偏离表.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同条款及格式.docx

