

# 宝鸡市中心医院飞利浦血管造影机保修服务中标（成交）明细

受宝鸡市中心医院委托，采用进行采购飞利浦血管造影机保修服务（项目编码：**LDZB-250548**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（飞利浦血管造影机保修服务）

**1.1、中标（成交）供应商：陕西康玄电子科技有限公司**

**1.2、中标（成交）总价： 693000.00 元**

**1.3、中标（成交）标的明细：**

服务类

序号	品目名称	服务范围	服务要求	服务时间标准	总价(元)
1	飞利浦其他血管诊疗造影机服务维修服务	1、保修含Azurion7M20全保(包括探测器与球管)以及该主机配套的3D、IAR工作站的保修。2、供应商须提供设备管理服务，向采购人提供实时的设备维修保养数据和设备运行数据，供应商必须提供具体的技术说明和应用实例。3、关于血管机设备，供应商需向采购人提供服务期内设备状态、报修情况等。4、血管机设备运行记录：4.1客户通过登录提供的PRS查询血管机设备状态信息。4.2支持远程服务的记录查询。5、设备维修维护管理：5.1提供设备维护、维修的历史记录服务报告。5.2工程师的派工状态。	1、合同期间内，供应商提供一年一次的相关设备标准现场应用课堂培训。2、服务期内，全天候电话响应，响应时间≤2小时，工程师应在≤12小时到达现场(包括节假日)，开机率≥95%（全年按365日历日计），每延误1天，保修期顺延5天。3、遇质控检测，工程师须能够现场配合，提供技术服务支持。4、提供血管机远程监控和预警服务，提供相关硬件与软件配置说明及运行机制：4.1不间断远程监测设备系统运行状况。4.2远程监测设备运行环境温湿度信息，提供自动预警。4.3能通过远端服务器自动监测，24小时不间断监测设备运行健康状况(包含但不限于温湿度、球管、高压、探测器水冷、数据库系统等)、提供自动预警、主动预防型维护和维修方案。（须提供证明材料）4.4服务期内，每年提供设备定期保养≥4次(其中包含2次均为深度保养，能够对血管机设备做预防性维护及部件换新)，定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修，并提供符合原厂技术要求的保养报告。定期维护服务间隔进行，具体内容包括:(1)系统基本情况检查;(2)图像质量检查;(3)球管使用情况检查;(4)软件等。5、供应商须提供全新原装球管，且球管具有CFDA注册证；球管经过整机匹配性测试合格，提供测试报告；提供近一年内进口球管的报关单，以作证明。6、供应商具有全新进口原厂配套DSA探测器更换的能力。7、供应商经营范围必须要包含有独立完成DSA整机医疗设备维修、保养、装配、调试等企业资格。8、供应商必须在国内设有零备件仓库（提供佐证材料,如房产证或租赁合同等）。9、供应商配备有专职应用培训专家≥1人，能以现场和远程形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。10、供应商须具有经校正合格的专业维修工具、仪器，并提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件。11、供应商须具有相关专用工具和设备，并提供相应资料证明：11.1具有球管高压检测工具。11.2供应商工程师须具有静电防护工具1套和相应安全防护用品，保证服务过程的安全性。11.3供应商提供血管机专用无线装置，远端服务器实时自动监测标的设备温湿度实时曲线的软件及硬件，具备对标的设备的电气环境进行24小时实时监测能力。12、供应商维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂servicekey才能解决的设备故障。13、供应商提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FCO)能力的证明，保修期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。供应商软件服务须提供原厂授权。14、维修工程师电话应24小时保持畅通。15、维修中需更换的零配件均要求为原厂合法全新产品。16、供应商每年为采购人培训一名工程师，进行DSA相关技术正规学习，如遇特殊情况，无条件后延。	服务期限为三年。合同一年一签。	符合国家及行业标准。693,000.00