

宝鸡市中心医院消毒供应中心洁定品牌设备维保服务中标（成交）明细

受宝鸡市中心医院委托，采用进行采购消毒供应中心洁定品牌设备维保服务（项目编码：**LDZB-250237**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（消毒供应中心洁定品牌设备维保服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：西安海诚环境工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：**526000.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他中心卫生服务	46-4清洗消毒器（2台）、46-5清洗消毒器（2台）、HS6620灭菌器（4台）、S-363干燥柜（1台）	1、在陕西地区≥2名常驻工程师，并经过厂家技术培训、取得厂家维修授权； 2、所派工程师须具有中华人民共和国特种设备作业相关资质（提供证书）； 3、能及时获取并提供全套设备生产厂家系统软件硬件改版措施； 4、承担生产厂商在保修服务合同期限内的设备软件的更新服务； 5、提供全年接待报修。2小时内电话答复，24小时内到达现场维护； 6、为采购人提供在线技术支持； 7、承担对合同所指定的设备提供全部零配件、消耗品、易耗品更换； 8、承担维修、保养中所发生的全部人工、技术服务； 9、优先向采购人供应所需备件,并提供备件快递服务； 10、优先向采购人提供零配件供应和工程师的派工安排； 11、须提供区域内专用的常规零配件储备服务并提供清单； 12、定期为采购人提供设备操作及日常维护保养培训服务，≥2次/年； 13、所有保修设备开机率须≥95%，即每年停机≤13个工作日； 14、定期保养：每年提供≥4次定期巡检服务和≥1次设备全面维护保养服务； 15、每年对清洗消毒器及灭菌器进行设备性能验证并提供资料。清洗消毒器性能验证包括：腔体温度传感器校准及一个程序的空载热分布试验。灭菌器性能验证包括：腔体压力传感器及排放口温度传感器校准及P1灭菌程序一次空载一次满载的热穿透试验； 16、维保期内配件更换质保期自验收合格签字之日起≥12个月； 17、检验与验收：（1）如更换配件，须提供原厂配件及证明材料。（2）设备维修配件到货安装、调试完毕后，由服务商、工程师、院方共同验收，主要检查设备配件性能是否完好，设备性能是否正常。	12个月	符合国家标准	1.00	套	526,000.00	526,000.00