咸阳市中心医院设备采购合同

合同号：[2025]373号

项目名称：全高清数字内镜显像系统采购项目

甲　　方：咸阳市中心医院

乙　　方：陕西凯昕科技有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

甲　　方：咸阳市中心医院

乙　　方：陕西凯昕科技有限公司

甲方根据需求委托陕西省采购招标有限责任公司对咸阳市中心医院全高清数字内镜显像系统采购项目进行公开招标，项目编号为SCZD2025-ZB-2464-001，确定乙方陕西凯昕科技有限公司为中标单位。现依照中华人民共和国《民法典》、《招投标法》、招投标文件相关内容，签订本合同，双方共同信守。

一、经甲方同意按照以下条款购进乙方以下产品：（价格条件DDP，单位：人民币元）

序号	使用科室 招采名称	投标名称	注册证名称	规格型号	品牌	数量	质保时间	单价（元）	总价（元）
1	手术室 全高清数字内镜显像系统	摄像平台系统	内窥镜摄像设备	TC201+TC304	STORZ	1套	全套原厂质保3年	484000.00	484000.00
2		摄像头		TH121	STORZ	1套		441000.00	441000.00
3		LED冷光源系统	内窥镜用LED灯冷光源	TL400	STORZ	1套		110000.00	110000.00
4		医用监视器及底座	/	EX3242	艺卓	1套		52000.00	52000.00
5		10mm 腹腔镜	腹腔内窥镜	26003BRA	STORZ	2个		80000.00	160000.00
6		10mm 腹腔镜	腹腔内窥镜	26003BA	STORZ	3个		40000.00	120000.00
7		气腹肌	气腹机	UI400	STORZ	1套		105000.00	105000.00
8		多层专用腔镜台车	/	/	/	1台		4500.00	4500.00
9		消毒盒	/	/	/	5个		500.00	2500.00
10		键盘、鼠标、脚踏、激光打印机	/	/	/	1套		0.00	0.00
合同总价		大写：人民币壹佰肆拾柒万玖仟元整，小写：￥1479000.00元							

合同总价包括：完成本项目全部内容所需的全部费用，包括产品的供应费、运杂费（含保险）、转运费、吊安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其他相关费用。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

交货期（包含安装、调试）：合同签订后90个日历天内，逾期将按照本合同第六条约定执行。

二、设备运输、安装和验收

2.1 乙方应采取足以保护设备质量的包装方式，并采取适当防潮、防震、防锈等措施，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。确保设备安全运抵合同约定地点，由于包装不善、运输差错等所致设备损坏或零部件缺失，由乙方负责。

2.2 甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在7个日历天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.3 设备到货后，乙方应在接到甲方通知后，在甲方安装场地符合设备安装要求的条件下10个日历天内安装调试完成。

2.4 甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见招标文件)及医院设备验收制度下进行技术验收，验收合格后，参加验收人员在甲方《验收合格单》上签字确认。

2.5 若乙方提供设备在验收前存在功能性故障等问题，甲方有权延长验收期限，待确保设备功能完好、满足验收技术标准后，完成验收。

三、付款方式

3.1 合同总价款：人民币壹佰肆拾柒万玖仟元整（大写），￥1479000.00元（小写）。

3.2 支付方式：银行转账。

设备运抵甲方指定地点，完成安装、调试，并最终经甲方出具《验收合格单》确认验收合格后，乙方开具合同全额的发票。甲方在收到乙方发票及本合同第3.3条所列的全部结算资料后30个日历日内，一次性支付合同总价款。

3.3 结算方式：乙方持验收单，全额发票、合同复印件、中标通知书，与甲方结算。

四、设备维修

4.1 设备售后应由生产厂家指定的专业工程师进行维修。

4.2 维修与更换故障部件的期限为：设备出现故障时，接到电话后0.5小时内故障响应，2小时内到达现场，12小时内修复故障。若不能在规定时间内修复故障，须免费提供备用机供临床使用。

五、质量保证及售后服务

5.1 乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，设备生产日期与到货日期间隔时间不得超过6个月（进口设备不超过1年），如超过该期限，甲方有权认定该设备存在质量风险或缺陷，并可拒收或要求更换，乙方应在接到甲方通知后7个日历天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同约定，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

相应延长修补或更换件的质量保证期。

5.2 乙方承诺该设备质保期为3年，全套原厂质保，全部软件终生免费升级，质保期的期限应以甲乙双方的验收合格（由甲方使用部门及医学装备科共同签署意见）之日起计算，质保期内免费更换设备或免费维修、更换零配件，乙方应提供质保期内≥4次/年巡检，≥2次/年维保，并提供报告。每次维护保养记录都应在甲方医学装备科进行备案登记。超出质保期后，乙方承诺继续提供设备售后技术服务支持，软件升级服务，如设备出现故障，乙方承诺只收取成本费用，并不得低于国家标准。

5.3 乙方承诺提供维修指南、维修专用工具、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料和信息。

5.4 乙方承诺提供该设备非标的电源连接线及其他外接转换口。

5.5 如设备故障20个日历天内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的费用由乙方承担。

5.6 质保期内，每次故障维修及保养后，乙方必须提供维修保养记录，经与使用科室双方签字确认无异议后，提交至甲方医学装备科备案登记。乙方维修人员在故障维修期间必须遵守医院院内安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物等相关规定，否则一切后果自负。

5.7 乙方应承诺所提供的设备、备件、零配件的来源为原厂全新（即未使用过的、与原厂一致，保障整机运行达到原厂标准），并根据甲方要求提供相关证明材料，否则甲方有权拒绝接收。

5.8 应用培训：设备安装后，设备厂家安排专业临床应用工程师到现场进行设备调试及临床应用培训等服务，直到临床科室能够熟练操作设备为止；此外，提供定期常态化培训服务。

六、索赔条款

6.1 如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行处理：

6.1.1 同意甲方退货，并将全额货款偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

6.1.2 按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值。

6.1.3 调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同约定的规格，质量和性能，乙方承担因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

6.2 在履行合同过程中，若乙方遇到可能妨碍按时交货或提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后，可酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金（每延误一周，赔偿费按延迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收，依次递增，直至交货或提供服务为止，误期时间最高限额为10周，误期赔偿费的最高限额为合同价的5%，超过此最高限额，甲方有权终止合同并要求乙方支付违约金）；若乙方未事先征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，甲方有权按违约终止合同。

6.3 乙方人员应严格遵守附件中廉洁承诺内容，若出现违反该承诺书内所述行为，甲方有权终止服务协议，乙方应同时承担由此给甲方带来的实际损失。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

6.4 乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权等的起诉，若第三方提出侵权指控，乙方应承担由此引起的一切法律责任和费用。

七、到货地点：咸阳市人民东路 78 号，甲方指定地点。

八、争议解决：

本合同在执行中，双方本着友好协商的原则解决争议，若不能协商解决，可提交至咸阳市渭城区人民法院进行处理。

九、本合同壹式肆份，以中文书就，甲方叁份，乙方壹份。具同等法律效力，经双方签字盖章，加盖骑缝章后生效。

十、合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

以下为空白页面

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

商务签署部分

甲方	（合同专用章） 法定代表人/委托代理人 （签名） 2025年12月27日	单位名称	咸阳市中心医院
		开票地址及电话	咸阳市人民东路78号 029-33288883
		纳税人识别号	126104004356319288
		开户行	工行咸阳市人民东路支行
		账号	2604020409026406316
		地址	
		电话	
		传真	
		邮编	
		联系人姓名	
		联系人手机	
		联系人Email	
乙方	（公章） 法定代表人/委托代理人 （签名）： 2025年12月27日	单位名称	陕西凯昕科技有限公司
		地址	陕西省西安市高新区秦岭大道创业园发展中心3号楼2单元20302-2室
		纳税人识别号	91610131MABR4QWM8K
		电话	029-89373447
		传真	
		户名	
		开户银行1	中国民生银行股份有限公司西安科技路支行
		帐　号1	636593978
		联系人姓名	陈彩丽
		联系人电话	18991839170
		联系人Email	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件一、分项报价表

分项报价表

项目名称：全高清数字内镜显像系统采购项目

报价人名称：陕西凯昕科技有限公司　　项目编号：SCZD2025-ZB-2464-001

项目编号：SCZD2025-ZB-2464-001

项目名称：全高清数字内镜显像系统采购项目

序号	产品名称	规格型号	制造厂家	数量	单价	小计	备注
1	摄像平台系统	TC201+TC304	卡尔史托斯公司 KARL STORZ SE&Co. KG	1套	484000.00	484000.00	
2	摄像头	TH121	卡尔史托斯公司 KARL STORZ SE&Co. KG	1套	441000.00	441000.00	
3	LED冷光源系统	TL400	卡尔史托斯公司 KARL STORZ SE&Co. KG	1套	110000.00	110000.00	
4	医用监视器及底座	EX3242	艺卓显像技术(苏州)有限公司	1套	52000.00	52000.00	
5	10mm腹腔镜	26003BRA	卡尔史托斯公司 KARL STORZ SE&Co. KG	2个	80000.00	160000.00	
6	10mm腹腔镜	26003BA	卡尔史托斯公司 KARL STORZ SE&Co. KG	3个	40000.00	120000.00	
7	气腹机	UI400	卡尔史托斯公司 KARL STORZ SE&Co. KG	1套	105000.00	105000.00	
8	多层专用腔镜台车	/	/	1台	4500.00	4500.00	
9	消毒盒	/	/	5个	500.00	2500.00	
10	键盘、鼠标、脚踏、激光打印机	/	/	1套	0.00	0.00	
合计：1479000.00元							

投标人（盖公章）：陕西凯昕科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日　　期：2025 年 12 月 15 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

设备相关信息

注册证名称	生产厂家国别	是否节能	是否节水	是否环保	供应商法人性别
摄像平台系统	德国	否	否	否	女
摄像头	德国	否	否	否	女
LED冷光源系统	德国	否	否	否	女
医用监视器及底座	江苏	否	否	否	女
10mm腹腔镜	德国	否	否	否	女
10mm腹腔镜	德国	否	否	否	女
气腹机	德国	否	否	否	女

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件二、设备技术参数文件和配置清单

4K 荧光技术参数

设备技术参数及配置：（▲号条款为设备主要技术条款）

一、总体要求：

1、整个系统能提供更精确的内镜图像以满足多科室腔镜手术的最佳治疗性能，要求可直接连接腹腔镜、宫腔镜、关节镜、尿内镜、脑室镜、电切镜等多镜种并均可达到 4K 超高清影像输出。

二、 技术参数：

1、超高清影像处理系统，1 套：

1.1、 图像常规输出：分辨率≥3840x2160 像素，向下兼容；

1.2、主机集成图文工作站功能，≥3 个 USB 接口，可术中记录 1920x1080 像素全高清录像及 3840x2160 像素超高清图片，预存病人信息，支持 U 盘、移动硬盘和打印机，即插即用；

▲1.3、 输出端口：DP 数字端口，12G-SDI 数字端口， DVI-D 数字端口；

▲1.4、主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面同屏对比显示；

1.5、兼容光学内镜、纤维软镜及电子内镜；

1.6、≥2 种纤维镜图像优化功能；

1.7、术野画面≥5 级亮度调节；

1.8、术野画面≥3 倍电子放大功能，7 级可调，具备自适应缩放功能；

1.9、术野画面≥3 种影像优化功能；

▲1.10、 ≥2 种光谱分析处理模式，可提高对血管及组织的辨识度，

▲1.11、支持单平台双镜联合，可同步连接两组不同内镜图像在同一显示器分屏显示；

1.12、术野画面可实现上下、左右及 180° 翻转功能；

1.13、电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护，可应用于心脏设备；

1.14、带总线控制接口，可通过摄像头操控手术设备：如气腹机，电子调光冷光源，可整合于一体化手术室实现设备功能集中控制。

2、4K 荧光超高清摄像头，1 件

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2.1、采集像素：摄像头像素≥3840 x 2160，逐行扫描；

2.2、可同时采集可见光波段及近红外波段

2.3、摄像头≥3 个按键可设置≥4 种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、FI 模式、FI 开关等；

▲2.4、重量≤270g；

▲2.5、摄像头可控制气腹机及冷光源；

2.6、术野画面放大功能，≥7 级可调，具备自适应缩放功能

2.7、电气安全：医用设备电气安全 CF-1 类，可应用于心脏设备

2.8、与主机同一品牌。

3、4K 医用液晶监视器，1 台：

3.1、规格：≥32 英寸（对角线）液晶面板；

3.2、可满足 4K 及 FHD 图像显示需求，分辨率≥3840×2160，色域 BT.2020；

3.3、输入信号：DP、12G-SDI、3G-SDI、DVI、HDMI；

3.4、输出信号：DP、12G-SDI、DVI；

4、LED 冷光源及导光束，1 套

▲4.1. 设备支持同时输出白光及近红外光/荧光，光源：LED；

4.2. LED 灯泡，寿命≥30000 小时；

▲4.3. 具有 AUTO 模式，可实现光源亮度自动调节；

4.4. 具有待机键，可一键开启或关闭照明；

4.5. 触摸面板设计，方便显示与控制；

4.6. 安全等级：CF 级，对电击防护程度高，漏电流控制严格，可用于心脏相关内窥镜手术；

4.7、与主机同一品牌。

5、气腹机及气腹管 数量：1 套

5.1、灌流速度≥40L /min；

5.2、具有高流量（成人）/低流量（儿童）两种灌流模式；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5.3、高集成性，可应用于一体化手术室系统；

5.4、自动压力调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题；

5.5、集成安全系统，可快速检测压力过高情况；

5.6、若在一定时间内（可自行设定 5-99 秒）无外部干预，系统自动报警；

5.7、与主机同一品牌。

6、设备台车　数量：1 台

6.1 用于摆放设备，可移动。

7、荧光腹腔镜及消毒盒 数量：2 件

7.1 镜体结构：超广角，无失真；

7.2 镜体成像角度:镜体成像角度 30°，直径 10mm，长度 30cm；

▲7.3 分辨率≥9 lp/mm；

7.4、支持白光及近红外光/荧光；

7.5 灭菌方法:可高温高压、浸泡、低温等离子灭菌方式；

7.6、与主机同一品牌。

8、白光腹腔镜及消毒盒 数量：3 件

8.1 镜体结构：超广角，无失真；

8.2 镜体成像角度:镜体成像角度 30°，直径 10mm，长度 30cm；

▲8.3 分辨率≥9 lp/mm；

8.4 灭菌方法:可高温高压、浸泡、低温等离子灭菌方式；

8.5 配备消毒盒叁个；

8.6、与主机同一品牌。

整机质保三年以上（4 小时内响应，24 小时内解决故障，如无法在 24 小时内解决，我司免费提供同样品牌、配置或更高配置的备品/备件保证院方正常使用至故障解除。）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

全数字 4K 影像平台腔镜系统配置

序号	产品名称	型号	数量
1. 全数字 4K 影像平台腔镜系统			
1.1	影像平台腔镜系统主机	TC201	1 套
1.2	影像平台腔镜系统模块	TC304	1 套
1.3	摄像头	TH121	1 套
1.4	32 寸医用监视器	EX3242	1 套
2. LED 医用冷光源			
2.1	LED 医用冷光源	TL400	1 套
2.2	脚踏	-	1 个
2.3	纤维导光束	495NCSC	2 根
3. 电子气腹机			
3.1	电子气腹机（	U1400	1 套
3.2	气腹机过滤器	-	2 盒
3.3	可重复使用气腹管	-	1 根
4. 4K 荧光腹腔镜			
4.1	30° 10mm 柱状晶体镜	26003BRA	2 个
5. 4K 腹腔镜			
5.1	30° 10mm 柱状镜体镜	26003BA	3 个
6. 台车、消毒盒			
6.1	国产定制台车	-	1 台
6.2	定制消毒盒	-	5 个
7. 其他			
7.1	键盘、鼠标、脚踏、激光打印机	-	1 套

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件三、耗材及备品报价清单

耗材及备品备件

我公司承诺所有易损易耗件更换或维修均为原厂配件，原厂维修；设备类故障期间提供维修备品保证院方正常手术开展；在上海及西安当地及全国多个分公司、办事处均设有备品库，已保证故障维修期间的备品及时供应，

易损易耗件清单：

序号	易损易耗件	品牌	单价（元）
1	495NCSC 号光束	KARL STORZ	13673
2	气腹管	KARL STORZ	13673
3	气体过滤器	KARL STORZ	8265

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件四、售后服务承诺

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

售后服务方案

一 售后服务范围及保障措施

为了更好地提供完善的售后服务，我们制定了以下售后服务方案，希望为贵方带来更优质的服务体验。

1. 服务范围：

为贵方提供医疗设备的正常使用维护、故障排除、培训等全方位的服务支持。提高客户满意度，确保设备的稳定运行和高效使用。

2. 售后服务时间：

在免费质保期内，承诺7×24小时，365天全年无休服务，24小时内工程师到达医院提供维保服务，每年4次设备巡检服务，并保证开机率在90%以上。

3. 售后服务措施：

质量保证期自采购人（或其授权代表）在验收报告上签署“验收合格”之日起计算；质量保证期内免费维修更换配件。

在质保期内，我司提供 7×24 小时即时投标服务，所有服务方式均为我司上门服务；在接到贵方故障通知后30分钟内电话响应。

若双方在电话中无法排障，在4小时内到达现场进行维护（节假日照常服务），提供应急策略，24小时内排除故障（如不能按时到场，贵方有权请有资质的维保单位进行维修，所需费用由我司承担）；如有需要返工或修复的情况，在贵方规定的时间内完成，由此产生的一切费用均由我司承担，不再向使用人收取费用。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

如果产品在质保期内发生故障，如现场24小时内不能解决问题，免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。否则由贵方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由我司承担。

4.其他售后服务响应

我司如有幸中标，承诺所提供产品为全新的、符合国家有关质量标准的产品；并完全符合合同规定的质量、规格要求，如遇版权纠纷，所造成的一切责任及经济损失均由我司负责；（不可抗力、人为损坏或操作不当除外）。

我司有能力履行招标文件中合同格式和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备品备件和其他技术服务的义务。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四 质保期内故障处理及保障措施

一、质保期年限

自产品安装之日起，卡尔史托斯自产设备及镜子质保叁年，非卡尔史托斯自产设备质保叁年；器械类自产品交付用户或者安装完成之日起叁个月；耗材不适用质保期。（由于用户不规范使用造成的产品损坏，卡尔史托斯不提供质保服务）

二、保修范围

本项目招标文件范围内所有货物及本项目由我公司或原厂提供的所有货物服务。

三、保修期内的维修响应时间

我司将设立专门的售后服务热线，确保医院科室在设备出现故障时能够迅速联系到我们。在质保期内，提供7×24小时即时服务。

四、质保期内服务措施

在接到采购人故障通知后30分钟内电话响应。若双方在电话中无法排障，在4小时内到达现场进行维护（节假日照常服务），提供应急策略，24小时内排除故障（如不能按时到场，采购单位有权请有资质的维保单位进行维修，所需费用由我公司承担）；如现场24小时内不能解决问题，免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。

五、质保期内维修方式

质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门保修即由我公司派员到用户设备使用现场维修。

六、质保期内收费标准

质量保证期内的上门保修，由产生的一切费用均由我公司承担。（非正常使用除外）。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

七、质保期内定期巡检与维护

1. 我们将定期派遣专业工程师到采购方处进行设备巡检，对设备的运行状况、安全性能等进行全面检查。

2. 在巡检过程中，如发现潜在问题或安全隐患，我司将及时进行处理，并提供相应的维护建议。

八、质保期内技术支持与培训

1. 我司将提供全面的技术支持，解答医院科室在设备使用过程中的疑难问题。

2. 根据医院科室的需求，我们将定期举办设备操作、维护和保养的培训课程，提高医护人员的操作水平和技能。

我司在质保期内服务旨在为医院科室提供全面、专业、及时的技术支持和售后。我司将秉承客户至上的原则，确保采购人在设备使用过程中的顺利和安心。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

五 质保期后故障处理及保障措施

一、设备故障维修

在质保期过后，我公司将继续提供及时、专业的设备故障维修服务，一旦设备出现故障，客户可通过电话、邮件或在线平台等方式联系我们的服务团队，我公司将迅速响应并安排专业工程师前往现场进行故障排查和维修，我公司的工程师都经过严格培训，具备丰富的维修经验，能够迅速定位并解决故障，确保设备恢复正常运行。

二、保养与性能检测

为了延长医疗设备的使用寿命和提高设备性能，我公司提供定期保养与性能检测服务，在质保期过后，我们会根据设备类型和使用情况，制定合理的保养计划和性能检测方案。通过定期对设备进行消洁、润滑、调整等操作，以及检测设备的各项性能指标，确保设备处于最佳工作状态。

三、备件供应与更换

在设备使用过程中，可能需要更换一些易损件或备件，我公司将提供及时、可靠的备件供应与更换服务。我公司备件库存储有丰富的备件种类和数量，能够快速响应客户的需求。同时，我公司还将提供备件更换的指导和培训，确保客户能够正确、安全地更换备件。

四、远程技术支持

为了更方便快捷地解决客户在使用过程中遇到的问题，我公司将提供远程技术支持服务。客户可通过在线平台或电话等方式，向我公司的技术支持团队寻求帮助。我公司的技术支持团队将根据客户的描述，远程诊断并解决问题，避免客户因小问题而等待现场维修的麻烦。

五、优惠服务

保质期结束后供方对设备提供终身维修服务并行定期维护和修理，更换零部件时只收取配件的成本费用。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件五、中标通知书

陕西省采购招标有限责任公司

中标通知书

陕西凯昕科技有限公司：

受采购人咸阳市中心医院委托，我公司代理的咸阳市中心医院全高清数字内镜显像系统采购项目（项目编号：SCZD2025-ZB-2464/001）采用公开招标采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评标，采购人确定贵单位为中标人。中标金额为：¥1479000.00 元（大写：壹佰肆拾柒万玖仟元整）。

请贵单位务必于本《中标通知书》发出之日起 25 日内，按照本项目招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

陕西省采购招标有限责任公司

2025 年 12 月 17 日

温馨提示：

根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）自主选择金融机构及其融资产品；凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。（政府采购监管部门业务咨询电话：029-33213484）。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件六

廉洁承诺书

咸阳市中心医院：

我公司向贵院郑重承诺依法经营，诚信经营，保证所供产品质量，保障流通秩序，杜绝医药购销中的商业贿赂。具体承诺内容如下：

1、保证做到经销的合法性。凡在贵院经销的医用产品保证做到符合国家相关法律法规的规定，保证质量，保证供应，保证优质服务，及时积极协助医院退货，防积压。

2、保证产品的资质证件、信息良好一致，符合医院要求。

3、所供耗材由意愿耗材采购员、库管员同时验收，再送到使用科室使用。

4、保证自觉遵守医院相关规定。

5、保证不私自邀请医务人员参加以产品宣传、学术讲座、会议、外出学习和参观等名义的各种商业活动；如有宣传活动、学术讲座、会议、外出学习和参观等活动均报医院医务处备案审批。

6、公司保证在医院规定的时间、地点报送产品资料。不在非接待时间、地点递交产品资料、介绍产品情况。

7、公司保证拒绝医院工作人员索要回扣、劳务费、差旅费、赞助费、新药推荐费等不正当要求，并立即向医院进行举报。

8、保证经销人员不以任何借口向医院工作人员赠送现金、有价证券和其他物品等或给予其他不正当利益。不向医院有关科室和个人提供任何形式的回扣或“统方费”、宣传费、开单提成等。

9、保证不干预、影响医院的购销工作及诊疗秩序。

10、保证积极配合医院对购销中有无商业贿赂的审查。

11、若医院发现我公司有以上行为，可终止购销协议并拒绝支付货款。

承诺单位（盖章）：陕西凯昕科技有限公司

法人/代表签字：

日　　期：2025.12.27

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App