咸阳市中心医院设备采购合同

合同号：[2025]208号

项目名称：移动式C形臂X射线机采购项目

甲　　方：咸阳市中心医院

乙　　方：西安曲江医械科技有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

甲　　方：　咸阳市中心医院

乙　　方：西安曲江医械科技有限公司

甲方根据需求委托开瑞项目管理有限公司对 咸阳市中心医院C形臂射线机采购项目 进行公开招标，项目编号【KRDL】K3-2505096 确定乙方西安曲江医械科技有限公司为中标人。现依照中华人民共和国《民法典》、《招投标法》、招投标文件相关内容，签定本合同，双方共同信守。

一、经甲方同意按照以下条款购进乙方以下产品：（价格条件 DDP，单位：人民币元）

序号	使用科室	招采名称	注册证名称	规格型号	品牌	数量	质保时间	单价（元）	总价（元）
1	骨三科	C形臂射线机	移动式C形臂X射线机	OEC One ASD	北京通用电气华伦医疗设备有限公司	1	整机原厂质保3年	943000.00	943000.00
合同总价		大写：人民币玖拾肆万叁仟元整　小写：￥943000.00（小写）							

合同总价包括：完成本项目全部内容所需的全部费用，包括产品的供应费、运杂费（含保险）、转运费、安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其他相关费用。

交货期（包含安装、调试）：合同签订后60个日历天内，逾期将按照第六条规定执行。

二、设备运输、安装和验收

2.1 乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

2.2 甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在 7 天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.3 设备到货后，乙方应在接到甲方通知后，在甲方安装场地符合设备安装要求的条件下10天内安装调试完成。

2.4 甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见招标文件)进行技术验收，验收合格后，参加验收人员在甲方《验收合格单》上签字确认。

三、付款方式

3.1 付款方式：

合同总价款：人民币玖拾肆万叁仟元整（大写），￥943000.00（小写）。

货到医院安装、调试完毕、验收合格后，经甲方验收合格后一个月内，一次性支付合同总金额。

3.2 支付方式：银行转账。

3.3 结算方式：乙方持验收单，全额发票、合同复印件、中标通知书，与甲方结算。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、设备维修

乙方负责设备的安装、调试及培训工作，培训内容包括日常操作要领和简单故障排除方法，培训结果应有所有应该参加培训的人员签字认可；售后由生产厂家指定的专业工程师进行维修。

维修与更换故障部件的期限为：设备出现故障时，接到电话后 0.5 小时内故障响应，2 小时内到达现场，故障排除时间不超过 12 小时。若不能在规定时间内修复故障，免费提供备用机供临床使用。

五、质量保证及售后服务

5.1 乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后 7 天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

5.2 乙方承诺该设备质保期为 3 年，整机原厂质保，全部软件提供终生免费升级服务，质保期的期限应以甲乙双方的验收合格（有医院使用部门及医学装备科共同签署意见）之日起计算，质保期内免费更换设备或免费维修、更换零配件，乙方应提供质保期内 4 次/年巡检，2 次/年维保，并提供报告。每次维护保养记录都应在医院医学装备科进行备案登记。超出质保期后，乙方承诺继续提供设备售后服务支持，如设备出现故障，乙方承诺只收取成本费用，并不得低于国家标准。

5.3 乙方承诺提供维修指南、维修专用工具、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料和信息。

5.4 如设备故障修复时长≥12h，乙方应及时提供备用机，满足临床需求；如设备故障 20 个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的费用由乙方承担。保修期结束后，乙方能够继续提供售后服务技术支持。

5.5 质保期内，每次故障维修及保养后，乙方必须提供维修保养记录，经与使用科室双方签字确认无异议后，提交至医院医学装备科备案登记。乙方维修人员在故障维修期间必须遵守医院院内安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物等相关规定，否则一切后果自负。

5.6 乙方应承诺所提供的设备、备件、零配件的来源为原厂全新（即未使用过的、与原厂一致，保障整机运行达到原厂标准），并根据甲方要求提供相关证明材料，否则医院有权拒绝接受。

5.7 为保证设备正常运行，乙方应在陕西区域内方便地点设置备件库，存入所有必须的备件。

5.8 应用培训：设备安装后，设备厂家安排专业临床应用工程师到现场进行设备调试及临床应用培训，直到科室使用医生能够熟练操作设备为止。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

六、索赔条款

6.1 如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行处理：

6.1.1 同意甲方退货，并将全额货款偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

6.1.2 按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值。

6.1.3 调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，乙方负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

6.2 在履行合同过程中，若乙方遇到可能妨碍按时交货或提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后，可酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金（每延误一周，赔偿费按延迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收，依次递增，直至交货或提供服务为止，误期赔偿费的最高限额不超过合同价的5%，超过此最高限额，甲方有权终止合同并要求乙方支付违约金）；若乙方未事先征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，甲方有权按违约终止合同。

6.3 乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权等的起诉。

七、到货地点：咸阳市人民东路78号，甲方指定地点。

八、争议解决：

本合同在执行中，双方本着友好协商的原则解决争议，若不能协商解决，可提交至咸阳市渭城区人民法院进行处理。

九、本合同壹式肆份，以中文书就，甲方叁份，乙方壹份。具同等法律效力，经双方签字盖章，加盖骑缝章后生效。

十、合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

以下为空白页面

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

商务签署部分

甲方	（合同专用章） 法定代表人/委托代理人 （签名）： 2021年9月6日	单位名称	咸阳市中心医院
		开票地址及电话	咸阳市人民东路78号029-33288883
		纳税人识别号	126104004356319288
		开户行	工行咸阳市人民东路支行
		账号	2604020409026406316
		地址	
		电话	
		传真	
		邮编	
		联系人姓名	
		联系人手机	
		联系人Email	
乙方	（公章） 法定代表人/委托代理人 （签名）： 2021年9月6日	单位名称	西安曲江医械科技有限公司
		地址	陕西省西安市曲江新区雁翔路3369号曲江创意谷文化产业园C座7层703室
		纳税人识别号	91610133MA7G9K9058
		电话	029-85239078
		传真	/
		户名	西安曲江医械科技有限公司
		开户银行1	中国建设银行股份有限公司西安长安路支行
		帐　号1	61050172001500003181
		联系人姓名	王园园
		联系人电话	19991027113
		联系人Email	861852665@qq.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件一、货物说明一览表

货物说明一览表

报价人名称：西安曲江医械科技有限公司　　项目编号：【KRDL】K3-2505096

项目名称：咸阳市中心医院移动式 C 形臂射线机采购项目

项目编号：【KRDL】K3-2505096

序号	名称	型号和规格	原产地及制造厂名	数量	单价（元）	总价（元）
1	移动式 C 形臂射线机	OEC One ASD	北京/北京通用电气华伦医疗设备有限公司	1	943000.00	943000.00
合计总价	（小写）：943000.00 元 （大写）：玖拾肆万叁仟元整					

说明：

1. 所有投标报价均含税，且用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2. 该表中包含供应商认为完成本项目所需的所有费用，合计总价应与开标一览表中响应总价金额一致。

供应商名称：西安曲江医械科技有限公司（盖章）

法定代表人或被授权人：王[illegible]（签字或盖章）

2025 年 08 月 05 日

设备相关信息

注册证名称	生产厂家国别	是否节能	是否节水	是否环保	供应商法人性别
移动式 C 形臂 X 射线机	中国	否	是	否	男

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件二、设备技术参数文件和装箱清单

移动C臂X光机技术规格要求

序号	技术参数名称	招标指标	备注
1	总体要求		
*1.1	整机采用一体化整体设计，节约手术室空间（C臂和工作站一体化设计）。		
1.2	机型为进口品牌，并获得FDA、CE及中国CFDA认证证书。		
1.3	设备配备内置UPS不间断电源系统，有效保护系统稳定性和病人信息。		
2	设备工作条件		
2.1	电源要求：220V@10A		
2.2	温度要求：10~40℃		
2.3	相对湿度要求：20%~80% 非冷凝状态		
3	高压发生器		
*3.1	最大输出功率	≤2.5kW	
3.2	发生器频率	≥40kHz	
3.4	透视最大KV值	≥110kV	
3.5	透视最小KV值	≤40kV	
3.6	透视最大mA值	≥25mA	
3.7	数字点片最大mA值	≥20mA	
3.8	半剂量透视模式	具备	
3.9	半剂量脉冲透视模式	具备	
4	球管系统		
*4.1	双焦点设计	具备	
4.2	焦点	小焦点≤0.6mm 大焦点≤1.4mm	
*4.3	管套散热率	≥[illegible]KHU/min	
4.4	阳极热容量	[illegible]KHU	
4.5	阳极散热率	≥37KHU/min(440 W)	
4.6	阳极靶角	≥10º	
5	平板探测器		
5.1	平板探测器材质	非晶硅	
5.2	探测器尺寸	≥21cm*21cm	
5.3	图像采集最大像素矩阵	≥1.5kx1.5k	
*5.4	后处理灰阶	≥32bit	
*5.5	可变三视野	具备	21，15，11cm
*5.6	最大分辨率	≥3.4lp/mm	
5.7	任意模式下无像素合并	支持	
*5.8	像素尺寸	≤139um	
6	限束器		
6.1	双叶限束器	具备	
6.2	虹膜限束器	具备	
7	显示器		
*7.1	医用UHD平板显示器	≥27英寸	
*7.2	显示器最高分辨率	≥3840 x 2160	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7.3	显示器灰阶	≥10 bit	
*7.4	显示器多轴位万向臂支架	≥五轴	
8	系统控制		
8.1	中文系统控制界面	提供	
*8.2	Linux 工业用软件操作系统	提供	
8.3	手闸，脚闸曝光控制	提供	
8.4	控制界面要求液晶触摸屏	具备	
*8.5	支持多点触控操作	具备	
*8.6	具备不插电待机转场功能	≥5 分钟	
8.7	控制界面大小	≥10.1 英寸	
8.8	控制界面最高分辨率	≥1280×800	
8.9	控制界面可旋转摆动	≥270°	
8.10	脚踏曝光开关线缆	≥10 米	
9	C 形臂		
9.1	SID	≤100cm	
9.2	开口	≤78cm	
9.3	弧深	≥66cm	
9.4	水平移动	≥20cm	
*9.5	垂直升降	移动，≥45cm	
9.6	左右摆角	≥±12.5°	
9.7	C 臂旋转角度	≥±205°	
*9.8	C 臂轨道内运动角度	≥150°	
*9.9	C 臂轨道内过伸角度	≥5°	
9.10	C 臂最低水平位投照高度	≤90cm	
9.11	C 臂与工作站为一体设计无线连接	具备	
10	图像处理功能		
10.1	患者信息编辑	具备	
10.2	图像存储	≥150,000 幅	
10.3	曝光模式	≥8 种	
10.4	末帧图像优化显示	具备	
10.5	目标位置追踪功能	具备	
*10.6	自动亮度对比度调整	具备	
10.7	去除运动噪点与伪影功能	具备	
10.8	金属修正功能	具备	
10.9	窗口设定功能	具备	
10.10	图像均衡优化功能	具备	
10.11	图像放大及游走	≥400%	
10.12	实时图像边缘增强技术	具备	
10.13	负片技术	具备	
10.14	具备 USB 导出 BMP, JPEG, DICOM,MP4 格式图像	具备	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3.1 设备配置清单及设备配件及耗材、易损件价格清单

投标人的投标文件中必须附有详细配置清单及设备装箱单且必须对所投设备各种规格的耗材及易损件进行单独报价(本项目耗材及易损配件报价仅用于后续服务过程中价格参考依据，不计入本次投标总报价之内，不参与评审）格式自拟。

3.1.1 设备配置清单

配置清单

序号	说明	数量
1	移动式 C 形臂 X 射线机主机	1
2	平板探测器	1
3	4K 高清触控显示器	1
4	双向激光定位器	1
5	图像标注功能	1
6	图像测量功能	1
7	基本 DICOM 功能	1
8	USB 存储	1
9	15 万幅图像存储	1
10	10m 双脚踏曝光开关（带存储键）	1
11	内置 UPS 断电保护系统	1
12	无线遥控器	1
13	16mA 转换插线板	1

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件三、配件及耗材、易损件报价清单

序号	产品名称	配件/易损等配件	数量	单价（元）
1	移动式C形臂X射线机（OEC One ASD）	球管	1个	200000.00
2		平板显示器	1个	198000.00
3		控制屏	1个	154900.00
4		10m脚踏开关	1个	54000.00
5		有线手控开关	1个	43200.00
6		无线遥控器	1个	15000.00

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件四、售后服务承诺

8.5.5. 售后服务承诺

售后服务承诺

本项目产品自验收合格之日起产品**全套质保3年，全部软件终生免费升级。**在项目保修期内，我公司免费提供合同项下的软硬件产品的维护、升级、更换等，并给予技术指导。**提供维修指南、维修专用工具、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。设备出现故障时，在接到故障报告后在2小时内安排维修工程师到达现场，全面排查问题，详细记录故障细节、使用环境等信息，排除故障的期限不得超过12小时，超过12小时时我公司将提供样机供临床使用。**

在合同期内，非使用单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，我方承诺负责包修、维修不好我方包换，并承担因此而产生的一切费用；但人为因素、不可抗拒的自然因素造成的故障，我方承诺仅适当收取配件的更换费用。

在合同期内，我方提供的设备保修服务方式均为上门保修，即由我方派技术人员到使用单位设备使用现场维修，并有我方承担由此产生的一切费用。

如使用或验收中出现配件不齐，或未达到与标书要求相符的配置数量或性能，由我方承诺负责免费添置更换。产品质量问题按照《国家市场监督管理局》相关法规要求执行。

为保证产品的有效性和安全性，我方特为采购方提供定期巡检服务。巡检范围是本公司供应的设备，巡检周期为每隔4个月。巡检检查内容如下：

(1) 电气安全检查：检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内。

(2) 机械检查：检查机械臂是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。

(3) 运行状态检查：功能、性能、噪音等。

(4) 使用中的问题

1) 是否出现出现报错不能进入系统,进入声区报错自动关机问题。

2) 是否出现声球管损坏,有图像不清晰,开机非常缓慢等问题。

3) 是否出现部件损坏问题。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4） 是否出现显示器声区、花屏、有暗道等问题。

巡检出现以上问题及时安排人员维修。巡检人员认真做好产品的巡检记录，包括时间、内容、效果等。遗留问题或重要问题，由巡检人员及时向采购方负责人汇报。

供应商名称：西安曲江医械科技有限公司（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

2025 年 08 月 05 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

8.5.6. 厂家售后服务承诺

售后服务承诺函

(X光机产品适用)

1 保修服务时间

1.1 设备（不含其他耗材）保修期为三十六个月。该保修期从（1）设备发货日后第 120天或（2）第一次临床使用之 日起第 30天起算，以先到为准。

1.2 设备保修期内，本附件所规定的保修服务对乙方所发生的费用（更换零部件费，乙方人工费和差旅费等）由乙方承担。

1.3 保修期内，乙方工程师应在接到甲方报修后 48小时内做出反应。

1.4 服务时间为国家法定工作日。

2 设备运行维修环境条款

2.1 甲方负责提供设备运行所需的必要环境（包括场地、电源、人员、电磁干扰等），如甲方未提供适合的装机及运行环境，则乙方无法提供装机及维护。

2.2 甲方应提供合理的设备维修环境，其中包括安全、人力、设施以及时间和空间等，否则乙方无法提供必要的服务。

2.3 如果在保修期内设备运行环境发生变化， 甲方应立即书面告知乙方并获得乙方认可。任何未经乙方认可的设备运行 环境变化所导致的设备运行故障不在本合同保修服务范围内。

3 现场维修服务条款

3.1 乙方将委派经原厂认证合格的专业工程师或原厂培训的技术团队伍提供快速优质的现场服务。

3.2 由于不可抗力事件（如自然灾害、爆炸、房屋倒塌、骚乱、战机及蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工等）造成的任何损坏，不在本合同保修服务之列。

3.3 在保修期内，未经乙方书面认可，甲方擅自自行或由第三方修理调整设备、改装设备或设备备件。更换非乙方认证或授权之零、备件，乙方有权终止保修服务。

3.4 本合同保修服务不包括下列服务项目（如果乙方提供下列服务，则依照甲乙双方届时另行商定的"付费维修服务"标准收费）

3.4.1 设备整体或部分拆检、重装、迁移、搬动等所需的相关服务、保险等费用。

3.4.2 由于使用非乙方指派的人员或甲方邀请的未经乙方认证的第三方的人员，维修调整设备、换装零件、改装设备及配件等乙方不能控制的原因所造成设备损坏而需乙方提供维修时，所需的服务及费用。

3.4.3 甲方或其代表未遵照保养及操作手册上的程序进行操作而引起的设备故障后所需的服务及费用。

3.5 非乙方生产的设备配置不在本合同保修服务之列。

3.6 消耗品不在本合同保修服务之列。

4 球管保用条款

4.1 球管在设备保修期（期间同 1.1 & 1.5）内出现无法使用的故障，乙方将免费为甲方更换球管。同时，甲方应将出现故 障的球管还给乙方。

5 InSite 远程数字化服务 *(如果设备具有远程接入能力)*

5.1 远程监测以及维护：甲方 (1) 提供接入设备的宽带设施或 (2) 通过乙方的网络连接设施，将设备与 GE 医疗 InSite 智能数字化服务平台连接，以便乙方在合同有效期内为设备提供 24 小时远程检测以及每年提供 [ ] 次远程预防性保 养，从而帮助医院有效提高设备使用效率。

5.2 远程设备应用指导服务：在合同有效期内，乙方在收到甲方拨打维修服务电话后，与甲方协商安排时间，为甲方提供远程设备应用指导服务，服务期间由于甲方原因造成不能正常运转或无法提供应用指导服务，乙方不承担任何责任。

5.3 甲方应负责为设备的正常运行和远程接入提供安全稳定的网络环境。如果甲方选择禁用 InSite 或者甲方的网络设施不 支持设备的远程接入，导致乙方无法提供上述远程数字化服务的，乙方不承担任何责任。

5.4 甲方同意在合同有效期届满后继续保持设备的远程连接状态，允许乙方主动远程访问设备，收集设备数据（如温湿度，液氦值等），以便乙方在甲方因设备故障而发生有偿备件或人工服务需求时进行快速响应，其价格以最终签署的备件或人工服务合同为准。甲方可以随时书面通知乙方取消设备的远程连接。

5.5 在甲方并非设备最终用户的情况下，甲方应将本条规定的内容告知最终用户，并取得最终用户关于设备远程连接的同意。

5.6 数据安全保护：双方应共同遵守数据安全和个人信息保护方面适用的法律法规以及法规行各自的义务和责任。如果 GE 在对设备进行远程/现场维护或故障诊断的过程中，或者在被授予数据访问权限期间接触或接收到与患者、医疗专业人员、用户人员或其他使用设备或本合同项下服务的人员相关的个人信息（以下合称“个人信息”），GE 应在相关法律法规和本合同允许的范围内使用、处理、保存和传输该等个人信息。如果相关法律法规有所要求，用户应在向 GE 提供个人信息前依法取得个人信息主体的同意。或者对相关个人信息进行去标识化处理等安全举措。为提供本合同项下服务之目的，GE 可以依法收集和处理设备在运行和维护过程中产生的不包含个人信息的数据，包括设备的维护记录和日志报告等信息（以下合称“设备数据”），并将设备数据用于提供维修支持，提高运行效率，以及产品和服务的研发、改进和培训等合法用途。

6 甲方应将本合同所提供的保修内容告知最终用户。

《保修条款结束》

仅供项目名称：咸阳市中心医院移动式C形臂X射线机采购项目
项目编号：【KRDL】K3-235096使用

GE 售后地址及人员

地址：西安市高新区锦业一路龙旗科技园 E 栋

人员	联系电话		
孙杰	13379281966		
崔工	13669255796		
刘忠	18001383708		

附件五、 中标通知书

开瑞项目管理有限公司

中标（成交）通知书

西安曲江医械科技有限公司：

贵单位在2025年8月5日《咸阳市中心医院移动式C形臂射线机采购项目》（项目编号：【KRDL】K3-2505096）招标会议中，依据本项目《招标文件》和贵单位《投标文件》，经评标委员会推荐并经招标人确定，贵单位为中标人。

中标内容：咸阳市中心医院移动式C形臂射线机采购项目招标文件包含的全部内容；

中标报价：人民币玖拾肆万叁仟元整（¥943000.00）；

交货期（含安装、调试）：自合同签订之日起60日历天；

交货地点：咸阳市中心医院（采购人指定地点）；

质量要求：符合国家标准或符合行业标准，以及满足医院需求；

质保期：自验收合格之日起产品全部质保3年，全部软件终生免费升级；

请接此通知后，做好以下工作：

1. 在规定的时间内，与招标人洽谈合同条款，并签订合同；
2. 与招标人做好技术交底衔接工作；
3. 按合同要求，保证质量，如期履约，并做好后续服务工作；
4. 严格履行本项目《招标文件》中的各项要求。

开瑞项目管理有限公司

2025年8月11日

附件六

廉洁承诺书

咸阳市中心医院：

我公司向贵院郑重承诺依法经营，诚信经营，保证所供产品质量，保障流通秩序，杜绝医药购销中的商业贿赂。具体承诺内容如下：

1、保证做到经销的合法性。凡在贵院经销的医用产品保证做到符合国家相关法律法规的规定，保证质量，保证供应，保证优质服务，及时积极协助医院退货，防积压。

2、保证产品的资质证件、信息良好一致，符合医院要求。

3、所供耗材由意愿耗材采购员、库管员同时验收，再送到使用科室使用。

4、保证自觉遵守医院相关规定。

5、保证不私自邀请医务人员参加以产品宣传、学术讲座、会议、外出学习和参观等名义的各种商业活动；如有宣传活动、学术讲座、会议、外出学习和参观等活动均报医院医务处备案审批。

6、公司保证在医院规定的时间、地点报送产品资料。不在非接待时间、地点递交产品资料、介绍产品情况。

7、公司保证拒绝医院工作人员索要回扣、劳务费、差旅费、赞助费、新药推荐费等不正当要求，并立即向医院进行举报。

8、保证经销人员不以任何借口向医院工作人员赠送现金、有价证券和其他物品等或给予其他不正当利益。不向医院有关科室和个人提供任何形式的回扣或“统方费”、宣传费、开单提成等。

9、保证不干预、影响医院的购销工作及诊疗秩序。

10、保证积极配合医院对购销中有无商业贿赂的审查。

11、若医院发现我公司有以上行为，可终止购销协议并拒绝支付货款。

承诺单位（盖章）：西安曲江医械科技有限公司

代 表 签 字：

日 期：2025.7.6

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App