咸阳市中心医院设备采购合同

合同号：[2025] 191号

项目名称：电子支气管镜采购项目

甲　　方：咸阳市中心医院

乙　　方：陕西美世医疗科技有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

甲　　方：咸阳市中心医院

乙　　方：陕西美世医疗科技有限公司

甲方根据需求委托西北（陕西）国际招标有限公司对**咸阳市中心医院全自动血培养仪等医疗设备采购项目（02包：电子支气管镜）**进行公开招标，项目编号0617-2524HZ1049确定乙方**陕西美世医疗科技有限公司**为中标人。现依照中华人民共和国《民法典》、《招投标法》、招投标文件相关内容，签定本合同，双方共同信守。

一、经甲方同意按照以下条款购进乙方以下产品：（价格条件DDP，单位：人民币元）

序号	使用科室	注册证名称	规格型号	品牌	数量	质保时间	单价（元）	总价（元）
1	麻醉科	电子支气管镜	EB-200R	浙江优亿	1	整机原厂质保3年	95000.00	95000.00
2	呼吸内科	电子支气管镜	EB-260R	浙江优亿	1	整机原厂质保3年	67500.00	67500.00
3	重症医学二科（NICU）	电子支气管镜	EB-260R	浙江优亿	1	整机原厂质保3年	67500.00	67500.00
合同总价		人民币贰拾叁万元整（大写），￥230000.00（小写）						

合同总价包括：完成本项目全部内容所需的全部费用，包括产品的供应费、运杂费（含保险）、转运费、安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其他相关费用。

交货期（包含安装、调试）：合同签订后10个日历天内，逾期将按照第六条规定执行。

二、设备运输、安装和验收

2.1 乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

2.2 甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在7天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.3 设备到货后，乙方应在接到甲方通知后，在甲方安装场地符合设备安装要求的条件下10天内安装调试完成。

2.4 甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见招标文件)进行技术验收，验收合格后，参加验收人员在甲方《验收合格单》上签字确认。

三、付款方式

3.1 付款方式：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

合同总价款：**人民币贰拾叁万元整（大写），￥230000.00（小写）。**

货到医院安装、调试完毕、验收合格后，经甲方验收合格后一个月内，一次性支付合同总金额。

3.2 支付方式：银行转账。

3.3 结算方式：乙方持验收单，全额发票、合同复印件、中标通知书，与甲方结算。

四、设备维修

乙方负责设备的安装、调试及培训工作，培训内容包括日常操作要领和简单故障排除方法，培训结果应有所有应该参加培训的人员签字认可；售后由生产厂家指定的专业工程师进行维修。

维修与更换故障部件的期限为：设备出现故障时，接到电话后 0.5 小时内故障响应，2 小时内到达现场，故障排除时间不超过 12 小时。若不能在规定时间内修复故障，免费提供备用机供临床使用。

五、质量保证及售后服务

5.1 乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后 7 天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

5.2 乙方承诺该设备质保期为 3 年，整机原厂质保，全部软件提供终生免费升级服务，质保期的期限应以甲乙双方的验收合格（有医院使用部门及医学装备科共同签署意见）之日起计算，质保期内免费更换设备或免费维修、更换零配件，乙方应提供质保期内 4 次/年巡检，2 次/年维保并提供报告。每次维护保养记录都应在医院医学装备科进行备案登记。超出质保期后，乙方承诺继续提供设备售后服务支持，如设备出现故障，乙方承诺只收取成本费用，配件仅按原厂采购价收取。

5.3 乙方承诺提供维修指南、维修专用工具、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料和信息。

5.4 如设备故障修复时长≥12h，乙方应及时提供备用机，满足临床需求；如设备故障 20 个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的费用由乙方承担。保修期结束后，乙方能够继续提供售后服务技术支持。

5.5 质保期内，每次故障维修及保养后，乙方必须提供维修保养记录，经与使用科室双方签字确认无异议后，提交至医院医学装备科备案登记。乙方维修人员在故障维修期间必须遵守医院院内安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物等相关规定，否则一切后果自负。

5.6 乙方应承诺所提供的设备、备件、零配件的来源为原厂全新（即未使用过的、与原厂一

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

致，保障整机运行达到原厂标准），并根据甲方要求提供相关证明材料，否则医院有权拒绝接受。

5.7 应用培训：设备安装后，设备厂家安排专业临床应用工程师到现场进行设备调试，按时完成相关操作培训，直到科室使用医生能够熟练操作设备为止。

六、索赔条款

6.1 如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行处理：

6.1.1 同意甲方退货，并将全额货款偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

6.1.2 按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值。

6.1.3 调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，乙方负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

6.2 在履行合同过程中，若乙方遇到可能妨碍按时交货或提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后，可酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金（每延误一周，赔偿费按延迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收，依次递增，直至交货或提供服务为止，误期赔偿费的最高限额不超过合同价的5%，超过此最高限额，甲方有权终止合同并要求乙方支付违约金）；若乙方未事先征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，甲方有权按违约终止合同。

6.3 乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权等的起诉。

七、到货地点：咸阳市人民东路78号，甲方指定地点。

八、争议解决：

本合同在执行中，双方本着友好协商的原则解决争议，若不能协商解决，可提交至咸阳市渭城区人民法院进行处理。

九、本合同壹式肆份，以中文书就，甲方叁份，乙方壹份。具同等法律效力，经双方签字盖章，加盖骑缝章后生效。

十、合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

10.1 配置清单及技术要求、技术标准及设备技术说明（见招标文件）

10.2 公司售后承诺（厂家盖章）、维修配件及价格清单、相关耗材及价格清单、全保后维修费用及说明。

以下为空白页面

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

商务签署部分

甲方	（合同专用章） 法定代表人/委托代理人 （签名）： 2025年8月20日	单位名称	咸阳市中心医院
		开票地址及电话	咸阳市人民东路78号 029-33288883
		纳税人识别号	126104004356319288
		开户行	工行咸阳市人民东路支行
		账号	2604020409026406316
		地址	
		电话	
		传真	
		邮编	
		联系人姓名	
		联系人手机	
		联系人Email	
乙方	（公章） 法定代表人/委托代理人 （签名）： 2025年8月20日	单位名称	陕西美世医疗科技有限公司
		地址	陕西省西咸新区空港新城广德路41号天鼎临空产业园区（大成力天）12号楼一层
		纳税人识别号	91611101MA7176W33X
		电话	18192226528
		传真	/
		户名	陕西美世医疗科技有限公司
		开户银行1	中国建设银行股份有限公司咸阳空港新城支行
		帐　号1	61050163970000000699
		联系人姓名	常彩霞
		联系人电话	13992810132
		联系人Email	619722588@qq.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件一、货物说明一览表

货物说明一览表

报价人名称：陕西美世医疗科技有限公司　　项目编号：SCZD2025-ZB-1048-001

包号：02

2、货物说明一览表

投标人名称：陕西美世医疗科技有限公司　项目编号：0617-2524HZ1049

品目号	货物名称	品牌	规格/型号	原厂地/制造商名称	数量	单价（元）	备注
2-1	电子支气管镜	优亿	EB-260R	浙江/浙江优亿医疗器械股份有限公司	2	67500.00	/
2-2	电子支气管镜	优亿	EB-200R	浙江/浙江优亿医疗器械股份有限公司	1	95000.00	/

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

公章：陕西美世医疗科技有限公司

设备相关信息

注册证名称	生产厂家国别	是否节能	是否节水	是否环保	供应商法人性别
电子支气管镜	中国	否	否	否	男

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件二、设备技术参数文件和装箱清单

（1）EB-260R

电子支气管镜技术参数

一、电子支气管镜-手柄部件

1、视场角≥120°，允差±15%；

2、工作软管有效长度≥600mm，允差±10%；

3、分辨率：≥9.921p/mm，工作距为7mm；

4、景深3mm-100mm

5、插入管外径≤5.2mm，工作通道内径≥2.6mm；

6、镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°，允差±10°；

7、操作手柄插入管具备旋转功能，从初始位置顺时针、逆时针允许旋转≥120°，允差± 10%；

8、前端内置LED 光源，LED 光源光照度≥1000Lux；

9、吸引量≥600ml/min

10、兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式；

11、操控部手柄遥控按钮≥2个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，图像[illegible]预设功能；

12、成像原理：全电子CMOS 成像技术，工作软管内不含导像及导光纤维；

13、插入部前端部采用医用高分子材质，具备良好的生物兼容性，内外绝缘，确保手术安全；

14、前端内置LED 光源，全密封防水设计，具备防雾功能，无需预热，即可观察；

15、吸引按键具备内固定装置，规避按键脱落，触动自如，预防脱落；

16、电子支气管镜接触患者部分的插入管采用聚氨酯材料、弯曲部采用氟橡胶材料、头端 部使用PEEK材料，轻质化设计，安全无危害、更耐屏损及耐腐蚀；

17、色彩还原：在显示器上观察标准色板，能分辨标准色板≥24种颜色；

18、洗消方式≥2种，自带保护帽，ETO 帽，可进行全镜体的浸泡洗消或[illegible]等离子灭菌洗 消；

19、吸引按键可分解成密封件、键体、键帽、键杆4部分，经清洗灭菌后可再复使用；

20、轻质化镜体：镜体总重量<350g，镜体轻质材料设计，减少临床医生长时间使用的疲 劳度；

21、注册证：产品通过显示器提供影像，用于气管、支气管的检观察、诊断和治疗，符合电子支气管镜收费规定；

22、产品使用年限≥6年，抗老化材料，降低反复洗消和长期使用对内镜的损耗，全面提 高内镜使用寿命。

二、UE便携显示终端

1、屏幕大小：10.1寸高清触摸显示屏，屏幕比例16:10；

2、可与优亿复用电子支气管镜和一次性电子支气管镜进行连接成像；

3、显示屏分辨率≥1920*1200；

4、屏幕视角：全视角；

5、网络连接：内置双Wi-Fi，可通过WiFi连接HE 可视化设备；

6、内置锂离子电池，充电时间<5h， 电池续航≥4h；

7、内存空间： ≥64G；

8、信号输入接口： ≥2种，包括10Pin雷莫插头、14Pin雷莫插头；

9、信号输出接口： ≥3个，包括USB 接口*2、HDMI 接口；

10、支持放置桌面和悬挂台车三种工作模式；

11、图像轮廓设置，包含方形、方形圆角、八边形等；

12、具备电子放大功能，四级可调(0.5、1.0、2.0、3.0)；13、具备图像[illegible]级亮度调节功能；

14、具有白平衡记忆功能，快速一键白平衡调节；15、支持拍照、录像[illegible]冻结、回改等功能；

16、文件存储格式：照片JPG、录像MP4；

（2）EB-200R

电子支气管镜技术参数

一、电子支气管镜工作站

1、15寸监视器

15寸监视器：

1.1 屏幕大小≥15寸高clear液晶显示器，高宽比：16:9；

1.2 显示区域尺寸：≥344.16（H）×193.59（V）mm；

1.3 显示器分辨率≥1920*1080；

1.4 背光类型：LED，提供最大亮度400cd/㎡的HD高clear图像；

1.5 点距：0.17925（H）×0.17925（V）mm；141PPI

1.6 信号输入：≥1种，HDMI；

2、信号转接盒

2.1 图像输出：设备具备HDMI视频输出功能，连接相应的监视器可输出视频，输出分辨率可调节，分为“自动识别”、“1920*1080”、“1280*720”、“1024*768”，可达到全高清HD标准；

*2.2 菜单模式：≥10种，包括亮度、对比度、色调、饱和度、锐度、降噪、高级降噪、旋转模式、镜像翻转模式、语言、输出分辨率、时间设定等模式；

2.2.1 设备具备图像亮度调节的功能，通过按键调节亮度值，调节范围0~100

2.2.2 设备具备图像对比度调节功能，通过按键调节对比度值，调节范围0~100

2.2.3 设备具备图像色调调节功能，通过按键调节色调值，调节范围0~100

2.2.4 设备具备图像饱和度调节功能，通过按键调节饱和度值，调节范围0~100

2.2.5 设备具备图像旋转功能，通过按键选择旋转角度（0度、90度、180度、270度）

2.2.6 设备具备图像锐度调节功能，通过按键调节锐度值，调节范围0~3

2.3 缩放功能：具有缩放功能，≥5种放大倍数（1.0、1.5、2.0、2.5、3.0），根据实际需求进行调节；

*2.4 白平衡功能：具有白平衡记忆功能，长按一键白平衡调节，并有文字提示；

2.5 数据接口：≥3种接口，包含USB Type-A、USB Type-C、HDMI、航空接口等；

*2.6 传输协议：接口具备对应的传输协议，并提供相关协议；

2.7 图像存储：拍照后，图像可存储在U盘（信号转接盒为一个照片格式为BMP；

*2.8 图像冻结PIP功能：设备具备图像冻结和冻结时PIP镜下实时动态图。

3、配件

3.1 一体化台车（TC-03）：包含镜柱支架、图像处理器操作台、显示器柱架等功能组件；

*3.2 供电：有内置可充电电池器电使用，电池容量≥11Ah，待机时长≥10小时，也可通过转适配器交流电24小时使用；

3.3 内窥镜与工作站连接方式：通过信号连接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接显示器图像输出图像；

二、电子支气管镜手柄部件

1、视场角≥120°，允差±5%；

2、工作软管有效长度≥600mm，允差±10%；

3、分辨率：≥141p/mm；

4、景深 3mm-150mm；

*5、插入管外径≤4.0mm，工作通道内径≥2.0mm；

6、镜体插入管软管前端旋钮弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°，允差±10°；

*7、操作手柄插入管具备旋转功能，从初始位置顺时针、逆时针允许旋转≥120°，允差±10%；

8、前端内置 LED 光源，LED 光源光照度≥1000Lux；

9、吸引量≥300ml/min

10、兼容高频电凝治疗、微光射线治疗等治疗方式；

11、操控部手柄近按钮≥2 个功能按键，可进行图像播放、图像冻结、图像缩放等图像功能；

12、成像原理：全电子 CMOS 成像技术，工作软管内不含导像及导光纤维；

13、插入部前端部采用医用高分子材质，具备良好的生物兼容性，内外绝缘，确保手术安全；

14、前端内置 LED 光源，全密封防水设计，具备防雾功能，无需预热，即可观察；

*15、吸引按键具备内固定装置，避免按键脱落，被动自如，预防跌落；

16、电子支气管镜接触患者部分的插入管采用聚氨酯材料、弯曲部使用硅胶材料，头端部使用 PEEK 材料，轻质化设计，安全无危害、更耐磨损及耐腐蚀；

17、色彩还原：在显示器上观察标准色板，能分辨标准色板≥24 种颜色；

18、灭菌方式≥2 种，自带保护帽，ETO 帽，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌消毒；

19、吸引按键可分解成密封件、键体、键帽、键杆 4 部分，实现可重复清洗灭菌及高温复压组装；

*20、轻质化镜体：镜体总重量≤350g，镜体轻质材料设计，减少临床医生长时间使用的疲劳度；

21、注册证：产品通过显示器提供影像，用于气管、支气管的管腔检查、诊断和治疗，符合电子支气管镜收费规定；

*22、产品使用年限≥6 年，抗老化材料，降低反复灭菌和长期使用的损耗，全面提高内镜使用寿命。

三、电子支气管镜显示部件

1、屏幕≥3.5 寸显示器；

2、分辨率：≥640×480pixel

3、便携显示屏内置可充电式锂电电池，不可插拔，电池容量≥2300mAH，待机时间＞120 分钟

4、便携显示屏内置 ≥32G 内存（不可插拔），可拍摄≥ 40 万张，或录像 ≥18 个小时；

5、显示器左右旋转 180° 允差±10%，上下翻动 180° 允差±10%，以方便特殊体位的操作；

6、显示屏带录像显示及电量提示功能，具有录制时间长短提示功能与循环录制功能及电量智能检测指示标识（用于显示充电电量或适配器连续充电提示）

7、开机时间：≤3 秒 即能实现即插即用的内镜图像使用，提高使用效率，

（1）EB-260R

电子支气管镜配置清单

	电子支气管镜-手柄部件			
序号	产品名称	规格型号 (内部型号)	注册证号	数量
1	电子支气管镜-手柄部件	EB-260R	浙械注准20212060539	1
2	保护帽			1
3	吸引按键			1
4	测漏仪			1
5	一次性清洗刷			1
6	吸引通道清洗刷			1
7	冲洗管路			1
8	防喷装置			5
9	保修卡			1
10	说明书			1
11	合格证			1
12	EB电子支气管镜操作流程卡片			1
13	电子支气管镜消毒灭菌流程卡片			1
14	ETO通气帽			1
二：	UE便携显示终端UE-M10			
序号	产品名称	规格型号 (内部型号)	注册证号	数量
1	主机	UE-M10		1
2	电源适配器			1
3	电源线			1
4	HDMI转接线			1
5	AV信号线			1
6	合格证			1
7	保修卡			1
8	说明书			1
三：	台车			
序号	产品名称	规格型号 (内部型号)	注册证号	数量
1	内镜台车			1

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（2）EB-200R

电子支气管镜配置清单

一：	电子支气管镜-手柄部件			
序号	产品名称	规格型号（内部型号）	注册证号	数量
1	电子支气管镜-手柄部件		粤械注准 20212060539	2
2	保护帽			1
3	吸引按键			2
4	测漏仪			1
5	一次性清洗刷			1
6	吸引通道清洗刷			1
7	冲洗管路			1
8	防喷装置			5
9	保修卡			1
10	说明书			1
11	合格证			1
12	EB电子支气管镜操作流程卡片			1
13	电子支气管镜消毒灭菌流程卡片			1
14	ETO通气帽			1
二：	电子支气管镜-信号转接盒			
序号	产品名称	规格型号（内部型号）	注册证号	数量
1	电子支气管镜-信号转接盒	VC-01		1
2	数据线			1
3	HDMI数据线			1
4	信号连接线			1
5	U盘			1
6	说明书			1
7	合格证			1
8	保修卡			1
9	充电器(含插头)			1
三：	电子支气管镜-显示部件			
序号	产品名称	规格型号（内部型号）	注册证号	数量
1	电子支气管镜-显示部件	EB-D01		1
2	数据线			1
3	充电器(含插头)			1
4	说明书			1

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5	合格证			1
6	保修卡			1
四：	15寸显示屏			
序号	产品名称	规格型号（内部型号）	注册证号	数量
1	15寸显示屏	HD-M15		1
2	USB充电线			1
3	合格证			1
4	保修卡			1
五：	一体化台车（TC-02）			
序号	产品名称	规格型号（内部型号）	注册证号	数量
1	一体化台车	TC-02		1
2	装配操作说明			1
3	合格证			1
4	保修卡			1
5	连接线			1

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件三、售后服务承诺

电子支气管镜售后服务承诺书

浙江优亿公司秉承以客户满意至上、诚信服务的理念，为了确保设备正常运行，快速、高效解决问题，特作以下承诺。

承诺内容：

1、质量保证：

我公司生产的产品均符合国家规定的质量标准，并提供产品技术资料(包含说明书，合格证及保修凭证等)。

2、质保期限保证：

（1）电子支气管镜整机质保3年。

（2）质保期内由于产品质量原因导致的故障，公司提供免费维修服务。质保期内由于人为原因导致的产品故障，公司提供优惠收费服务，仅收取材料成本费，收费的零配件质保期顺延一年。产品质保期满后，公司承诺提供产品的终生维修服务，产生的所有维修费用由客户承担。

3、服务响应保证：

公司提供技术服务热线400-6899-388，免费解答客户在产品使用过程中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和方法。自接到客户报修时起，2小时内响应，48小时内到达客户现场并提出解决方案。

4、培训保证：

公司由专人负责产品安装并免费提供产品使用操作技术培训、维护保养以及日常消毒存储方法培训，以确保客户能熟练操作运用并妥善保管设备。

5、回访巡检服务：

公司建立完善的客户档案，定期回访，不时公司提供上门巡检服务，针对产品外观、功能等进行检测，开展临床清洗消毒、故障排查等培训，并与医护人员沟通交流，答疑解惑，并对优亿设备功能、质量等方面的改进意见进行收集整理。

6、免费保养服务：

公司提供每年不定期免费维护保养服务，以保证产品的使用性能，延长产品使用寿命。

7、备品配件供应保障：

仅供咸阳市中心医院使用

公司备有充足的配件中心，提供优惠价格的配件，保证客户产品的正常运行。

8、售后服务技术人员保障：

公司拥有强大的技术力量，专门建立了一套完善的客户服务管理体系，设有资深专业产品售后人员组成的售后服务部，由该部门直接负责此项目的售后服务，详见名单（仅总部）：

主要联系人	职称	联系电话	区域
张芬芬	售后内勤	0576-89700086	总部
张燕	售后咨询	0576-87788798	总部
张宇峰	售后工程师	15867024828	总部
李春阳	区域服务工程师	18186823240	辽宁、黑龙江、吉林
刘昶宏	区域服务工程师	18811321977	北京、天津、内蒙古
王磊	区域服务工程师	15029992450	陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆
王朋	区域服务工程师	15965618238	山东、河北
朱少杰	区域服务工程师	15738353582	河南、安徽、山西
吴杰	区域服务工程师	17717350353	上海、江苏
胡苹	区域服务工程师	18768172054	江西、福建、广西
戴宣红	区域服务工程师	15211072853	湖南、湖北
徐启恒	区域服务工程师	15705867715	浙江
李佳裔	区域服务工程师	13540261891	四川、云南、贵州、重庆、西藏
赵大明	区域服务工程师	18620989058	广东、海南

公司售后服务热线：400-6899-388 或 0576-87788798

售后总部服务地址：浙江省台州市仙居县经济开发区白塔区块优亿路 8 号

优亿售后用心、用新竭诚为您服务！

浙江优亿医疗器械股份有限公司

仅供威阳市中心医院使用

售后服务承诺

一、项目情况

1、项目名称：咸阳市中心医院全自动血培养仪等医疗设备

2、项目编号：0617-2524HZ1049

3、采购人：咸阳市中心医院

4、投标产品：

品目号	货物名称	品牌	规格/型号	原厂地/制造商名称
2-1	电子支气管镜	优亿	EB-260R	浙江/浙江优亿医疗器械股份有限公司
2-2	电子支气管镜	优亿	EB-200R	浙江/浙江优亿医疗器械股份有限公司

二、质保

质保3年，提供原厂售后服务承诺书。

三、应急响应

设备出现故障时，我方在接到故障报告后在2小时内维修工程师到达现场，排除故障的期限不得超过12小时，否则我方需提供样机供临床使用。

陕西美世医疗科技有限公司（盖章）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件四、 中标通知书

中标通知书

陕西美世医疗科技有限公司：

经评标委员会依法评审，确定贵单位为中标人。

开标时间：2025 年 07 月 28 日 14 时 30 分

开标地点：西安市成长大厦 10 层会议室

项目名称：咸阳市中心医院全自动血培养仪等医疗设备

项目编号：0617-2524HZ1049

包　　号：2

招标内容：电子支气管镜

中标金额：230000.00 元

特此通知。

西北（陕西）国际招标有限公司

二〇二五年八月四日

西北（陕西）国际招标有限公司

办公地址：西安市南二环西段 58 号成长大厦

电话：029-85592879

附件五

廉洁承诺书

咸阳市中心医院:

我公司向贵院郑重承诺依法经营，诚信经营，保证所供产品质量，保障流通秩序，杜绝医药购销中的商业贿赂。具体承诺内容如下:

1、保证做到经销的合法性。凡在贵院经销的医用产品保证做到符合国家相关法律法规的规定，保证质量，保证供应，保证优质服务，及时积极协助医院退货，防积压。

2、保证产品的资质证件、信息良好一致，符合医院要求。

3、所供耗材由意愿耗材采购员、库管员同时验收，再送到使用科室使用。

4、保证自觉遵守医院相关规定。

5、保证不私自邀请医务人员参加以产品宣传、学术讲座、会议、外出学习和参观等名义的各种商业活动；如有宣传活动、学术讲座、会议、外出学习和参观等活动均报医院医务处备案审批。

6、公司保证在医院规定的时间、地点报送产品资料。不在非接待时间、地点递交产品资料、介绍产品情况。

7、公司保证拒绝医院工作人员索要回扣、劳务费、差旅费、赞助费、新药推荐费等不正当要求，并立即向医院进行举报。

8、保证经销人员不以任何借口向医院工作人员赠送现金、有价证券和其他物品等或给予其他不正当利益。不向医院有关科室和个人提供任何形式的回扣或“统方费”、宣传费、开单提成等。

9、保证不干预、影响医院的购销工作及诊疗秩序。

10、保证积极配合医院对购销中有无商业贿赂的审查。

11、若医院发现我公司有以上行为，可终止购销协议并拒绝支付货款。

承诺单位（盖章）：陕西美世医疗科技有限公司

代　表　签　字：谢强

日　　期：2025.8.20

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App