

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称: 移动式C型臂等设备

采购项目编号: **SXBH2026-ZCGK-009**

乾县中医医院

陕西博虹项目管理有限公司共同编制

2026年05月11日

第一章 投标邀请

陕西博虹项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受乾县中医医院委托，拟对移动式C型臂等设备进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**SXBH2026-ZCGK-009**

二、采购项目名称：**移动式C型臂等设备**

三、招标项目简介

为深入贯彻落实国家及省市关于促进中医药传承创新发展的决策部署，进一步提升医院医疗诊断技术与综合诊疗服务能力，优化医疗设备配置结构，结合医院实际发展需求医院研究决定增购医疗设备一批，包括：**C型臂1台、体外反搏治疗仪1台、射频控温热凝设备1台、电子支气管镜1套。**

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书和被授权人身份证及被授权人投标截止时间前三个月内任意一个月的社保缴纳证明。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

2、医疗器械经营许可证/医疗器械生产许可证：投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

3、医疗器械注册证：所投产品属于医疗器械的出具所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

采购包2：

1、法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书和被授权人身份证及被授权人投标截止时间前三个月内任意一个月的社保缴纳证明。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

2、医疗器械经营许可证/医疗器械生产许可证：投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

3、医疗器械注册证：所投产品属于医疗器械的出具所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

采购包3：

1、法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投

标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书和被授权人身份证及被授权人投标截止时间前三个月内任意一个月的社保缴纳证明。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

2、医疗器械经营许可证/医疗器械生产许可证：投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

3、医疗器械注册证：所投产品属于医疗器械的出具所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：乾县中医医院

地址：南环路5号

邮编：713300

联系人：乾县中医医院经办

联系电话：029-35533883

代理机构：陕西博虹项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区唐延路35号旺座现代城C座2604室

邮编：710000

联系人：杨兰 张维昕

联系电话：13347430097

采购监督机构：乾县政府采购管理股

联系人：吴翌真

联系电话：13772572080

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：850,000.00元</p> <p>采购包2：320,000.00元</p> <p>采购包3：470,000.00元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>采购包2：综合评分法</p> <p>采购包3：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>采购包2：不接受</p> <p>采购包3：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
9	投标保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	<p>采购包1：不缴纳</p> <p>采购包2：不缴纳</p> <p>采购包3：不缴纳</p>
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：参照国家计委2002年颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)、国家发改委办公厅颁发的《关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）及《调整后的招标代理服务收费标准》(发改价格〔2011〕534号)的规定标准收取，最低不低于7000元。2、招标代理服务费由中标人支付。中标人领取成交通知书时，须一次性向采购代理机构交纳招标代理服务费。</p>

14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否
19	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由乾县中医医院和陕西博虹项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由乾县中医医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西博虹项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是乾县中医医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西博虹项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

- (二) 投标人须知;
- (三) 招标项目技术、服务、商务及其他要求;
- (四) 资格审查;
- (五) 评标办法;
- (六) 投标文件格式;
- (七) 拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将

不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标

人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5履约验收方案

采购包1：

符合国家及行业相关标准，并满足采购人要求

采购包2：

符合国家及行业相关标准，并满足采购人要求。

采购包3：

符合国家及行业相关标准，并满足采购人要求

2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西博虹项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西博虹项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西博虹项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包括但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本**1份**；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1份**（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1份**；

（四）委托代理人身份证复印件**1份**（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：张维昕

联系电话：13347430097

地址：西安市雁塔区唐延路35号旺座现代城C座2604室

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

为深入贯彻落实国家及省市关于促进中医药传承创新发展的决策部署，进一步提升我院医疗诊断技术与综合诊疗服务能力，优化医疗设备配置结构，结合医院实际发展需求医院研究决定增购医疗设备一批，包括：C型臂1台、射频控温热凝设备1台、体外反搏治疗仪1台、电子支气管镜1套

3.2采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：850,000.00
采购包最高限价（元）：850,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	移动式C型臂和体外反搏治疗仪	1.00	850,000.00	批	工业	是	否	否	否

采购包2：
采购包预算金额（元）：320,000.00
采购包最高限价（元）：320,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	射频控温热凝设备	1.00	320,000.00	套	工业	否	否	否	否

采购包3：
采购包预算金额（元）：470,000.00
采购包最高限价（元）：470,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	电子支气管镜	1.00	470,000.00	套	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：移动式C型臂和体外反搏治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>一、移动式C型臂招标参数及配置要求</p> <p>（一） 设备技术参数招标要求</p> <p>1. 投标产品应为制造商近两年注册上市的最新产品。</p> <p>▲2. 投标产品应为一体化移动式平板C形臂X射线机，无电缆链接工作站，工作站集成于C臂机架主机内。</p> <p>机架要求</p> <p>3.1 C臂沿水平移动：≥200mm</p> <p>3.2 C臂垂直升降（电动）：≥400mm</p> <p>3.3 C臂沿轨道弧形滑转：≥140°</p> <p>3.4 C臂沿水平轴旋转：≥±200°</p> <p>3.5 C臂弧深度：≥700mm</p> <p>3.6 C臂架水平左右摆角：≥±15°</p> <p>3.7 C臂开口空间：≥800mm</p> <p>3.8 C臂SID源像距：≥1000mm</p> <p>4. 高压发生器</p> <p>▲4.1 最大输出功率：≥5.0KW</p> <p>4.2 发生器最大频率：≥200kHz</p> <p>4.3 透视最大KV值：≥120kV</p> <p>4.4 摄影最大KV值：≥125kV</p> <p>4.5 透视最大mA值：≥40mA</p> <p>4.6 摄影最大mA值：≥100mA</p> <p>4.7 最大mAs：≥300mAs</p> <p>5. X线球管</p> <p>5.1 双焦点：具备</p> <p>5.2 小焦点：≤0.6mm</p> <p>5.3 大焦点：≤1.2mm</p> <p>5.4 管套散热率：≥150W</p> <p>5.5 管套热容量：≥1100kHU</p> <p>▲5.6 阳极热容量：≥80kHU</p> <p>5.7 阳极散热率：≥500W</p> <p>5.8 阳极靶角：≥10°</p> <p>6. 动态平板探测器</p> <p>▲6.1 平板探测器材料：CMOS或碘化铯材质</p>

6.2	探测器尺寸：≥30cm×30cm
6.3	像素尺寸：≤150μm
6.4	最大空间分辨率：≥3.1 lp/mm
6.5	最快成像时间：≤1s
6.6	动态范围：≥16bit
7.	限束器及滤线栅
7.1	限束器控制方式：电动
7.2	限束器照射野范围：≥290mm
7.3	应具备限束器软件操控功能（包括：叶片开合及滤过选择）
7.4	应具备限束器叶片开合、预览及滤过选择等功能：
7.5	滤线栅栅比：≥10:1
7.6	不需要工具、可徒手插拔滤线栅：具备
8.	监视器及电脑操控系统
8.1	监视器尺寸：≥27英寸液晶高清屏
8.2	监视器最大分辨率：≥2560×1440
8.3	系统CPU：≥2.0GHz
8.4	系统硬盘：≥1T
8.5	系统内存：≥16G
8.6	应具备C臂主监视器支持五轴运动支架臂
▲8.7	应具备主监视器支架升降功能
8.8	应具备主监视器支架旋转功能
8.9	应具备主监视器支架倾斜功能
▲8.10	应具备主监视器分屏显示功能
8.11	应具备操控屏旋转功能
8.12	应具备操控屏倾斜功能
▲8.13	应具备操控屏触摸功能
8.14	操控屏尺寸：≥15英寸
8.15	应具备操控屏病例管理功能：病例新建、查找、编辑、联网、打印等功能；
8.16	应具备操控屏曝光参数设定功能：透视、摄影、录像等曝光条件设置功能；
8.17	应具备操控屏图像预览功能：末帧冻结、曝光图像预览功能
8.18	应具备操控屏图像后处理功能：图像翻转、缩放、对比度调整、窗宽床尾调整、图像后处理剪裁、测量、标记、打印、存储、传输联网等功能；
9.	图像处理系统及相关功能
9.1	应具备自动透视功能
9.2	应具备自动脉冲透视功能
9.3	应具备自动数字摄影功能
9.4	应具备自动窗宽窗位功能
9.5	应具备病案信息管理功能
9.6	应具备软件操控限束器功能：包括叶片开合及滤过选择
9.7	应具备图像编辑和输出：图像编辑和输出图文报告等功能

	<p>9.8 应具备图像后处理功能：窗宽窗位调整、反白、漫游、缩放、旋转、裁剪、标记、测量等功能</p> <p>9.9 应具备图像存储功能：（透视图像存储功能、数字摄影图像存储功能、录像存储回放、输出图文报告等）可存储于本地磁盘或U盘</p> <p>9.10 应具备图像传输功能：无线wifi网络。</p> <p>9.11 应具备数据接收和传输：符合DICOM传输协议文件格式进行数据的发送或接收</p> <p>▲9.12应具备DICOM接口及打印功能：标准DICOM接口，符合DICOM和WORKLIST协议，可与PACS连接，可与DICOM标准打印机连接并打印胶片。</p> <p>▲9.13 应具备网络功能：可支持与医院HIS/RIS/PASS/激光相机连接:可支持远程第三方软件及影像云的连接。</p> <p>9.14 应具备中文系统控制界面</p> <p>9.15 应具备延迟曝光功能：不依赖曝光硬件可实现软件延迟自动曝光</p> <p>9.16 应具备手闸，脚闸曝光控制</p> <p>9.17 应具备无线曝光装置</p> <p>9.18 应具备激光定位功能：双向十字激光定位</p> <p>9.19 激光辐射最大功率：≤1mW</p> <p>9.20 应具备剂量指示功能</p> <p>9.21 应具备故障自动诊断功能</p> <p>（二） 设备配置要求</p> <p>1. 内置UPS 不间断电源 一套</p> <p>2. 一体化移动式C形臂机架 一套</p> <p>3. 高压发生器 一套</p> <p>4. 组合式X线球管 一套</p> <p>5. 平板探测器 一套</p> <p>6. 液晶高清监视器 一套</p> <p>7. 高清操控屏 一套</p> <p>8. 限束器及滤线栅 一套</p> <p>9. 数字图像系统 一套</p> <p>10. 脚踏开关 一套</p> <p>11. 手闸开关 一套</p> <p>12. 无线曝光装置 一套</p> <p>13. 激光定位 一套</p>
--	--

2		<p>二、囊式体外反搏装置招标参数</p> <p>▲1. 工作压力与设定工作压力的误差$\leq \pm 1\text{kPa}$。</p> <p>2.血氧饱和度波形增益、调节范围：1～32级。</p> <p>3. 心率测量和显示范围：35bpm～165bpm，测量误差$< \pm 2\text{bpm}$。</p> <p>4. 心电波形增益，调节范围：1～32级。</p> <p>5. 设备噪声$\leq 15\mu\text{V}(\text{p-v})$。</p> <p>6. 显示界面上有控制电磁阀信号的独立图形，提供治疗界面截图。</p> <p>7. 具有演示模式功能，界面有“禁止用于治疗”警示信息。</p> <p>8.数据库可存储治疗者心电、血氧、治疗压力等数据，可增加数据回放功能。</p> <p>9.囊套覆盖面积$\geq 0.3\text{m}^2$，可根据需要增配上肢囊套。</p> <p>10.气囊能承受$\geq 59\text{kPa}$ 的压力，耐压$\geq 10\text{s}$，不破损，且其压降$\leq 2\text{kPa}$。</p> <p>11.自带无创血压检测功能，检测数据在反搏显示界面显示。</p> <p>▲12. 具有智能化压力记忆功能。</p> <p>13.操作支架安装位置左右可选，可平面垂直旋转。</p> <p>14.压缩机功率$> 1700\text{VA}$。</p> <p>15.压缩机流量$> 45\text{m}^3/\text{h}$。</p> <p>16.整机功率$> 2200\text{VA}$。</p> <p>17.使用期限≥ 8年</p>
3		<p>三、其他要求</p> <p>本合同包核心产品为移动式C型臂。提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的相同品牌核心产品投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，按照技术指标优劣方式确定一个投标人获得中标单位推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p>

采购包2：
标的名称：射频控温热凝设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>双通道双极射频控温仪技术参数</p> <p>一、适用于：疼痛科、骨科、介入科、康复科。主要用于各种慢性疼痛的微创治疗。</p> <p>二、技术参数</p> <p>▲1.独立双通道，支持单极/双极通用模式，双路可独立测温、独立控温，实现双靶点同步治疗</p> <p>2.射频频率：488KHz$\pm 5\text{KHz}$</p> <p>3.输出功率：单路额定输出功率$\geq 50\text{W}$</p> <p>▲4.温控系统：测温范围20℃～105℃，治疗温控30℃～95℃，控温精度$\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$</p> <p>5.阻抗检测：全程阻抗监测，检测范围0～2999Ω</p> <p>6.神经定位刺激：刺激电压0～10V、刺激电流0～8mA，刺激频率1～200Hz连续可调</p> <p>7.治疗模式：支持连续热凝、脉冲射频双模式；脉冲射频电压30～140V、脉宽3～40ms、治疗时长0～30min可调；连续热凝时长0～10min可调</p> <p>8.彩色触控显示屏≥ 10.4寸，双路温度、阻抗数据同屏实时显示，支持治疗数据存储、打印</p> <p>二、标准配置清单</p> <p>主机1台、双路射频电极线、双极电极线、中性极板、脚踏开关、电源线</p>

采购包3：

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>电子支气管镜技术参数</p> <p>（一）图像处理器：</p> <p>1.主机光源一体化设计，便于移动，减少由于连接带来的信号衰减；</p> <p>2.≥1920*1080视频信号输出；</p> <p>3.具有DVI*2、SDI*2输出接口、具有≥3个USB接口；</p> <p>4.具有色调调节功能，可对红色、蓝色及饱和度进行调节；</p> <p>5.色彩增强多级、多档可调；</p> <p>6.亮度均衡：≥4个等级可调；</p> <p>7.图像降噪：≥4个等级可调；</p> <p>8.图像增强多级、多档可调；</p> <p>9.电子除烟功能：具备</p> <p>10.高动态范围显示：具备</p> <p>11.自动、峰值、平均三种测光模式；</p> <p>12.自动增益调节；</p> <p>13.对比度功能；</p> <p>14.图像实时冻结：可通过镜体按钮、脚踏开关、触摸屏、键盘、摄像头按钮实现图像实时冻结；</p> <p>15.具有红蓝伪彩图显示功能；</p> <p>16.画中画功能；</p> <p>17.具有电子放大功能；</p> <p>18.配置医用LED冷光源；</p> <p>19.支持白光和多种特殊光照明模式，共有≥4种照明模式；</p> <p>20.光源主灯平均连续使用寿命≥40000小时；</p> <p>21.色温为：3000K~7000K；</p> <p>22.显色指数：白光模式≥90；</p> <p>23.具有手动和自动两种调光模式，调光级别：具有1~19级；</p> <p>24.输出总光通量≥800lm；</p> <p>25.气泵流量可调，可设为高、中、低三档；</p> <p>26.气泵压力范围：45Kpa~65Kpa；</p> <p>27.可兼容常规胃镜、肠镜、支气管镜等消化呼吸内镜；</p> <p>28.主机前面板为触摸屏，可直接通过触摸屏调节各种参数，选择所需功能；</p> <p>29.前面板具备智能锁键；</p> <p>30.软、硬镜独有界面，根据镜体智能识别；</p> <p>31.实时存储：外接USB存储设备；</p> <p>32.病历管理系统：查看、编辑、保存、打印病例报告以及病历检索；</p> <p>33.病历报告：支持设置报告打印模板、注释图像、填写结论、上传报告、打印报告及管理报告词库；</p> <p>34.DICOM标准协议：支持DICOM标准协议，通过网络可传输病历数据</p>

(二) 电子支气管镜:

- 1.视野方向为前视;
- 2.视场角为120°;
- 3.景深为2~100mm;
- 4.头端部外径≤4.9mm;
- 5.插入部主软管外径≤4.9mm;
- ▲6.最小器械孔道内径≤2.0mm;
- ▲7.弯曲角度: 向上180°, 向下130°;
- 8.旋转角度: 向左120°, 向右120°;
- 9.有效工作长度≥600mm;
- 10.镜体全长≥880mm;
- 11.钳道最小可视距离为3mm;
- 12.吸引量≥200ml/min;
- 13.镜体操作部≥4个自定义功能远程控制按钮;
- 14.具有镜体信息存储功能;

(三) 电子支气管镜:

- 1.视野方向为前视;
- 2.视场角为120°;
- 3.景深为2~100mm;
- 4.头端部外径≤5.9mm;
- 5.插入部主软管外径≤5.9mm;
- ▲6.最小器械孔道内径≥2.8mm;
- ▲7.弯曲角度: 向上180°, 向下130°;
- 8.旋转角度: 向左120°, 向右120°;
- 9.有效工作长度≥600mm;
- 10.镜体全长≥880mm;
- 11.钳道最小可视距离为3mm;
- 12.吸引量≥200ml/min;
- 13.镜体操作部≥4个自定义功能远程控制按钮;
- 14.具有镜体信息存储功能;

(四) 台车:

- 1.专业内镜用台车;
- 2.监视器承载臂可360°旋转调节;
- 3.支持单独显示器形式和双显示器形式;
- 4.可同时兼容镜体数量≥2条;
- 5.可支持悬挂: 上消化道镜体、下消化道镜体、支气管镜、鼻咽喉镜等全系镜种;
- 6.镜体挂架可调整高度;
- 7.层板高度可调节。

(五) 专业医用监视器:

- 1.≥24 " 液晶医用显示屏;
- 2.分辨率≥1920×1200;

		<p>3.刷新率：60Hz；</p> <p>4.信号输入：DVI/ SDI/VGA/Video/S-Video；</p> <p>5.信号输出：DVI/ SDI。</p> <p>（六）其他配置要求</p> <p>1.提供全套清洗、消毒设备及安装。</p> <p>2.提供气管镜收纳柜。</p>
2		<p>内镜清洗中心配置参数</p> <p>1、台面/洗消槽/功能背板</p> <p>1.1 清洗台面至少包含初洗酶槽、次洗槽、消毒槽和末洗槽等，槽体材质应采用有机玻璃,表面光滑，有韧性可保护内镜</p> <p>1.2 台面支架应采用304不锈钢</p> <p>1.3 台面厚度$\geq 10\text{mm}$，高度$\geq 800\text{mm}$</p> <p>2、主体柜、钢架（1 组）</p> <p>2.1 柜门应采用彩钢玻璃</p> <p>2.2 背板应采用整分段式</p> <p>2.3 台面支撑架应采用304不锈钢钢架焊接而成</p> <p>2.4 台下柜悬空地$\geq 100\text{mm}$</p> <p>▲3、灌流电脑控制系统（2 套）</p> <p>3.1 应采用液晶中文显示屏操作面板，一键启动；</p> <p>3.2 控制系统稳定，读时准确，计时单位为毫秒级，数字显示，计时定时。</p> <p>4、自动灌注器（酶洗灌注，消毒槽灌注）（2 套）</p> <p>4.1 应采用隐形设计；</p> <p>4.2 应采用模块式设计，由操作面板、执行部件两部分组成；</p> <p>4.3 应采用CPC快速接头,使用自来水向内管道注入流动的洁净水，全部程序执行只需连接接头，无需将全管道灌流器拆卸。</p> <p>4.4 连接CPC快速接头,做到单手操作就可完成。</p> <p>5、医用无油空气压缩机（1 台）</p> <p>5.1 工作方式：应采用静音医用无油气泵</p> <p>5.2 功率：$\leq 600\text{W}$</p> <p>5.3 工作产气量：$\geq 100\text{L/min}$，最大产气压力：0.8 Mpa，</p> <p>5.4 容积：$\geq 25\text{L}$</p> <p>6、消毒槽活动密封盖（2 个）</p> <p>透明密封,盖子带手柄,盖子能完全密封消毒池。</p> <p>7、一体化供排水、电路系统（1 套）</p> <p>根据供水压力和供水管径大小，将每个槽压力大小控制在2.0~5.0Kpa，单槽的供水管径为$\geq 4\text{分}$。</p> <p>8、医用内镜高压水枪（2 套）</p> <p>8.1 内镜专用，应采用锌镁合金材料，无接缝，防腐蚀电镀处理。</p> <p>9、医用内镜高压气枪（3 套）</p> <p>应采用一次冲压成型，高度耐酸碱。杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体</p>

	<p>腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；压力：0~0.75MPa，</p> <p>10、操作流程指示标牌（1 套）</p> <p>各清洗消毒槽的表示牌。</p> <p>11、不锈钢专用水龙头（4 只）</p> <p>应采用304不锈钢材质，抗强酸碱（国标标准）处理。</p> <p>12、内镜干燥保养台（1 套）</p> <p>12.1使用与清洗槽相同的有机玻璃材质，槽体厚≥ 1.0，表面光洁抗菌。</p> <p>12.2 干燥台尺寸：应根据实际场地可调整。</p> <p>13、消毒液回收装置（1 套） 可回收消毒液。</p> <p>14、射灯（1 套） 背板顶部为白色圆型灯，用于清洗时辅助照明。</p> <p>15、内镜吹干器（1 台） 用于镜体吹干，温度可调</p> <p>16、灌流器自动接头（4 只）应采用PCP材料，配有带自锁的接头，全部程序执行只需连接，无需将全管道灌流器拆卸。</p> <p>17、气体处理器（1 台）</p> <p>体处理器：气压调节范围：0~0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质</p> <p>18、过滤水装置（1 台）</p> <p>水处理器过多层式渗透，净化过滤水质更保证内镜清洗安全无需频繁更换滤芯</p> <p>19、三通灌流装置（2 只）</p> <p>应采用PCP材料，最外端最小处的外径$\geq 4.8\text{mm}$；接头内径：$\geq 3.0\text{mm}$；卡口最大处外径：$\geq 3.4\text{mm}$；总高度：$\geq 43\text{mm}$。</p> <p>20、灌流专用硅胶管（4 米） 应采用硅胶原料。</p> <p>21、配件盒（1 只） 用于清洗中心存放附件。</p> <p>22、挂架（1 只） 材质抗酸碱耐腐蚀。</p>
--	--

3		<p>医用纯水机技术参数：</p> <p>1、设备名称：纯水系统</p> <p>2、用途:为医院消毒供应中心，内镜清洗中心提供无菌水</p> <p>3、产水量:≥120L/h/套（25℃）温度每降低1℃，产水量约下降3%</p> <p>4、水利用率：≥60%</p> <p>5、脱盐率：≥99%</p> <p>6、产水水质</p> <p>6.1水质应符合GB5749的规定，并保证细菌总数≤10CFU/100ml，生产纯水的滤膜孔径为0.0001um.</p> <p>6.2产品应符合卫计委颁布的WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范。</p> <p>7、设备主要技术要求/标准性能</p> <p>7.1应具备自动液位保护、压力故障保护停机、水质超标报警排放。</p> <p>7.2预处理应采用三级过滤装置，0.01um的膜孔径有效拦截水中泥沙、铁锈、有机物，保证反渗透膜的进水水质，有效延长反渗透膜使用寿命。</p> <p>7.3设备应配备各种显示仪表，能够实时在线的显示水质、流量、压力等信息。</p> <p>7.4主机应采用一体化设计。</p> <p>8、控制方式</p> <p>应采用一键式启动方式，电气原件均采用知名品牌，性能稳定，故障率低，保证设备安全稳定的运行。</p> <p>9、纯水输送系统：含压力控制器及自吸式射流输送泵，输送泵配压力控制器，终端设备用水启用，停用水时根据压力自动进入待机状态。</p> <p>10、主机应采用开放式结构，底部自带万向轮，最大限度降低设备运行噪音；应采用模块化设计和安装，如果医院的生产能力需要扩大，能够方便和容易地增加模块扩大设备的产水能力，具有极好的可升级能力。</p> <p>11、提供产品质量检验所的细菌检测并取得了无菌水检测报告。</p>
4		<p>不锈钢单门内镜储存柜（1台）</p> <p>1、应采用304不锈钢材质制作。</p> <p>2、柜内应有透明亚克力材质制成的内镜悬挂系统。</p> <p>3、内配装活挂钩、紫外线灯，紫外线消毒，消毒效率高。</p> <p>4、微电脑计时，任意设定工作时间；工作时间可设定。</p> <p>5、工作时间：220v 50hz耗电量：30W。</p> <p>6、单门可存放≥2条内镜。</p>
5		<p>双层内镜转运车（1台）</p> <p>1、转运车应采用双层设计，全钢结构，表面颜色为瓷白色</p> <p>2、应附两个高分子一次冲压成型的内镜托盘，四个超静音万象轮，应具备锁定功能</p> <p>3、每个托盘配透明高分子复合材料一次成型的盖子，钛合金手提拉手。</p>
6		<p>其他要求</p> <p>本合同包核心产品为电子支气管镜。提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的相同品牌核心产品投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，按照技术指标优劣方式确定一个投标人获得中标单位推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p>

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

合同签订之日起30个日历日内

采购包2:

合同签订之日起30个日历日内

采购包3:

合同签订之日起30个日历日内

3.4.2交货地点

采购包1:

采购人指定地点

采购包2:

采购人指定地点

采购包3:

采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

采购包2:

分期付款

采购包3:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 30.00%。

采购包1: 付款条件说明: 设备到货安装调试、验收合格后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 60.00%。

采购包1: 付款条件说明: 设备使用满一年后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 10.00%。

采购包2: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 30.00%。

采购包2: 付款条件说明: 设备到货安装调试、验收合格后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 60.00%。

采购包2: 付款条件说明: 设备使用满一年后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 10.00%。

采购包3: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 30.00%。

采购包3: 付款条件说明: 设备到货安装调试、验收合格后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 60.00%。

采购包3: 付款条件说明: 设备使用满一年后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 10.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

1、所有产品验收内容包括确认产品的产地、规格、型号、参数和数量, 对其技术指标、性能参数进行逐项检查。 2、所供产品的技术指标、性能参数未达到招标文件的要求, 中标公司应免费更换, 所造成的损失由中标公司承担。 3、验收合格后中标单位、采购人共同填写项目验收证明, 并签字盖章确认产品合格。 4、验收依据: 4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。 4-2、国内相应的标准、规范。

采购包2:

1、所有产品验收内容包括确认产品的产地、规格、型号、参数和数量, 对其技术指标、性能参数进行逐项检查。 2、所

供产品的技术指标、性能参数未达到招标文件的要求，中标公司应免费更换，所造成的损失由中标公司承担。 3、验收合格后中标单位、采购人共同填写项目验收证明，并签字盖章确认产品合格。 4、验收依据： 4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。 4-2、国内相应的标准、规范。

采购包3:

1、所有产品验收内容包括确认产品的产地、规格、型号、参数和数量，对其技术指标、性能参数进行逐项检查。 2、所供产品的技术指标、性能参数未达到招标文件的要求，中标公司应免费更换，所造成的损失由中标公司承担。 3、验收合格后中标单位、采购人共同填写项目验收证明，并签字盖章确认产品合格。 4、验收依据： 4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。 4-2、国内相应的标准、规范。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

质保期：验收合格之日起1年。质保期内免费上门维修、保养，终身维护，超出质保期后只收取成本费用，投标时须单独提供承诺函。

采购包2:

质保期：验收合格之日起1年。质保期内免费上门维修、保养，终身维护，超出质保期后只收取成本费用，投标时须单独提供承诺函。

采购包3:

质保期：验收合格之日起1年。质保期内免费上门维修、保养，终身维护，超出质保期后只收取成本费用，投标时须单独提供承诺函。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1:

由甲乙双方在合同签订时进行约定

采购包2:

由甲乙双方在合同签订时进行约定

采购包3:

由甲乙双方在合同签订时进行约定

3.5其他要求

1、采购文件要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。 2、投标人需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件。本项目为全流程电子标，中标人须在领取中标通知书时免费为采购人提交纸质版投标文件正本一份、副本一份。 3、采购人应按照采购文件和中标人投标文件，在中标通知书发出之日起25日内签订合同。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等主体资格证明文件，为自然人的提供自然人身份证明； 2、纳税的缴费证明材料（投标人提供投标截止日前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明（增值税、印花税、城市维护建设费、企业所得税等一种或多种税种），依法免税的单位提供相关证明材料； 3、缴纳社保的证明材料（投标人提供投标截止日前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函）； 5、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。（投标人提供没有重大违法记录的承诺函）； 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf 投标函

2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	提供 2024年度或2025年度 的经审计的完整财务会计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标截止日前三个月其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）。(注：依据财政部、国务院国资委、金融监管总局印发《关于加强审计报告查验工作的通知》(财会(2023)15号)报告须在注册会计师行业统一监管平台备案并由该平台赋予二维码)；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	商务应答表.pdf 投标函

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等主体资格证明文件，为自然人的提供自然人身份证明； 2、纳税的缴费证明材料（投标人提供投标截止日前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明（增值税、印花税、城市维护建设费、企业所得税等一种或多种税种），依法免税的单位提供相关证明材料； 3、缴纳社保的证明材料（投标人提供投标截止日前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函）； 5、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。（投标人提供没有重大违法记录的承诺函）； 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf 投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	提供2024年度或2025年度的经审计的完整财务会计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标截止日前三个月其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）。(注：依据财政部、国务院国资委、金融监管总局印发《关于加强审计报告查验工作的通知》(财会(2023)15号)报告须在注册会计师行业统一监管平台备案并由该平台赋予二维码)； 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	商务应答表.pdf 投标函

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等主体资格证明文件，为自然人的提供自然人身份证明； 2、纳税的缴费证明材料（投标人提供投标截止日前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明（增值税、印花税、城市维护建设费、企业所得税等一种或多种税种），依法免税的单位提供相关证明材料； 3、缴纳社保的证明材料（投标人提供投标截止日前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函）； 5、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。（投标人提供没有重大违法记录的承诺函）； 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf 投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	提供2024年度或2025年度的经审计的完整财务会计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标截止日前三个月其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）。(注：依据财政部、国务院国资委、金融监管总局印发《关于加强审计报告查验工作的通知》(财会(2023)15号)报告须在注册会计师行业统一监管平台备案并由该平台赋予二维码)； 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	商务应答表.pdf 投标函
---	---	---------------------------------------	---------------

4.2特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书	投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书和被授权人身份证及被授权人投标截止时间前三个月内任意一个月的社保缴纳证明。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf
2	医疗器械经营许可证/医疗器械生产许可证	投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf
3	医疗器械注册证	所投产品属于医疗器械的出具所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书	投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书和被授权人身份证及被授权人投标截止时间前三个月内任意一个月的社保缴纳证明。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf
2	医疗器械经营许可证/医疗器械生产许可证	投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf
3	医疗器械注册证	所投产品属于医疗器械的出具所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书	投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书和被授权人身份证及被授权人投标截止时间前三个月内任意一个月的社保缴纳证明。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf
2	医疗器械经营许可证/医疗器械生产许可证	投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf
3	医疗器械注册证	所投产品属于医疗器械的出具所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>政府采购异常低价审查（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价$< \text{全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值} \times 50\%$；②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价$< \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价} \times 50\%$；③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价$< \text{采购项目最高限价} \times 45\%$；④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p>	开标一览表 标的清单
2	投标文件的签署盖章	符合招标文件签署盖章要求。	投标函 投标文件封面
3	投标文件格式	符合招标文件关于“投标文件格式”的要求。	投标文件封面
4	投标有效期	符合招标文件要求。	投标函
5	交货期	符合招标文件要求	开标一览表
6	投标内容	未出现漏项或数量不符合招标文件要求。	产品技术参数表.pdf 分项报价表.pdf

7	投标响应	投标文件未出现偏离招标文件实质性要求的内容，未附有采购人不能接受的附加条件，按招标文件要求提供相关承诺或声明。	投标文件封面
---	------	---	--------

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>政府采购异常低价审查（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价$<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 50\%$；②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价$<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 \times 50\%$；③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价$<采购项目最高限价 \times 45\%$；④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p>	开标一览表 标的清单

2	投标文件的签署盖章	符合招标文件签署盖章要求。	投标函 投标文件封面
3	投标文件格式	符合招标文件关于“投标文件格式”的要求。	投标文件封面
4	投标有效期	符合招标文件要求。	投标函
5	交货期	符合招标文件要求。	开标一览表
6	投标内容	未出现漏项或数量不符合招标文件要求。	产品技术参数表.pdf 分项报价表.pdf
7	投标响应	投标文件未出现偏离招标文件实质性要求的内容，未附有采购人不能接受的附加条件，按招标文件要求提供相关承诺或声明。	投标文件封面

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>政府采购异常低价审查（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价$<$全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值$\times 50\%$；②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价$<$通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价$\times 50\%$；③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价$<$采购项目最高限价$\times 45\%$；④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p>	开标一览表 标的清单
2	投标文件的签署盖章	符合招标文件签署盖章要求。	投标函 投标文件封面
3	投标文件格式	符合招标文件关于“投标文件格式”的要求。	投标文件封面
4	投标有效期	符合招标文件要求。	投标函
5	交货期	符合招标文件要求。	开标一览表
6	投标内容	未出现漏项或数量不符合招标文件要求。	产品技术参数表.pdf 分项报价表.pdf

7	投标响应	投标文件未出现偏离招标文件实质性要求的内容，未附有采购人不能接受的附加条件，按招标文件要求提供相关承诺或声明。	投标文件封面
---	------	---	--------

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不应响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不应响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	项目实施方案	投标人提供针对本项目的实施方案，内容包括：①供货组织安排，包括仓储、运输、交付、安装调试、验收等内容；②实施步骤、进度计划和保证措施；③组织机构人员配置、协调能力等；④供货、安装、故障、维修等方面应急预案。各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、完全契合本项目实际需求得12分，每有一项缺项扣3分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指计划不充分、目标不明确、资源分配不当、方案执行力不强、管理混乱、内容表述前后不一致、套用其他项目方案、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）扣0.5分	12.0000	主观	投标方案.pdf

节能环保	投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的计 0.5 分，每有一项为环境标志产品经国家认证的计 0.5 分，投标人投标产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品计 1 分，最多计 2 分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准）	2.0000	客观	分项报价表.pdf
技术资料	设备技术资料齐全，供货渠道正常、货物来源质量有保证，检验手续完善、合法有效，无产权纠纷，包括但不限于：产品说明书、技术白皮书、产品授权书，销售协议，销售合同等。资料齐全完善，渠道正常、供应链完整计 5 分；供货渠道正常，供应链和技术资料有缺失计 3 分；内容不完整计 1 分；未提供不计分。	5.0000	主观	投标方案.pdf 产品技术参数表.pdf
投标产品技术指标及功能评审	<p>根据各投标人的技术参数响应情况进行评审，完全响应或优于招标文件要求得30分。带“▲”技术参数一项负偏离或不响应扣2分，一般技术参数（不带“▲”的参数）负偏离或不响应一项扣1分，扣完为止。</p> <p>注：“▲”技术参数须提供所投产品相关技术佐证材料，并在投标产品偏离表中标注佐证材料对应页码。</p> <p>相关技术佐证材料包括但不限于：操作手册、彩色宣传页、技术白皮书、检测报告、产品说明书等。未提供或评审委员会认定所提供材料无法有效证明的将视为不满足本参数要求。</p>	30.0000	客观	产品技术参数表.pdf

详细评审	质量保证承诺	供应商针对本项目提供质量保证方案及质量保证承诺，内容包含：①符合国家相关质量标准、通过国家法定检验注册，产品性能稳定；②在产品使用、技术保障方面的承诺和保证措施。各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、完全契合本项目实际需求得4分，每有一项缺项扣2分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指质量标准与项目脱节、未覆盖全流程质量管控、未明确质量责任主体、质量风险与措施不匹配、方案内容表述前后不一致、套用其他项目方案、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）扣0.5分。	4.0000	主观	投标方案.pdf

售后服务	<p>1、投标人针对本项目提供完整的售后服务方案。内容包含：①售后服务计划及售后服务保障措施,包括但不限于人员配备、备品备件供应计划、设备发生故障后的补救措施等方面；②提供售后服务承诺且符合实际需求。各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、完全契合本项目实际需求得6分，每有一项缺项扣3分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指响应机制滞后、响应与解决时效模糊、责任界定不清晰、定期维护缺失、缺乏反馈与改进机制、内容表述前后不一致、套用其他项目方案、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）扣0.5分。 2、有可靠的销售渠道和维修服务机构，具有本地化售后服务能力。须提供相关的佐证材料，如售后服务机构工作场所的证明材料（包括但不限于：租房协议或产权证明材料，办公场所图片，售后服务机构专职人员名单及相关行业从业资历，本行业内的技术证书及相关证明材料等），出具相关证明材料计2分；内容不完整计1分，未提供不计分。</p>	8.0000	主观	投标方案.pdf
技术培训方案	<p>具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明。各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、完全契合本项目实际需求得3分；每有一项内容存在缺陷（缺陷是培训内容缺乏针对性、培训方式单一、资源不足、缺乏系统性和持续性、内容表述前后不一致、套用其他项目方案、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）扣0.5分。</p>	3.0000	主观	投标方案.pdf

	企业业绩	提供投标产品（移动式C型臂）近年（合同签订时间为2023年1月1日至今）供货业绩。提供供货合同1份得2分，最高得6分。评审标准：供货合同复印件并加盖投标人公章，不提供加盖公章的复印件不得分，时间以合同签订时间为准。	6.0000	客观	投标方案.pdf
价格分	价格分	在预算限额之内满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。高于评标基准价的投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包2:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	项目实施方案	投标人提供针对本项目的实施方案，内容包括：①供货组织安排，包括仓储、运输、交付、安装调试、验收等内容；②实施步骤、进度计划和保证措施；③组织机构人员配置、协调能力等；④供货、安装、故障、维修等方面应急预案。各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、完全契合本项目实际需求得 12 分，每有一项缺项扣 3 分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指计划不充分、目标不明确、资源分配不当、方案执行力不强、管理混乱、内容表述前后不一致、套用其他项目方案、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）扣 0.5 分	12.0000	主观	投标方案.pdf
	节能环保	投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的计 0.5 分，每有一项为环境标志产品经国家认证的计 0.5 分，投标人投标产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品计 1 分，最多计 2 分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准）	2.0000	客观	分项报价表.pdf

技术资料	设备技术资料齐全，供货渠道正常、货物来源质量有保证，检验手续完善、合法有效，无产权纠纷，包括但不限于：产品说明书、技术白皮书、产品授权书，销售协议，销售合同等。资料齐全完善，渠道正常、供应链完整计 5 分；供货渠道正常，供应链和技术资料有缺失计 3 分；内容不完整计 1 分；未提供不计分。	5.0000	主观	投标方案.pdf 产品技术参数表.pdf
投标产品技术指标及功能评审	<p>根据各投标人的技术参数响应情况进行评审，完全响应或优于招标文件要求得30分。带“▲”技术参数一项负偏离或不响应扣2分，一般技术参数（不带“▲”的参数）负偏离或不响应一项扣1分，扣完为止。</p> <p>注：“▲”技术参数须提供所投产品相关技术佐证材料，并在投标产品偏离表中标注佐证材料对应页码。</p> <p>相关技术佐证材料包括但不限于：操作手册、彩色宣传页、技术白皮书、检测报告、产品说明书等。未提供或评审委员会认定所提供材料无法有效证明的将视为不满足本参数要求。</p>	30.0000	客观	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf

详细评审

质量保证承诺	供应商针对本项目提供质量保证方案及质量保证承诺，内容包含：①符合国家相关质量标准、通过国家法定检验注册，产品性能稳定；②在产品使用、技术保障方面的承诺和保证措施。各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、完全契合本项目实际需求得4分，每有一项缺项扣2分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指质量标准与项目脱节、未覆盖全流程质量管控、未明确质量责任主体、质量风险与措施不匹配、方案内容表述前后不一致、套用其他项目方案、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）扣0.5分。	4.0000	主观	投标方案.pdf

售后服务	<p>1、投标人针对本项目提供完整的售后服务方案。内容包含：①售后服务计划及售后服务保障措施,包括但不限于人员配备、备品备件供应计划、设备发生故障后的补救措施等方面；②提供售后服务承诺且符合实际需求。各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、完全契合本项目实际需求得6分，每有一项缺项扣3分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指响应机制滞后、响应与解决时效模糊、责任界定不清晰、定期维护缺失、缺乏反馈与改进机制、内容表述前后不一致、套用其他项目方案、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）扣0.5分。 2、有可靠的销售渠道和维修服务机构，具有本地化售后服务能力。须提供相关的佐证材料，如售后服务机构工作场所的证明材料（包括但不限于：租房协议或产权证明材料，办公场所图片，售后服务机构专职人员名单及相关行业从业资历，本行业内的技术证书及相关证明材料等），出具相关证明材料计2分；内容不完整计1分，未提供不计分。</p>	8.0000	主观	投标方案.pdf
技术培训方案	<p>具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明。各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、完全契合本项目实际需求得3分；每有一项内容存在缺陷（缺陷是培训内容缺乏针对性、培训方式单一、资源不足、缺乏系统性和持续性、内容表述前后不一致、套用其他项目方案、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）扣0.5分。</p>	3.0000	主观	投标方案.pdf

	企业业绩	提供投标产品（射频控温热凝设备）近年（合同签订时间为2023年1月1日至今）供货业绩。提供供货合同1份得2分，最高得6分。评审标准：供货合同复印件并加盖投标人公章，不提供加盖公章的复印件不得分，时间以合同签订时间为准。	6.0000	客观	投标方案.pdf
价格分	价格分	在预算限额之内满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。高于评标基准价的投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包3:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	项目实施方案	投标人提供针对本项目的实施方案，内容包括：①供货组织安排，包括仓储、运输、交付、安装调试、验收等内容；②实施步骤、进度计划和保证措施；③组织机构人员配置、协调能力等；④供货、安装、故障、维修等方面应急预案。各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、完全契合本项目实际需求得 12 分，每有一项缺项扣 3 分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指计划不充分、目标不明确、资源分配不当、方案执行力不强、管理混乱、内容表述前后不一致、套用其他项目方案、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）扣 0.5 分	12.0000	主观	投标方案.pdf
	节能环保	投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的计 0.5 分，每有一项为环境标志产品经国家认证的计 0.5 分，投标人投标产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品计 1 分，最多计 2 分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准）	2.0000	客观	分项报价表.pdf

技术资料	设备技术资料齐全，供货渠道正常、货物来源质量有保证，检验手续完善、合法有效，无产权纠纷，包括但不限于：产品说明书、技术白皮书、产品授权书，销售协议，销售合同等。资料齐全完善，渠道正常、供应链完整计 5 分；供货渠道正常，供应链和技术资料有缺失计 3 分；内容不完整计 1 分；未提供不计分。	5.0000	主观	产品技术参数表.pdf 投标方案.pdf
投标产品技术指标及功能评审	<p>根据各投标人的技术参数响应情况进行评审，完全响应或优于招标文件要求得30分。带“▲”技术参数一项负偏离或不响应扣2分，一般技术参数（不带“▲”的参数）负偏离或不响应一项扣1分，扣完为止。</p> <p>注：“▲”技术参数须提供所投产品相关技术佐证材料，并在投标产品偏离表中标注佐证材料对应页码。</p> <p>相关技术佐证材料包括但不限于：操作手册、彩色宣传页、技术白皮书、检测报告、产品说明书等。未提供或评审委员会认定所提供材料无法有效证明的将视为不满足本参数要求。</p>	30.0000	客观	产品技术参数表.pdf

详细评审

质量保证承诺	供应商针对本项目提供质量保证方案及质量保证承诺，内容包含：①符合国家相关质量标准、通过国家法定检验注册，产品性能稳定；②在产品使用、技术保障方面的承诺和保证措施。各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、完全契合本项目实际需求得4分，每有一项缺项扣2分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指质量标准与项目脱节、未覆盖全流程质量管控、未明确质量责任主体、质量风险与措施不匹配、方案内容表述前后不一致、套用其他项目方案、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）扣0.5分。	4.0000	主观	投标方案.pdf

售后服务	<p>1、投标人针对本项目提供完整的售后服务方案。内容包含：①售后服务计划及售后服务保障措施,包括但不限于人员配备、备品备件供应计划、设备发生故障后的补救措施等方面；②提供售后服务承诺且符合实际需求。各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、完全契合本项目实际需求得6分，每有一项缺项扣3分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指响应机制滞后、响应与解决时效模糊、责任界定不清晰、定期维护缺失、缺乏反馈与改进机制、内容表述前后不一致、套用其他项目方案、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）扣0.5分。 2、有可靠的销售渠道和维修服务机构，具有本地化售后服务能力。须提供相关的佐证材料，如售后服务机构工作场所的证明材料（包括但不限于：租房协议或产权证明材料，办公场所图片，售后服务机构专职人员名单及相关行业从业资历，本行业内的技术证书及相关证明材料等），出具相关证明材料计2分；内容不完整计1分，未提供不计分。</p>	8.0000	主观	投标方案.pdf
技术培训方案	<p>具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明。各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、完全契合本项目实际需求得3分；每有一项内容存在缺陷（缺陷是培训内容缺乏针对性、培训方式单一、资源不足、缺乏系统性和持续性、内容表述前后不一致、套用其他项目方案、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）扣0.5分。</p>	3.0000	主观	投标方案.pdf

	企业业绩	提供投标产品（电子支气管镜）近年（合同签订时间为 2023年1月1 日至今）供货业绩。提供供货合同 1 份得 2 分，最高得 6 分。评审标准：供货合同复印件并加盖投标人公章，不提供加盖公章的复印件不得分，时间以合同签订时间为准。	6.0000	客观	投标方案.pdf
价格分	价格分	在预算限额之内满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为 30 分。高于评标基准价的投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 C1 的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予 C1 的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1- C1 ）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

本项目授权评标委员会直接确认中标供应商，确认后代理机构在陕西省政府采购网上发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料.pdf

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 分项报价表.pdf

详见附件: 产品技术参数表.pdf

详见附件: 商务应答表.pdf

详见附件: 投标方案.pdf

采购包2:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料.pdf

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 分项报价表.pdf

详见附件: 产品技术参数表.pdf

详见附件: 商务应答表.pdf

详见附件: 投标方案.pdf

采购包3:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料.pdf

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件：分项报价表.pdf

详见附件：产品技术参数表.pdf

详见附件：商务应答表.pdf

详见附件：投标方案.pdf

第七章 拟签订合同文本

详见附件：政府采购货物合同范本（移动式C型臂等设备）.docx

