

补遗一

渭南市县域医共体设备更新建设项目

各供应商：

合同包 7(华阴市人民医院设备采购项目)

设备一、麻醉机 (1 套) 变更为 (3 套)

设备三：高端便携式彩色多普勒超声 (1 套) 变更为 (2 套)

合同包 2(华州区人民医院设备采购项目)

设备三：全自动生化分析仪 (1 套)

应医院要求，渭南市华州区人口约 26 万余人，我院门诊日就诊人次约 1000 人次，日住院人次约 380 人，当日生化检验人均 350 人次，检测项目约 7000 项，陕西省等级医院评审要求常规生化 TAT 时间要求<2 小时，急诊生化 TAT 时间要求<1 小时。根据我院就诊量计算，现需要测试速度中比色法大于≥2000 测试/小时，ISE:≥600 测试/小时。

5	测试速度：比色法≥800 测试/小时, ISE:≥400 测试/小时。
---	-------------------------------------

以上原论证参数不能满足我院要求

变更 5 测试速度：比色法≥2000 测试/小时, ISE:≥600 测试/小时。

其他事项不变。

