

补遗二

渭南市县域医共体设备更新建设项目

各供应商：

合同包 8(合阳县人民医院设备采购项目)

设备三：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 （1 套）

4.2 探头规格

6. 腹部凸阵探头（1.0-7.0MHz） 1 把

7. 血管/小器官线阵探头（4.0-17.0MHz） 1 把

8. 心脏相控阵探头（1.0-6.0MHz） 1 把

9. 腔内容积探头：（3.0-14.0MHz） 1 把

设备四：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 （1 套）

4.2 探头规格

4.2.6 单晶腹部凸阵探头（1.0-8.0MHz） 1 把

4.2.7 血管/小器官线阵探头（3.0-17.0MHz） 1 把

4.2.8 腹部容积探头（2.0-7.0MHz） 1 把

4.2.9 腔内探头（3-13MHz），扩展成像后角度 $\geq 210^{\circ}$ 1 把

其他事项不变。

