

项目编号：ZCSP-渭南市-2024-01721LLD-2024-030.8.10B1

## 渭南市县域医共体设备更新建设项目 （二次）合同包2（澄城县医院）

甲方：渭南市卫生健康委员会

乙方：深圳市锐迅供应链管理有限公司



供货合同

甲方：渭南市卫生健康委员会

乙方：深圳市锐迅供应链管理有限公司

就甲方所需货物，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及成交供应商投标文件正本和澄清表（函）、成交通知书，经甲、乙双方协商，达成如下条款。

一、 合同标的物内容及数量（以投标响应文件正本和澄清表（函）为准）

| 设备名称                 | 型号          | 产地品牌 | 数量 | 单价(元)            | 总价(元)      |
|----------------------|-------------|------|----|------------------|------------|
| 高清电子胃镜               | UHD-GT300T  | 上海澳华 | 4根 | 390000.00        | 1560000.00 |
| 光学放大胃镜               | UHD-GT300Z  | 上海澳华 | 1根 | 380000.00        | 380000.00  |
| 高清电子肠镜               | UHD-CL300I  | 上海澳华 | 3根 | 400000.00        | 1200000.00 |
| 光学放大电子肠镜             | UHD-CL300ZI | 上海澳华 | 1根 | 400000.00        | 400000.00  |
| 图像处理系统               | AQ-300N     | 上海澳华 | 2台 | 420000.00        | 840000.00  |
| LED灯光源               | AQL-300L    | 上海澳华 | 2台 | 300000.00        | 600000.00  |
| 高清晰医用彩色监视器           | S320P       | 上海澳华 | 2台 | 80000.00         | 160000.00  |
| 专用仪器台车               | AET-S2      | 上海澳华 | 2台 | 30000.00         | 60000.00   |
| 内窥镜用送水泵              | ERP-1       | 常州易镜 | 2套 | 20000.00         | 40000.00   |
| 二氧化碳送气泵              | EGP-1 Pro   | 常州易镜 | 2套 | 25000.00         | 50000.00   |
| 图文工作站                | FreeGL V5   | 西安唯文 | 2套 | 19000.00         | 38000.00   |
| 合计（大写）：人民币伍佰叁拾贰万捌仟元整 |             |      |    | （小写）：¥5328000.00 |            |

乙方保证甲方在使用中标货物（服务）时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼及因此产生的其他全部的责任。

## 二、合同价款

（一）合同总价款为（大写）：人民币伍佰叁拾贰万捌仟元整（小写）：  
¥5328000.00。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及 其它全部费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

## 三、款项结算

中标供应商将中标货物运送到采购人指定地点，在完成安装、调试、培训，经验收合格后，且供货期间能严格履行合同义务（签订合同后90日内），在验收合格并收到乙方开具的增值税发票后支付合同总金额的90%，半年后支付剩余10%。（市级补助资金总额4540000.00元，剩余部分由澄城县医院验收合格后支付）

## 四、双方的权利和义务

### （一）甲方的权利和义务

甲方的权利：质保期内，同一主要部件出现质量问题，经过2次以上（包括2次）维修后仍无法正常使用，乙方应立即给予甲方免费更换同型号、同规格的原厂新设备并保证设备正常使用。经过更换后仍无法正常使用的，甲方有权解除合同，合同自甲方书面解除通知到达乙方时解除，乙方返还甲方已支付款项，并按照合同总额的30%向甲方支付违约金，若乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应当按照甲方的实际损失予以全部赔偿。甲方的义务：积极配合乙方安装、调试设备、组织设备验收工作，按照合同约定向乙方支付货款。

### （二）乙方的权利和义务

乙方的权利：按照合同约定要求甲方支付货款。

乙方的义务：按照合同约定时间、按照甲方指定地点提供符合约定标准的货物，负责设备安装、调试，配合设备验收工作，提供原厂工程师现场技术培训并保证设备使用人员正常熟练操作设备的各种功能，按照合同约定提供售后服务。

## 五、交货条件：

- （一）交货地点：甲方指定地点。
- （二）交货期：自合同签订后20个日历日内完成全部项目内容，并交付甲方验收合格，不得延期。
- （三）安装、培训期：自设备到货后7个工作日内。

## 六、运输

- （一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。
- （二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货，并通过验收。
- （三）运输过程中的一切风险及产品质量问题由乙方全部承担。

## 七、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

- （一）保证设备技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足招标文件及投标文件约定要求。
- （二）符合国家有关技术标准和规范要求，确保达到最佳运行状态。
- （三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。
- （四）乙方为甲方提供的设备须为原厂生产全新产品，如果乙方提供产品非原厂生产全新产品，一经查实，甲方有权要求乙方更换符合招标文件所要求的全新产品，由此产生的一切经济损失由乙方承担。

## 八、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：（具体售后服务，根据招标文件、投标文件、澄清表（函）要求制定、最终报价单）。

乙方所供产品全部严格执行国家三包规定，产品整机免费保修叁年，维修及零配件供应。（在保修期内，乙方负担所有维修费用及配件费）质保期满后，上门维护不收费，只收取相关配件费用，其价格是市场价的5折。

质保期：质量保修期为设备安装调试验收合格之日起三十六个月（即厂家对产品损坏或故障所提供的免费维修期限）。

- （1）在质保期内当设备发生故障时，供应商应在接到采购人通知二小时内给予应答，二十四小时内到现场处理。若二十四小时内未到现场处理，采购人有权自行维修，但所发生的费用及造成的一切后果由供应商负责。

(2) 质保期内对由于设备质量问题造成的损坏，供应商免费维修或更换损坏的设备及部件；在质保期外，供应商应提供良好的售后服务和技术支持。

(3) 投标人应对质保期内的维修服务做出承诺。

(4) 投标人应对设备大修周期、使用寿命及各主要零部件的寿命做出承诺

。

(5) 使用培训：设备安装调试完成后，乙方须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于 4 次的免费理论和操作应用培训，每次培训时间不少于 1 个小时。

## 九、技术与服务

(一) 技术资料：

- 1、货物合格证；
- 2、货物使用说明书（中文）；
- 3、检验测试报告；
- 4、其它资料[包括装箱清单、操作手册、维护手册、服务指南等资料]。

(二) 服务承诺：

1、**质保期内提供完全免费服务，不收取任何费用。**

(三) 其他方面以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准

## 十、验收

(一)、项目验收分初验和终验：

(1) 初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

(2) 终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用 10 个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

(二)、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后 7 个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交单位。

(三)、验收依据

(1) 合同文本及合同补充文件（条款）；

- (2) 产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料;
- (3) 招标文件;
- (4) 中标人的投标文件;
- (5) 货物清单;
- (6) 生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

## 十一、违约责任

- (一) 按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。
- (二) 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或其他违约行为导致甲方解除合同，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

(三) 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

## 十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 二 种方式解决：

- (一) 提交 甲方所在地 仲裁委员会仲裁;
- (二) 依法向 甲方所在地 人民法院起诉。

## 十三、合同生效

本合同一式 伍 份，甲方执 肆 份、乙方执 壹 份，本合同甲、乙双方确认签字、盖章后生效。

## 十四、其他事项

- (一) 渭南 市财政局政府采购管理科在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

- (二) 投标文件、澄清表（函）、合同附件均成为合同不可分割的部分。

- (三) 合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（四）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

（五）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

|                                                        |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 甲方（法人公章）<br>单位名称：渭南市卫生健康委员会<br>地址：渭南市三贤路北段市民综合服务中心主楼8楼 | 乙方（法人公章）<br>单位名称：深圳市锐迅供应链管理有限公<br>司<br>地址：深圳市前海深港合作区南山街道<br>梦海大道5188号前海深港青年梦工场北区3<br>栋103H1      |
| 法定代表人：（签字）<br>代理人：（签字）<br>联系电话：                        | 法定代表人：文静<br>代理人：张<br>开户银行：宁波银行股份有限公司深圳前海<br>支行<br>账 号：7305 0122 0002 74293<br>联系电话：0755-82311378 |

签订日期：2025 年 4 月 18 日

签订日期：2025 年 4 月 18 日

## 附件1：技术参数

| 序号 | 名称     | 投标文件技术响应                              |
|----|--------|---------------------------------------|
| 1  | 高清电子胃镜 | 我司承诺应答：1、视野角度145°；                    |
|    |        | 我司承诺应答：2、景深 2-100mm；                  |
|    |        | 我司承诺应答：3、头端部外径9.8mm；                  |
|    |        | 我司承诺应答：4、插入部外径9.6mm；                  |
|    |        | 我司承诺应答：5、弯曲角度上210°，下120°，左/右100°；     |
|    |        | 我司承诺应答：6、有效长度1100mm；                  |
|    |        | 我司承诺应答：7、钳道内径3.2mm；                   |
|    |        | 我司承诺应答：8、具备副送水功能；                     |
|    |        | 我司承诺应答：▲9、操作手柄具有快捷按键，可自定义内镜5个功能按键。    |
| 2  | 光学放大胃镜 | 我司承诺应答：1、具有多种观察景深：放大观察：95°；普通观察：145°； |
|    |        | 我司承诺应答：2、常规景深：3-100mm；                |
|    |        | 我司承诺应答：3、放大景深：1.5-3mm；                |
|    |        | 我司承诺应答：4、先端部外径9.9mm；                  |
|    |        | 我司承诺应答：5、插入部外径9.6mm；                  |
|    |        | 我司承诺应答：6、弯曲部弯曲角度上210°，下90°，左/右100°；   |
|    |        | 我司承诺应答：7、有效长度1050mm；                  |
|    |        | 我司承诺应答：8、钳子管道内径2.8mm；                 |
|    |        | 我司承诺应答：9、放大倍数100倍；                    |
| 3  | 高清电子肠镜 | 我司承诺应答：10、操作手柄具有快捷按键，可自定义内镜4个功能按键；    |
|    |        | 我司承诺应答：11、一触式连接，支持热插拔。                |
|    |        | 我司承诺应答：1、视野角度170°；                    |
|    |        | 我司承诺应答：2、景深：2-100mm；                  |
|    |        | 我司承诺应答：3、先端部外径12.2mm；                 |
|    |        | 我司承诺应答：▲4、插入部外径12mm；                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>我司承诺应答：5、弯曲角度上下180°，左/右160°；</p> <p>我司承诺应答：6、有效长度1350mm；</p> <p>我司承诺应答：7、钳道内径3.8mm；</p> <p>我司承诺应答：8、具备副送水功能；</p> <p>我司承诺应答：▲9、操作手柄具有快捷按键，可自定义内镜5个功能按键；</p> <p>我司承诺应答：10、插入管具有软硬度可调功能。</p>                                                                                                                                                                  |
| 4 | <p>光学放大电子肠镜</p> <p>我司承诺应答：1、具有多种观察模式：放大观察：90°，普通观察：170°；</p> <p>我司承诺应答：2、具有多种景深深观察模式：常规景深 3-100mm，放大景深 2-3.5mm；</p> <p>我司承诺应答：3、先端部外12.8mm；</p> <p>我司承诺应答：4、插入部外径12mm；</p> <p>我司承诺应答：5、弯曲部弯曲角度上下180°，左/右160°；</p> <p>我司承诺应答：6、有效长度1300mm；</p> <p>我司承诺应答：7、钳子管道内径3.7mm；</p> <p>我司承诺应答：8、放大倍数100 倍；</p> <p>我司承诺应答：9、具备副送水功能；</p> <p>我司承诺应答：10、插入管具有软硬度可调功能。</p> |
| 5 | <p>图像处理系统</p> <p>我司承诺应答：1、支持全高清3480*2160 数字输出；</p> <p>我司承诺应答：2、具有白平衡功能；</p> <p>我司承诺应答：3、具有平均测光/峰值测光/混合（自动）测光；</p> <p>我司承诺应答：4、具有轮廓、结构强化功能；</p> <p>我司承诺应答：5、具有数字放大功能：可将内镜图像进行4倍放大；</p> <p>我司承诺应答：▲6、主机系统采用蓝牙、红外、激光等高速率、抗干扰能力强的传输图像方式。</p> <p>我司承诺应答：▲7、具有特殊光模式成像功能，具有染色模式4 种；</p> <p>我司承诺应答：▲8、主机系统除外置内存外内置存储具备1TB 存储；</p>                                     |

|    |                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 我司承诺应答：9、主机系统可兼容电子胃肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜等镜种。                                                    |
|    | 我司承诺应答：1、LED 灯，使用寿命30000 小时，输出总光通量：300Lm；                                              |
|    | 我司承诺应答：2、色温范围：3000-7000K；                                                              |
|    | 我司承诺应答：▲3、具备5 个 LED 光源；                                                                |
| 6  | LED 灯光源<br>我司承诺应答：▲4、冷光源具备4 种照明成像模式，即 1 种白光+3 种及以上的特殊光学染色照明模式；                         |
|    | 我司承诺应答：5、具有光照强度/亮度调节功能，可自动/手动调光，调光级别18 级；                                              |
|    | 我司承诺应答：6、气泵压力：气泵压力范围 40-90kPa；                                                         |
|    | 我司承诺应答：7、具有气泵流量控制功能，气泵流量具有 OFF\ L\ M\ H（关闭、低、中、高）档可选。                                  |
|    | 我司承诺应答：1、高清专业医用显示器32 吋；                                                                |
| 7  | 高清晰医用彩色<br>监视器<br>我司承诺应答：2、分辨率：3840*2160。                                              |
|    | 我司承诺应答：1、可转动液晶显示器；                                                                     |
|    | 我司承诺应答：2、可升降支架，同时悬挂两根镜子；                                                               |
| 8  | 专用仪器台车<br>我司承诺应答：3、可拉伸键盘托盘；                                                            |
|    | 我司承诺应答：4、带锁定装置。                                                                        |
|    | 我司承诺应答：1、供水操作：20 秒；                                                                    |
|    | 我司承诺应答：2、流量600ml/min；                                                                  |
| 9  | 内窥镜用送水泵<br>我司承诺应答：3、档位调节：10 段流量设置显示，具有自动流量设置记忆功能。                                      |
|    | 我司承诺应答：1、输出气体压强：45KPa；                                                                 |
| 10 | 二氧化碳送气泵<br>我司承诺应答：2、配置降压阀及中心连接带。                                                       |
|    | 我司承诺应答：1、高清图文工作站配置:CPUi5、内存16G、硬盘1TB、标准键盘、光电鼠标、电 脑显示屏23 英寸，Windows10 及以上正版操作系统；        |
| 11 | 图文工作站<br>我司承诺应答：2、支持 DVI、HDMI、HD-SDI、VGA、S 端子等多种彩超信号格式、配备芯片采集卡、匹配兼容各类仪器，负责连接医院 His 系统； |
|    | 我司承诺应答：3、彩色喷墨打印机；                                                                      |
|    | 我司承诺应答：4、不间断电源（UPS）0.5/小时。                                                             |

附件2：配置清单  
高清电子胃镜

配置清单

| 序号 | 物料名称    | 数量 | 备注 |
|----|---------|----|----|
| 1  | 电子内窥镜   | 1  |    |
| 2  | 一次性清洗刷  | 2  |    |
| 3  | 测漏表     | 1  |    |
| 4  | 通气管     | 1  |    |
| 5  | 手动灌流器   | 1  |    |
| 6  | 自动灌流器   | 1  |    |
| 7  | 水气连接钳扣  | 1  |    |
| 8  | 清洗泵组件   | 1  |    |
| 9  | 钳道接口密封罩 | 10 |    |
| 10 | 单头牌     | 1  |    |
| 11 | 附送水口防尘帽 | 2  |    |
| 12 | 水气接口组件  | 1  |    |
| 13 | 吸引按钮组件  | 1  |    |
| 14 | 附送水气接管  | 2  |    |
| 15 | 水瓶      | 1  |    |
| 16 | 镜箱      | 1  |    |
| 17 | 说明书     | 1  |    |
| 18 | 合格证     | 1  |    |
| 19 | 生产许可证   | 1  |    |
| 20 | 营业执照    | 1  |    |
| 21 | 注册证     | 1  |    |
| 22 | 配置清单    | 1  |    |
|    |         |    |    |

光学放大胃镜

配置清单

| 序号 | 物料名称    | 数量 | 备注 |
|----|---------|----|----|
| 1  | 电子内窥镜   | 1  |    |
| 2  | 一次性清洗液  | 2  |    |
| 3  | 测漏表     | 1  |    |
| 4  | 通气品     | 1  |    |
| 5  | 自动灌流器   | 1  |    |
| 6  | 自动灌流器   | 1  |    |
| 7  | 水气通按钮副  | 1  |    |
| 8  | 清洗泵组件   | 1  |    |
| 9  | 管道接口密封罩 | 10 |    |
| 10 | 泵头罩     | 1  |    |
| 11 | 附送水口防空帽 | 2  |    |
| 12 | 水气按钮组件  | 1  |    |
| 13 | 吸引按钮组件  | 1  |    |
| 14 | 附送水气接管  | 1  |    |
| 15 | 水瓶      | 1  |    |
| 16 | 锐箱      | 1  |    |
| 17 | 说明书     | 1  |    |
| 18 | 合格证     | 1  |    |
| 19 | 生产许可证   | 1  |    |
| 20 | 营业执照    | 1  |    |
| 21 | 注册证     | 1  |    |
| 22 | 配置清单    | 1  |    |
|    |         |    |    |

高清电子肠镜

配置清单

| 序号 | 物料名称    | 数量 | 备注 |
|----|---------|----|----|
| 1  | 电子内窥镜   | 1  |    |
| 2  | 一次性清洗液站 | 2  |    |
| 3  | 测漏表     | 1  |    |
| 4  | 迎气品     | 1  |    |
| 5  | 手动灌流器   | 1  |    |
| 6  | 自动灌流器   | 1  |    |
| 7  | 水气通板按钮  | 1  |    |
| 8  | 清洗泵组件   | 1  |    |
| 9  | 软管接口密封圈 | 10 |    |
| 10 | 真空泵     | 1  |    |
| 11 | 负压水口防冲阀 | 2  |    |
| 12 | 水气板组件   | 1  |    |
| 13 | 吸引板组件   | 1  |    |
| 14 | 防返水软管接件 | 1  |    |
| 15 | 水瓶      | 1  |    |
| 16 | 镜箱      | 1  |    |
| 17 | 说明书     | 1  |    |
| 18 | 合格证     | 1  |    |
| 19 | 生产许可证   | 1  |    |
| 20 | 营业执照    | 1  |    |
| 21 | 注册证     | 1  |    |
| 22 | 配置清单    | 1  |    |
|    |         |    |    |

光学放大电子肠镜

配置清单

| 序号 | 物料名称     | 数量 | 备注 |
|----|----------|----|----|
| 1  | 电子内窥镜    | 1  |    |
| 2  | 一次性清洗刷   | 2  |    |
| 3  | 测漏表      | 1  |    |
| 4  | 测气品      | 1  |    |
| 5  | 手动灌流器    | 1  |    |
| 6  | 自动灌流器    | 1  |    |
| 7  | 水气逆接按钮   | 1  |    |
| 8  | 清洗泵组件    | 1  |    |
| 9  | 铝盖抽口密封罩  | 10 |    |
| 10 | 泵头罩      | 1  |    |
| 11 | 固定水口角适配器 | 2  |    |
| 12 | 水气扳扭组件   | 1  |    |
| 13 | 吸片扳扭组件   |    |    |
| 14 | 防返水弯接管   |    |    |
| 15 | 水瓶       |    |    |
| 16 | 镜箱       | 1  |    |
| 17 | 说明书      |    |    |
| 18 | 合格证      |    |    |
| 19 | 产品许可证    |    |    |
| 20 | 营业执照     |    |    |
| 21 | 自明章      |    |    |
| 22 | 配置清单     |    |    |
|    |          |    |    |

图像处理系统

配置清单

| 序号 | 物料名称       | 数量 | 备注 |
|----|------------|----|----|
| 1  | 电子内窥镜图像处理器 | 1  |    |
| 2  | 控制平板       | 1  |    |
| 3  | 平板底座       | 1  |    |
| 4  | 平板支架组件     | 1  |    |
| 5  | 白平衡帽组件     | 1  |    |
| 6  | 标配存储盘      | 1  |    |
| 7  | 医用键盘       | 1  |    |
| 8  | 保险丝        | 2  |    |
| 9  | 电源线        | 1  |    |
| 10 | CVBS 视频线   | 2  |    |
| 11 | S 端子视频线    | 1  |    |
| 12 | ENDOLINK 线 | 1  |    |
| 13 | LS LINK 线  | 1  |    |
| 14 | SDI 线      | 1  |    |
| 15 | DVI 线      | 1  |    |
| 16 | 说明书        | 1  |    |
| 17 | 营业执照副本     | 1  |    |
| 18 | 生产许可证      | 1  |    |
| 19 | 注册证        | 1  |    |
| 20 | 合格证        | 1  |    |
| 21 | 配置清单       | 1  |    |

## LED灯光源

配置清单

| 序号 | 物料名称        | 数量 | 备注 |
|----|-------------|----|----|
| 1  | 内窥镜 LED 冷光源 | 1  |    |
| 2  | 保险丝         | 2  |    |
| 3  | 电源线         | 1  |    |
| 4  | 说明书         | 1  |    |
| 5  | 多模光纤准直器组件   | 1  |    |
| 6  | 营业执照副本      | 1  |    |
| 7  | 生产许可证       | 1  |    |
| 8  | 注册证         | 1  |    |
| 9  | 配置清单        | 1  |    |
| 10 | 合格证         | 1  |    |
| 11 |             |    |    |
| 12 |             |    |    |
| 13 |             |    |    |
| 14 |             |    |    |
| 15 |             |    |    |
| 16 |             |    |    |
| 17 |             |    |    |
| 18 |             |    |    |
| 19 |             |    |    |
| 20 |             |    |    |

内窥镜用送水泵

配置清单

| 序号 | 物料名称    | 数量 | 备注 |
|----|---------|----|----|
| 1  | 送水泵     | 1  |    |
| 2  | 送水泵管道组件 | 1  |    |
| 3  | 保险丝     | 2  |    |
| 4  | 电源线     | 1  |    |
| 5  | 说明书     | 1  |    |
| 6  | 气囊      | 1  |    |
| 7  | 营业执照副本  | 1  |    |
| 8  | 生产许可证副本 | 1  |    |
| 9  | 注册证     | 1  |    |
| 10 | 配置清单    | 1  |    |
| 11 | 合格证     | 1  |    |

## 二氧化碳送气泵

配置清单

| 序号 | 物料名称       | 数量 | 备注 |
|----|------------|----|----|
| 1  | 送气泵        | 1  |    |
| 2  | 保险丝        | 1  |    |
|    | 电源线        | 2  |    |
| 4  | 兼容奥林巴斯水瓶组件 | 1  |    |
| 5  | 兼容富士水瓶组件   | 1  |    |
| 6  | 兼容宾得水瓶组件   | 1  |    |
| 7  | 兼容澳华水瓶组件   | 1  |    |
| 8  | 说明书        | 1  |    |
| 9  | 气囊         | 1  |    |
| 10 | 营业执照副本     | 1  |    |
| 11 | 生产许可证副本    | 1  |    |
| 12 | 注册证        | 1  |    |
| 13 | 配置清单       | 1  |    |
| 14 | 合格证        | 1  |    |
| 15 | 操作指导卡      | 1  |    |
| 16 | 墙气管路套件     | 1  |    |
| 17 | 气瓶减压系统     | 1  |    |

图文工作站

FreeGL 医学影像处理系统

FreeGL 医学影像处理系统

《FreeGL 图文工作站》  
单屏高清全接口配置表

|         |         |                        |
|---------|---------|------------------------|
| 主 机 模 块 | PC 主机型号 | FreeGL V5 主机           |
|         | 系统主内存   | 16G                    |
|         | 硬盘驱动器   | 512G 高速 NVME           |
|         | 图文显示器   | 22 寸宽屏液晶显示器            |
|         | 图文打印机   | 佳能彩色喷墨打印机              |
| 视 频 模 块 | 视频传输线   | DVI1080P 接口            |
|         | 医用视频卡   | FreeGL 采集卡 MT990 1080P |
|         | 脚控系统    | 单键脚踏控制器                |
|         | 视频回放系统  | H264 视频流录像             |
|         | 操作系统平台  | MS Windows10 X64       |
| 软 件 模 块 | 报告处理平台  | FreeGL V5.0            |
|         | 数据管理平台  | DBB                    |
|         | 高级图像处理  | PIC EDIT               |



西安唯文信息技术有限公司