

大荔县医院医用血管造影X射线机（DSA）维保中标（成交）明细

大荔县政府采购中心受大荔县医院委托，采用竞争性磋商进行采购医用血管造影X射线机（DSA）维保（项目编号：DLZCCS2026-5）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（大荔县医院医用血管X射线机（DSA）维保服务采购项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：华康恒业智慧医疗科技（湖北）有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：570,000.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	医疗设备维修和保养服务	医用血管造影X射线机（DSA）维修保养服务	乐普viCOY-CV100 DSA及配套设备（高压注射器、监护仪、工作站、除颤仪等全部第三方设备）整机全保（含X线球管、平板探测器等）	更换配件必须为原厂正品全新零部件（提供承诺函）。2.每年至少四次专业维护保养，并提供维保记录单。3.供应商提供专用维修服务电话，接到故障报修通知后2小时内响应，8小时内派人到现场。4.服务期限内设备单次发生故障后72小时内必须修复，每延期一天，保修期顺延三天。5.保证全年开机率≥95%，全年按365天计算，全年停机不超过18天，停机每超一天，保修期顺延三天。6.负责提供所有系统升级至最新版本并对所有升级软件功能终生开放。7.年度维修保养总结报告装订成册交院方存档。8.负责修复设备目前故障。9.配合完成年度设备技术性能质量检测工作，保证设备性能达到质检要求。	1年	1.更换配件：我方承诺更换配件均为原厂正品全新零部件，并出具正式承诺函。2.维护保养次数：我方承诺每年至少开展四次专业维护保养，同步提供完整规范的维保记录单。3.故障响应：我方提供专用维修服务电话，承诺接到故障报修通知后2小时内响应，8小时内抵达现场。4.故障修复时限：我方承诺服务期内设备单次故障72小时内修复，每延期1天，保修期顺延3天。5.开机率保证：我方承诺全年设备开机率≥98%（按365天计算，全年停机不超过7天），停机每超1天，保修期顺延3天。6.系统升级：我方承诺负责将所有系统升级至最新版本，并对升级软件功能终生开放。7.维保总结报告：我方承诺出具年度维修保养总结报告，装订成册后提交院方存档。8.现有故障修复：我方承诺负责修复设备当前存在的故障。9.配合质检：我方承诺配合完成年度设备技术性能质量检测工作，确保设备性能达到质检要求。	570,000.00	1.00	项	570,000.00

大荔县政府采购中心
2026年04月20日