

富平县医院大型血管数字减影机球管维修项目中标（成交）明细

陕西宏森项目管理有限公司受富平县医院委托，采用竞争性磋商进行采购大型血管数字减影机球管维修项目（项目编号：HSZ2025—CGZB—039）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（大型血管数字减影机球管维修项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：北京顺诚嘉业技术服务有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：382,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他专业技术服务	大型血管数字减影机球管维修项目	对飞利浦血管造影FD20进行维修，维修后达到使用标准	1、维修项目内容：配件维修 飞利浦血管机FD20球管维修，维修完毕后达到正常使用标准，球管维修后保修12个月。 2、保修期内，如球管发生故障，接到医院故障通知时随叫随到，全天候电话响应，工程师应在8小时内到达现场（包括节假日）。 3、保修期内，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。 4、定期维护服务间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）球管使用情况检查；（4）重建系统检查；（5）通讯检查；（6）软件等。 5、保修期内，在维修配件时引发医院设备其他新故障时，由供应商自行解决故障及配件，全部费用由供应商支付。 6、保修期内保证球管正常使用率≥95%，按一年365天计算，即全年累计停机时间≤18天。若超出上述承诺停机天数，每超出一天向需方支付当年保修款的0.5%，累计超出15天院方有权更换供应商。 7、该设备目前故障需要更换的备件、人工费及合同签订前所发生的所有维修费用均包含在本次维修服务中。	合同签订后7日内完成	符合国家及行业相关标准	382,000.00	1.00	项	382,000.00

陕西宏森项目管理有限公司
2025年09月01日