

华阴市人民医院64排CT设备维修服务项目中标（成交）明细

陕西正园工程项目管理有限公司受华阴市人民医院委托，采用单一来源进行采购64排CT设备维修服务项目（项目编号：SXZYXM2025-48）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（64排CT设备维修服务项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：西门子医疗系统有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：500,000.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	医疗设备维修和保养服务	华阴市人民医院64排CT设备维修服务项目	备件参数：（1）10662552\Slipring P68 包装尺寸：177*177*31cm 重量：122kg 功能：滑环是为旋转部分提供电源，并且为静止和旋转部件之间进行通讯及数据传输的组件；（2）03818254\carbon brush Set Power 电源碳刷 包装尺寸：25.5*19.5*4.5cm 重量：0.05kg 功能：为旋转部件提供565VDC电压；（3）10415047\signal brush 信号碳刷 包装尺寸：25*19*5cm 重量：0.25kg 功能：为静止与旋转部件提供通讯作用；（4）11062975\FUSE 80A 700V 保险丝 包装尺寸：27*16*11cm 重量：0.6kg 功能：防止高压565VDC短路的快熔保险丝。2.提供CT每年两次B级保养，并可提供服务报告。3.提供DSA血管机每年两次保养（由A级保养和B级保养组成），并可提供服务报告。4.备件质保：自安装日期起6个月。	服务内容及要求 1.备件参数：（1）10662552\Slipring P68 包装尺寸：177*177*31cm 重量：122kg 功能：滑环是为旋转部分提供电源，并且为静止和旋转部件之间进行通讯及数据传输的组件；（2）03818254\carbon brush Set Power 电源碳刷 包装尺寸：25.5*19.5*4.5cm 重量：0.05kg 功能：为旋转部件提供565VDC电压；（3）10415047\signal brush 信号碳刷 包装尺寸：25*19*5cm 重量：0.25kg 功能：为静止与旋转部件提供通讯作用；（4）11062975\FUSE 80A 700V 保险丝 包装尺寸：27*16*11cm 重量：0.6kg 功能：防止高压565VDC短路的快熔保险丝。2.提供CT每年两次B级保养，并可提供服务报告。3.提供DSA血管机每年两次保养（由A级保养和B级保养组成），并可提供服务报告。4.备件质保：自安装日期起6个月。	1年	履行服务要求	500,000.00	1.00	项	500,000.00

陕西正园工程项目管理有限公司
2025年10月24日