

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：电脑验光仪等仪器设备采购项目（第一批）

采购项目编号：HYDZB2026005

华阴市人民医院

陕西恒益鼎工程项目管理有限公司共同编制

2026年04月07日

第一章 投标邀请

陕西恒益鼎工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受华阴市人民医院委托，拟对电脑验光仪等仪器设备采购项目（第一批）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：HYDZB2026005

二、采购项目名称：电脑验光仪等仪器设备采购项目（第一批）

三、招标项目简介

华阴市人民医院采购医用吊塔7台、病床及其他设备一批。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照：供应商应是合法注册的法人或其他组织,并出具合法有效的营业执照；

2、法定代表人身份证明或授权委托书：法定代表人直接参加投标的，须递交《法定代表人身份证明》，法定代表人授权代表参加投标的，须递交《法定代表人授权委托书》；

3、企业资质：生产厂家直接参加投标的须提供《医疗器械生产许可证》；代理商参加投标的须提供《医疗器械经营许可证》（或备案凭证）及所投设备生产厂家的《医疗器械生产许可证》；

4、所投产品资质：所投设备属于医疗器械分类的须提供《医疗器械产品注册证》或《医疗器械产品备案证》；

5、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2024年或2025年度的财务审计报告（成立时间不到一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或响应文件递交截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附基本账户证明）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

6、税收缴纳证明：提供投标截止日前6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

7、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料

8、承诺函：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；

9、无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内经营活动中无重大违法记录声明；

10、企业信誉：供应商未被“信用中国”网站(www.srmtchin8.gov.cn)列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网(www.cc.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供相关截图）

11、非联合体投标声明：本项目不接受联合体投标。

采购包2：

1、营业执照：供应商应是合法注册的法人或其他组织,并出具合法有效的营业执照；

2、法定代表人身份证明或授权委托书：定代表人直接参加投标的，须递交《法定代表人身份证明》，法定代表人授权代表参加投标的，须递交《法定代表人授权委托书》

3、企业资质：生产厂家直接参加投标的须提供《医疗器械生产许可证》；代理商参加投标的须提供《医疗器械经营许可证

证》（或备案凭证）及所投设备生产厂家的《医疗器械生产许可证》

4、所投产品资质：所投设备属于医疗器械分类的须提供《医疗器械产品注册证》或《医疗器械产品备案证》

5、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2024年或2025年度的财务审计报告（成立时间不到一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或响应文件递截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附基本账户证明）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

6、税收缴纳证明：提供投标截止日前6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料

7、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

8、承诺函：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；

9、无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内经营活动中无重大违法记录声明

10、企业信誉：供应商未被“信用中国”网站(www.srmtchin8.gov.cn)列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网(www.cc.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供相关截图）

11、非联合体投标声明：本项目不接受联合体投标。（提供承诺函）

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：华阴市人民医院

地址：陕西省渭南市华阴市太华南路47号

邮编：714200

联系人：华阴市人民医院经办

联系电话：13619130603

代理机构：陕西恒益鼎工程项目管理有限公司

地址：陕西省西安市临潼区秦陵南路20号

邮编：710600

联系人：邓钰春

联系电话：02983942263

采购监督机构：华阴市政府采购管理股

联系人：刘方

联系电话：0913-8373765

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：560,000.00元</p> <p>采购包2：1,125,600.00元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>采购包2：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>采购包2：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
9	投标保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	<p>采购包1：不缴纳</p> <p>采购包2：不缴纳</p>
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定的费率标准计算招标代理服务费</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否
19	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由华阴市人民医院和陕西恒益鼎工程项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由华阴市人民医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西恒益鼎工程项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是华阴市人民医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西恒益鼎工程项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

- (四) 资格审查;
- (五) 评标办法;
- (六) 投标文件格式;
- (七) 拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子

化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库

〔2016〕125号〕的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5履约验收方案

采购包1：

1. 资质合规：全套医疗器械证件齐全有效，型号与投标文件一致； 2. 货物标准：规格配置、外观材质完全符合合同及技术参数要求； 3. 性能合格：现场安装调试，设备功能、安全指标实测达标； 4. 服务履约：安装培训到位，售后维保承诺全部落实； 5. 试运行无故障，资料归档完整，即可履约验收合格。

采购包2：

1. 资质合规：全套医疗器械证件齐全有效，型号与投标文件一致； 2. 货物标准：规格配置、外观材质完全符合合同及技术参数要求； 3. 性能合格：现场安装调试，设备功能、安全指标实测达标； 4. 服务履约：安装培训到位，售后维保承诺全部落实； 5. 试运行无故障，资料归档完整，即可履约验收合格。

2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西恒益鼎工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西恒益鼎工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西恒益鼎工程项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：陕西恒益鼎工程项目管理有限公司

联系电话：02983942263

地址：陕西省西安市临潼区秦陵南路20号

邮编：710600

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

采购医用吊塔7套、病床及设备一批

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：560,000.00

采购包最高限价（元）：546,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	医用吊塔	7.00	560,000.00	套	工业	否	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）：1,125,600.00

采购包最高限价（元）：1,092,400.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	双摇护理床	200.00	700,000.00	张	工业	否	否	否	否
2	电动溶栓病床	1.00	25,000.00	张	工业	否	否	否	否
3	三功能电动护理床	4.00	48,000.00	张	工业	否	否	否	否
4	五功能电动护理床	16.00	192,000.00	张	工业	否	否	否	否
5	不锈钢诊断床	2.00	2,600.00	张	工业	否	否	否	否

6	床旁监护仪	1.00	28,000.00	台	工业	否	否	否	否
7	高频电刀及配套手术烟雾管理系统	1.00	130,000.00	套	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：
 标的名称：医用吊塔

序号	参数性质	技术参数与性能指标			
1		(一) 采购内容：			
		序号	分项内容	单位	数量
		1	医用吊塔	套	7
		备注：预算金额及最高限价为该分项全部设备合计总价。			
2		(二) 技术参数			
		1、设备性能			
		▲1.1主体材料：横臂及控制箱采用高强度铝合金一次挤压成型，上下壁厚度≥8mm，左右壁厚度≥10mm，四处转角厚度≥8mm，表面一级氧化及喷塑处理（提供检测报告）。			
		1.2电气要求：电源线路及气源线路和塔体之间无相对移动，避免移动中线路脱落。			
		▲1.3气电分离：气体管路、电路在箱体内存开布局，医用气体、强弱电、网络终端集成于控制台，分隔布置无干涉，气电距离≥0.2m（提供检测报告）。			
		1.4气体管路：符合医用气体行业标准，材质耐高压、无渗漏（提供检测报告，进口/国产合格产品均可）。			
		▲1.5气体终端：符合医用气体标准，插拔≥100000次，颜色/形状防误插，具备通/拔/断三种状态、原位待接通功能，能带气维修（德标/国标兼容，适配医院现有管路即可）。			
		1.6具备水平旋转功能，精确定位无漂移。			
		1.7托盘：铝合金一次成型，带浅条纹防滑功能，边沿配国际标准不锈钢边轨，圆角防撞设计。			
		1.8制动类型：机械摩擦阻尼。			
		1.9驱动力矩：<10N·m。			
		1.10平衡臂旋转轻便，可稳定停留，无外力作用下不位移。			
		1.11气路各接口无渗漏。			
		1.12表面粉末涂层厚度≥60微米。			
		1.13 负压吸引系统可承受500kPa气压试验，无明显漏气/破裂。			
		1.14 医用气体正压柔性管内径≥5mm，负压吸引管道内径≥6mm。			
		1.15 正常工作噪音≤35dB(A)。			

		<p>1.16 主体全封闭式设计，危险部件防护等级符合GB/T 4208-2017中IP60规定（提供检测报告）。</p> <p>1.17 防火等级V-0（提供检测报告）。</p> <p>1.18 最大承重≥500kg，承载部件经2倍最大宣称承重测试后，无永久性损坏，相对负载表面偏移≤5°（提供检测报告）。</p> <p>1.19 外壳涂膜附着力等级≥0级、中性盐雾试验评价等级≥10级（提供检测报告）。</p> <p>1.20 电源模块符合IEC60601-1或GB9706.1标准（提供检测报告）。</p> <p>2、技术规格</p> <p>2.1旋转臂长度：600～1000mm（可按院方要求定制）；横臂厚度≥75mm。</p> <p>▲2.2旋转角度≥340°，可调，转动范围覆盖病人所需区域（提供检测报告）。</p> <p>2.3箱体最大净负载≥400kg，托盘承载≥150kg，带抽屉托盘承载≥150kg，抽屉承载≥40kg，输液杆承载≥45kg，托盘边轨最大承重≥15kg（提供检测报告）。</p> <p>2.4托盘正常工作载荷120kg时，满足3倍承重要求，无永久性损坏（提供检测报告）。</p> <p>2.5控制台高度≥800mm，模块化设计，支持后续扩展/升级维护。</p> <p>2.6输液架竖杆双节可伸缩，臂可自由伸缩转动，整体承重≥45kg（提供检测报告）。</p>
3		<p>(三)基本配置</p> <p>1.固定盘：1只</p> <p>2.旋转臂：1个</p> <p>3.控制台：1个</p> <p>4.不锈钢输液架：1套（高度可调，挂钩4个）</p> <p>5.仪器托盘及抽屉：2层托盘，1个抽屉</p> <p>6.三眼电源插座：6只</p> <p>7.网络RJ45：1套</p> <p>8.医用气体终端：压缩空气1只、氧气2只、吸引气1只（可按医院需求选配，兼容现有管路标准）</p>

采购包2：
标的名称：双摇护理床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<div>一、采购内容：</div> <table><tr><td>序号</td><td>分项内容</td><td>单位</td><td>数量</td><td>预算金额（元）</td><td>最高限价（元）</td></tr><tr><td>2-1</td><td>双摇护理床</td><td>套</td><td>200</td><td>700000.00</td><td>680000.00</td></tr></table> <div>备注：预算金额及最高限价为该分项全部设备合计总价。</div>	序号	分项内容	单位	数量	预算金额（元）	最高限价（元）	2-1	双摇护理床	套	200	700000.00	680000.00
序号	分项内容	单位	数量	预算金额（元）	最高限价（元）									
2-1	双摇护理床	套	200	700000.00	680000.00									
2		<div>二、技术要求</div> <div>双摇护理床</div> <div>（一）功能要求</div> <div>1.手动双摇，具备背部升降、腿部升降双功能，可任意定位。</div> <div>2.床体动态承载重量≥230kg。</div> <div>（二）规格</div> <div>外形尺寸：2100mm×960mm×500mm（长×宽×床面高），误差±20mm。</div> <div>（三）技术参数</div> <div>▲1.调节范围：背部0°～75°、腿部0°～45°，均可任意定位。</div> <div>2.控制系统：双侧ABS隐藏式摇把；传动丝杆采用优质碳素结构钢，搭配全钢传动离合器，带双向到位过盈保护；传动机构带ABS防尘罩，摇动顺畅无卡顿、无异常噪音。</div> <div>▲3.床体与床板：床架为优质冷轧矩形钢管焊接，主管材≥40×80mm，壁厚≥1.2mm，牢固无晃动；床板≥1.2mm冷轧钢板模压，多孔透气防滑，背部床板带支撑卸力结构，无下沉晃动。</div> <div>4.床头床尾板：高强度ABS工程塑料一体注塑，环保无毒、耐冲击、易消毒；插拔式/挂式结构，无需工具拆装；圆角防撞，床头带挂钩，床尾带患者信息卡槽。</div> <div>▲5.护栏：六档可折叠铝合金护栏，左右各1组，升降灵活，带安全自锁+防夹手结构，升起高度≥350mm，表面光滑无毛刺，易消毒。</div> <div>6.脚轮：4只125mm静音万向脚轮，双面刹车，耐磨减震、刹车牢固、不伤地面。</div> <div>（四）配置清单</div> <div>1.床底不锈钢置物架：1个</div> <div>2.输液架插孔：4个</div> <div>3.不锈钢输液架：1套</div> <div>4.床头柜：ABS工程塑料一体注塑，含台面/抽屉/柜门/置物空间，两侧带毛巾架，稳固易消毒。</div>												

		<p>5.床垫：厚度≥80mm，与床体匹配，医用环保棕垫/高密度海绵材质，外包防水防污耐磨帆布（牛津布），可擦洗、易消毒、床套易脱卸。</p> <p>6.餐桌板：ABS工程塑料材质，挂式安装，拆装便捷。</p> <p>7.床体组装完整，交付即可使用。</p> <p>（五）工艺</p> <p>1.机器人焊接，满焊无虚焊、漏焊、焊渣，表面打磨光滑。</p> <p>2.床体静电喷塑，涂层均匀、防锈耐腐蚀，耐受医用常规消毒。</p>
--	--	--

标的名称：电动溶栓病床

序号	参数性质	技术参数与性能指标												
1		一、采购内容：												
		<table><tr><td>序号</td><td>分项内容</td><td>单位</td><td>数量</td><td>预算金额（元）</td><td>最高限价（元）</td></tr><tr><td>2-2</td><td>电动溶栓病床</td><td>张</td><td>1</td><td>25000.00</td><td>23000.00</td></tr></table>	序号	分项内容	单位	数量	预算金额（元）	最高限价（元）	2-2	电动溶栓病床	张	1	25000.00	23000.00
		序号	分项内容	单位	数量	预算金额（元）	最高限价（元）							
		2-2	电动溶栓病床	张	1	25000.00	23000.00							
备注：预算金额及最高限价为该分项全部设备合计总价。														
		二、技术要求												
		电动溶栓病床												
		（一）功能要求												
		1.具备背部升降、腿部升降、背腿联动、整床升降、床体前后倾斜功能。												
		2.具备电动CPR + 手动CPR双模式心肺复苏功能。												
		3.具备实时称重、离床报警功能。												
		4.床体动态载重≥240kg。												
		（二）规格												
		外形尺寸：2100mm×960mm×500mm（长×宽×床面高），误差±20mm。												
		（三）技术参数												
▲1. 调节范围：背部0°～70°±5°、腿部0°～40°±5°、整床高度460mm～760mm、床体前后倾斜0°～14°±2°。														
▲2. 控制系统：三控制模式（手持控制器、双侧护栏按键、床尾控制面板）；床尾操作面板倾斜角度32°±2°，可显示角度、重量、报警信息。														
▲3.驱动系统：≥3组静音医用电机，单台推力≥4000N，AC220V供电，具备过载保护、双限位、断电自锁、急停功能，电机防护等级≥IP66（提供检测报告）；内置备用蓄电池，断电可实现体位调节及CPR功能；电机提供CE认证或国内权威第三方检测报告，进口电机需提供报关单+完税证明，国产电机无需强制报关。														

2		<p>▲4.床体与床板：</p> <p>床架：采用优质冷轧矩形钢管焊接成型，主管材规格≥40×80mm，壁厚≥1.2mm，整体牢固无晃动。</p> <p>床板：采用≥1.2mm厚冷轧钢板模压成型，具有多孔设计，便于透气，兼有防滑功能；背部床板采用支撑卸力结构，金属加固骨架，无下沉、无晃动</p> <p>5.床头床尾板：改性聚丙烯树脂（PP）一体吹塑/高强度ABS注塑，坚固耐冲击；插拔式/挂式，无需工具拆装，辅助CPR抢救；床尾带患者信息卡槽。</p> <p>6.护栏系统：四片式ABS抗菌护栏，抗紫外线、耐消毒剂擦拭；有效高度≥380mm，带缓冲升降、防夹手功能；护栏内置操作按键，可控制床体调节。</p> <p>7.显示与报警：≥4块护栏带角度显示仪，可实时显示体位角度；具备称重显示、超重/离床/低电量报警功能。</p> <p>8.脚轮：中控刹车脚轮，一脚集中刹车/解锁；PU聚氨酯耐磨静音轮，移动平稳、减震、不伤地面。</p> <p>（四）配置清单（标配）</p> <p>1.电动床主机：1台</p> <p>2.四片式抗菌护栏：1套</p> <p>3.手持控制器：1个</p> <p>4.备用蓄电池：1套</p> <p>5.中控静音脚轮：4只</p> <p>7.床垫：厚度≥80mm，床垫尺寸与床体匹配，床垫采用医用环保棕垫或高密度海绵床垫，外包防水防污耐磨帆布（牛津布），可擦洗、易消毒；床垫套易脱卸。</p> <p>8.不锈钢输液架：1套</p> <p>（五）工艺</p> <p>1、机器人焊接，满焊无虚焊、漏焊、焊渣，表面打磨光滑。</p> <p>2、床体静电喷塑，涂层均匀、防锈耐腐蚀，耐受医用常规消毒。</p>
---	--	---

标的名称：三功能电动护理床

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
1		一、采购内容					
		序号	分项内容	单位	数量	预算金额（元）	最高限价（元）
		2-3	三功能电动护理床	张	4	48000.00	47200.00
		备注：预算金额及最高限价为该分项全部设备合计总价。					

二、技术要求

三功能电动护理床

(一) 功能要求

具备背部升降、腿部升降、背腿联动、整体升降功能。

床体动态承载重量≥240kg。

(二) 规格

外形尺寸：2100mm×960mm×500mm（长×宽×床面高），误差±20mm。

(三) 技术参数

▲1. 调节范围：背部0°~70°±5°、腿部0°~40°±5°、整床高度430-630mm。

▲2.驱动系统：三电机独立驱动，配置医用静音直流电动推杆，单台推力≥4000N，电机防护等级≥IP66（提供检测报告）；多功能手控器，标识清晰、操作简单、无明显噪音；（电机需提供CE认证，第三方权威机构出具的IP66W防护等级检测报告，内资产品不强制进口报关，若标注原装进口电机，需提供对应进口货物报关单及海关完税证明）

▲3.床体与床板：

床架：采用优质冷轧矩形钢管焊接成型，主管材规格≥40×80mm，壁厚≥1.2mm，整体牢固无晃动。

床板：采用≥1.2mm优质冷轧钢板一体冲压成型，多孔透气、防滑；背部床板采用支撑卸力结构，金属加固骨架，无下沉、无晃动。

4.床头床尾板：优质实木框架，安装牢固，易清洁。

5.护栏：双侧全覆式折叠铝合金护栏，独立升降；电泳铝合金横梁，钢制关节与底座铆接牢固；带保险防误锁卡扣，阻尼缓降静音；收起略高于床垫，侧边防撞全包；符合YY/T 0573.2医用病床安全标准。

6.脚轮：中控脚轮，一脚制动；轮体为高强度聚氨酯/橡胶材质，静音耐磨。

(四) 配置清单（标配）

1.床底不锈钢置物架：1个

2.输液架插孔：4个

3.不锈钢输液架：1套

4.床头柜：环保实木/ABS工程塑料，含台面/抽屉/柜门/置物空间，稳固易消毒。

5.床垫：分段式结构，适配床体调节，厚度≥80mm，床垫尺寸与床体匹配，床垫采用医用环保棕垫或高密度海绵床垫，外包防水防污耐磨帆布（牛津布），可擦洗、易消毒；床垫套易脱卸。

6.餐桌板：医用ABS移动式升降餐桌板，高度可调、移动便捷、承重稳固、易消毒。

		<p>7.床体组装完整，交付即可使用。</p> <p>(五) 工艺</p> <p>1.机器人焊接，满焊无虚焊、漏焊、焊渣，表面打磨光滑。</p> <p>2.床体静电喷塑，涂层均匀、防锈耐腐蚀，耐受医用常规消毒。</p>
--	--	---

标的名称：五功能电动护理床

序号	参数性质	技术参数与性能指标												
1		一、采购内容												
		<table><tr><th>序号</th><th>分项内容</th><th>单位</th><th>数量</th><th>预算金额（元）</th><th>最高限价（元）</th></tr><tr><td>2-4</td><td>五功能电动护理床</td><td>张</td><td>16</td><td>192000.00</td><td>188800.00</td></tr></table>	序号	分项内容	单位	数量	预算金额（元）	最高限价（元）	2-4	五功能电动护理床	张	16	192000.00	188800.00
		序号	分项内容	单位	数量	预算金额（元）	最高限价（元）							
		2-4	五功能电动护理床	张	16	192000.00	188800.00							
备注：预算金额及最高限价为该分项全部设备合计总价。														
2		二、技术要求												
		电动五功能护理病床												
		（一）功能要求												
		1.具备背部升降、腿部升降、背腿联动、整床升降、床体前后倾斜功能。												
		2.具备一键CPR（心肺复苏）功能。												
		3.床体动态承载重量≥240kg。												
		（二）规格												
		外形尺寸：2100mm×960mm×500mm（长×宽×床面高），误差±20mm。												
		（三）技术参数												
		▲1. 调节范围：背部0°～70°±5°、腿部0°～40°±5°、整床高度430-630mm、床体前倾/后倾0-13°±2°。												
▲2.驱动系统：四电机独立驱动，配置医用静音直流电动推杆，单台推力≥4000N，电机防护等级≥IP66（提供检测报告）；多功能手控器，标识清晰、操作简单、无明显噪音；（电机需提供CE认证，第三方权威机构出具的IP66W防护等级检测报告，内资产品不强制进口报关，若标注原装进口电机，需提供对应进口货物报关单及海关完税证明。）														
▲3.床体与床板：														
床架：采用优质冷轧矩形钢管焊接成型，主管材规格≥40×80mm，壁厚≥1.2mm，整体牢固无晃动。														
床板：采用≥1.2mm优质冷轧钢板一体冲压成型，多孔透气、防滑；背部床板采														

4	<p>用支撑卸力结构，金属加固骨架，无下沉、无晃动。</p> <p>4.床头床尾板：ABS强化塑料一次吹塑，插拔式/挂式，无需工具拆装，辅助CPR抢救；床尾带患者信息卡槽。</p> <p>5. 护栏系统：四片式ABS抗菌护栏，抗紫外线、耐消毒剂擦拭；有效高度≥380mm，带缓冲升降、防夹手功能；护栏内置操作按键，可控制床体调节；≥4块护栏带角度显示仪，实时显示体位角度。</p> <p>6.脚轮：采用中控脚轮，一脚制动刹车；轮体采用高强度聚氨酯材质，静音耐磨。</p> <p>（四）配置清单（标配）</p> <p>1.床底不锈钢置物架：1个</p> <p>2.输液架插孔：4个</p> <p>3.不锈钢输液架：1套</p> <p>4.床头柜：采用ABS工程塑料一体注塑成型，结构包含台面、抽屉、柜门及置物空间，柜身两侧配有毛巾架，结构稳固，易清洁消毒。</p> <p>5.床垫：分段式结构，适配床体调节，厚度≥80mm，床垫尺寸与床体匹配，床垫采用医用环保棕垫或高密度海绵床垫，外包防水防污耐磨帆布（牛津布），可擦洗、易消毒；床垫套易脱卸。</p> <p>6.餐桌板：医用 ABS 移动式升降餐桌板，高度可调、移动便捷，承重稳固，易清洁消毒。</p> <p>7.床体组装完整，交付即可使用。</p> <p>（五）工艺</p> <p>1.机器人焊接，满焊无虚焊、漏焊、焊渣，表面打磨光滑。</p> <p>2.床体静电喷塑，涂层均匀、防锈耐腐蚀，耐受医用常规消毒。</p>
---	---

标的名称：不锈钢诊断床

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
1		一、采购内容					
		序号	分项内容	单位	数量	预算金额（元）	最高限价（元）
		2-5	不锈钢诊断床	张	2	2600	2400.00
		备注：预算金额及最高限价为该分项全部设备合计总价。					

2		<p>二、技术要求</p> <p style="text-align: center;">不锈钢诊断床</p> <p>(一) 规格</p> <p>1.床体总长≥1900mm</p> <p>2.床面有效宽度≥600mm</p> <p>3.床体总高度：600～680mm（固定高度款）</p> <p>(二) 技术参数</p> <p>▲1.床体结构：床架主横梁为优质不锈钢方管，壁厚≥1.2mm；床腿为不锈钢圆管，Φ≥50mm，壁厚≥1.2mm；床脚配ABS防滑静音脚垫，耐磨防刮、稳定不晃动。</p> <p>▲2.床面配置：床面板为高强度复合板/木板/医用级PP板，抗弯不变形；垫层为高密度海绵，厚度≥40mm，密度≥15kg/m³；面料为优质耐磨医用人造革/防水帆布，防水防油、易擦拭、耐消毒。</p> <p>3.承重性能：额定静载荷≥160kg，长期使用不变形、不下陷。</p> <p>(三) 工艺</p> <p>1.机器人焊接，满焊无虚焊、漏焊、焊渣，表面打磨光滑。</p> <p>2.不锈钢表面抛光处理，耐腐蚀、易清洁。</p>
---	--	---

标的名称：床旁监护仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标												
1		一、采购内容												
		<table><tr><th>序号</th><th>分项内容</th><th>单位</th><th>数量</th><th>预算金额（元）</th><th>最高限价（元）</th></tr><tr><td>2-6</td><td>床旁监护仪</td><td>台</td><td>1</td><td>28000.00</td><td>25000.00</td></tr></table>	序号	分项内容	单位	数量	预算金额（元）	最高限价（元）	2-6	床旁监护仪	台	1	28000.00	25000.00
		序号	分项内容	单位	数量	预算金额（元）	最高限价（元）							
		2-6	床旁监护仪	台	1	28000.00	25000.00							
备注：预算金额及最高限价为该分项全部设备合计总价。														
		二、技术要求												
		床旁监护仪												
		一、技术参数												
		<p>（1）整机要求</p> <p>1.一体化便携监护仪，无风扇/低噪音风扇设计，配置一体化提手，床旁移动/转运便捷；</p> <p>2.心电(ECG)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO₂)、体温(TEMP)防电击等级为CF型（防除颤），符合GB 9706.1、GB 9706.25系列标准；通过0.75m六面跌落测试；主机防水等级≥IPX1。</p>												

▲3.显示屏：≥10.1英寸彩色电容触摸屏；分辨率≥1280×800，支持≥8通道波形同时显示；宽视角技术，可视范围≥170度，具备自动亮度调节。

▲4.电池与续航：内置锂电池，插槽式设计，可快速拆卸安装；满负荷工作时间≥2小时；支持AC 220V±10%、50Hz供电，交流供电时可同步充电。

（2）监测参数

▲1.配置3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温监测，适用于成人、小儿、新生儿。

▲2.心电监护支持心率、ST段测量、心律失常分析、QT/QTc连续实时测量及报警功能，适用于全年龄段患者。

3.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s。

4.支持心脏下壁/侧壁/前壁多ST片段同屏实时显示，提供参考/实时片段对比查看。

▲5.支持房颤及室上性心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析。

6.QT和QTc实时监测测量范围：200~800 ms。

7.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

8.提供SpO₂、PR、PI参数实时监测，适用于全年龄段；PR测量范围：20-300次/分。

9.支持指套式血氧探头，防水等级≥IPX6，支持液体浸泡消毒/清洁。

10.提供手动、自动、连续、序列、整点5种血压测量模式，支持24小时血压统计；呼吸测量适用于全年龄段，测量范围：0-200 rpm；支持双通道体温和温差监测，可更改体温通道标名。

（3）系统功能

1.支持所有监测参数报警限一键自动设置。

2.具备图形化/文字化技术报警指示功能，快速识别报警来源；具备报警升级功能，未及时处理/伴发其他报警时升级级别；具备致命性参数报警特殊提示音（声音/灯光均可）。

3.支持≥800条事件回顾；每条报警事件存储≥20秒相关波形及触发时所有参数值；支持≥800组NIBP测量结果，可升级大容量存储卡；支持≥100小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

4.支持根据患者参数趋势，推送HR/PR、SpO₂、RR等参数报警限建议（手动/自动均可）。

5.具备参数组合报警功能，提供≥8个预设组合报警，允许自定义≥8个。

6.支持RJ45有线网络通信，具备无线网络连接功能，可联网至中心监护系统。

7.支持夜间、演示、待机模式，可选隐私模式。

8.提供计时器功能，界面可设置≥3个计时器，支持正计时/倒计时。

9.可升级临床评分系统（MEWS、NEWS、NEWS2），支持定时自动EWS评分及动态刷新/报警。

10.动态趋势界面支持统计1-24小时心律失常/参数超限报警，对异常波形高亮显示

		。 11.提供目标监测界面，显示ECG、SpO2、IBP、CO2等参数测量值/波形，包含目标参数区、列表区、统计区、趋势区（四区联动）。 12.支持带ABD事件的呼吸氧合界面。 13.提供屏幕截图功能，可通过USB导出至U盘。 14.支持它床观察，可同时监视≥8床报警信息。
--	--	---

标的名称：高频电刀及配套手术烟雾管理系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标												
1		一、采购内容												
		<table><tr><th>序号</th><th>分项内容</th><th>单位</th><th>数量</th><th>预算金额（元）</th><th>最高限价（元）</th></tr><tr><td>2-7</td><td>高频电刀及配套手术烟雾管理系统</td><td>套</td><td>1</td><td>130000.00</td><td>126000.00</td></tr></table>	序号	分项内容	单位	数量	预算金额（元）	最高限价（元）	2-7	高频电刀及配套手术烟雾管理系统	套	1	130000.00	126000.00
		序号	分项内容	单位	数量	预算金额（元）	最高限价（元）							
		2-7	高频电刀及配套手术烟雾管理系统	套	1	130000.00	126000.00							
备注：预算金额及最高限价为该分项全部设备合计总价。														
		二、技术要求												
		高频电刀及配套手术烟雾管理系统												
		高频电刀												
		（一）功能要求												
		1.CF 型高频电刀（防除颤），浮地式隔离输出，可用于心脏手术，适配多科室复杂手术场景。												
		2. 具备≥10种工作模式，其中：单极切割（纯切/混切1/混切2/混切3/脉冲切）≥5种、单极电凝（喷凝/强凝/柔凝）≥3种、双极电凝（标准/宏双极）≥2种，模式切换便捷，适配不同手术需求。												
		3 具备REM 负极板监测系统、功率补偿系统、脉冲能量精准控制，保障手术安全与操作精度。												
		（二）技术参数												
		1. 基础电气参数：												
		工作频率：单极切割≥416kHz；												

功率范围：5-150W，多档可调；

脉冲频率：1-10Hz 连续可调；

脉冲宽度：0.1-1s 可调；

峰值电压：≤ 2000V；

▲3.单极电凝模式及功率：柔凝：1-120W；喷凝：1-80W；强凝：1-120W

▲4. 双极模式及功率：标准双极凝：1-70W；宏双极：1-70W

5. 智能控制与安全：

REM 负极板监测：阻抗 5-135Ω；接触异常（≥ 初始值 40%）自动停机 + 声光报警，杜绝负极板相关安全隐患；

功率补偿系统：功率自动补偿，功率输出采用CPU双闭环控制，确保术中功率稳定，不受组织阻抗变化影响；

操作界面：切割、电凝、双极均具有独立LED显示屏，操作简单方便，稳定耐用，参数可视化，便于术中快速调节；

联动功能：支持与配套手术烟雾管理系统智能联动，器械启动同步开机，停机延时关闭，实现烟雾实时高效排出；

记忆功能：存储 ≥ 10 组常用手术参数，一键调用，提升手术效率；

报警：过载、短路、负极板异常、故障等声光提示，及时预警设备异常；

防护：IPX4 防水，防液体泼溅；主机防腐蚀、易清洁，满足手术室消毒要求；

控制：单、双极脚控独立控制，操作便捷，避免术中误操作。

6. 散热要求：无外置风扇散热，适用于层流净化手术室，避免风扇扬尘影响手术室洁净度，契合手术室环境规范。

7. 输出端口要求：具备≥3个单极输出端口（不含负极板接口），至少1个双极输出端口；各端口独立工作、互不干扰，支持双刀笔同时输出，可实现同时切割、同时凝血操作，适配心脏搭桥、肛肠等多类型分置操作手术需求，满足临床复杂手术场景使用。

8、设备使用年限≥10年

手术烟雾管理系统

（一）技术参数

▲1. 最大抽吸风量：≥600 L/min，多档位无级可调；最大真空度：≥10kPa。

2. 运行噪音：最大档位工作噪音≤55dB(A)，不干扰手术环境。

3. 启停联动：与高频电刀兼容联动，实现同步启停，停机延时关闭。

▲4. 过滤系统：采用三级及以上复合过滤系统，ULPA级过滤对0.03μm气溶胶、病毒颗粒过滤效率≥99.999%。

5. 万向悬浮吸烟臂：长度≥1.5m，360°自由旋转+多角度悬停，术中无下坠、不遮挡术野，可精准对准电刀手术操作部位，提升排烟效果。

6. 接口兼容性：兼容电刀吸烟笔、腔镜专用吸烟管路，通用多规格医用接头，可与上述电刀输出端口及配件适配，实现无缝衔接。

7. 操作面板：高清触控屏，可视化显示风量、负压、滤芯寿命、运行状态，操作便捷，可与电刀操作协同配合。

		<p>8. 延时关机：1~30秒延时停机可自定义，彻底吸净残留烟雾，避免术后烟雾扩散，保障手术室环境洁净。</p> <p>9. 安全防护：具备过载保护、过热保护、管路堵塞自检功能，出现异常及时声光报警，保障设备稳定运行，与电刀安全防护要求契合。</p> <p>10. 机身设计：静音万向刹车脚轮，移动稳固，可灵活移动至电刀手术操作位置；整机IPX4防水等级，耐消毒液擦拭，满足手术室消毒要求，与电刀防护等级一致。</p>
--	--	--

3.4商务要求

3.4.1交货时间

- 采购包1：
合同签订之日起30天内完成全部项目，交付验收合格。
- 采购包2：
合同签订之日起30天内完成全部项目，交付验收合格。

3.4.2交货地点

- 采购包1：
甲方指定地点
- 采购包2：
甲方指定地点

3.4.3支付方式

- 采购包1：
分期付款
- 采购包2：
分期付款

3.4.4支付约定

- 采购包1： 付款条件说明： 无预付款，货物安装调试完毕，经验收合格并投入使用后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00%。
- 采购包1： 付款条件说明： 剩余尾款保修期（2年）满后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 70.00%。
- 采购包2： 付款条件说明： 无预付款，货物安装调试完毕，经验收合格并投入使用后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00%。
- 采购包2： 付款条件说明： 剩余尾款保修期（2年）满后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 70.00%。

3.4.5验收标准和方法

- 采购包1：
标准：符合国家医疗行业标准及安全规范、医疗器械注册要求及采购合同全部技术参数与配置。方法：核对资质资料及全套配件，外观结构检查；现场安装调试实测各项功能性能，电气安全检测合格；操作培训到位、试运行无故障，资料归档齐全签字即为验收交付完成。
- 采购包2：
标准：符合国家医疗行业标准及安全规范、医疗器械注册要求及采购合同全部技术参数与配置。方法：核对资质资料及全套配件，外观结构检查；现场安装调试实测各项功能性能，电气安全检测合格；操作培训到位、试运行无故障，资料归档齐全签字即为验收交付完成。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

（1）整机免费保修期 ≥ 2 年（验收合格之日起计算），按《医疗器械监督管理条例》执行，免费提供维护、软件升级技术支持，配合医院维修保养；保修期内，同一主要部件2次维修后仍无法使用，更换同型号/同规格全新产品；服务响应时间 ≤ 2 小时，重大问题2日内免费提供替代产品，相关费用由乙方承担。（2）操作人员技术提供培训计划并完成考核。（3）提供生产厂家出具的2年质保声明/承诺书。

采购包2:

（1）整机免费保修期 ≥ 2 年（验收合格之日起计算），按《医疗器械监督管理条例》执行，免费提供维护、软件升级技术支持，配合医院维修保养；保修期内，同一主要部件2次维修后仍无法使用，更换同型号/同规格全新产品；服务响应时间 ≤ 2 小时，重大问题2日内免费提供替代产品，相关费用由乙方承担。（2）操作人员技术提供详细培训计划并完成考核。（3）提供生产厂家出具的2年质保声明/承诺书。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1:

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提请诉讼。

采购包2:

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提请诉讼。

3.5其他要求

供应商需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的响应文件，同时线下提交纸质响应文件文件正本壹份、副本贰份、电子版文件壹份（以U盘形式提供，电子版文件应包电子交易系统生成的文件、word版本投标文件等内容）。响应文件应放入文件袋内密封，袋上标明供应商名称并加盖公章。线下纸质文件递交截止时间同在线递交电子响应文件截止时间一致。线下纸质文件递交地点：西安市临潼区秦陵南路20号新华书店2楼201室

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照	供应商应是合法注册的法人或其他组织,并出具合法有效的营业执照；	资格证明文件.docx
2	法定代表人身份证明或授权委托书	法定代表人直接参加投标的，须递交《法定代表人身份证明》，法定代表人授权代表参加投标的，须递交《法定代表人授权委托书》；	资格证明文件.docx
3	企业资质	生产厂家直接参加投标的须提供《医疗器械生产许可证》；代理商参加投标的须提供《医疗器械经营许可证》（或备案凭证）及所投设备生产厂家的《医疗器械生产许可证》；	资格证明文件.docx
4	所投产品资质	所投设备属于医疗器械分类的须提供《医疗器械产品注册证》或《医疗器械产品备案证》；	资格证明文件.docx
5	财务状况报告	提供具有财务审计资质单位出具的 2024年或2025年度 的财务审计报告（成立时间不到一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或响应文件递截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附基本账户证明）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；	资格证明文件.docx
6	税收缴纳证明	提供投标截止日前 6个月 内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；	资格证明文件.docx
7	社会保障资金缴纳证明	提供投标截止日前 6个月 内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料	标的清单
8	承诺函	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；	资格证明文件.docx
9	无重大违法记录声明	参加政府采购活动前 3年 内经营活动中无重大违法记录声明；	资格证明文件.docx
10	企业信誉	供应商未被“信用中国”网站(www.srmtchin8.gov.cn)列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网(www.cc.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供相关截图）	资格证明文件.docx
11	非联合体投标声明	本项目不接受联合体投标。	资格证明文件.docx

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	营业执照	供应商应是合法注册的法人或其他组织,并出具合法有效的营业执照;	资格证明文件.docx
2	法定代表人身份证明或授权委托书	定代表人直接参加投标的,须递交《法定代表人身份证明》,法定代表人授权代表参加投标的,须递交《法定代表人授权委托书》	资格证明文件.docx
3	企业资质	生产厂家直接参加投标的须提供《医疗器械生产许可证》;代理商参加投标的须提供《医疗器械经营许可证》(或备案凭证)及所投设备生产厂家的《医疗器械生产许可证》	资格证明文件.docx
4	所投产品资质	所投设备属于医疗器械分类的须提供《医疗器械产品注册证》或《医疗器械产品备案证》	资格证明文件.docx
5	财务状况报告	提供具有财务审计资质单位出具的2024年或2025年度的财务审计报告(成立时间不到一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或响应文件递截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明(附基本账户证明)或政府采购信用担保机构出具的投标担保函;	资格证明文件.docx
6	税收缴纳证明	提供投标截止日前6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明,依法免税的单位应提供相关证明材料	资格证明文件.docx
7	社会保障资金缴纳证明	提供投标截止日前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;	资格证明文件.docx
8	承诺函	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺;	资格证明文件.docx
9	无重大违法记录声明	参加政府采购活动前3年内经营活动中无重大违法记录声明	资格证明文件.docx
10	企业信誉	供应商未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人和重大税收违法失信主体,未被中国政府采购网(www.cc.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单;(提供相关截图)	资格证明文件.docx
11	非联合体投标声明	本项目不接受联合体投标。(提供承诺函)	资格证明文件.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项

目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

- 二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：
- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
 - （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
 - （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
 - （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
 - （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
 - （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
 - （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商名称	供应商名称与营业执照一致	开标一览表 供应商企业性质声明函.docx 中小企业声明函 商务应答表 资格证明文件.docx 供货及服务方案.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 业绩情况表.docx 产品技术参数表.docx 监狱企业的证明文件

2	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标一览表 标的清单
3	报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超出 最高限价	标的清单 投标文件封面
4	签字盖章	投标文件的签字、盖章符合采购文件要求	供货及服务方案.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 业绩情况表.docx 资格证明文件.docx 监狱企业的证明文件
5	质保期	满足采购文件中要求的质保期	供货及服务方案.docx 投标文件封面
6	投标有效期	满足采购文件中的规定	投标函 投标文件封面
7	交货期、交货地点	应满足采购文件中要求	供货及服务方案.docx 投标文件封面

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标一览表 标的清单
2	供应商名称	供应商名称与营业执照一致	供货及服务方案.docx 供应商企业性质声明函.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 业绩情况表.docx 产品技术参数表.docx 资格证明文件.docx 监狱企业的证明文件
3	报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超出 最高限价	标的清单 投标文件封面
4	签字盖章	投标文件的签字、盖章符合采购文件要求	供货及服务方案.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 业绩情况表.docx 资格证明文件.docx 监狱企业的证明文件
5	质保期	满足采购文件中要求的质保期	供货及服务方案.docx 投标文件封面

6	投标有效期	满足采购文件中的规定	供货及服务方案.docx 投标函 投标文件封面
7	交货期、交货地点	满足采购文件中的要求	供货及服务方案.docx 投标文件封面

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术参数	一、评审内容 投标产品功能、技术参数和配置完全满足或优于采购文件要求的得满分30分，其中“▲”标注参数为重要技术参数。 二、评审依据 其中加 “▲”项技术参数一项不满足扣2分；非“▲”项技术参数，一项不满足扣1分，扣完为止。 注：带“▲”的技术参数须提供佐证材料（佐证材料包括但不限于：检测报告、功能说明书、功能截图、实物照片等内容，未按要求提供相关佐证材料按负偏离处理。）	30.0000	主观	供货及服务方案.docx

详细评审	设备供应方案	一、评审内容 供应商提供针对本项目的供应方案。包括但不限于 ①所投产品型号、功能、技术规格等详细信息描述； ②根据所投产品品牌与配置清单，设备配置先进、选型科学合理，从配置完整性、性能稳定性、兼容性、行业使用广泛性等方面描述（供应商提供证明材料，不限于所投设备产品临床使用优势、市场销售情况等）； ③确保设备供应渠道正常、检验手续合法有效、无产权纠纷（供应商提供证明材料，不限于授权函、销售协议、代理协议等）。 二、评审依据 各项内容全面详细、阐述条理清晰、技术先进、功能配置合理，能有效保障本项目实施的得9分，每有一项内容存在缺陷，扣1-3分，扣完为止。未提供不得分。（缺陷是指：内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）	9.0000	主观	供货及服务方案.docx
	实施方案	一、评审内容 投标人需针对本项目提供完整的项目实施方案。包括但不限于： ①详细的实施计划及进度安排； ②具有完善供货组织安排、详细的人员、财力调配、运输、配送措施； ③具有健全产品安装、检测、调试、试运行及验收方案。 二、评审依据 各项内容全面详细、阐述条理清晰，能有效保障本项目实施的得9分，每有一项内容存在缺陷，扣1-3分，扣完为止。未提供不得分。（缺陷是指：内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）	9.0000	主观	供货及服务方案.docx

质量保证措施	<p>一、评审内容 针对本项目提供详细的质量保障措施。包括但不限于：</p> <p>①产品质量保证措施；②确保安装质量的具体措施。 二、评审依据 各项内容全面详细、阐述条理清晰，能有效保障本项目实施的得4分，每有一项内容存在缺陷，扣1-2分，扣完为止。未提供不得分。（缺陷是指：内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）</p>	4.0000	主观	供货及服务方案.docx
应急保障方案	<p>一、评审内容 针对本项目提供详细的应急保障方案，包括但不限于：</p> <p>①设备故障响应时限、维修服务到场响应时限； ②备品备件不足的紧急措施； ③应急突发状况处置措施。 二、评审依据 各项内容全面详细、阐述条理清晰，能有效保障本项目实施的得6分，每有一项内容存在缺陷，扣1-2分，扣完为止。未提供不得分。（缺陷是指：内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）</p>	6.0000	主观	供货及服务方案.docx

	售后服务	一、评审内容 针对本项目提供详细的售后服务方案，包括但不限于： ①针对本项目的售后服务方案及承诺； ②具有健全的售后服务机构、售后服务人员及应急处理人员； ③提供具体的培训方案、培训内容、培训方式等。 二、评审依据 各项内容全面详细、阐述条理清晰、能有效保障本项目实施的得9分，每有一项内容存在缺陷，扣1-3分，扣完为止。未提供不得分。（缺陷是指：内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）	9.0000	主观	供货及服务方案.docx
	业绩	供应商提供2021年1月1日至今所完成的类似项目业绩的，每提供一项得1分，最高得3分。注：①日期以合同签订之日为准；②证明材料须提供合同复印件并加盖公章。	3.0000	客观	供货及服务方案.docx 业绩情况表.docx
价格分	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评审基准价/投标报价）×价格权值	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	--	--

采购包2:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数	<p>一、评审内容 投标产品功能、技术参数和配置完全满足或优于采购文件要求的得满分30分，其中“▲”标注参数为重要技术参数。 二、评审依据 其中加 “▲”项技术参数一项不满足扣0.6分；非“▲”项技术参数，一项不满足扣0.3分，扣完为止。</p> <p>注：带“▲”的技术参数须提供佐证材料（佐证材料包括但不限于：检测报告、功能说明书、功能截图、实物照片等内容，未按要求提供相关佐证材料按负偏离处理。）</p>	30.0000	主观	供货及服务方案.docx
	设备供应方案	<p>一、评审内容 供应商提供针对本项目的供应方案。包括但不限于 ①所投产品型号、功能、技术规格等详细信息描述； ②根据所投产品品牌与配置清单，设备配置先进、选型科学合理，从配置完整性、性能稳定性、兼容性、行业使用广泛性等方面描述（供应商提供证明材料，不限于所投设备产品临床使用优势、市场销售情况等）； ③确保设备供应渠道正常、检验手续合法有效、无产权纠纷（供应商提供证明材料，不限于授权函、销售协议、代理协议等）。 二、评审依据 各项内容全面详细、阐述条理清晰、技术先进、功能配置合理，能有效保障本项目实施的得9分，每有一项内容存在缺陷，扣1-3分，扣完为止。未提供不得分。（缺陷是指：内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）</p>	9.0000	主观	供货及服务方案.docx

详细评审	实施方案	一、评审内容 投标人需针对本项目提供完整的项目实施方案。包括但不限于：①详细的实施计划及进度安排； ②具有完善供货组织安排、详细的人员、财力调配、运输、配送措施； ③具有健全产品安装、检测、调试、试运行及验收方案. 二、评审依据 各项内容全面详细、阐述条理清晰，能有效保障本项目实施的得 9 分，每有一项内容存在缺陷，扣 1-3 分，扣完为止。未提供不得分。（缺陷是指:内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任何一种情形）	9.0000	主观	供货及服务方案.docx
	质量保证措施	一、评审内容 针对本项目提供详细的质量保障措施。包括但不限于：①产品质量保证措施；②确保安装质量的具体措施。 二、评审依据 各项内容全面详细、阐述条理清晰，能有效保障本项目实施的得 4 分，每有一项内容存在缺陷，扣 1-2 分，扣完为止。未提供不得分。（缺陷是指:内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任何一种情形）	4.0000	主观	供货及服务方案.docx

应急保障方案	<p>一、评审内容 针对本项目提供详细的应急保障方案，包括但不限于：</p> <p>①设备故障响应时限、维修服务到场响应时限； ②备品备件不足的紧急措施； ③应急突发状况处置措施。</p> <p>二、评审依据 各项内容全面详细、阐述条理清晰，能有效保障本项目实施的得6分，每有一项内容存在缺陷，扣1-2分，扣完为止。未提供不得分。（缺陷是指：内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）</p>	6.0000	主观	供货及服务方案.docx
售后服务	<p>一、评审内容 针对本项目提供详细的售后服务方案，包括但不限于：</p> <p>①针对本项目的售后服务方案及承诺； ②具有健全的售后服务机构、售后服务人员及应急处理人员； ③提供具体的培训方案、培训内容、培训方式等。</p> <p>二、评审依据 各项内容全面详细、阐述条理清晰、能有效保障本项目实施的得9分，每有一项内容存在缺陷，扣1-3分，扣完为止。未提供不得分。（缺陷是指：内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形）</p>	9.0000	主观	供货及服务方案.docx
业绩	<p>供应商提供2021年1月1日至今所完成的类似项目业绩的，每提供一项得1分，最高得3分。注：①日期以合同签订之日为准；②证明材料须提供合同复印件并加盖公章。</p>	3.0000	客观	业绩情况表.docx 供货及服务方案.docx

价格分	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评审基准价/投标报价）×价格权值	30.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	--	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
- 二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。
- 三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。
- 四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵循《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 资格证明文件.docx

详见附件: 业绩情况表.docx

详见附件: 供货及服务方案.docx

详见附件: 产品技术参数表.docx

详见附件: 供应商企业性质声明函.docx

采购包2:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 资格证明文件.docx

详见附件: 业绩情况表.docx

详见附件: 供货及服务方案.docx

详见附件: 产品技术参数表.docx

详见附件: 供应商企业性质声明函.docx

第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同.docx

