

延安市人民医院 救护车车辆购销合同

项目编号: SXCY2025-CY-013. 1B1

甲方(采购方): 延安市人民医院

乙方(供货方): 陕西飞宇科技商贸有限公司

签订地点: 延安市人民医院

签订日期: 2025年12月30日





救护车购销合同

合同编号: GX-25FY0227-01

甲方(采购方): 延安市人民医院

乙方(供货方): 陕西飞宇科技商贸有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方向乙方购买救护车事宜达成如下协议:

一、标的物名称、规格、数量和价格

序号	名称	规格型号	颜色	数量	单位	单价（元/台）	合计（元）
1	福特 T8 柴油长轴中顶救护车	康福佳 QJM5047XJH	白	1	辆	350000.00	350000.00
2	血气生化分析仪	万孚 BGA-102	白	1	台	50000.00	50000.00
3	医用升温毯	麦康 PW-I	白	1	台	20000.00	20000.00
4	免疫荧光检测仪	万孚 FS-114	白	1	台	9000.00	9000.00
总计金额人民币大写：肆拾贰万玖仟元整							
						小写：¥429000.00 元	
备注：							

1. 本合同总价: 大写金额(人民币): 肆拾贰万玖仟元整 (¥ 429000.00 元)。

此金额含 13% 增值税。

2. 救护车的技术参数、配置及质量标准应符合国家相关标准及甲方要求(详见附件一: 车辆技术参数及配置清单)。

3. 乙方应确保救护车为全新、未使用过的产品,并符合国家强制性产品认证及行业标准。

二、交货时间及方式

1. 交货周期: 收到甲方预付定金之日起 20 个日历日内完成交货。

2. 交货方式: 甲方指定地点

3. 乙方应在交货前三个工作日内通知甲方,甲方应在接到通知后三日内安排提货事

宜。

4. 在收到甲方全额款项后，乙方应提供完整的随车文件，包括但不限于产品合格证、使用说明书、保修卡及发票等。

三、付款方式

1. 合同签订之日起，甲方于三个工作日内向乙方支付合同总金额的 40% 作为定金，乙方开始排单生产。甲方在接到乙方的发货通知后向乙方支付合同总金额的 60%，乙方安排发货。
2. 乙方指定以下账户作为合同收款账户：
公司名称： 陕西飞宇科技商贸有限公司
账 号： 1024 2304 2801
开 户 行： 中国银行西安雁塔西路支行
3. 乙方应向甲方提供发票及有关单据，甲方收到发票后应当妥善保管，此发票将作为享受乙方三包的有效凭证。
4. 在甲方未按合同规定付清全部货款之前，该合同标的物所有权归乙方，甲方付清全额款项后，标的物所有权移交给甲方。

四、质量保证

1. 乙方保证所提供的救护车符合国家相关质量标准及合同约定。
2. 质保期：底盘车质保期以底盘车厂家规定为准（底盘车 4S 店或授权服务点保修）；改装及配装设备（不含易损件和耗材）质保一年。在质保期内，乙方负责免费维修或更换因质量问题导致的故障或损坏（乙方售后服务电话：18629068000）。
3. 质保期外，乙方提供有偿维修服务，费用按乙方收费标准执行。
4. 质保期内，若车辆出现质量问题，甲方应及时通知乙方，乙方应在接到通知后 24 小时内响应，并在 48 小时内提供解决方案。

五、验收标准及方式

1. 甲方应在提货时对救护车的外观、配置及技术参数进行初步验收，验收标准以合同附件一及国家相关标准为准。
2. 甲方在提车后一日内没有异议的，视为车辆合格。

六、违约责任

1. 乙方未按时交货的，每延迟一天，应向甲方支付合同总金额的 5% 作为违约金。
2. 甲方未按时付款的，每延迟一天，应向乙方支付合同总金额的 5% 作为违约金。延

期超过 30 日的，乙方有权单方解除合同，且为避免损失的扩大，乙方有权将车辆另行销售，除将合同定金作为弥补乙方的损失外，甲方还应承担合同总金额 30% 的违约金。

3. 因乙方原因导致车辆故障的，乙方应负责更换或修复，并承担因此产生的全部费用。

4. 因甲方使用不当或另行改装引起的质量问题，由甲方自行负责。

七、不可抗力

1. 因不可抗力（如自然灾害、战争、政府行为等）导致合同无法履行的，双方互不承担责任。

2. 受不可抗力影响的一方应及时通知另一方，并提供相关证明文件。

3. 若不可抗力事件持续超过 30 天，任何一方均有权解除合同，双方应协商解决已履行部分的结算事宜。

八、争议解决

1. 本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向合同签约地人民法院提起诉讼。

2. 诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

九、合同生效及其他

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4. 双方不得随意要求变更合同内容，如若一方需要变更合同，必须获得对方同意，同时承担对方一切因变更合同所带来的损失，否则仍按原合同约定执行。

5. 本合同附件为合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。

甲方(章): 延安市人民医院

地址: 陕西省延安市七里铺大街216号

法定代表人(授权代表人):

电话:

日期:



乙方(章): 陕西飞字科技商贸有限公司

地址: 西安市经开区民经一路湖北大厦2号楼

1505室

法定代表人(授权代表人):

电话: 15829011567

日期:



附件一：车辆技术参数及配置清单

福特全顺 T8 柴油长轴中顶监护型救护车（板材）

A	车辆技术参数	
1	尺寸和质量	
2	轴距 mm:	3750
3	车体尺寸 mm:	5998×2068 ×2520
4	内部尺寸 mm:	3400×1900×1750
5	整车整备质量 kg:	2950
6	满载总质量 kg:	4100
7	底盘型号:	JX6606TB-M6
8	最大扭矩:	430N
B	发动机	
1	型号:	DURATORQ4D236H
2	燃油种类:	柴油
3	工作方式:	高压共轨、涡轮增压
4	排气量 cm3 :	2296
5	排放标准:	GB17691-2018 国VI
6	额定功率 kw:	128
C	变速器	
3	手动变速器:	手动挡
4	最高车速 km/h	160
5	油箱容积 L:	80
D	车辆标准配置	
1	型式：直列、四缸、增压中冷、缸内直喷；	
2	变速器：手动变速箱；	
3	悬架系统：前麦弗逊独立悬挂/后霍奇基斯悬挂	
4	制动系统：前后盘式制动，ABS、ESP 电子稳定程序；	
5	车轮及轮胎：铝合金轮圈；	
6	车身结构：承载式车身	

7	车门：后双开门，右侧手动侧滑门，遥控钥匙 2 把
8	车窗：前排正副驾驶室电动车窗
9	驾驶室座椅：司机单人座椅，副驾双人座椅，配备主驾驶座安全气囊
10	视听系统：智能大屏导航倒车影像一体机
11	后视镜系统：可电动调节；
12	服务设施：配备高位刹车灯；
13	车辆外饰品：车身颜色为白色，粘贴红色彩条和贴制救护标识，颜色鲜艳醒目。
整车外观、警示系统（内嵌警灯）	
1	车顶采用原车铁质顶盖，并在车顶前额位置安装 1 套铁质模具冲压成型的警灯凸台。
2	内嵌爆闪警灯：在车顶前额横置安装 1 套内嵌式爆闪警灯，喇叭功率 100W, 线控式控制器；在车顶尾部安装 1 套内嵌式异形爆闪警灯
3	爆闪灯：在车身上部左右两侧各安装 2 盏爆闪/2 盏照明。

医疗舱板材内饰配置单

H	医疗舱要求
1	医疗舱需采用防水、防霉、抗菌、易清洗的高分子复合材料
2	医疗舱地板：采用蓝色新型轻体地面装饰材料（重量轻，环保，可二次回收利用），该地板防水、防腐、耐磨、抗菌，便于医护人员的清洁、整理
3	医疗舱用钢板、钢梁做安全加强加固保证车身强度及安全。
I	医疗舱布局
1	医疗舱须按用户要求进行设计，用中隔墙把驾驶舱和医疗舱完全隔离
2	中隔墙上须设置 1 个的观察窗，便于前后舱观察、沟通，且观察窗为滑动窗，可根据需要开启或者关闭
3	医疗舱左侧需设置 1 套新型环保材料制作的长条设备柜，柜体上设置有抽屉、空格柜等储物空间以方便放置呼吸机、除颤仪、监护仪、心电图机、电动吸引器等医疗急救设备和急救药品、医用耗材等
4	长条设备柜后设置 1 套新型环保材料制作的氧气瓶柜，柜体内可容纳 2 个 10L 氧气瓶
5	医疗舱左侧上方设置 1 套新型环保材料制作的吊柜，吊柜采用上掀门结构，配有气动撑杆，方便柜门的开闭，柜门需为透明，方便观察。

6	医疗舱右侧需设置长条座柜满足三人乘坐需求，含一体成型的坐垫、靠背以方便清洗；坐垫可上掀开启，坐柜下部可放置随车工具等
7	安装1个独立座椅；安装1个折叠看护座椅，配三点式安全带。
J	急救专用供电系统
1	整车需配备工频纯正弦波逆变电源，逆变器功率 1000W
2	医疗舱配备至少 4 组 12V 直流和 220V 交流组合插座
3	配备备用蓄电池 1 节，不小于 80Ah
4	在 220V 电源输出端必须配置漏电及短路保护装置
5	采用原厂正品锁紧线束、接插件，有效防止接触不良、信号干扰及自燃，充分保证救护车的供电系统的安全性和稳定性。
K	对讲系统
1	驾驶室内与医疗舱之间需设置免提对讲系统
L	氧气系统
1	医疗舱需设置 2 个 10L 氧气瓶，氧气瓶采用专用固定装置固定
2	配 2 个德式氧气终端，1 个医用氧气吸入器，1 个呼吸机接口，2 个双表调压阀
M	消毒系统
1	12V/30W 紫外线消毒灯 1 盏
2	HCB-02200D 等离子空气消毒机 1 个
N	照明系统
1	医疗舱内配备 4 盏嵌入式 LED 照明灯
2	医疗舱内配备 2 盏输液射灯
3	医疗舱内配备 1 盏后射灯
O	输液系统
1	在医疗舱顶部设置 1 套铝合金导轨式输液架，含 2 个折叠挂钩
2	挂钩可根据需要前后滑动并牢固停在所需位置
P	担架系统

1	自动上车担架 1 副
2	铲式担架 1 副
Q	其他需求
1	车顶安全扶手, 座椅侧安全扶手
2	不锈钢脚踏带盖污物桶 1 套
3	1kg 灭火器 2 个
4	防撞软包
5	驾驶室座椅座套、脚垫、全车贴膜