

延安市中医医院（北京大学第三医院延安医院）

维保服务采购合同

甲方：延安市中医医院

乙方：西安沃斯华医疗管理有限公司

一、根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的相关规定，经甲乙双方协商，就延安市中医医院 320 排 640 层佳能 CT 球管采购项目（项目名称）达成协议如下：

1、合同概况：

1.1 合同项目名称：延安市中医医院 320 排 640 层佳能 CT 球管采购项目。

1.2 合同总价款：1690000.00 元。

2、供货内容及交货地点：

2.1 供货内容：佳能 CT 球管 1 支（含整机 1 年技术保）

2.2 供货地点：延安市中医医院

3、合同履行期限、质量标准

合同履行期限：1 年。

质量标准：符合采购人要求，国家及行业相关标准。

4、甲方的责任和义务

4.1 甲方在采购内容到达指定地点后，甲方应在安装完后组织有关人员
进行验收，并签署验收单。

4.2 甲方按合同规定向乙方支付应付合同价款。

5、乙方的责任和义务

5.1 乙方提供货物必须符合国家相关产品质量标准要求，且应达到乙

方投标文件中的标准。

5.2 乙方负责在货物验收时保证质量符合甲方要求；

5.3 供货期间产生的所有费用由乙方负责；

5.4 经甲方验收合格后，乙方向甲方移交相关的产品承诺书；

5.5 乙方有权按合同规定向甲方收取应收合同价款；

5.6 该项目所提供的货物，乙方必须保证在质保期内提供免费更换服务。

6、付款方式

球管验收合格后，甲方支付合同总价款的 90%；剩余 10%质保金，自项目质保期满后一次性无息付清。

7、合同变更

本合同在双方协商同意的情况下可以变更，具体事宜双方协商确定后签订书面变更、补充协议，本合同和变更、补充协议应当和招标文件的实质性内容保持一致。

8、违约责任

8.1 乙方未按期交付货物的，每迟延一日减少合同总价款 1%，迟延履行违约金总额不超过合同总价的 10%；迟延超过三十日的，甲方有权解除合同。

8.2 乙方所交货物的品种、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。

8.3 质保期内乙方货物出现任何质量问题，乙方不及时解决的，甲方有权拒付质保金。

9、质量保证

9.1 乙方保证按合同规定的品种、数量、参数提供货物；

9.2 本合同规定货物质量标准以及售后服务均按原厂标准执行。质保期内，乙方承担免费更换义务，但因甲方人为因素损坏除外；质保期内经确定，因质量问题给甲方造成的损失，由乙方承担。质保期后，乙方提供售后服务，费用由甲方支付。

10、不可抗力、意外变故

如果合同双方因不可抗力意外而被阻不能履行其职责，合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延，或根据实际情况双方友好协商解决。

11、解决合同纠纷方式

如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决，协商不成，可向延安仲裁委员会申请仲裁。

12、未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方：延安市中医医院

法定代表人或授权代表：



乙方：西安沃斯华医疗管理有限公司

法定代表人或授权代表：



地址：陕西省延安市宝塔区新区轩辕大道 26 号

邮编：716000

电话：

纳税人识别号：12610600737966993U

开户银行：建行延安市枣园路支行

账号：61050168950000000023

签订日期：2026年 5月 26日

地址：陕西省西安市莲湖区枣园街道枣园西路 38 号国金商务 319 室

邮编：710077

电话：

纳税人识别号：91610104MABOQRBW4C

开户银行：交通银行股份有限公司陕西省分行营业部

账号：611301011013001049096

签订日期：2026年 5月 26日

服务内容

一、采购内容:

1. 设备名称: 佳能 CT (进口产品)
2. 设备型号: AQUILION/ONE VISION
3. 故障: 球管焦点损坏, 无法正常曝光, 设备无法正常使用。
4. 解决方案: 更换球管
5. 球管型号: CXB-750F
6. 数量: 1
7. 球管参数如下:

热容量	7500KHU
最大管电压	140KV
最大管电流	900mA
小焦点尺寸	0.9mm*0.8mm
大焦点尺寸	1.6mm*1.5mm

二、采购要求

- 1、合同履行期限: 自合同签订之日起 1 年 (含维护保养, 其中交货期 15 日历天)
- 2、交货地点: 延安市中医医院
- 3、质量标准: 符合采购人要求、国家及行业相关标准。
- 4、质保期: 1 年
- 5、球馆维保方案:

(1) 不限次人工服务, 维修过程中产生备件不包含在内, 探测器、球管不

包含在内。如需更换，付费更换。

(2) 定期维护保养服务(4次/年)：设备除尘保养、设备的安全检查、运行状态检查、图像质量检查。

(3) 在维修保养期间内为用户提供技术服务热线 7*24 小时), 负责解答用户在设备使用中遇到的问题, 并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文。

(4) 保修期内配合医院提供设备质控支持。

(5) 设备发生故障时, 在 2 小时内响应, 提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障, 在 24 小时内到达设备使用现场进行维修, 排除故障。

(6) 一年 2 次临床培训。