

宝塔区人民医院购置临床设备（延安市宝塔区
公立医院改革与高质量发展示范项目）
验收报告

一、项目基本信息

项目名称：延安市宝塔区人民医院购置高质量示范项目相
关设备（第三批）一标包

采购编号：HDCGDL-ZC2025-068

采购人：延安市宝塔区人民医院

供应商：双扬医疗科技（西安）有限公司

采购代理机构：华鼎工程咨询集团有限公司

中标日期：2025 年 9 月 26 日

二、设备清单及规格参数

设备名称	品牌	型号	数量	规格参数简述	生产厂家
肌电图仪	海神	NDI-092-C1	1 台	1. 放大器：通道数： ≥6 通道； 2. 电刺激器：高恒流 电刺激最大脉冲强 度：100mA±5%；低 恒流电刺激最大脉 冲强度：5mA±5%。 3. 声音刺激器：最 大声强：125~140dB （SPL 峰值） 4. 视觉刺激器：黑 白翻转变化的棋盘 格图像显示器	上海海神医疗 电子仪器有限 公司

全自动化学发光免疫分析仪	新产业	MAGLUMI X8	1 台	1. 化学发光法检测单模块（最小检测单元）测试速度≥ 600 测试/小时。 2. 发光原理：非酶参与的直接化学发光。 3. 第一份结果出来所用时间：≤ 15 分钟。	深圳市新产业 生物医学工程 股份有限公司
生物显微镜	南京 尼康	ECLIPSES iRS	1 台	1. 光学系统：无限远光学系统，物镜的齐焦距距离为$\geq 60\text{mm}$。 2. 三目镜筒：45° 倾角，瞳距：$50-75\text{ mm}$，眼点高度：有 2 个高度可选。目镜/相机分光是 50%。	南京尼康江 南光学仪器 有限公司
全自动血液细胞分析仪	深圳 迈瑞	BC-7500 (NR)CS	1 台	1. 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。 2. 血液模式检测参数：≥ 37 个参数，另有$\geq$直方图 2 个，三维散点图≥ 1 个； 3. 血细胞分析仪单机检测速度 CBC+DIFF ≥ 110 个样本/小时。	深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限公 司

三、验收依据

1. 采购合同及相关附件中约定的设备规格、型号、数量、技术参数等要求。

2. 国家及行业现行的医用设备质量标准、验收规范。

3. 设备生产厂家提供的产品说明书、技术资料、资质等。

四、验收人员组成

1. 抽取医疗设备专家 3 人组成。

五、确认方

1. 华鼎工程咨询集团有限公司负责。

六、验收时间及地点

1. 验收时间：2025 年 12 月 4 日。

2. 验收地点：延安市宝塔区人民医院。

七、验收过程

1. 设备外观及包装检查

①所有设备外包装均完好无损，无明显碰撞、挤压痕迹。

②设备表面无刮痕、污渍，标识清晰，铭牌信息与合同及设备清单一致，包括设备名称、品牌、型号、生产厂家、生产日期等。

③随机附件、配件齐全，数量与装箱清单相符，且包装良好，无损坏现象。

2. 设备数量核对

①依据合同及设备清单，对设备数量进行逐一清点，实际到货设备数量与合同约定完全一致。

3. 设备安装调试

①供应商技术人员按照设备安装说明书进行设备安装，安装过程规范，各部件连接牢固。

②完成安装后，进行设备调试，调试过程中设备运行平稳，无异常噪音、振动。通过调试，设备各项功能参数均能达到合同及产品说明书要求。

4. 性能指标测试

采用专业检测工具及方法，对设备性能指标进行测试，对设备的重复性、准确性等指标也进行了测试，测试数据均在合格范围内。

5. 操作培训检查

供应商技术人员对使用科室人员进行了设备操作培训，培训内容包括设备的基本原理、操作方法、日常维护保养等。通过现场提问及实际操作考核，使用科室人员能够熟练掌握设备操作流程，对设备的基本维护保养知识也有了较好的了解。

专家登记信息表：

序号	姓名	单位	职称	联系电话	备注
1	侯燕燕	延安市人民医院	中级	13484419827	
2	闫松	宝塔区人民医院	副主任医师	13772897117	
3	高延伟	延安新能检测中心	正高	1801111221	

专家结论	验收小组依据该项目采购文件及采购合同要求,于2025年12月4日,对延邵宝塔及人民医院所采购设备.肌电图仪.全自动化学发光免疫分析仪.生物显微镜.全自动血液细胞分析仪.外观.品牌.制造商.规格型号.数量.技术参数等进行现场验收,均符合规定要求,配套技术资料齐全完整,无不合格项。 综上,验收小组一致同意以上设备验收合格。
专家签字	高伟 侯燕燕 冯小乙 2025年 12月04日
确认方签字	徐岩. 2025年 12月4日