

宝塔区人民医院购置临床设备（延安市宝塔区 公立医院改革与高质量发展示范项目） 验收报告

一、项目基本信息

项目名称：延安市宝塔区人民医院购置高质量示范项目相关设备（第三批）二标包

采购编号：HDCGDL-ZC2025-068

采购人：延安市宝塔区人民医院

供应商：湖南泛谷康供应链管理有限公司

采购代理机构：华鼎工程咨询集团有限公司

中标日期：2025 年 9 月 26 日

二、设备清单及规格参数

设备名称	品牌	型号	数量	规格参数简述	生产厂家
单通道注射泵	迈瑞医疗	BeneFusion zSP	6 台	★1. 多种输注模式：可选择多种模式。 2. 可自动识别多规格注射器。 3. 多泵组合功能：可进行模块式任意组合。	深圳迈瑞科技有限公司
双通道注射泵	迈瑞医疗	BeneFusion zDSP	8 台	★1. 双通道一体机，单一电源供电。 2. 具有外接电源和内置可充电电池。 3. 可自动识别多规格注射器，可同时 进行至少两种药物分别输注。	深圳迈瑞科技有限公司

四通道注射泵	迈瑞医疗	BeneFusion zDSP*2	2 台	★1.可自动识别多规格注射器,可同时注射四种药物,具有外接电源和内置可充电电池。 2.压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生 BOLUS 的危险。 3.独特的注射器容积校正方法,保证使用任何品牌注射器的注射精度。	深圳迈瑞科技有限公司
心电监护仪	迈瑞医疗	uMEC12	6 台	★1.一体化便携监护仪。 2.内置充电电池,可拆卸。 ★3.监护仪设计使用年限≥8 年。	深圳迈瑞科技有限公司
医用吊塔	科曼医疗	F7	3 台	1.吊塔主体材料至少为高强度铝合金,方形全封闭式设计,表面防腐蚀,设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末,具有表面抑制细菌再生作用。 2.吊塔最大承重≥700kg。 ★3.悬臂、终端箱转动范围≥340°,且具有良好的限位系统。	深圳市科曼医疗设备有限公司
除颤仪	科曼医疗	S1A	3 台	1.含充电电池(可拆卸)、体外板和心电导联线。 2.彩色高清显示屏,多	深圳市科曼医疗设备有限公司

				通道监护参数 波形, 有高对比度显示界面。支持中文操作界面。 3. 屏幕显示心电波形扫描时间: $\geq 16s$。	
遥测监护系统 (1托7中心监护)	迈瑞医疗	BeneVision	2 台	★1. 屏幕: LED 彩色高清显示屏, 主屏≥ 19寸、电脑主机(含监护中央监护软件)、监护主机: ≥ 12 寸。 2. 显示内容: 床号、参数名称、参数测量值、参数测量波形 (ECG 波形或 PLETH 波形显示)、血氧灌注棒图、联网符号、无线信号强度指示、电池电量指示。 3. 支持心电导联脱落显示提示, 确保导联良好的连接状态。	深圳迈瑞科技有限公司
呼吸机	科曼医疗	V3	1 台	★1. 具有有创通气模式、可选无创通气模式。 2. 病人信息, 当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。 3. 呼吸波形及呼吸环可截图, 屏幕导出保存 U 盘。	深圳市科曼医疗设备有限公司
糖尿病治疗仪	立标医疗	LB-8000	1 台	1. 豪华推车 1 台, 药罩≥ 1 个可进行药雾熏药。电极≥ 1 套, 可进行穴位电刺激。 2. 主控软件 1 套, 具有控制整机治疗时间、温度、强度等功能。 3. 整机功能: 配合药物预防、治疗 2 型糖尿病并发症。 4. 导药管≥ 2 条用来连接支架臂和药罩, 可伸	武汉立标医疗电子有限公司-

				缩。	
高流量氧疗机	科曼医疗	NF3	3 台	1. 流量设置范围：2-55 升/分。 2. 氧浓度监测/设置范围：21%-95%。 ★3. 内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。	深圳市科曼医疗设备有限公司

三、验收依据

1. 采购合同及相关附件中约定的设备规格、型号、数量、技术参数等要求。

2. 国家及行业现行的医用设备质量标准、验收规范。

3. 设备生产厂家提供的产品说明书、技术资料、资质等。

四、验收人员组成

1. 抽取医疗设备专家 3 人组成。

五、确认方

1. 华鼎工程咨询集团有限公司负责。

六、验收时间及地点

1. 验收时间：2026 年 1 月 12 日。

2. 验收地点：延安市宝塔区人民医院。

七、验收过程

1. 设备外观及包装检查

①所有设备外包装均完好无损，无明显碰撞、挤压痕迹。

②设备表面无刮痕、污渍，标识清晰，铭牌信息与合同及设备清单一致，包括设备名称、品牌、型号、生产厂家、生产日期等。

③随机附件、配件齐全，数量与装箱清单相符，且包装良好，无损坏现象。

2. 设备数量核对

①依据合同及设备清单，对设备数量进行逐一清点，实际到货设备数量与合同约定完全一致。

3. 设备安装调试

①供应商技术人员按照设备安装说明书进行设备安装，安装过程规范，各部件连接牢固。

②完成安装后，进行设备调试，调试过程中设备运行平稳，无异常噪音、振动。通过调试，设备各项功能参数均能达到合同及产品说明书要求。

4. 性能指标测试

采用专业检测工具及方法，对设备性能指标进行测试，对设备的重复性、准确性等指标也进行了测试，测试数据均在合格范围内。

5. 操作培训检查

供应商技术人员对使用科室人员进行了设备操作培训，培训内容包括设备的基本原理、操作方法、日常维护保养等。通过现场提问及实际操作考核，使用科室人员能够熟练掌握设备操作流程，对设备的基本维护保养知识也有了较好的了解。

专家登记信息表:

序号	姓名	单位	职称	联系电话	备注
1	刘建	西安市人民医院	主任医师	13209110819	
2	王加云	宝塔区人民医院	副主任医师	13772897111	
3	张厚厚	延安附属医院	副高	1869114150	组长
专家结论	1月12日下午,专家组一行3人对宝塔区人民医院 高质量示范项目相关设备(第三批)二标包进行 3验收,经现场对所涉及设备的型号、品牌、数 量等内容逐一核对,实物与合同要求相符, 故验收合格。				
专家签字	张厚厚 王加云 刘建 2020年1月12日				
确认方签字	徐岩 2020年1月12日				