

志丹县政府采购项目

合同编号：ZDCG2024-125HT

竞争性谈判

志丹县中医医院购置 CT 球管采购项目

政 府 采 购 合 同

合同签订地点：志丹县中医医院

合同签订日期：2025年1月9日

项目编号: ZDCG2024-021JZ

政 府 采 购 合 同 书

采购人: 志丹县中医医院 (以下简称甲方)

供应商: 西安零距离医疗器械有限公司 (以下简称乙方)

见证方: 志丹县政府采购中心

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定,通过志丹县政府采购中心组织政府集中采购方式,确定西安零距离医疗器械有限公司为志丹县中医医院购置CT球管采购项目成交供应商(即乙方)。为了保护甲乙双方合法权益,双方在平等自愿、协商一致的基础上,就该项目订立本合同,供双方共同遵守。

一、合同标的

1. 乙方应当根据公告、竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件、中标(成交)通知书等有关文本要求,并按照甲方需求提供下列货物。

2. CT球管 (具体参数详见合同附件)。

二、合同总价

人民币: 叁拾叁万柒仟元整 (¥337000.00 元)。

1. 合同总价包括:全部货物送到采购人指定地点,安装、调试、培训完毕,达到正常使用条件及其他有关各项费用(含税),合同总价为固定不变价格,不受市场价格变化等因素影响。

三、供货时间和地点

1. 供货时间：合同签订后 3 日内达到正常使用条件。
2. 供货地点：甲方指点地点（志丹县境内）。

四、结算方式及付款方式

1. 结算方式：结算工作量以实际发生工作量为准，单价按成交单价执行，最终以验收结果为准。
2. 付款方式：合同签订5个工作日支付合同总金额的40%，设备运到安装、调试、培训完毕验收合格后支付合同总金额的60%。

五、质保期及服务要求

1. 本项目验收合格次日起全部硬件质保期1年或30万秒次（以先到为准）。
2. 若因甲方使用不当需要进行维修的，乙方应进行维修，甲方支付相应维修费，若因乙方提供的货物存在质量问题，乙方无条件更换，给甲方造成损失的，乙方承担相应责任及费用。
3. 乙方提供的货物标准或者质量不得低于国家有关法律法规规章、“三包”规定、招标文件的要求以及乙方在响应文件的相关承诺。
4. 质保期内，乙方负责上门对其提供的货物进行维护、维修并不得收取任何费用。

六、对货物提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现乙方所供的货物名称、品牌、型号、技术参数、数量和质量要求不符合本合同规定，可立即拒收，也可验收后三日内向乙方书面提出异议。若甲方未

在规定期限提出书面异议，视为乙方所供货物符合合同规定。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内负责处理，否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。

七、甲乙双方的责任

1. 甲方提供必要的场地条件，并协助乙方完成货物的装卸及安装调试工作。

2. 甲方无正当理由中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 5% 违约金。

3. 甲方应按照本合同约定，按时足额向乙方支付货物价款。

4. 甲方在合同签订之日起 2 个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。

5. 甲方在项目验收合格后 2 个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

6. 乙方应按照合同约定供货，提供的货物是通过正常渠道获得的，且为全新的、未使用过的原厂出产合格产品，其有关技术、检验、商务等均要符合有关法律、法规，随货物提供所有相关的使用说明书、质量检验检测报告、保修卡等资料。

7. 乙方应当保证其提供的全部货物都按照标准进行包装，以适应于远距离运输、防潮、防震、防锈防破损等要求，确保货物安全无损运抵交货地点。

8. 乙方负责货物的运输、安装、调试、验收、交付使用及质保。乙方要提高安全生产意识，加强对员工（含雇用人员）的安全生产管理，上述诸环节发生的安全生产事故和人员伤亡事件，均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

9. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在该货物的使用中不侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利，否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

10. 乙方不能按时供货的，应向甲方偿付不能供货部分货款的 5% 的违约金；如果乙方没有按照规定的时间完成送货、安装、调试，应向甲方支付违约金，违约金从成交总价中扣除，按每周迟交货或未按时交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货或未按时交货合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算，如果达到最高限额，甲方考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

11. 除不可抗力因素外，任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 30% 违约金。

八、货物验收

1. 验收分初验和终验：

(1) 初验：全部货物到达交货地点后，由甲方根据谈判文件、谈判响应文件、合同对货物的名称、品牌、型号、技术参数、数量及质量进行验收。

(2) 终验：所有货物安装、调试、培训完毕，正常使用 3 个工作日后，由甲方及组织其他相关单位进行终验（最终验收），合格后签发《志丹县政府采购项目验收单》。

2. 验收依据

(1) 竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件、澄清表（函）；

(2) 本合同及附件文本；

(3) 国家相应的标准、规范。

九、违约责任及争议解决方式

1. 按民法典中的相关条款执行。

2. 未按合同要求供货或不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据民法典有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

3、因所供货物质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担，货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

4. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决，如协商不能解决争议的，任何一方可以向项目所地的人民法院提起诉讼。

十、合同组成部分

1. 竞争性谈判公告、采购需求、答疑内容、补充通知、竞争性谈判文件、中标（成交）通知书、乙方在谈判活动过程中所作的其他承诺/声明/书面澄清以及在合同执行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等文件均属本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。以上合同组成文件与本合同存在不一致的，以本合同为准。

十一、合同生效及其他



1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式陆份，甲方贰份、乙方贰份、采购中心贰份。

3. 本合同未尽事宜由甲乙双方签订补充合同约定。

4. 后附合同附件。

(以下空白)

甲 方	乙 方	见 证 方
采购单位名称 志丹县中医医院 (盖章)	成交供应商全称 西安零距离医疗器械有限公司 (盖章)	志丹县政府采购中心 (盖章)
地址: 志丹县峽门镇18号	地址: 西安市高新区唐延南路11号	地址: 志丹县城北街
邮编: 717500	邮编: 710000	邮编: 717500
法定代表人: (签字并盖章) 	法定代表人: (签字并盖章) 陈栋 	法定代表人: 
承办人: 	承办人: 刘马嘉	承办人: 
电话: 0911-6622613	电话: 029-81103298	电话: 0911-6634021
传真:	传真:	传真:
	开户银行: 中信银行西安高新路支行	
	帐号: 8111701012700556792	
签订日期: 2025年 1月 9 日		

合同附件

第一部分 谈判函

志丹县政府采购中心：

我单位收到贵中心 ZDCG2024-021JZ 号竞争性谈判文件，经详细研究，我们决定参加该项目谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我们已详细阅读了谈判文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

二、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次谈判活动有关的任何证据资料。我们理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重谈判小组的评审结果。

三、愿意按照谈判文件中的一切要求，提供谈判采购项目及技术服务，完成合同的责任和义务。

四、按谈判文件的规定，CT 球管送达采购人指定地点验收合格的谈判报价为：

人民币（大写）：叁拾叁万玖仟圆整；¥ 339000.00 元。

五、我方提交的谈判响应文件正本一套、副本二套。

六、我方的谈判响应文件在开标后 90 天内有效，如成交，延至合同执行完毕时止。

七、所有关于此次谈判活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：西安零距离医疗器械有限公司（公章）

地址：西安市高新区唐延南路 11 号逸翠园 i 都会 4 号楼 1 单元 1310 室

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安紫薇田园都市支行

帐号：61001920041052502705

电话：029-81103298

传真：029-81103298

邮编：710000

法定代表人或被授权人：（签字并盖章）



2024 年 12 月 20 日

第二部分 谈判报价表

单位:元 (精确到小数点后两位)

项目名称	报价内容	CT球管供应费 A	其他费用 B	合计 C	交货期 D	质保期 E
志丹县中医医院购置CT球管采购项目		339000.00	0	339000.00	3天	1年或30万秒次 (以先到为准)
合计(人民币)		大写: 叁拾叁万玖仟圆整			小写: 339000.00 元	

注: 以下情况按废标处理。

- (1) A-E 栏未填写阿拉伯数字。
- (2) “合计(人民币) 大写” 栏未填写报价金额。



供应商: 西安零距离医疗器械有限公司 (公章) 法定代表人或被授权人: 侯仰波 (签字并盖章)

分项报价表

项目名称：志丹县中医医院购置CT球管采购项目

单位：元

序号	名称	品牌型号及规格参数	数量	单位	单价	总价	备注
1	CT球管	DURA 202-MV 球管	1	支	339000.00	339000.00	含安装运输费
合计报价		大写：叁拾叁万玖仟圆整		小写：339000.00 元			

注：如此表不够，供应商可复制。

供应商（公章）：西安零距离医疗器械有限公司
 法定代表人或被授权人（签字并盖章）：



偏差表

项目名称：志丹县中医医院购置 CT 球管采购项目

序号	名称	数量	单位	谈判要求 技术数据	谈判实际 数据	响应说明																		
1	CT 球 管	1	支	一、采购项目名称：志丹 县中医医院购置 CT 球管 采购项目采购项目	我司承诺： 一、采购项目名称：志丹 县中医医院购置 CT 球管 采购项目采购项目	相 同																		
2	CT 球 管	1	支	二、交货地点：采购人指 定地点	我司承诺： 二、交货地点：采购人指 定地点	相 同																		
3	CT 球 管	1	支	三、CT 球管资料及要求： 1、交货期：30 日 2、CT 球管质量符合合格 标准。	我司承诺： 三、CT 球管资料及要求： 1、交货期：3 天 2、CT 球管质量符合合格 标准。	优 于																		
4	CT 球 管	1	支	技术参数及要求： CT 球管技术参数 (CT 型号：西 门子 16 排 CT SOMATOM Scope 球管数量：一支) <table><tr><td>对应 于 250 W 的 阳极 等效 输入 功率 时的 阳极 标称 输入 功率</td><td>F1 28 千瓦</td><td>F2 34 千瓦</td></tr><tr><td>阳极 最大 热容 量</td><td colspan="2">1,500,000 焦耳 = 2,000,000 HU</td></tr><tr><td>阳极</td><td colspan="2">铯-钨</td></tr></table>	对应 于 250 W 的 阳极 等效 输入 功率 时的 阳极 标称 输入 功率	F1 28 千瓦	F2 34 千瓦	阳极 最大 热容 量	1,500,000 焦耳 = 2,000,000 HU		阳极	铯-钨		我司承诺： 技术参数及要求： CT 球管技术参数 (CT 型号：西 门子 16 排 CT SOMATOM Scope 球管数量：一支) <table><tr><td>对应 于 250 W 的 阳极 等效 输入 功率 时的 阳极 标称 输入 功率</td><td>F1 28 千瓦</td><td>F2 34 千瓦</td></tr><tr><td>阳极 最大 热容 量</td><td colspan="2">1,500,000 焦耳 = 2,000,000 HU</td></tr><tr><td>阳极</td><td colspan="2">铯-钨</td></tr></table>	对应 于 250 W 的 阳极 等效 输入 功率 时的 阳极 标称 输入 功率	F1 28 千瓦	F2 34 千瓦	阳极 最大 热容 量	1,500,000 焦耳 = 2,000,000 HU		阳极	铯-钨		相 同
对应 于 250 W 的 阳极 等效 输入 功率 时的 阳极 标称 输入 功率	F1 28 千瓦	F2 34 千瓦																						
阳极 最大 热容 量	1,500,000 焦耳 = 2,000,000 HU																							
阳极	铯-钨																							
对应 于 250 W 的 阳极 等效 输入 功率 时的 阳极 标称 输入 功率	F1 28 千瓦	F2 34 千瓦																						
阳极 最大 热容 量	1,500,000 焦耳 = 2,000,000 HU																							
阳极	铯-钨																							

				表面覆层材料				阳极表面覆层材料	铍-钨		
				靶材料	铍、钨、钼合金、石墨			靶材料	铍、钨、钼合金、石墨		
				标称X射线管电压	140 千伏			标称X射线管电压	140 千伏		
				阳极的最大散热功率	10,000 瓦			阳极的最大散热功率	10,000 瓦		
				最大阳极频率	150 赫兹			最大阳极频率	150 赫兹		
				最大阴极灯丝加热电流	≈ 7.5 A			最大阴极灯丝加热电流	≈ 7.5 A	≈ 7.5 A	
				最大连续热耗散	2.5 千瓦			最大连续热耗散	2.5 千瓦		
				靶角(与参考轴有关)	8°			靶角(与参考轴有关)	8°		
				焦点	F 1	F 2		焦点	F 1	F 2	
				焦点标称值(与参考轴有关)	0.8×0.4	0.8×0.7		焦点标称值(与参考轴有关)	0.8×0.4	0.8×0.7	
				X射线管组件的固有过滤量	5.5 毫米铝/140 千伏			X射线管组件的固有过滤量	5.5 毫米铝/140 千伏		
				辐射泄漏在 1 米距	0.8 毫戈瑞/小时			辐射泄漏在 1 米距	0.8 毫戈瑞/小时		

				离时为 140 千伏 / 2.5 千瓦		米距 离时为 140 千伏 / 2.5 千瓦	
				保护等级	I 类 B 型	保护等级	I 类 B 型
				重量 (不包括附件)	48.2 公斤 ± 0.1 公斤	重量 (不包括附件)	48.2 公斤 ± 0.1 公斤
				高压连接 + / -	三芯电缆连接 / 三芯电缆连接	高压连接 + / -	三芯电缆连接 / 三芯电缆连接
				旋转阳极发动机	3 相定子, 相位电压 400 V _{ss} ± 10% 相位电流 ≤ 27 A _{eff}	旋转阳极发动机	3 相定子, 相位电压 400 V _{ss} ± 10% 相位电流 ≤ 27 A _{eff}
				操作过程中所允许的环境温度	+10°C +40°C	操作过程中所允许的环境温度	+10°C +40°C
				操作过程中所允许的 空气的相对湿度	20% 85%	操作过程中所允许的 空气的相对湿度	20% 85%
				操作过程中所允许的大气压	700 百帕 1060 百帕	操作过程中所允许的大气压	700 百帕 1060 百帕
				冷却流量	> 5 升/分钟	冷却流量	> 5 升/分钟
				冷却绝缘油的体积 (包括冷	约 12.5 升	冷却绝缘油的体积 (包括冷	约 12.5 升

				却系 统 内)		括冷 却系 统 内)	
				服务要求: 1. 保证所提供的球管有球管证书、注册证等相关证明文件。 2. 质保期: 1 年或 30 万秒次 (以先到为准)。		服务要求: 1. 保证所提供的球管有球管证书、注册证等相关证明文件。 2. 质保期: 1 年或 30 万秒次 (以先到为准)。	

说明: 响应说明填写: 优于、相同、低于。

供应商 (公章): 西安零距离医疗器械有限公司

法定代表人或被授权人 (签字并盖章):



白波