

黄龙县人民医院（黄龙县120急救服务中心）黄龙县人民医院采购核磁、DSA、64排CT维护保养中标（成交）明细

受黄龙县人民医院（黄龙县120急救服务中心）委托，采用进行采购黄龙县人民医院采购核磁、DSA、64排CT维护保养（项目编号：ZCSP-黄龙县-2025-00296）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（黄龙县人民医院采购核磁、DSA、64排CT维护保养）

1.1、中标（成交）供应商：陕西济安东远长久医疗器械有限公司

1.2、中标（成交）总价：983000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	医疗设备维修和保养服务	<p>飞利浦1.5T 核磁 1、在服务期内，免费升级现有软件系统。2、所有故障必须在2小时响应；24小时内到达。3、在服务其内，配件均包含在内（不含服务内容不包括），且维修次数不限，费用自己承担，所更换配件必须为原厂配件。4、所有维修人员必须持证上岗，因维修人员导致的设备故障，一切责任由服务厂家承担。5、每三个月上门服务一次，服务内容如下：设备定期的安全检查/影像质量的定期检查达临床要求/设备运行状态的定期检查/设备定期的除尘、润滑保养。6、核磁维护保养包含第三方空调水机等冷却系统。7、开机率保证：每年≥95%；即每年故障停机不超过18天。8、维保期间所产生的人工费用；整机所包配件更换费用、差旅费用；技术服务费、运输费用等。在维护保养期间，服务公司没有节假日，全年每天均为服务日；每次保养做好记录，并于年度结束后整理装订成册交由医院1份。飞利浦DSA血管机 西门子64排 CT</p>	<p>飞利浦1.5T 核磁 1、在服务期内，免费升级现有软件系统。2、所有故障必须在2小时响应；24小时内到达。3、在服务其内，配件均包含在内（不含服务内容不包括），且维修次数不限，费用自己承担，所更换配件必须为原厂配件。4、所有维修人员必须持证上岗，因维修人员导致的设备故障，一切责任由服务厂家承担。5、每三个月上门服务一次，服务内容如下：设备定期的安全检查/影像质量的定期检查达临床要求/设备运行状态的定期检查/设备定期的除尘、润滑保养。6、核磁维护保养包含第三方空调水机等冷却系统。7、开机率保证：每年≥95%；即每年故障停机不超过18天。8、维保期间所产生的人工费用；整机所包配件更换费用、差旅费用；技术服务费、运输费用等。在维护保养期间，服务公司没有节假日，全年每天均为服务日；每次保养做好记录，并于年度结束后整理装订成册交由医院1份。飞利浦DSA血管机 西门子64排 CT</p>	1年	合格	1.00批		983,000.00	983,000.00