

# 政府采购合同

合同编号:

签订地点: 陕西省勉县医院

签订时间: 2026年5月26日

采购人(甲方): 陕西省勉县医院

供应商(乙方): 陕西捷顺医疗设备有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方(采购项目编号: HYA-ZFCG-2026-汉010号)的竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件等有关规定,为确保甲方采购项目的顺利实施,甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同,并共同遵守如下条款:

## 第一条 合同标的

服务名称	数量	单位	具体服务承诺(包括但不限于服务内容、范围和基本要求)
勉县医院直线加速器、大孔径定位CT维保服务	1年	项	1. 详见附件; 2. 维保期内对价值500元内(含500元)备件进行免费更换。

## 第二条 合同价款

- 合同总价为人民币大写: 叁拾伍万捌仟元整¥358000.00元。
- 本合同执行期间合同总价不变,除发生本竞争性磋商文件第33.2条情况外,甲方无须另行向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 第三条 付款方式

- 付款方式: 分期付款  
支付方式: 合同签订后,乙方开具对应金额的发票后,达到付款条件起7日内,甲方支付合同总金额的50.00%。合同履行满6个月,乙方开具对应金额的发票后,达到付款条件起7日内,甲方支付合同总金额的50.00%。
- 乙方须向甲方出具合法有效的完税发票,甲方进行支付结算。
- 结算方式: 银行转账。

## 第四条 服务期限和地点

- 服务地点: 甲方指定地点。

2、服务期限：合同签订后一年。

#### 第五条 履约保证金

本项目不要求履约保证金。

#### 第六条 违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定的相关条款执行。

#### 第七条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

#### 第八条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下2种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向当地仲裁委员会申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

#### 第九条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 1、本合同书
- 2、成交通知书
- 3、协议
- 4、竞争性磋商文件(含澄清文件)
- 5、竞争性磋商响应文件

#### 第十条 合同生效及其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份，壹份报送政府采购监督管理部门备案，一份采购代理机构存档。

甲方（盖章）：陕西省勉县医院

法定代表人：

授权代表：胡大为

地址：勉县定军山镇绿缘路西段

开户银行：工行勉县支行营业部

账号：2606052009026408453

电话：0916-3232010

传真：0916-3232010

签约日期：2026年5月25日



乙方（盖章）：陕西捷顺医疗设备有限公司

法定代表人：

授权代表：张华

地址：陕西省西安市莲湖区丰禾路251号好鑫苑中心19楼1916号

开户银行：中国农业银行股份有限公司西安唐兴路支行

账号：26105401040007555

电话：029-84624490

传真：029-84624490

签约日期：2026年5月25日



附件：具体服务承诺(包含但不限于服务内容、范围和基本要求)

一、服务内容：勉县医院直线加速器、大孔径定位 CT 维保服务。

二、服务内容：定期保养、维修服务、远程服务、持续改进。

三、基本要求：

### 飞利浦 BigBoreRTCT 专业维保要求

#### 一、服务资质要求

1、乙方必须能提供全部服务类型：定期保养、远程服务（电话支持、宽带远程支持、宽带自动预警保障系统）、现场服务。

2、乙方须具有合法的设备维修密钥(ServiceKey)。

3、乙方在陕西省内具有常驻 CT 产品服务工程师，需提供工程师名单，或承诺成交后在陕西省派驻 CT 产品服务工程师（详见标书）。

4、维修人员需同时持有飞利浦授权且在有效期内的《维修资质证》（符合技术更新、考核合格的要求）。

5、能够随时获得设备生产方的技术支持。

#### 二、维保服务内容

1、定期保养：每年提供 $\geq 3$ 次维护保养服务，保持原厂 QC 标准或国家质量计监部门标准，包含设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检查、安全检查、影像质量检查，并出具检测报告；每次故障维修及保养后，必须提供完整保养记录。

2、维修服务：包含不限次人工所涉及的人工费用、交通差旅费等费用；当设备出现故障时，可拨打长期固定的维修服务热线，维保方在 24 小时内赶到现场派工程师进行指导或维修。

3、远程服务：可通过远程系统 24 小时不间断监测设备运行健康状况，提供自动预警、主动预防、远程诊断及技术支持。

4、持续改进：提供持续的改进措施，消除设备隐患故障。

#### 三、响应及开机率要求

1、响应时间：用户维修服务响应 $\leq$ 半小时，到场 $\leq 24$ 小时；提供 24 小时 $\times 365$ 天在线电话技术支持，30 分钟内做出回应。

2、故障修复：如电话无法解决问题，工程师应在 24 小时内携带相关工具及必要

备件到达现场；一般故障在工程师到达现场后 24 小时内修复，特殊故障修复时间不超过 72 小时；如遇备件故障，免费提供备件，直至设备正常运行。

3、开机率保证：年度开机率 $\geq 95\%$ ，若未达约定开机率，每低于标准 1%（不足 1%按 1%计算），合同服务期限相应延长 5 个日历日或每超过一自然天保修延长 2 天。

#### 四、备件相关要求

1、备件质量：所有零部件必须为与原型号一致、经过原厂认证并测试合格的全新配件，技术参数符合设备原厂要求，安装完毕后达到设备运行标准（进口备件需提供备件报关证明及原厂证明文件）。

2、备件储备：供应商需具有专业、充足的设备零备件仓库，需提供零备件仓库证明材料（详见标书）。

3、系统升级：能及时获取并提供全套原厂系统软硬件升级措施(FCO)。

#### 五、培训要求

提供现场、远程操作和维修技术原厂培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

#### 六、其他

1、甲方有权自行采购配件。

2、遵守数据保密安全规定，不得泄露甲方医疗数据。

### 医科达 Synergy 直线加速器专业维保要求

#### 一、服务资质要求

1、乙方需具备销售、使用、维修放射性装置资格，提供国家环保部认证的辐射安全许可证。

2、服务维修工程师应具有医科达厂家出具的有效期内培训证书，且证书上标明本次招标设备类型；提供现场服务的工程师必须是经过原厂培训合格的工程师，需提供承诺函（详见标书）。

3、能够随时获得设备生产方的技术支持。

4、维保服务范围：直线加速器（主机、床、控制系统）、多叶光栅、iView-GT 验证系统、XVI 球管、XVI 影像板、Mosaiq 肿瘤信息管理系统、医科达 Monaco 治疗计划系统、水冷系统、VMAT 容积旋转调强系统等整机的技术保修（不含零

配件)。

## 二、维保服务内容

- 1、定期保养：每年至少提供 1 次保养服务，出具检测报告及完整保养记录。
- 2、维修服务：提供整机的技术保修，含人工、保养等；提供维修、零配件更换指导（不含备件）和维修劳务等各种服务，保证设备维护达到国家质量标准。
- 3、远程服务：能通过远程网络连接加速器，实时监测设备性能，提供故障提醒及诊断服务，需提供产品彩页及对应详细说明为证。
- 4、软件维护：提供主机软件维护，配合采购方升级更新软件的安全性或功能性；所有提供的升级软件须为正版软件，投标时需提供厂家软件版权证书；保修期内，必须纠正已被证实和重复出现的软件非功能性缺陷，并免费提供必要的软件补丁升级服务。
- 5、特殊服务：保证能提供加速管的更换，并提供两家以上国内成功的维修案例（详见标书）。

## 三、响应及开机率要求

- 1、响应时间：用户维修服务响应 $\leq$ 半小时，到场 $\leq$ 24 小时；提供 24 小时 $\times$ 365 天在线电话技术支持，30 分钟内做出回应。
- 2、故障修复：如电话无法解决问题，工程师应在 24 小时内携带相关工具及必要备件到达现场；一般故障在工程师到达现场后 24 小时内修复，特殊故障修复时间不超过 72 小时；如遇备件故障，免费提供备件，直至设备正常运行。
- 3、开机率保证：年度开机率 $\geq$ 95%，若未达约定开机率，每低于标准 1%（不足 1%按 1%计算），合同服务期限相应延长 5 个日历日或每超过一自然天保修延长 2 天。

## 四、备件相关要求

- 1、备件质量：所有零部件必须为与原型号一致、经过原厂认证并测试合格的全新配件，技术参数符合设备原厂要求，安装完毕后达到设备运行标准（进口备件需提供备件报关证明及原厂证明文件）。
- 2、备件储备：供应商需具有专业、充足的设备零备件仓库，需提供零备件仓库证明材料（包括但不限于场地照片、租房协议、购销清单）。

## 五、培训要求

提供现场、远程操作和维修技术原厂培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

## 六、其他

- 1、甲方有权自行采购配件。
- 2、遵守数据保密安全规定，不得泄露甲方医疗数据。