

购销合同书

(合同编号)

甲方(采购单位):佛坪县人民医院

乙方(供货单位):陕西医药控股集团汉中药业有限责任公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方佛坪县人民医院医疗设备采购项目(二)标段(采购项目编号: SCZB2025-ZB-0851/001)的招标文件等有关规定, 为确保本项目的顺利实施, 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上, 达成如下购销合同:

第一条 合同内容

产品名称	生产厂家	规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)
输尿管肾镜 1	杭州好克光电仪器有限公司	SN-1 (Y1430E)	1	支	84600.00	84600.00
输尿管肾镜 2	杭州好克光电仪器有限公司	SN-1 (Y1430B)	1	支	70000.00	70000.00
钬激光	上海瑞柯恩激光技术有限公司	SRM-H2C	1	台	460000.00	460000.00
合计: 614600.00 元				大写: 陆拾壹万肆仟陆佰元整		

本合同项下产品的技术参数以附件2《产品技术参数》及乙方投标文件承诺为准, 乙方须严格按上述参数和承诺供货, 不得擅自变更或以其他型号替代。

第二条商品质量标准: 乙方所提供的产品应符合国家、行业最新强制性标准, 并完全满足招标文件和乙方投标响应文件中的

技术参数要求。如有不一致，按更高标准执行，具体标准名称、编号详见招标文件及附件2技术参数。

甲方应在设备验收后30日内书面提出质量异议，乙方应在收到异议后及时处理。甲方逾期未提出的，视为设备质量合格，但不影响质保期内的质量责任。

第三条合同权利义务及违约责任以本合同文本为主。若合同、招投标文件及响应文件存在不一致之处，以本合同为准；未尽事宜按招标文件、乙方响应文件顺序执行。乙方违约包括但不限于逾期交货、产品参数不符、质量不合格、售后服务不到位等，甲方可要求乙方支付合同总价10%的违约金，并就甲方因此产生的全部损失要求赔偿，可直接自应付款或履约保证金中扣除。

甲方应组织由设备使用科室、医学工程部门及第三方检测机构组成的验收组，在到货后7个工作日内完成初验，试运行3个月后完成终验。终验需出具加盖CMA/CNAS印章的检测报告。

第四条交货时间、地点：合同签订后30个自然日内交货（自甲方预付款到账之日起计算），乙方负责送货至甲方指定地点。

乙方如未能按约定时间交货，每逾期一日，按合同总价0.3%向甲方支付违约金。逾期超过15日，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿因此造成的全部损失。

第五条售后服务：自验收合格之日起，输尿管肾镜质保期两年；钬激光质保期为五年，且主要部件（包括激光发生器、冷却系统、控制模块）质保期同步延长至五年，终身维护保养。质保期内除人为因素损坏，全部免费维修，质保期满后由乙方出具质保期运行质量报告，且该报告须经甲方认可的第三方检测机构复核确认，若存在质量问题，应按相应规定协商处理，乙方在接到甲方电话通

知后12小时内提供有效解决方案（包括远程指导），并在24小时内派出合格的服务人员到达现场进行处置。乙方未按上述时间要求执行的，每延迟一小时应按合同总价的0.1%支付违约金。乙方应保留与甲方沟通的书面记录。

第六条付款方式：合同签订后预付合同总价的40%（即人民币：245,840.00元，大写：贰拾肆万伍仟捌佰肆拾元整），产品安装、调试、验收合格且试运行满【30】个自然日无质量问题后支付合同总价的60%（即人民币：368,760.00元，大写：叁拾陆万捌仟柒佰陆拾元整）。

如甲方逾期付款，按中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）计付违约金，违约金自逾期之日起计算至实际付款日止。

第七条 履约保证金金额、退还的方式、时间、条件：

履约保证金金额：合同总价的3%（即人民币：18,438.00元，大写：壹万捌仟肆佰叁拾捌元整）

退还方式：银行转账甲方将履约保证金退还至乙方指定的银行账户（名称：陕西医药控股集团汉中药业有限责任公司、开户行：建行汉中汉台区支行、账号：61050165510000001398）。甲方应在满足退还条件后15个工作日内完成退款手续，逾期退还应按中国人民银行同期贷款基准利率支付资金占用费。

退还时间：设备通过最终验收，并在无故障运行2年后，甲方应在符合退还条件后15个工作日内完成退还。无故障意指设备通过验收后连续运行期间未发生非甲方人为原因导致的性能故障。

退还条件：乙方无违约行为：在合同履行过程中，乙方未出现任何违反合同条款的行为，包括但不限于未按时交货、未提供合

格产品及服务、未遵守售后服务承诺、未按要求配合验收、未造成甲方损失等。如有争议，以甲方书面认定为准。

履约保证金不予退还的情况：因乙方无正当理由拒绝按照中标通知书和合同约定签订合同，或签订合同后拒绝履行合同主要义务，或者因重大违约导致合同无法履行，无正当理由导致合同解除或终止的，履约保证金不予退还。其他一般违约不影响保证金退还。此外，如因不可抗力或甲方原因导致合同解除或终止，保证金应于5个工作日内无息退还。

第八条解决合同纠纷的方式：（一）由双方协商解决；（二）协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

如因不可抗力导致合同无法履行，受影响方应在不可抗力发生后3日内书面通知对方，并在合理期限内提供相关证明。不可抗力持续超过30日，甲方有权解除合同，乙方应退还已收款项并赔偿甲方因此遭受的实际损失。

甲方有权在乙方发生下列重大违约时单方解除合同，包括但不限于逾期交货超过15日、设备关键参数不符、产品质量达不到约定标准、乙方拒不履行主要售后承诺等。解除后因乙方原因造成甲方损失的，全部损失由乙方承担。

第八条 解决合同纠纷的方式：（一）由双方协商解决；（二）协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条本合同书所附件《购销廉洁协议书》及《产品技术参数》为本合同内容，所有附件须与主合同一并签署并加盖骑缝章，具有同等法律效力。

本合同书一式四份，甲方持三份，乙方持一份，双方签字盖章且甲方内部审批流程完成后生效。合同所有空白处须由双方共同填写完整，不得留有空白或涂改，附件内容须与主合同一致。

本合同的签署、履行及相关采购行为均已符合政府采购相关法律法规及甲方内部管理规定，若因乙方原因导致合同无效或被认定为违法，甲方有权解除合同并追究乙方全部责任。

甲方（盖章）：佛坪县人民医院 乙方（盖章）：陕西医药控股集团



甲方代表：

付洪

乙方代表：



2025 年 6 月 15 日

2025 年 6 月 15 日



附件1:《购销廉洁协议书》

购销廉洁协议书

为进一步加强行业作风建设,规范医用耗材购销行为,维护正常的医疗秩序和经营秩序,建立健全防治商业贿赂长效机制,经甲、乙双方协商,同意签订购销廉洁协议书并予以共同遵守:

乙方保证其所供产品不存在侵犯任何第三方知识产权或专利的行为,如因产品知识产权纠纷导致甲方遭受损失的,乙方应全额赔偿。

一、甲方购进医用耗材时,不得以暗示或其他任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。如甲方工作人员暗示或索要,乙方应予拒绝,并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

二、甲方工作人员不帮助、不支持、不参与供应商的销售活动。

三、甲方工作人员禁止替供应商提供设备销售的有关信息。

四、乙方不得暗中给予甲方回扣,不得以提成和赠送有价证券、现金、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境外旅游活动等手段影响甲方的使用产品。

五、乙方洽谈业务,必须在工作时间到甲方指定科室联系商谈,不得在非接待时间、地点递交产品资料,介绍产品情况;不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费;不得为甲方人员及其亲属提供各种无偿服务,报销应由其个人承担的费用。

六、乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，严格执行合同条款，保证产品质量，保证按时供应，保证优质服务，杜绝弄虚作假，商业欺诈，做到诚信守约。

七、乙方如违反以上条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，列入不良行为记录，并在单位内通报，取消供销资格2年，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

八、甲方工作人员违反本协议，情节较轻的，由本单位按照有关廉政制度规定进行处理；情节较重构成违纪的，由纪检监察部门处理；情节严重涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。

九、本协议书为购销合同书的附件，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

附件2：《产品技术参数》

如所采购设备涉及进口或需特殊行政审批，乙方应负责办理相关报关、认证、注册及审批手续，并承担由此产生的全部费用和风险，确保设备合法合规交付甲方。

乙方保证所供设备及其零部件不侵犯任何第三方的知识产权。如因设备存在知识产权瑕疵导致甲方遭受损失，乙方应承担全部赔偿责任，并向甲方支付合同总价20%的违约金。（所有技术参数应与招标文件及乙方投标响应文件完全一致，不得有任何缩水、变更或技术降级。附件2所列参数为本合同必要条款，乙方未严格满足任何一项参数要求，视为重大违约，甲方有权拒绝验收并追究违约责任，若有不符以招标文件及中标通知书为准）。

输尿管肾镜1技术参数〔SN-1 (Y1430E) 〕

输尿管肾镜 (F4.5) : 1 支

消毒盒 1 个

1. 视向角: 0°

2. 视场角: 75°

3. 头端部外径: 4.5Fr 中间是渐变过程后端部 9.1Fr

4. 工作长度: 425mm

5. 器械通道: $\Phi 1$

6. 照度: 2000lx (工作距离 10mm)

7. 视场中心角分辨力: 0.547C/ $^{\circ}$

8. 景深: 3~20mm

输尿管肾镜1技术参数〔SN-1 (Y1430B) 〕

输尿管肾镜 (F4.5) : 1 支

消毒盒: 1 个

1. 视向角: 0°
2. 视场角: 75°
3. 头部最细端外径: Fr7.5 中间: Fr11.1 尾部: Fr12.4
4. 景深范围: 3~20mm
5. 工作长度: 425mm
6. 器械通道: $\Phi 1.8$

钛激光技术参数 [SRM-H2C]

设备软件系统应提供终身免费安全升级服务，硬件兼容性变更应提前90日书面通知甲方。

1. 用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固。皮肤科用于尖锐湿疣、肉芽肿、浅皮肿瘤的汽化和凝固。

2. 光纤终端最大平均输出功率:107.8W

3. 光纤末端最大单脉冲能量: 6.7J。

4. 光纤末端最小单脉冲能量: 0.5J。

5. 具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定性: $\pm 0.2\%$ 。

6. 具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性: $\pm 1.4\%$ 。

7. 工作激光输出波长: $2100\text{nm} \pm 100\text{nm}$

8. 激光器工作方式: 脉冲

9. 脉冲重复频率: 5Hz~50Hz 可调

10. 脉宽可调，靶向碎石: 宽窄脉宽间距 $\geq 600 \mu\text{s}$ 。

11. 窄脉宽 $200 \mu\text{s}$

12. 宽脉宽 $800 \mu\text{s}$

13. 多种规格光纤可选，芯径至少包含 $200 \mu\text{m}$ 、 $272 \mu\text{m}$ 、 $365 \mu\text{m}$ 、 $550 \mu\text{m}$ 、 $800 \mu\text{m}$ 和 $1000 \mu\text{m}$ 六种规格

14. 传输系统: 光纤传输，设备注册单元内包含一次性使用光纤和可重复使用光纤 2 种选择（以注册证为准）

15. 抗干扰加长脚踏连接线，长度 5 米

16. 网电源连接方式: 可插拔，电源线长度 5 米。

17. 软光纤芯径及外径: $200 \mu\text{m}$ 光纤芯径 $210 \mu\text{m}$ ，外径 $365 \mu\text{m}$ ； $272 \mu\text{m}$ 光纤芯径 $270 \mu\text{m}$ ，外径 $400 \mu\text{m}$ 。

18. 软光纤最小弯曲半径: $200 \mu\text{m}$ 光纤 0.6cm， $272 \mu\text{m}$ 光纤 0.7cm

激光耦合效率 95.5%

19. 使用 272 μm 光纤最大传输功率: 80.6W

20. 护眼指示光: 绿光, 波长 $520\text{nm} \pm 20\text{nm}$, 功率 $\leq 5\text{mW}$

21. 控制方式: 触摸屏

22. 专家数据库: 嵌入式微电脑内置专家数据库

23. 电源: AC220V/50Hz

24. 冷却系统: 水冷

25. 噪声 60dB

26. 连续工作 8 小时功率无衰减