

93.	污水处理系统	1、实验室综合废水处理设备设计及参数要求：1.1必须采用国内成熟产品，要求为 无土建（无钢筋混凝土或砖砌池体设备基础等）的实验室综合废水处理一体化成套设备；1.2设备日处理废水量：≥500L/D，电源：380V/220V；运行时间每天不超过10小时；设备间总占地面积小于1平方米；★1.3 自动搅拌混合装置：采用优质耐强酸、耐强碱、耐腐蚀、高强度的PP材质折弯焊接而成，壁厚 10mm、密度5.1g/cm³；收集水箱采用	LTP-500L-D	1套	
-----	--------	--	------------	----	--

69.	教师演示台	1、规格：2400×700×850mm ★2、台面：采用12.7mm厚双面膜实心理化板下参数如： （5）化学性能检测：台面参照GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能108项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98% 硫酸、氢氧化钾、液体石蜡、氯化铁（10%）、四氢呋喃等试剂，分级结果为“5级”详见2011.1.1 教师演示台-★2、台面佐证材料 （6）物理性能检测：台面参照GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：	良牧 LM0058Z	1张	七、高中化学实验室装修及改造
-----	-------	---	------------	----	----------------