

汉阴县中医医院彩色多普勒超声诊断仪探头采购项目中标（成交）明细

受汉阴县中医医院委托，采用进行采购彩色多普勒超声诊断仪探头采购项目（项目编码：DMZFCG-汉阴县-2025-036）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（汉阴县中医医院彩色多普勒超声诊断仪探头采购项目）

1.1、中标（成交）供应商：北京德康鸿远医疗科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：239300.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品标 目的 名称 称	品牌	规格型号	数量	计量 单位	单价(元)	总价(元)
1	医用超声波探头及设备	彩色多普勒超声诊断仪一小器官探头:品牌: GE; 彩色多普勒超声诊断仪一心脏探头: 品牌: GE	彩色多普勒超声诊断仪一小器官探头:规格: 1)探头尺寸mm:2127±302)类型: 线阵3)阵列长度mm:38.4x44)单个阵元尺寸mm:0.2x45)阵元材料: 压电陶瓷6)主要使用方式: 体表7)B模式频率范围4.0-13.0MHz;8)中心频率7.75MHz;标称频率: 6.0MHz9)探测深度mm:50:PW频率: 4.2MHz;PW 探测深度mm:5510)CFM频率: 4.2MHz:CFM探测深度mm:5011)阵元数192;12)FOV38毫米; 最大深度12厘米; 13)13X47mm扫描接触面; 14)应用于: 血管、甲状腺、乳腺; 彩色多普勒超声诊断仪一心脏探头: 规格: 1)探头尺寸mm:2235±502)类型: 相控阵3)阵列长度mm:19.2X134)单个阵元尺寸mm:0.3X135)阵元材料: 压电陶瓷6)主要使用方式: 体表7)B模式频率范围1.3-4.0MHz;8)中心频率: 2.75MHz;标称频率: 2.0MHz9)探测深度mm:140:PW频率: 1.7MHz;PW探测深度mm:1201 0) C FM频率: 1.7MHz:CFM探测深度mm:10011)CW频率: 1.9MHz;CW探测深度mm:12012)阵元数64个; 13)27.6X19.3毫米接触面; 14)主要应用; 成人心脏、经颅多普勒	1.00	批	239,300.00	239,300.00