

采购清单

采购单位	紫阳县疾病预防控制中心		备案函号	ZCSP-紫阳县-2024-00129			
项目名称	检验室检测能力提升项目						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 900,000.00		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	样品前处理及制备仪器	全自动高锰酸盐指数分析仪、滴定仪、微波消解仪、电子天平、微生物检测计数仪、氢氧根淋洗液发生器、UPS不间断电源	128,571.43	7	台	900,000.00	<p>1、全自动高锰酸盐指数分析仪配置要求：全自动高锰酸盐指数分析仪一台，工作站软件一套，配件套包一套（包括样品杯、搅拌子等）。2、滴定分析仪配置要求：台式滴定分析仪主机一台，需采用专业级铂金硫化硅胶泵管，大屏彩色液晶显示屏，内置常规滴定项目（自定义滴定公式编辑）。3、微波消解仪配置要求：主机（含软件操作系统和排风系统）一台；非接触式红外温度传感器2套；实时异常监控系统一套；全罐压力监控系统一套；无线模块一套；U盘软件及加密狗一套；消解转子系统一套；包含外罐、内罐、罐盖及内塞；内罐杯架2套；消解转子升降工具车一台；赶酸仪一台。4、电子天平（十万分之一）配置要求：挡风大玻璃罩，带三个滑动门，有USB端口，彩色触摸大显示屏，具有最大负荷（峰值保持）功能。5、微生物检测计数仪配置要求：主机一台，软件一套，USB高速传输接口。有高分辨率镜头。6、UPS不间断电源配置要求：电池箱承重能力需满足国家安全要求（安装线材及辅材现场情况，由投标人按国家标准免费提供），应具有交流输入过压、欠压保护，输出过压欠压保护，输出过载短路保护，电池欠压预警保护，机内过温保护。后备时间应大于20min，通讯接口能实现UPS电源的实时智能</p>

							远程监控； 7、氢氧根淋洗液发生器（配套离子色谱仪）配置要求：淋洗液发生器一台，氢氧根阴离子色谱柱一根，氢氧根阴离子保护柱一根，阴离子抑制器一个
2							
3							
4							
5							