

采购清单

采购单位		杨凌示范区医院			备案函号	ZCSP-杨凌示范区-2025-00089	
项目名称		杨凌示范医院医用液氧供应服务招标采购					
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 720,000.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他医药品	杨凌示范医院医用液氧供应服务招标采购	1,440.00	500	吨	720,000.00	一、采购需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； 中药药典2020第一增补版：液氧纯度、杂质含量（一氧化碳、二氧化碳、气态酸和碱、臭氧等）需符合医用级要求。《危险化学品安全管理条例》（国务院令第六45号）：液氧储存、运输、使用的安全管理规范。《道路危险货物运输管理规定》：液氧运输车辆及人员的资质与操作规范。需同时满足陕西省《医用液氧储存运输安全管理办法》）。 二、采购需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； 液氧纯度：≥99.5%（体积分数），杂质含量需符合GB 8982-2022中“医用氧”标准（具体参数：一氧化碳≤5ppm，二氧化碳≤100ppm，水分≤露点-43℃等）。每批次液氧需提供第三方检测机构出具的《质量检测报告》，注明检测时间、项目及结果。运输安全：运输车辆需具备《危险化学品道路运输许可证》，配备防泄漏、防静电装置及应急处置器材（如消防器材、堵漏工具），运输路线需提前报备医院及当地监管部门。安全防护：供应商需制定《液氧供应安全应急预案》，涵盖泄漏、火灾等突发情况的处置流程，并定期（每季度）向医院提供安全培训。液氧温度：≤-183℃（常压沸点），满足低温储存及输送要求。输送管道：材质需为不锈

							钢（如304L），具备保温、耐压性能，接口符合GB 50751-2012标准，避免污染或泄漏。 三、采购的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点： 1、预估年需求量：500吨，供应商需报单价和总价，具体以实际订单为准，分批次供应。 2、交付时间：常规供应：接到医院采购订单后24小时内送达。应急供应：突发紧急需求时，需在3小时内响应并完成配送。 3、交付地点：杨凌示范区医院。 四、采购需满足的服务标准、期限、效率等要求： 1、服务标准：供应稳定全年0断供，因供应商原因导致断供，需按合同约定承担违约责任。7×24小时客服热线，接到问题反馈后及时响应，4小时内提供解决方案。维护服务：提供免费现场巡检（储罐压力、管道密封性等），出具《巡检报告》。 2、服务期限：合同期限：1年，可根据服务质量协商续签。 3、效率要求：订单处理效率：收到医院订单后1小时内确认接单（如2小时），配送准时率≥99%（以订单约定时间为准）。 4、应急备用方案：需提供备用液氧来源或储罐，确保主供应中断时，1小时内启动备用供应。 五、采购的验收标准： 1、质量验收：每批次液氧到货
2							
3							
4							
5							