

67~2/4

西安市第一社会福利院 检验科设备采购项目需求书

(骑缝加盖单位公章)

采购人全称: 西安市第一社会福利院 (加盖公章)



2025 年 4 月 21 日

采购人须知

一、未经政府采购监督管理部门批准不得擅自采购进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

二、需求方案应内容完整、前后一致、表述清晰、具体明确、规范准确、语句通顺。

三、采购标准应符合客观实际所需，并确保预算足够。

四、如涉及与已有产品兼容或对接，须扼要介绍已有产品情况。

五、如所需产品属于政府强制采购节能产品，须确保已列入财政部、国家发改委颁布的最节能产品政府采购品目清单。

六、如涉及较复杂安装工程，建议同时提供建筑图电子文档。

七、非单一来源采购项目不得设定以下内容：

（一）将不合理、非强制性的认证、项目业绩或者案例作为资格条件。

（二）以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

（三）以某一品牌特有的功能、配置、技术指标、设计、专利作为技术要求。

（四）指定品牌、限制参考品牌或供应商。

（五）不利于公平竞争的区域或者行业限制。

（六）将企业或产品的排名作为限制性条款和评审依据。

（七）将资格条件、与本项目无关联的内容作为评分因素。

项目基本情况介绍

一、项目概况

西安市第一社会福利院 2025 年检验科全自动血液细胞分析仪采购

二、采购预算及最高限价

采购预算金额：22 万；最高限价：22 万

三、对供应商的基本资格要求

注：参与涉密政府采购项目的国内供应商，除应满足《政府采购法》第二十二条规定的基本条件外，还应当具备相应的保密资质或者符合保密法律法规规定的保密条件。

（一）保密资质

无

（二）其他资格条件

1. 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2. 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；
3. 财务状况报告：提供 2023 年度或 2024 年度的财务审计报告或开标前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息）；
4. 税收缴纳证明：提供开标前 6 个月内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
5. 社会保障资金缴纳证明：提供开标前 6 个月内已缴存的至少一个月

的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6. 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺)；

8. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）对响应单位信用信息进行查询，如果响应单位被查实在开标前已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其响应为无效；

9. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

10. 供应商如为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）与制造商的《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》），供应商如为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；同时投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或备案凭证。

11. 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证原件，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件。

12. 供应商至少成立 3 年以上。

四、采购内容及要求（其中实质性条款请用★标识）

注1:实质性条款指技术要求、服务要求、商务要求等中不允许出现负偏差的条款，该条款在评审(谈判、磋商、协商)阶段应当是可评判的。

序号	采购 品目	技术参数 (不得指定或变相指定产品品牌)	数量
1	全 自 动 血 液 细 胞 分 析 仪	★检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行 C-反应蛋白（CRP）测定	1 台
2		分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道	
3		检测参数：≥28 项可报告参数（不含散点图和直方图）	
4		检测模式：具有 CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CRP 等 5 种及以上全血检测模式	
5		★进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓，有效降低生物污染风险	
6		★进样器容量：≥38 个	
7		进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式	
8		样本用量：五分类+CRP 模式≤40 μl，CRP 模式≤20 μl	
9		检测速度：五分类+CRP 模式≥45 个样本/小时	
10		预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP 功能	
11		线性范围：WBC：0~400×10 ⁹ /L，PLT：0~5000×10 ⁹ /L，HGB：0-250g/L	
12		CRP 线性范围：0.3~300mg/L	
13		CRP 试剂包装规格按人份数注册避免使用浪费	
14		▲全血 CRP 检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰	
15		操作系统：全中文操作分析报告软件	
16		排堵方式：正反冲洗，高压灼烧	
17		具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件	
18		投标厂家的仪器的血球质控品、校准品均获得 FDA 认证，保证其溯源性和准确性得到更严格的法规验证	
19		所投血球产品在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理	

对于关键技术指标建议标注“★”，表示实质性要求，不允许出现任何负偏差；对于重要技术指标建议标注“▲”，表示重要指标要求，不满足时将予以扣分（如有一项不满足扣 2 分）；其他一般性参数不用标记，不满足时可予以扣分（扣分值相对较小，如有一项不满足扣 0.5 分）。

五、商务要求

(一) 货物类项目

1. 交货期 15 工作日

2. 质保期: 1 年

3. 售后服务响应时间(质保期内): 即时响应(包括电话响应); 4 小时内到达现场(如电话响应无法解决)。修复时间(质保期内): 12 小时内解决; 如在 12 小时内无法修复, 则提供部件冗余服务或采取应急措施, 提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用, 以确保货物的正常使用。

4. 付款时间、付款额度和付款方式。

设备安装、验收、培训、使用科室确认合格之日起 30 日内付合同总价 95%, 质保期后付剩余 5%。

六、评审方法和评分内容

注: 货物项目的价格分比重为: 30%~100%, 服务项目的价格分比重为: 10%~100%

项别		分项		评审要素	说明
名称	总分 值100	分项 名称	分项 最高 分值		
价格 部分	30	价格	30	有效投标报价最低报价为基准价得30分, 其他各投标供应商的报价得分按下列公式计算: (基准价/投标报价) × 30。	此公式为法定计算式, 不可更改。
技术 部分	45	技术指标	27	投标产品的技术指标满足采购文件要求的得分 24 分。技术参数每不满足一项扣 3 分, 扣完为止。 投标产品的技术指标全部满足采购文件要求, 且有实质性优于的技术参数, 每一项加 1 分, 最多加 3 分。 投标人应提供相关技术参数佐证材料(包括但不限于制造厂家的产品说明书, 产品图册, 质量检测报告等)。	

		设备选型	8	评审内容：根据所投产品 品牌与配置清单、设备先进性、配置完整性、性能、稳定性、兼容性、行业使用广泛性稳定性等方面评定。 评审标准：配置清单、产品选型先进合理，性能优异，稳定性强，兼容性好，行业使用广泛，能充分体现项目功能需求得5-8分；设备选型、配置清单简单，大体能满足项目功能需求得0-4分。	
		项目实施方案	10	评审内容：投标人针对本项目提出具体的实施方案，方案内容包含：①技术方案②质量保证措施③组织实施方案④供货方案⑤验收方案； 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能保障本项目实施得10分；评审内容每缺一项扣2分，评审内容有缺陷未完全响应评审标准的扣0.5-1.5分。	
	商务部分	业绩	10	提供2023年1月1日至投标文件递交截止时间产品类似合同业绩（以合同签订时间为准），1份业绩得2分，业绩满分10分（供货业绩合同关键页需加盖投标人公章，合同关键页内容须包含合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容、双方盖章页等。采购方确认合同真实性，弄虚作假者，取消其中标资格。）	
		售后服务方案	8	评审内容：投标人针对本项目提出具体的售后服务方案，方案内容包含：①售后服务保障体系②售后服务人员组织③备品、备件供应计划，设备（产品）发生故障后的补救措施④制造原厂针对此项目售后服务承诺书 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得8分；评审内容每缺一项扣2分，评审内容有缺陷未完全响应评审标准的扣0.5-1.5分。	
		培训方案	7	评审内容：投标人针对本项目提出具体的培训方案，方案内容包含：①培训内容、培训人员安排、时间安排②培训结果考核（实操或笔试）； 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得7分；评审内容每缺一项扣1.5分，评审内容有缺陷未完全响应评审标准的扣0.5-1.5分。	

福
303326

注：1. 相关证明材料要求加盖投标人公章。

2. 评审标准中的“缺陷”是指：内容描述过于简单没有关键点；条理不清晰；与项目内容不匹配、非专门针对本项目或不适用本项目特性；凭空编造，存在逻辑漏洞，出现常识性错误；不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等。

说明

评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。

七、本项目联系人及联系方式

	姓名	固定电话	手机	电子邮箱	
项目经办人	周小涛	85860332	18909270893	2533486063@qq.com	
项目负责人	解小永	85862698	13119190908		
单位详细地址	西安市高新区五星街道太原庄村甲字 1 号			邮政编码	710114

注：请向集采机构预留有效联系方式，项目经办人应是具体负责项目执行的人员。