

采购清单

采购单位	陕西省勉县医院		备案函号	ZCSP-勉县-2025-00030			
项目名称	血透集中供液等设备一批						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 850,000.00		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	体外循环设备	血液透析用水处理设备	220,000.00	1	台	220,000.00	1.1、★产水水质菌落总数：≤1CFU（须提供国家食品药品监督管理局下属医疗器械检验单位出具的检测报告） 1.2、★产水水质内毒素：≤0.03EU（须提供国家食品药品监督管理局下属医疗器械检验单位出具的检测报告） 1.3、工艺特点：源水多级处理、双级反渗透、二级纯水直供 1.4、产水流量：≥1500 L/H（25℃），满足透析床位≤40床 1.5、系统脱盐率：≥99% 1.6、细菌、微生物去除率：≥99% 1.7、智能回收：50%-70% 1.7、运行控制：自动、应急手动 1.8、操作方式：Human Machine Interface 人机智能触控 1.9、主机消毒方式：自动化学消毒 1.10、纯水管路消毒方式：自动化学消毒
		集中配供					1. 技术参数 1.1、产品设计参照标准：YY0598—2015《血液透析及相关治疗用浓缩物》相关要求； 1.2、配液用纯水要求：符合 YY0572-2015《血液透析和相关治疗用水》； 1.3、供液能力：≤40床 1.4、★产品构成：A液配供系统、B液配供系统组合构成多功能血液透析用浓缩液集中配液系统；（须提供国家权威机构审核通过的证书复印件） 1.5、★工艺特点：全自动配液、供液、清洗、消毒一体化系统；（须提供国家权威机构审核通过的证书复印件）； 1.6、控制方式：自动、应急手

2	体外循环设备	浓缩液系统	350,000.00	1	套	350,000.00	<p>动； 1.7、操作方式：HMI 人机智能触控；</p> <p>1.8、A 液系统消毒方式：自动化学消毒；</p> <p>1.9、B 液系统消毒方式：自动化学消毒、自动热消毒；</p> <p>1.10、★加热方式：无接触式外加热；</p> <p>1.11、电源要求：AV380V±10% ，三相五线制；</p> <p>1.12、★通过 GB4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》标准。（提供具有国家合格 评定认可机构的检测报告）</p> <p>1.13、★通过 YY 0505-2012 《医用电气设备 第1-2部分：安全 通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》标准。</p>
3	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	经颅重复磁刺激仪	280,000.00	1	台	280,000.00	<p>1、一体式主机（内置液态内循环冷却系统）：1台</p> <p>2、刺激线圈：1套（无孔圆形或无孔八字形线圈）</p> <p>3、笔记本电脑承载操作软件：1套</p> <p>4、线圈支架：1套</p> <p>5、定位帽：10套</p> <p>6、双通道MEP模块：1套</p>
4							
5							