

凤县医院急诊急救及服务能力提升建 设项目医疗设备购置（第二批）

招 标 文 件

采购编号：CLDZC-2025-006



诚联达项目咨询
CHENGLIANDA

采 购 人：凤县医院（公章）



采购代理机构：陕西诚联达项目咨询有限公司（公章）



二〇二五年五月

目 录

第一章 招标公告	2
第二章 投标人须知	7
第三章 评标办法	34
第四章 合同主要条款及格式	37
第五章 招标内容及技术参数	41
第六章 投标文件格式	57
一、投标函	58
二、投标报价一览表（格式）	59
三、投标分项报价表（格式）	60
四、技术规格响应偏离表（格式）	61
五、商务条款响应偏离表（格式）	62
六、法定代表人身份证明	63
七、投标保证金支付凭证粘贴处	65
八、投标人资格证明文件	66
九、近三年（2022 年 05 月 1 日至今）完成的类似业绩情况	68
十、投标人性质	69
十一、技术方案	74
十二、投标人认为应当提交的其他资料	75

第一章 招标公告

项目概况

急诊急救及服务能力提升建设项目医疗设备购置（第二批）招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）获取招标文件，并于 2025 年 06 月 26 日 14 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CLDZC-2025-006

项目名称：急诊急救及服务能力提升建设项目医疗设备购置（第二批）

采购方式：公开招标

预算金额：1,200,000.00 元

采购需求：

合同包 1(凤县医院急诊急救及服务能力提升建设项目医疗设备购置（第二批）)：

合同包预算金额：1,200,000.00 元

合同包最高限价：1,095,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	急救和生命支持设备	心电图机 监护仪 除颤监护仪 吊塔 抢救床 无创呼吸机 电动手术床	1(批)	详见采购文件	1,200,000.00	1,095,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：1 个月（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(凤县医院急诊急救及服务能力提升建设项目医疗设备购置（第二批）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；2.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；2.3

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；2.4《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；2.5《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；2.6《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；2.7《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；2.8《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；2.9《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；2.10《财政部农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；2.11《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；2.12《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。

若享受以上政策优惠的企业，需提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(凤县医院急诊急救及服务能力提升建设项目医疗设备购置（第二批）)特定资格要求如下：

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：1、具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织和自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照；事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书；其他组织应提供合法有效的证明文件；自然人参与的提供其身份证明。2、财务状况报告：提供2023年度或2024年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。3、税收缴纳证明：提供2024年7月至今已缴纳的至少三个月的完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。4、社会保障资金缴纳证明：提供2024年7月至今已缴存的至少六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。5、投标人应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。6、提供具有

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺。（二）特定资格条件：1、投标人不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体当事人名单的投标人（提供失信被执行人和重大税收违法案件查询截图并加盖公章）；不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。（备注：采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目投标）。2、投标人应授权合法的人员参加本项目采购活动全过程，其中法定代表人直接参加采购活动的，应出具法定代表人身份证明及法定代表人合法有效的身份证原件和复印件（加盖公章），且应与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加采购活动的，应出具法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证原件和复印件（加盖公章）。3、投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）。4、投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证。5、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。6、本项目不接受联合体。7、其他条件详见本项目招标文件的规定。

三、获取招标文件

时间： 2025 年 06 月 04 日 至 2025 年 06 月 11 日 ， 每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ， 下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）

方式：在线获取

售价： 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2025 年 06 月 26 日 14 时 00 分 00 秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市 不见面大厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

注：（1）下载须知：投标人使用捆绑 CA 证书登录陕西省公共资源交易中心（<http://ggzy.baoji.gov.cn/>），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统（<http://ggzy.baoji.gov.cn/wblj/009001/jyxtlogin.html>）进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名。网络平台机构：陕西省公共资源交易中心。（2）使用捆绑省交易平台的 CA 锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息，下载招标文件。未完成网上操作无法完成后续流程，后果自负。（3）本项目采用不见面开标方式，各投标人可登录（<http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/subPage.html>）下载《政府采购电子标书制作工具》、《政府采购投标单位操作手册》和《宝鸡市不见面大厅投标人操作手册》，并在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）递交电子投标文件。为了保证远程不见面开标顺利进行，投标人需使用配备相关设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果；（4）电子招投标文件技术支持：4009980000；（5）**请各投标人获取文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。**（6）本项目不专门面向中小企业采购。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：凤县医院

地址：宝鸡市凤县双石铺镇凤中路 18 号

联系方式：0917-4762325

2. 采购代理机构信息

名称：陕西诚联达项目咨询有限公司

地址：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇旭光路九龙新城 6 号楼一单元 1901 室

联系方式：0917-3389529

3. 项目联系方式

项目联系人：陈镜仿

电话：0917-3389529

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

说明：本前附表是对招标文件的修改、补充和摘要，其内容与招标文件不一致时，以本前附表为准。

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	名称：凤县医院 地址：宝鸡市凤县双石铺镇凤中路18号 联系人：李倩 联系电话：0917-4762325
2	采购代理机构	名称：陕西诚联达项目咨询有限公司 地址：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇旭光路九龙新城6号楼一单元1901室 联系人：陈镜仿 联系电话：0917-3389529
3	项目名称	凤县医院急诊急救及服务能力提升建设项目医疗设备购置（第二批）
4	服务地点	凤县医院
5	资金来源	其他财政资金
6	采购内容	凤县医院急诊急救及服务能力提升建设项目医疗设备购置（第二批）（具体内容详见招标文件）
7	供货期	1 个月
8	供货要求	满足设备参数要求，符合国家相关标准。
9	投标人资质条件、能力和信誉等	（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定, 并提供下列材料：1、具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织和自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照；事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书；其他组织应提供合法有效的证明文件；自然人参与的提供其身份证明。2、财务状况报告：提供 2023 年度或 2024 年度的财务

	审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。3、税收缴纳证明：提供 2024 年 7 月至今已缴纳的至少三个月的完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。4、社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 7 月至今已缴存的至少六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。5、投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺。 （二）特定资格条件：1、投标人不得为“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体当事人名单的投标人（提供失信被执行人和重大税收违法案件查询截图并加盖公章）；不得为“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。（备注：采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目投标）。2、投标人应授权合法的人员参加本项目采购活动全过程，其中法定代表人直接参加采购活动的，应出具法定代表人身份证明及法定代表人合法有效的身份证原件和复印件（加盖公章），且应与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加采购活动的，应出具法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证原件和复印件（加盖公章）。3、投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为生产厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），
--	---

		且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）。4、投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证。5、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。6、本项目不接受联合体。7、其他条件详见本项目招标文件的规定。
10	是否接受 联合体投标	不接受
11	本项目是否专门面向中小企业	☐是 ☒否 由于本项目未专门面向中小企业采购，故小微企业参与投标的评审价格优惠比例为 10%，用扣除后的价格参加评审。 支持中小企业、支持监狱企业及其他法律法规强制性规定或扶持政策。 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 对小型和微型企业产品的价格给予 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除 10%。 非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除 10%。 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除 10%；但应满足下列条件： 残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
12	获取招标文件	1. 时间：即日起至 2025 年 06 月 11 日 17:00 2. 地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市） （http://ggzy.baoji.gov.cn/wblj/009001/jyxtlogin.html）

13	投标预备会	不召开，相关事宜以招标答疑方式进行。
14	偏离	不能满足以下情形之一的，视为发生重大偏离，按废标处理。 1. 投标文件的符合性： 1) 文件组成内容完整、格式符合要求，字迹清晰可辨； 2) 法定代表人的身份证明书或其授权代理人的授权委托书及身份证明符合要求； 3) 投标文件由投标人法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章，签字不能用签名章代替； 4) 一份投标文件只有一个投标报价； 5) 投标报价未超出采购人设定的上限控制价。 2. 合同条件： 1) 投标人接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； 2) 投标人未增加采购人的责任范围，也未减少投标人义务； 3) 投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议； 4) 投标人在投标过程中没有欺诈行为； 5) 投标人对合同条款没有重要保留； 6) 投标人提供投标保证金缴纳凭证。 3. 投标报价：文字表示的金额可以确认其投标报价。
15	构成招标文件的其它材料	见总则中第 2.1 条招标文件的组成
16	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标人提出澄清要求的时间：收到招标文件 7 个工作日内； 采购人发出澄清文件的时间：收到澄清 24 小时内；
17	投标人确认收到招标文件澄清的时间	采购人发出澄清文件后24小时内

18	投标人确认收到招标文件修改的时间	采购人发出修改、补充文件后24小时内
19	招标最高上限控制价	1095000.00元
20	投标有效期	自开标之日起90日历天
21	投标保证金	本项目须提供投标保证金人民币壹万元整（人民币10000.00元）；保证金可自主选择采用电汇、银行转账、支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。 1. 投标保证金是转账的须从各投标人基本账户转入系统生成的宝鸡市公共资源交易中心保证金专户子账户，以资金到账时间为确认投标保证金缴纳完毕。采用转账时，在转账单上注明“该项目子账号后五位数字”。投标文件中须附转账凭证复印件。 2. 投标保证金递交时间以到达指定账户时间为准。各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，确保在本文件规定的递交截止时间之前递交进入到指定账户内的投标保证金，如果在本文件规定的递交截止时间之前未能收到投标保证金，则视为未响应本招标文件要求，该投标按照为无效投标处理。
22	投标保函	一、保函接收、查验单位 1、银行保函(由银行作为担保人出具的投标保函)由交易中心财务科负责接收和查验； 2、保险公司保单(由保险公司作为担保人提供的投标保函)担保公司保单(由专业的担保公司作为担保人提供的投标保函)由代理机构负责接收和查验。 二、保函递交时间 1、银行保函递交时间:所投项目开标前 2~3 个工作日递交至财务

		科； 2、保险公司保单(或担保公司保单)递交时间:所投项目开标前 2~3 个工作日递交至代理公司。 三、递交银行保函所需提交资料 1、递交银行保函需提交以下资料： 1.1 保函正本(纸质版)； 1.2 公司介绍信(或委托书)； 3 开户许可证复印件(加盖公司公章)； 1.4 法人和经办人身份证复印件(加盖公司公章)。 2、保险公司保单(或担保公司保单)递交资料： 2.1 保函正本(纸质版)； 2.2 公司介绍信(或委托书)； 2.3 开户许可证复印件(加盖公司公章)； 2.4 法人和经办人身份证复印件(加盖公司公章)。
23	是否允许递交 备选投标方案	不允许
24	签字或盖章要求	投标人须在投标文件的相应位置加盖投标人公章，法定代表人（或委托代理人）或有关人员按招标文件的要求加盖印章（或签字）。投标文件中需要签字盖章的内容，如不能加盖电子章或电子签名的，投标人须上传加盖印章或签名的扫描件。
25	投标文件要求	加密的电子版投标文件 本项目的投标文件必须使用专用工具软件编制，并通过“全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）”完成投标过程，投标人在投标文件的编制和递交，应按照招标文件的规定进行。如未按照招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致投标无效，其后果由投标人自负。 注：中标人需在中标结果公示后，领取中标通知书时递交纸质版投标文件 3 份（正本一份，副本二份），电子 U 盘一份，提供的

		纸质版投标文件需与上传的电子版文件保持一致。
26	投标截止时间	2025年06月26日14时00分00秒
27	递交投标文件地点	全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）
28	是否退还投标文件	不予退还
29	开标时间和方式	开标时间：同投标截止时间 开标方式：不见面开标
30	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人以上单数； 评标专家确定方式：从专家库随机抽取5名专家。
31	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人数量为：3个
32	招标代理服务费	采购代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）以及国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）的规定执行。由中标人在领取中标通知书时全额支付。

33	需要补充的其它内容	1、本项目实行不见面开标方式。 2、本项目的招标文件和投标文件必须使用专用工具软件编制，并通过“全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）”完成投标过程，投标人在投标文件的编制和递交，应按照招标文件的规定进行。如未按照招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致投标无效，其后果由投标人自行负责。网投项目投标人应及时从网上下载招标文件和答疑纪要等相关文件及附件，在投标截止之日前必须上传完成的投标文件。开标时使用制作投标文件时的加密锁（CA 锁），对上传的投标文件进行解密，因投标人原因造成其投标文件无法解密的，按无效投标处理。具体事宜请按照“全国公共资源交易平台”（陕西省）（http://ggzy.baoji.gov.cn/）要求执行。 2、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。 3、不见面开标操作方式 本项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： 3.1. 开标当日，请各投标人在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： 1) IE 浏览器输入网址 http://ggzy.baoji.gov.cn/ 2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】网站首页点击不见面开标模块进入。 3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择宝鸡市进入。 3.2. 投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小
----	-----------	---

		时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清，请投标人保持在线直到评审结束。 3.3. 投标单位无需提交纸质投标文件，中标人需在中标结果公示后，领取中标通知书时递交纸质版投标文件3份（正本一份，副本二份），电子U盘一份，提供的纸质版投标文件需与上传的电子版文件保持一致。 3.4. 开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同，（解密时长为30分钟，未在规定的时限内解密的视为解密失败，视为无效文件），在解密时间内投标人全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 3.5. 相关技术问题，请咨询软件开发商： 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 3.6. 宝鸡不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】内容网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【宝鸡市不见面大厅投标人操作手册】进行下载。 3.7. 投标人应及时下载招标文件和答疑纪要等相关文件，在投标截止前必须上传投标文件；开标时需携带生成（加密）电子投标文件时使用的加密锁（CA锁），以便对上传的投标文件进行解密，因投标人原因造成其投标文件无法解密的，按无效投标处理。
		备注：投标人须在开标前完成陕西省政府采购网入库，具体详见陕西省政府采购网《陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》
		根据宝鸡市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》要求。投标人若不参与项目投标，应在递交响应文件截止前一日以书面形式（格式如下，签字盖章后发回代理

机构邮箱即可 3151359166@qq. com) 告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。 投标人一年内出现累计三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

不参与投标告知函

陕西诚联达项目咨询有限公司:

我单位（ ），于 年 月 日，经我单位研究决定，由于（不参与理由）。确认不参与关于 的投标活动。

特此说明！

单位名称（盖章）：

时间:

一、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国财政部令第87号》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目建设单位：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目代建单位：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、供货期和供货要求

1.3.1 本次采购内容：见投标人须知前附表。

1.4 招标最高限价

招标最高限价：见投标人须知前附表。

1.5 投标人资格

1.5.1 投标人资质条件、能力、信誉：见投标人须知前附表。

1.5.2 是否接收联合体投标：见投标人须知前附表。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动以及合同期间所发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 获取标书及踏勘现场

1.10.1 获取标书：见投标人须知前附表。

1.10.2 踏勘现场：依据项目需要，各投标人自行踏勘。

1.10.3 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.4 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.5 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.11 投标预备会

1.11.1 投标预备会：不召开。

相关事宜以招标答疑方式进行。投标人对招标文件的所有疑问和要求澄清的内容，应在投标截止时间10日前在“陕西省公共资源交易平台”提出疑问，过期不予答复。采购人在投标截止时间7日前统一网上回复。答疑内容为招标文件的组成部分。

1.12 偏离：见投标人须知前附表。

二、招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括下列内容：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知前附表
- (3) 评标办法；
- (4) 合同主要条款及格式；
- (5) 招标内容及技术参数；
- (6) 投标文件格式；

2.1.2 投标人应及时登录“陕西省公共资源交易平台（宝鸡市）”获取招标文件，否则引起的一切后果由投标人自负。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应

及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应通过“陕西省公共资源交易平台”，以不记名方式向采购人提出疑问，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前在“陕西省公共资源交易平台”统一发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日且影响投标文件编制的，采购人将酌情延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应及时登录“陕西省公共资源交易平台”获取澄清和修改后的招标文件，未按澄清和修改后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.2.4 投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 日前，采购人可以修改招标文件，并通过“陕西省公共资源交易平台”发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 日且影响投标文件编制的，采购人将酌情延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应及时登录“陕西省公共资源交易平台（宝鸡市）”查看本项目的招标变更信息，否则引起的一切后果由投标人自负。

2.3.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件等内容均以网上发布的为准。当招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件在同一内容的表述上不一致时，以时间在后的为准。

三、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件电子标书是投标文件的组成部分，投标人应无条件使用招标文件中的格式，不按统一规定填报电子投标文件，造成评标软件无法判别时，将按无效投标文件处理。

3.1.2 制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省. 宝鸡市）（<http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/subPage.html>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“*.SXSTF”的电子投标文件。”

3.1.3 投标文件主要包括下列内容：

- (1) 投标函
- (2) 投标报价一览表（格式）
- (3) 投标分项报价表（格式）
- (4) 技术规格响应偏离表（格式）
- (5) 商务条款响应偏离表（格式）
- (6) 法定代表人身份证明
- (7) 投标保证金支付凭证粘贴处
- (8) 投标人资格证明文件
- (9) 近三年（2022 年 05 月 1 日至今）完成的类似业绩情况
- (10) 投标人性质
- (11) 技术方案
- (12) 投标人认为应当提交的其他资料

3.2 投标报价约定：

3.2.1 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标人报出单价与合价不符时以单价为准，合价与总价不符时以合价为准；大写与小写不符以大写为准。

3.2.2 每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

3.2.3 除非合同另有约定，投标人的投标总价包括完成招标内容的所有费用。

3.3 投标货币

投标报价采用的币种为人民币。

3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件；若投标人有此要求，则采购人有权没收其投标保证金。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、交付形式交纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.5.2 投标人不按本章第3.5.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.5.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 投标人不接受按投标人须知前附表的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清与补正；
- (3) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。
- (4) 其它不符合招投标法规定的行为。

3.6 资格审查资料

3.6.1 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：1、具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织和自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照；事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书；其他组织应提供合法有效的证明文件；自然人参与的提供其身份证明。2、财务状况报告：提供 2023 年度或 2024 年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。3、税收缴纳证明：提供 2024 年 7 月至今已缴纳的至少三个月的完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。4、社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 7 月至今已缴存的至少六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。5、投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺。

3.6.2 特定资格条件：1、投标人不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体当事人名单的投标人（提供失信被执行人和重大税收违法案件查询截图并加盖公章）；不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。

（备注：采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目投标）。2、投标人应授权合法的人员参加本项目采购活动全过程，其中法定代表人直接参加采购活动的，应出具法定代表人身份证明及法定代表人合法有效的身份证原件和复印件（加盖公章），且应与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加采购活动的，应出具法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证原件和复印件（加盖公章）。3、投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为生产厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）。4、投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证。5、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。6、本项目不接受联合体。

3.7 备选投标方案

采购人不接受备选投标方案。

3.8 投标文件的编制

3.8.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.8.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.8.3 投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认并加盖公章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.8.4 电子投标文件的编制要求见投标人须知前附表。

3.8.5 电子投标文件应逐页加盖电子印章。

四、投标

4.1 投标文件

4.1.1 投标人必须在招标文件规定的时间，将投标文件上传至开标系统；

4.1.2 代理机构在宣布递交投标文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

注：中标人需在中标结果公示后，领取中标通知书时递交纸质版投标文件 3 份（正本一份，副本二份），电子 U 盘一份，提供的纸质版投标文件需与上传的电子版文件保持一致。

4.2 电子投标文件的加密和数字证书认证

4.2.1 电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.2.2 未按本章 4.2.1 条款要求加密和数字证书认证的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的递交

4.3.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.3.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.3.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3.4 电子投标文件未在投标截止前完成上传的视为逾期送达。

4.3.5 逾期送达的或者未送达指定地点的或未按招标文件规定密封的投标文件，采购人不予受理。

4.4 投标文件的修改与撤回

4.4.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至“陕西省公共资源交易平台”最后一份投标文件为准。

4.4.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应由法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。

4.4.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4.4 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

4.4.5 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

五、开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人在本章投标人须知前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。

5.1.2 不见面开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 1) 投标单位签到；
- 2) 宣布开标纪律；
- 3) 公布投标人名单；
- 4) 对电子投标文件进行解密；
- 5) 评审；
- 6) 开标会结束。

5.2.1在招标文件规定的开标时间和地点，由采购代理机构组织开标工作，邀请投标人参加，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.2.2公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

六、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处

罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.4 评标过程的保密

6.4.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况等均严格保密。

6.4.2 在投标文件的评审、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝直至取消其中标资格。

6.4.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

6.5 投标文件的初步评审

初审内容分为资格性审查和符合性审查。分别按照以下内容对投标文件进行审查，一项不合格即按照无效投标处理。

6.5.1 资格性审查：

开标会议开始后，资格审查由采购人负责审查各投标人提供的资格证明文件是否符合国家法律法规和招标文件的要求，并且齐全、真实、有效，以确定投标人是否具备投标资格。

审查内容	审查要求
具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定之资格条件	1、具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织和自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照；事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书；其他组织应提供合法有效的证明文件；自然人参与的提供其身份证明。

	2、财务状况报告：提供 2023 年度或 2024 年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。 3、税收缴纳证明：提供 2024 年 7 月至今已缴纳的至少三个月的完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 4、社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 7 月至今已缴存的至少六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 5、投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺。 7、投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为生产厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）。 8、投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证。 9、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 10、本项目不接受联合体。
法定代表人授权委托书及身份证	法定代表人直接参加采购活动的，应出具法定代表人身份证明及法定代表人合法有效的身份证原件和复印件（加盖公章），且应与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加采购活动的，应出具法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证原件和复印件（加盖公章）。

信用记录或信用 报告查询	投标人不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体当事人名单的投标人、不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（备注：采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目投标）。
-----------------	--

6.5.2 出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

- （1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （2）未按招标文件要求提供资格证明文件或未按招标文件要求加盖公章的；
- （3）资格审查负责人认为投标人的资格证明文件存在疑点，要求投标人现场提供原件，投标人不能在规定时间内提供原件或其所提供的原件无法证实投标文件所附证明文件有效性的；
- （4）出现限制投标要求的，投标人投标无效；
- （5）资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标人资格审查未通过的原因；
- （6）资格性审查后，合格投标人不足 3 家的，不得评标。

6.5.2 符合性审查：

评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件进行有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。出现下列情况者（但不限于），一项不合格按无效投标处理。

符合性审查表

审查内容	审查要求
投标保证金	应符合招标文件的规定
投标文件的签署盖章	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加

	盖公章
投标文件格式	应符合“投标文件格式”要求
投标文件内容	投标文件内容齐全、无遗漏
对招标文件响应程度	要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件
供货期	应满足招标文件中要求的供货期
投标有效期	应满足招标文件中的规定
投标报价	投标总报价不超过本项目最高限价

6.6 投标文件计算错误的修正

A、开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

B、投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

D、单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

G、文字与图表不符时以文字为准；

H、分项报价表中的设备技术参数、规格型号与技术偏差表不一致时，以分项报价表为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将不予退还。

6.7 详细评审

6.7.1 投标报价的评审以最终上传的电子版投标文件内容为准。

6.7.2 评标委员会将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

6.7.3 在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

6.7.4 评标委员会依据本项目规定的评审标准和方法,对投标文件进行评审和比较,向采购人提出书面评审报告,并推荐有排序的中标候选人。采购人根据评标委员会提出的书面评审报告和推荐的中标候选人确定中标人。

6.7.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作废标处理。

七、合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 采用综合评分法:按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。若有两个或两个以上最高得分相同,推荐其中报价最低的投标人为中标候选人。评标委员会进行综合比较,自主打分,按最后得分由高到低汇总排序,以项目为单位分别推荐一至三名中标候选人;评标委员会根据评标结果写出评标报告。

7.1.2 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送达采购人,采购人在收到评审报告后5个工作日内,按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定由高到低的原则确定中标人,同时书面复函采购代理机构;

7.1.3 采购代理机构收到采购人“中标复函”后2个工作日内,在财政部门指定的采购信息媒体上发布公告,采购代理机构不做未中标原因的解释。

7.1.4 投标人对中标公告有异议的,按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定执行。提出质疑的投标人应当有明确的请求和必要的证明材料,应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性,并承担相应的法律责任。

7.2 中标通知

7.2.1 采购代理机构应在评审结束后两个工作日内,将评审报告送采购人确定中标单位。

7.2.2 采购人在收到评审报告后五个工作日内,根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定中标人,复函采购代理机构。

7.2.3 采购代理机构在接到采购人的定标复函后,在财政部门指定的政府采购信息

发布媒体上发布中标公告，公告期限为一个工作日，并向中标人发出“中标通知书”。

7.2.4 采购代理机构将评审过程及中标投标人情况书面报监督机构备案。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 25 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3 在签订采购合同后，中标人不得以任何理由拖延工期，如施工中因中标人的原因出现工期拖延的现象，视为严重违约，采购人有权单方解除合同，并由中标人赔偿由此引起的一切直接和间接损失。

八、询问与质疑

8.1. 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出询问或质疑。

8.2. 投标人应知其权益受到损害之日，是指：

8.2.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

8.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

8.2.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

8.3 投标人提出质疑时须有明确的请求和相应的证明材料。

8.4 采购代理机构质疑受理，联系电话： 0917-3389529，联系人：陈镜仿

8.5 采购代理机构对受理的质疑，按照法定程序，将予以答复。投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

九、纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国

家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅自离职，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，但可以对招标文件不明确的事项在评标细则中补充、完善。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其它利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

十、需要补充的其它内容

1、本项目的招标文件和投标文件必须使用专用工具软件编制，并通过“全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）”完成投标过程，投标人在投标文件的编制和递交，应按照招标文件的规定进行。如未按照招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致投标无效，其后果由投标人自行负责。网投项目投标人应及时从网上下载招标文件和答疑纪要等相关文件及附件，在投标截止之日前必须上传完成的投标文件。开标时使用制作投标文件时的加密锁（CA 锁），对上传的投标文件进行解密，因投标人原因造成其投标文件无法解密的，按无效投标处理。具体事宜请按照“全国公共资源交易平台”（陕西省）（www.sxggzyjy.cn）要求执行。

2、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置

电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。

3、不见面开标操作方式

本项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

3.1. 开标当日，请各投标人在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：

1) IE 浏览器输入网址

<http://113.200.250.17:81/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>;

2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】网站首页点击不见面开标模块进入；

3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择宝鸡市进入；

3.2. 投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清，请投标人保持在线直到评审结束；

3.3. 投标人无需提交纸质投标文件，中标人需在中标结果公示后，领取中标通知书时递交纸质版投标文件 3 份（正本一份，副本二份），电子 U 盘一份，提供的纸质版投标文件需与上传的电子版文件保持一致。

3.4. 开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同，（解密时长为 30 分钟，未在规定的时限内解密的视为解密失败，视为无效文件），在解密时间内投标人全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

3.5. 相关技术问题，请咨询软件开发商：

技术支持热线：400-998-0000

3.6. 宝鸡不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）内】容网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【宝鸡市不见面大

厅投标人操作手册】进行下载。

3.7. 投标人应及时下载招标文件和答疑纪要等相关文件，在投标截止前必须上传投标文件；开标时需携带生成（加密）电子投标文件时使用的加密锁（CA 锁），以便对上传的投标文件进行解密，因投标人原因造成其投标文件无法解密的，按无效投标处理。

第三章 评标办法

一、评审原则

- 1.1 本项目的评定标工作，坚持公平、公正、科学、择优的原则，结合本项目实际，依照本办法对各投标人的投标文件进行综合评审，择优确定本项目的中标人。
- 1.2 为合理控制项目造价，各投标人的投标报价必须合理并切合本项目实际。
- 1.3 本次采购禁止不正当竞争。
- 1.4 本次评审采用综合评审法。

二、评审内容

- 2.1 对各投标人的投标文件，由评标委员会进行评审。
- 2.2 计算投标人各分项有效得分，其合计即为该单位的综合得分。
- 2.3 评审结果经评标委员会确认后，由评标委员会以综合得分顺序推荐中标候选人。

三、评审方法（综合评分法）

评审内容	分值	评分标准
投标报价	15分	投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15。评标基准价是指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。除低于成本价的投标报价被拒绝外，最低报价得 15 分。得分结果由高分到低分依次排列为各自最终得分。
技术参数及方案	50分	根据投标产品技术参数、性能的满足程度赋分：投标设备（含配件）选型科学合理、技术先进，技术参数清晰明确，符合使用要求，数量准确无缺漏项，技术指标和性能满足招标文件要求计 30 分。技术指标每负偏离一项扣 3 分，扣完为止。 全部技术参数满足招标文件要求且优于招标文件技术参数，并实质提高了产品功能和性能，每满足一项加 1 分，本项满分 5 分。 备注：技术指标偏差表完全复制招标文件技术参数的，专家可给予 0-5 分的扣减。（应逐条对应技术参数进行应答，并提供充足的佐证材料（包括但不限于检验报告、产品彩页、

		产品说明书、官网功能截图等），予以证明参数的技术响应性。
		配套使用的耗材及备品备件的安全性、准确性、灵敏性，按响应程度计 0-5 分。
		投标设备为行业主流设备，方便操作，安全可靠，符合使用需求，整体配置具有合理性、一致性、兼容性，设备品牌、型号、产地明确，备品配件供应有保障且货源渠道正规，按其响应程度计 0-5 分。
		投标人针对本项目财力、物力、人力组织安排措施明确得当，提供详细的实施方案及技术支持人员资质资格证书、技术能力和经验等材料。根据其响应程度计 0-3 分。
		投标人针对本项目有具体的供货组织安排，从仓储、运输、派送措施等方面，提供详细的实施方案和供货计划表，能确保按期交货，根据其响应程度计 0-2 分。
质量保证	10分	设备进货渠道正规，确保生产供应的设备无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供所投设备的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品授权书、销售协议等），根据响应程度计 0-5 分。未提供来源渠道证明文件的不计分。
		所投产品技术工艺先进，性能稳定，具有较好的使用效果，质量保证完善，符合国际或国内相关标准或行业标准，能够提供质量保证承诺的，根据响应程度计 0-5 分。
业绩	10分	自 2022 年 05 月 1 日至今具有类似业绩，每提供一份计 2.5 分，计满 10 分为止。（提供业绩合同复印件并加盖公章）
售后服务及培训方案	15 分	售后服务：在项目实施所在地设立相应的技术支持及售后服务机构（提供有效的办公场所证明材料），对备品配件、设备发生故障后的补救措施，维修服务响应时限等售后服务，有明确的承诺且具体、切实可行，按其响应程度。 售后服务完整、合理、实用得 7-10 分； 售后服务一般、较合理、较实用得 5-7 分；

		售后服务较差、不完整、实用性差得 0-5 分。
		培训方案：提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立熟练操作、维护和正常使用，按其响应程度计 0-5 分。
投标人不得提供虚假材料，对所提供的证件及文件内容的真实性承担责任，投标人或者其他利害关系人，通过捏造事实伪造证明材料等方式参与投标，阻碍招标正常进行的属于严重不良行为，采购代理机构将取消其中标资格，情节严重的将上报监管部门并依法予以处罚。		

第四章 合同主要条款及格式

注:本合同样本仅供参考,最终以双方签订合同为准

甲方:(采购人)

乙方:(中标人)

一、合同内容及金额:即中标人的采购内容及其中标金额。

二、产品技术规格、数量:即交付的产品技术规格、型号、数量与响应文件所指明的,或者与本合同所指明的产品技术规格及型号相一致。

供货清单:

序号	名称	数量	单位	单价	金额	制造厂家	规格说明

三、知识产权:即中标人应保证采购单位在使用应标货物时,不承担任何设计知识产权法律诉讼的责任。

四、供货期:_____ ; 质保期:_____ 。

中标人未征得采购单位同意和谅解而单方面延迟交货,将按违约终止合同。 中标人遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况,应当及时以书面形式通知采购单位,说明原由、拖延的期限等;采购单位、采购代理机构在收到通知后,尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同,酌情延长交货时间或者通过协商加收误期赔偿金。

五、供货地点:_____

六、结算方式:

1. 结算方式:由采购单位负责结算。

2. 合同款的支付:甲乙双方协商。

七、包装:包装必须适应货物特性和交通运输要求,以及国家有关标准或企业标准或合同要求。中标人应承担于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

八、运输:中标人可根据交货期、运输条件自行选择运输方式(另有规定的除外),

承担一切运输费用。

九、技术保障：中标人应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料），调试、试运行技术保障服务。

十、技术培训：乙方应对甲方设备使用人员进行免费培训，培训内容包括设备基本结构原理、操控注意事项；遵循说明书，正确使用及维护的基础知识和技能及其它必备的知识，直至操作人员完全掌握。

十一、质量保证

1、中标人应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

2、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购单位应在最短时间内，以书面形式向中标人提出索赔，同时通告采购代理机构。

3、保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由中标人承担。保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

4、质保期：2 年全免。

十二、采购项目执行内容需要调整时，经采购单位同意后，可以对相应的原材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

十三、检验：在交货前，制造商应当对产品的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，出具合格证并封装；产品送达指定地点后，中标人、采购单位须在约定的时间和地点共同开箱检验。

十四、验收：产品达到使用条件时由采购单位负责组织验收，或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、采购文件及采购响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十五、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提起诉讼。

十六、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十七、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十八、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标人未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标人进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标人造成的经济损失。

十九、本合同一式 份，甲方、乙方各执 份， 备案 份。双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

二十、其它（在合同中具体明确）

甲方名称（盖章）：

乙方名称（盖章）：

地址： 代表人（签字）：

地址： 代表人（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

年 月 日

年 月 日

合同附件

政府采购项目货物（服务）验收入库报告单

采购单位			
采购项目			
项目编号		合同金额	¥:
		验收时间/地点	
供货单位			
开户行		账号	
联系人		电话	
供货单位：（盖章） 签字： 年 月 日		使用单位验收意见：（盖章） 签字： 年 月 日	
采购内容			
采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价			

第五章 招标内容及技术参数

（一）技术参数及要求

序号	名称	规格参数	数量	单位
1	吊塔	总体要求 1、必须通过 CE 认证（证书中必须包括“吊塔”产品） 2、产品符合国家标准 GB9706.1_2020《医用电•气设备 第1部分：安全通用要求》（提供国家级医疗器械检测机构检验报告）。 3、产品符合国际标准 ISO11197、IEC60601-1、IEC60601-1-2。（提供 SGS 或 TUV 的检测报告）。 4、主体材料为高强度、耐腐蚀的铝合金型材,材料为符合 GB/T6982_2000，状态为 T6。 5、吊塔表面静电喷涂、具有抗菌功能，根据 ISO 22196:2011 标准，表面对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率达 99.9%，提供吊塔厂家送检的抗菌检测报告。（提供 SGS 或包含 CMA、CNAS 标记的第三方检测报告） 6、吊塔防护等级符合 GB4208-2017 标准中 IP40 的规定 7、吊塔内气管为医用专业气管，产品符合 ISO7396 、ISO5359 标准要求，提供证明文件。 8、气体终端要求：颜色以及形状不同，防误插，具有 Standby（原位待接通状态）功能，插拔次数≥20000 次。（提供第三方测试报告） 9、气体模块和电气模块单独更换。	3	套

	10、仪器平台材料各供应商详述。 11、仪器平台承重$\geq 100\text{kg}$，抽屉承重$\geq 30\text{kg}$。 12、抽屉材质，各供应商详述，须满足手术室和 ICU 卫生条件。 13、各回转机构旋转角度$\geq 340^\circ$，并配备旋转限位装置。 14、外壳防火等级不低于 GB/T2408—2008。 15、气密性要求：医用吊塔、吊桥气体管道系统，0.6MPa 气压保压 24 小时，压降$\leq 0.5\%/h$。（提供 SGS 或包含 CMA、CNAS 标记的第三方检测报告） 一、吊塔技术要求 1、旋臂要求 单旋臂，长度不小于 750mm 2、吊塔额定承重不小于 300kg。 3、供应柱长度不小于 1000 mm 4、气体终端（含插头）：至少包含氧气 1 个、负压吸引 1 个、医用空气 1 个。 5、国标五孔电源插座至少 9 个 6、等电位端子 至少 2 个。 7、RJ45 网络插座至少 2 个 8、仪器平台 2 个尺寸。（不含边轨）：$\geq 400\text{mm}$（宽）$\times 450\text{mm}$（深）。（托盘两侧配置国标 SUS304 不锈钢边轨。） 9. 网篮参考尺寸 $300 \times 200 \times 100\text{mm}$（宽$\times$深$\times$高）1 个		
--	--	--	--

		10. 输液系统：SUS304 不锈钢管输液架至少 1 套。		
2	监护仪	外观设计 1、≥10 英寸彩色 LED 背光液晶屏，屏幕分辨率≥800*600。 2、标配锂电池工作时间≥4 小时，可选大容量锂电池工作时间≥8 小时。 3、安全规格：包含但不限于 ECG，RESP、TEMP，SpO2，NIBP 监测参数抗电击程度为防除颤 CF 型。 4、主机使用寿命≥10 年。 5、整机防水等级至少 IPX1，SP02 模块至少 IPX2。 监测参数 6、标配心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等参数。 心电： 7、标配 3/5 导心电； 8、耐极化电压：±850mV 9、共模抑制能力>106db 10、具备心拍类型识别 11、≥27 种心律失常分析包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min 等 12、具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况； 13、具有 QT/QTc 测量功能。	2	台

		血氧：P 14、血氧测量范围：0%-100%； 15、脉率测量范围：20bpm-300bpm； 16、标配 PI 血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率 0.01%； 无创血压： 17、测量范围：适合新生儿至成人使用 18、血压测量模式：包含但不限于手动、自动、序列、整点和连续测量； 19、具有血压动态分析监测，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值； 20、具有辅助静脉穿刺功能。 体温： 21、双通道体温监测，提供体温差值显示； 22、支持体表和腔内两种体温探头类型。 软件功能 23、支持包含但不限于常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG 全屏、ECG 半屏、单血氧等多种界面； 24、计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算功能； 25、支持不小于 2400 小时趋势图/表、3500 组 NIBP 列表、2500 组报警事件、72 小时全息波形、48 小时心律失常数据的存储和回顾；		
--	--	--	--	--

3	心电图	1、数字式心电图机，至少支持 12 导心电图同步采集； a) 支持 12 导心电+心向量同步采集 2、显示屏幕 ≥ 10 英寸 3、心电图主机支持内置 4G 功能。 4、心电图主机支持包含但不限于 2.4GHz/5GHz 多频段无线 Wi-Fi 5、输入阻抗： $\geq 100M\Omega$ 6、内部噪声： $\leq 10\mu VP-P$ 7、定标电压： $1mV\pm 1\%$ 8、共模抑制比： $>125dB$ （默认交流滤波关闭） 9、耐极化电压： $\pm 600mV$ 10、频响范围：0.01-350Hz 全频滤波 11、时间常数： $\geq 5s$ 12、内置热敏打印机，支持报告自动打印 13、心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。 14、心电图机支持本地报告进行同屏对比 15、对于危急值检查数据，支持优先诊断功能。 16、心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。	3	台
---	-----	---	---	---

		17、图谱采集具备自动记录，设置菜单中可设置图谱最小采集时长包含但不限于 10 秒、20 秒、30 秒、1 分钟、5 分钟、10 分钟、20 分钟、30 分钟或者 10-1800 秒中的任意时长。 18、诊断语言：中/英文切换。 19、内置可充电锂离子电池，电池容量不低于 5000mAh 20、支持持续工作时间$\geq$8 小时 21、存储量：支持至少 10000 份心电图数据存储 22、记录测值包括但不限于：心率、电轴、P 波时限、P-R 间期、QRS 时限、Q-T 间期、QTc、T 波、Rv5、Sv1 等。 23、支持阿托品试验采集及处理流程 24、任意心搏放大、单导联图谱漂移、全屏图谱漂移 25、支持心电事件、起搏心电、晚电位功能 26、包含与现有心电信息管理系统接口，所需的费用包含在投标总价中。		
4	心电图专用推车	1、组成部分：车轮、塑胶一体底座、金属连杆、塑胶车篓、金属平台、塑胶推手 2、车轮说明：多个万向轮组成，并且每个车轮都带有自刹车功能，车轮材料包括橡胶，金属，塑胶。（序号 3 心电图专用推车）	3	辆

5	心电图	1、支持 18 导同步心电图采集，可显示包含但不限于 18 道、15 道、12 道、6 道、3 道、1 道波形 2、显示屏幕 ≥ 10 英寸 3、心电图主机支持内置 4G 功能。 4、心电图主机支持包含但不限于 2.4GHz/5GHz 多频段无线 Wi-Fi 5、输入阻抗： $\geq 100M\Omega$ 6、内部噪声： $\leq 10\mu VP-P$ 7、定标电压： $1mV\pm 1\%$ 8、共模抑制比： $>125dB$ （默认交流滤波关闭） 9、耐极化电压： $\pm 600mV$ 10、频响范围：0.01-350Hz 全频滤波 11、时间常数： $\geq 5s$ 12、内置热敏打印机，支持报告自动打印 13、心电图机支持批量下载预约记录，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。 14、心电图机支持本地报告进行同屏对比 15、对于危急值检查数据，支持优先诊断功能。 16、图谱采集具备自动记录，设置菜单中可设置图谱最小采集时长包含但不限于 10 秒、20 秒、30 秒、1 分钟、5 分钟、10 分钟、20 分钟、30 分钟或者 10-1800 秒中的任意时	1	台
---	-----	--	---	---

		长。 17、心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。 18、诊断语言：中/英文切换。 19、支持持续工作时间≥ 8 小时 20、存储量：支持至少 10000 份心电数据存储 21、记录测值包括但不限于：心率、电轴、P 波时限、P-R 间期、QRS 时限、Q-T 间期、QTc、T 波、Rv5、Sv1 等。 22、支持阿托品试验采集及处理流程 23、任意心搏放大、单导联图谱漂移、全屏图谱漂移 24、支持心电事件、起搏心电、晚电位功能 25、包含与现有心电信息管理系统接口，所需的费用包含在投标总价中。		
6	心电图专用推车	1、组成部分：车轮、塑胶一体底座、金属连杆、塑胶车篓、金属平台、塑胶推手 2、车轮说明：多个万向轮组成，并且每个车轮都带有自刹车功能，车轮材料包括但不限于橡胶，金属，塑胶。（序号 5 心电图专用推车）	1	辆

7	除颤监护仪	1、包含但不限于手动除颤、心电监护功能、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能 2、同步除颤和手动除颤中，可通过体外电极板进行能量选择最小为 1J，最大为 360J。 3、AED 除颤功能，电击能量：100~360J。 4、除颤充电至 200J<3s，充电至 360J<7s。 5、体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。 6、病人阻抗范围：体外除颤：20~250 Ω；体内除颤：15-250 Ω。 7、除颤后心电基线恢复时间≤2.5s 8、监护功能：具有≥25 种心律失常分析。 9、配备电池，最大可支持 360J 除颤 210 次，电池体上带有 电池电量指示 10、具备生理报警和技术报警功能。 11、彩色 TFT 显示屏≥7 英寸，分辨率≥800×480，可显示≥4 道监护参数波形，有高对比度显示界面。 12、主机具备录音功能，最大支持≥240min 录音存储。 13、关机状态下设备可自动运行自检。 14、要求防尘防水等级至少 IP55。	4	台
---	-------	---	---	---

8	呼吸机	1、适用患者：成人、儿童 2. 搭载≥ 15 英寸彩色全触屏显示器，分辨率$\geq 1920 \times 1080$。 3. 电动电控呼吸机，最大流速$\geq 240\text{L/min}$ 4. 内置锂电池，电池工作时间不低于 2 小时。 5. 呼吸机的漏气补偿$\geq 150\text{L/min}$ 6. 具有屏幕锁功能，防止误触造成通气参数改变 通气模式 7. 具备潮气量保证压力自动调节模式（AVAPS 或 VGPS 等） 8. 具有高流量氧疗模式 9. 具备窒息通气 10. 具有呼气压力释放功能，且压力释放多档可调 11. 具备波形冻结、屏幕拷贝、手动通气等辅助功能 参数设置 12. 潮气量： 100-2000ml 13. 呼吸频率：1-60bpm 14. 吸气时间：0.3-4s 15. 压力上升时间：0.1-2.0s 16. 吸气压力（IPAP）：4-50cmH₂O。 17. 呼气末正压（EPAP）： 4-30cmH₂O	1	台
---	-----	---	---	---

		18. 吸入氧浓度： 21%~100% 19. 持续气道正压（CPAP）： 4-20cmH2O 20. 吸气压力最大值（Pmax）： 6-50cmH2O 21. 吸气压力最小值（Pmin）： 5-30cmH2O 22. 触发灵敏度多挡可调 监测参数 23. 压力监测： 气道峰压（Ppeak）， EPAP、 24. 容量、流速监测： 呼吸频率、潮气量、分钟通气量、总漏气量 25. 可对吸入氧浓度、血氧饱和度、脉率进行监测显示 报警参数 26. 包含但不限于气道高压报警、气道低压报警、呼气末压力高低报警、总计呼吸频率高低报警、氧浓度高低报警、分钟通气量高低报警、脉率高低报警、SP02 低报警。		
9	电动综合手术床	1、手术床采用电动液压动力，电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定，平移 2、手术床具备多种电动控制方式，包括线控器、备用面板、脚踏开关。 3、手术床床垫厚度为≥80mm，减少压疮发生 4、手术台床垫皮层通过 TB117-2013 防火等级测试。 5、手术床腿板采用一键快插式连接结构，不需要再进行二次旋钮解锁腿板，采用气弹簧腿板设计。	1	张

	6、手术床底罩表面平整无凹陷，底座厚度$\leq 150\text{mm}$ 7、手术床防水等级$\geq \text{IPX5}$。 8、手术床可一键预设正、反屈曲位，同时具备一键 0 位功能。 9、手术床配有高性能充电电池，可满足不少于 60 次手术需要，同时遥控器配充电电池，满足不少于 120 次手术需要。 10、手术床承载重量$\geq 280\text{kg}$。 11、技术参数： 12、手术床宽度：$\geq 500\text{mm}$，长度$\geq 2080\text{mm}$ 13、纵向最大倾斜角度（头倾）：$\geq 30^\circ$ 14、纵向最大倾斜角度（脚倾）：$\geq 25^\circ$ 15、侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：$\geq 21^\circ$ 16、头板最大倾斜角度：上折$\geq 60^\circ$，下折$\geq 90^\circ$ 17、背板最大倾斜角度：上折$\geq 75^\circ$，下折$\geq 45^\circ$ 18、腿板最大倾斜角度：上折$\geq 36^\circ$；下折$\geq 90^\circ$ 19、手术床最低台面：$\leq 680\text{mm}$ 20、手术床最高台面：$\geq 1025\text{mm}$ 21、台面平移距离：$\geq 300\text{mm}$ 手术床基本配置要求： 电动手术床配记忆海绵床垫，头板，主机（包含背板，坐板），分体式腿板，备用面		
--	--	--	--

		板，有线（选配无线遥控器）遥控器，托手架一对（含夹持器），麻醉屏架（含夹持器）		
10	抢救床	一、产品功能： 背部调节：0-75° ±5° 腿部调节：0-45° ±5 二、主要配置及结构 1、床体：床框采用厚$\geq 40 \times 60 \times 1.1\text{mm}$ 矩型钢管焊接，可承载$\geq 250\text{kg}$； 2、床面板：采用$\geq 1\text{mm}$ 的冷轧钢板一次冲压； 3、整床抗菌粉末静电喷涂，环保、抗菌； 4、床头尾板：采用 ABS 工程材料一次吹塑成型，暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸，尾板外侧有病人信息卡插槽； 5、护栏：采用多片式 PP 护栏，应急时可兼做扶手，床头两片护栏内外配有操作按钮，方便自行调节适应床体姿态； 6、摇把：ABS 折叠式摇把，具有双向空挡保护装置； 7、整床带有输液架插孔，输液架； 8、脚轮：配置$\geq \phi 125$ 静音脚轮，一键制动刹车，；内置全封闭自润滑轴承，轮面采用耐磨材料；	4	张

11	心电图	1、导联：标准 12 导联和 Cabrera 导联, 可选择 24 导联进行记录 12 道同步采集和记录 2、共模抑制比： $\geq 103\text{dB}$ 3、耐极化电压： $\geq \pm 600\text{mV}$ 4、标准灵敏度： 10mm/mV 允差 $\pm 2\%$ 5、定标电压： $1\text{mV} \pm 1\%$ 6、频率响应： $0.05 \sim 150\text{Hz}$ 7、内部噪声： $\leq 20 \mu\text{V}_{\text{p-v}}$ 8、时间常数： $\geq 3.2\text{s}$ 9、A/D 转换：18bit 10、采样速率： ≥ 8000 11、心率测量： $30\text{bpm} \sim 300\text{bpm}$ ，允差 $\pm 2\text{bpm}$ 。 12、防除颤：具有防除颤保护 13、内置显示器： ≥ 10 英寸彩色液晶触摸屏显示器 14、显示分辨率： $\geq 800 \times 600$ 点 15、显示道数：包含但不限于 6 道+1 节律导联、6 道 $\times 2$ 、6 道 $\times 2+1$ 道节律导联、12 道 16、检查方式：12 导联检查、心律不齐检查、节律测量检查、负荷后检查 17、患者信息输入包含但不限于：ID、年龄、性别、姓名、所属、身高、体重、用药、症状、注释、血压、体位、呼吸数、医生姓名、技师姓名。	1	台
----	-----	---	---	---

	18、打印坐标网格：可使用无坐标网格的空白热敏记录纸并打印坐标网格 19、记录速度：包含但不限于 5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，允差±2%。 20、记录增益：自动或手动增益：×1/4、×1/2、×1、×2cm/mV。 21、记录道数：3 道、3 道×4、3 道×4+1 道节律导联、3 道×4+2 道节律导联、6 道、6 道×2、6 道×2+1 道节律导联、12 道 22、胸部导联切换：可以对胸部导联进行切换进行 24 导联检查。 23、Brugada 风险报告：检测出 Brugada 特征波形后，可以给出 Brudaga 风险报告。 24、波形冻结功能：可采集并显示最长 10 分钟心电波形，彩色显示心律不齐事件，并可同时进行 12 导联检查、3 道心律不齐检查、1 道节律检查。 25、回顾记录功能：可记录按键前 8~12 秒测量的心电图波形。 26、内部存储器：主机可存储 500 组以上的心电图数据 27、外部存储器：可将测量数据和检查结果保存到 USB 存储器和 SD 卡等外部媒体。 28、输入设备：可连接 ID 读卡器、二维码扫描器 29、电源要求：交流：AC100~240V±10% 50Hz 直流：内置可充电锂电池及充电器 30、电池工作时间：可连续使用≥120 分钟（按照 IEC 60601-2-51 试验方法的 12ch 记录）；充电时间：≤150 分钟		
--	---	--	--

（二）商务要求

供货期：1 个月

供货地点：凤县医院

供货要求：满足设备参数要求，符合国家相关标准。

付款方式：甲乙双方协商。

质保期：2 年全免。

验收要求：凤县医院负责完成项目审计、归档成果物、组织召开项目最终验收会，达到相关验收标准，验收通过后，出具《验收报告》。

第六章 投标文件格式

凤县医院急诊急救及服务能力提升建设项目医疗设备购置 (第二批)

投 标 文 件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：_____（签字）

_____年 _____月 _____日

一、投标函

_____（采购代理机构名称）：

根据贵单位_____（招标项目名称）_____项目（项目编号）_____的招标公告，我方代表_____（姓名、职务）_____经正式授权并代表_____（投标人名称）_____就该项目进行投标。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

- 1、我方所附投标报价表中应提交和交付的服务投标总价为人民币_____，（¥_____元）。该报价一次报死，不受市场因素的影响。
- 2、我方已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。
- 3、我方完全理解并同意招标文件中有关没收投标保证金、要求专业担保机构先行偿付和拒绝投标的条款。
- 4、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料。
- 5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 6、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物/服务。
- 7、我方同意按招标文件规定，遵守贵方有关招标的各项规定。
- 8、若我方中标，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费。
- 9、投标有效期为自开标日起 90 个日历天。
- 10、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：_____（签字）

地址：_____

网址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

二、投标报价一览表（格式）

投标报价一览表

项目名称：

项目编号：

投标总价 （人民币：元）	供货期	供货要求	备注
小写： _____ 元 大写： _____			

注：1、本表价格应按投标总价填写，同时应保证投标文件中仍有此表且一致。

2、报价精确到小数点后两位。

投标人： _____ （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人： _____ （签字或盖章）

日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

三、投标分项报价表（格式）

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

序号	设备/货物名称	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
总价合计：						

如有需要，自行增加。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

四、技术规格响应偏离表（格式）

技术规格响应偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件 技术需求	投标文件响应技术需求所 达到的功能及效果	偏离情况	说 明

备注：根据采购需求逐项响应，缺项或者漏项不得做为中标人。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

五、商务条款响应偏离表（格式）

商务条款响应偏离表

项目名称:

项目编号:

[illegible]

备注：根据商务要求逐项响应，缺项或者漏项不得做为中标人。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人： (签字或盖章)

日期：_____年____月____日

六、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性 别：_____

年 龄：_____ 职 务：_____

系_____（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明

后附：法定代表人身份证正反面复印件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

附：我公司对被授权人的签字负全部责任。

授权期限： 年 月 日至 年 月 日。

法定代表人签字：

被授权人签字：

职 务：

职 务：

身 份 证 号：

身 份 证 号：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

法定代表人及授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正反面)	授权代表身份证复印件 (正反面)
----------------------	---------------------

投标人： _____ （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人： _____ （签字或盖章）

日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

七、投标保证金支付凭证粘贴处

八、投标人资格证明文件

8.1 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定投标人条件，并提供以下证明材料：

1、具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织和自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照；事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书；其他组织应提供合法有效的证明文件；自然人参与的提供其身份证明。

2、财务状况报告：提供 2023 年度或 2024 年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

3、税收缴纳证明：提供 2024 年 7 月至今已缴纳的至少三个月的完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

4、社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 7 月至今已缴存的至少六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

5、投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中无严重违法记录的书面声明。

6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺。

8.2 特定资格条件：

1、投标人不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体当事人名单的投标人（提供失信被执行人和重大税收违法案件查询截图并加盖公章）；不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。（备注：采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目投标）。

2、投标人应授权合法的人员参加本项目采购活动全过程，其中法定代表人直接参加采购活动的，应出具法定代表人身份证明及法定代表人合法有效的身份证原件和复印件（加盖公章），且应与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加采购活动的，应出具法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证原件和复印件（加盖公章）。

3、投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为生产厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）。

4、投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证。

5、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。

6、本项目不接受联合体。

九、近三年（2022 年 05 月 1 日至今）完成的类似业绩情况

序号	合同名称	采购内容	时间	采购人	合同金额	备注
	备注：1、所填写内容以合同（加盖公章复印件）为准，时间以签订合同的时间为准； 2、此表格式不够可自行增加； 3、此表后按表格顺序附合同（复印件）。 4、后附本项目负责人与主要技术人员的简历。					

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：_____（签字）

_____年 _____月 _____日

十、投标人性质

中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

投标人单位类型声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

注：1、小微企业须提供本声明函。

2、非小微企业无需提供。

监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接供应商提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（盖单位章）

_____年 _____月 _____日

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（盖单位章）

_____年 _____月 _____日

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

投标人关联单位的说明

(格式自拟)

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- (1) 与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- (2) 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

十一、技术方案

格式自拟

十二、投标人认为应当提交的其他资料

附件 1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号：

致陕西诚联达项目咨询有限公司（下称受益人）：

鉴于_____（下称被保证人）将于_____年____月____日参加贵方招标编号为____（采购项目编号）的____（项目名称）的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）_____元（小写）_____元整（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后 28 日（含 28 日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；
3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；
4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人(盖单位章):_____

法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章): _____

单位地址:_____

电话:_____

日期:_____年_____月_____日

附件 2：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与（以下简称投标人）于年月日签定编号为 _____ 的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或

裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖单位章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：_____年_____月_____日