

采购清单

采购单位		西安市莲湖区土门社区卫生服务中心			备案函号	ZCBN-莲湖区-2025-00112	
项目名称		（便携式DR1台、胶片打印机1台、配套改造机房）整体打包项目					
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 377,000.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他医疗设备	377000	377,000.00	1	X项	377,000.00	1. 数字平板探测器： 1.1成像介质：非晶硅碘化铯 1.2有效成像区域≥43cm×43cm 1.3像素尺寸≤140 μ m 1.4采集矩阵≥3000×3000 pixels 1.5 有效数据位数≥16bit 2. X光主机：2.1最大输出功率≥5.5kW ▲2.2最大kV调节范围≥125kV 2.3最大mA≥100mA 2.4最大mAs≥200mAs ▲2.5最小mAs≤0.1 mAs 2.6最大曝光时间≤6s 2.7双焦点球管：小焦点≥0.6 mm,大焦点≥1.8 mm 2.8阳极热容量≥40KHU 2.9 X光机需具备触摸屏： 2.9.1 ≥8英寸触摸屏操作面板，具备显示功能 2.9.2触摸屏具有多种APR选择，提供图片证明 2.9.3触摸屏支持设置大小焦点 2.9.4可选择曝光模式，设置曝光参数 2.9.5便携X光机与图像处理系统之间具备自动同步曝光参数功能 2.10为适应不同场景使用需求，X光主机需内置锂电池供电 2.11 X光机重量(含电池)≤18.5kg ▲2.12满电状态下，设备的曝光次数不少于400次，需提供第三方检验报告； 3. 移动机架：3.1移动机架为可折叠式结构 ▲3.2移动机架立柱为可升降设计 ★3.3整机最低高度≤1200mm 3.4 X光机距地面最小距离≤300mm 3.5移动机架具有平板收纳盒和 workstation 支撑架 3.6机头旋转角度：±180° 3.7 X光主机和移动支架不需要工具可进行拆装，方便X光主机和移动支架独立收纳 4. 移

							动胸片架：4.1移动胸片架具备万向轮，可轻松移动便捷使用 4.2平板探测器支撑架可上下左右旋转，满足不同角度的拍摄需求 4.3 移动胸片架的重量≤15kg 4.4探测器离地面最小距离<380mm 4.5探测器离地面最大距离≥1700mm 5. 数字图像处理系统：5.1操作系统：I5及以上，内存≥4 GB，硬盘≥500 GB 5.2病人登记：采集、查找病人资料，为摄影作准备 5.3图像浏览：对图像进行显示、分析、处理、输出到影像工作站 5.4数据管理：符合DICOM3.0标准的管理病人数据、导入、导出、批量存档、病例管理 5.5系统诊断：监视系统状态、对系统故障进行诊断 5.6图像打印：图像输出到胶片打印机 5.7可根据检查部位自动选择参数增强图像 5.8正负像、水平/垂直镜像、旋转、快速标注处理等采集处理工具
2							
3							
4							
5							