

采购内容及要求



1. 接收样本为咽拭子标本。
2. 完成从提取到测序数据分析全流程并出具分析报告。
3. 收到标本 5 日内完成测序及分析。
4. 提供原始测序数据和分析后的 fasta 格式的一致性序列。
5. CT 值小于 32（以收到的标本为准）的标本全基因组覆盖度需达到 96%以上。
6. 样品数量为 195 条序列。

