

采购清单

采购单位	杨凌示范区医院			备案函号	ZCSP-杨凌示范区-2025-00094		
项目名称	杨凌示范区医院东软64排CT维保服务采购项目						
财政拨款	¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00		
其他财政资金	¥ 2,600,000.00			保障性资金	¥ 0.00		
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	医疗设备维修和保养服务	杨凌示范区医院东软64排CT维保服务	2,600,000 .00	1	项	2,600,000 .00	<p>一、基本要求。 1、64排128层CT维保期内的所有人工及整机所有备件，保修范围为CT的整机（包括球管、高压发生器、探测器、扫描架、扫描床、操作台、计算机系统等）、软件升级及维护（系统软件更新、性能优化）。 2、维保服务年限：合同签订后3个年度，每年一考核，考核不合格甲方有权随时解除合同，按年度费用支付。 3、提供陕西省维保医院清单、维保项目及价格。 4、球管提前使用协议。 5、不设置任何密码，限制甲方使用机器。</p> <p>二、技术要求。 1、供应商可提供全年365天7×24小时的800或400电话技术服务支持，且有在线专业远程支持工程师。电话响应时间≤30分钟，12小时内到达现场。 2、所更换的配件必须全新（包括球管）且保证供货渠道合法合规，提供球管制造厂家授权和报关单证明材料。 3、服务期限内保养次数：≥4次/年，保证设备符合生产厂家标准或国家质量监督部门以及卫生监督部门的标准要求，必须提供保养内容及保养标准详细清单。 4、维护保养内容包括但不限于设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等。 5、可提供远程全天24小时不间断监测设备运行状况服务，提前预警，并提供远程预警监控处理案例。 6、可提供全年维修、保养电子和纸质版工作记录单。 7、供应商在省内</p>

有不少于五名的常驻售后工程师，并且售后工程师均具有CT设备经考核合格的、在有效期的服务资质认证，并提供上述工程师的社保证明材料（六个月以上）。8、为了保证机器使用效果，为临床提供更完善的服务，供应商须提供临床培训支持，必要时到达甲方场地进行临床培训，供应商需提供临床培训人员的临床医师资格证。9、供应商需要保证合同期内保证开机率：保证保修期内开机率达： ≥ 345 天/年；若达不到此天数，乙方以不足天数的两倍免费延长保修时间，若一次停机时间超过3天，所造成的经济损失由乙方承担（除外不可控的自然灾害）。10、平均到达现场时间： ≤ 12 小时，且每年到达现场时间超过12小时 ≤ 3 次。11、平均设备修复时间： ≤ 48 小时修复。12、供应商须具有合法进入并合法使用设备全部软件系统的能力，拥有使用系统软件进行精准测试、精准调试设备的权限，提供设备软件系统版权登记人的授权书。13、供应商须具备保证设备维修及时性的能力，并对急用性要求高的备件如球管、探测器、高压发生器等备件具有一定的即时供应能力，须在中国大陆准备同型号

2							
3							
4							
5							