

⋮

政府采购项目

眉县区域环境监测站资质扩项项目(二次)

项目编号: ZXYC-2025-TP-035.1B1

竞争性谈判文件

采购人: 宝鸡市生态环境局眉县分局 (盖章)



采购代理机构: 陕西中鑫悦辰项目管理有限公司 (盖章)



时 间: 二零二五年九月

目 录

第一章 谈判公告1

第二章 谈判须知6

第三章 竞争性谈判响应文件格式及构成17

第四章 评审程序及办法39

第五章 采购内容及具体要求43

第六章 商务要求66

第七章 政府采购合同文本68

第一章 谈判公告

项目概况

眉县区域环境监测站资质扩项项目(二次)采购项目的潜在供应商应在凭 CA 锁登录全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)宝鸡市公共资源交易中心平台获取采购文件，并于 2025 年 09 月 09 日 09 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZXYC-2025-TP-035.1B1

项目名称：眉县区域环境监测站资质扩项项目(二次)

采购方式：竞争性谈判

预算金额：450,000.00 元

采购需求：

合同包 1(眉县区域环境监测站资质扩项项目(二次))：

合同包预算金额：450,000.00 元

合同包最高限价：450,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)
1-1	环保监测设备	眉县区域环境监测站资质扩项项目	1(批)	详见采购文件	450,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见采购文件

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(眉县区域环境监测站资质扩项项目(二次))落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- （2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- （3）中华人民共和国财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- （4）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- （5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- （6）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
- （7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- （8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- （9）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
- （10）《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；
- （11）陕西省财政厅《关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
- （12）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(眉县区域环境监测站资质扩项项目(二次))特定资格要求如下：

- （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

(2) 法定代表人参加投标的，须提供法定代表人资格证明及法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件；

(3) 供应商须具有市场监督管理主管部门核发的检验检测机构资质认定证书(CMA)；

(4) 财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2024 年度财务报告或提供投标截止时间前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；

(5) 税收缴纳证明：供应商提供本年度至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的应提供相关文件证明；

(6) 社会保障资金缴纳证明：供应商提供本年度至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(7) 投标供应商出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(8) 投标供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商；

(9) 本项目不接受联合体投标；

(10) 本次采购专门面向中小企业。

三、获取采购文件

时间：2025 年 09 月 03 日至 2025 年 09 月 05 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 18:00:00（北京时间）

途径：凭 CA 锁登录全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)宝鸡市公共资源交易中心平台

方式：在线获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 09 月 09 日 09 时 00 分 00 秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)宝鸡市公共资源交易中心线上递交

五、开启

时间：2025 年 09 月 09 日 09 时 00 分 00 秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)不见面开标大厅系统

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目为“全流程电子化”采购模式，供应商须自行登录“全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)宝鸡市公共资源交易中心”，进行报名、下载采购文件、缴纳投标保证金；在服务指南-下载专区-下载政府采购电子标书制作工具，按照流程制作电子标书并在规定的投标截止时前上传电子响应文件，逾期系统将拒绝接收。

2. 电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000；

3. 未完成网上投标或未在规定时间内在平台上下载电子招标文件的，导致无法完成后续流程的责任自负；

4. 供应商应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程”答疑文件下载、下载最新发布的答疑文件；

5. 请各供应商获取采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：宝鸡市生态环境局眉县分局

地址：眉县渭阳路中段

联系方式：0917-5549396

2. 采购代理机构信息

名称：陕西中鑫悦辰项目管理有限公司

地址：陕西省宝鸡市金台区东风路泽周商务大厦 1408 室

联系方式：0917-3628906

3. 项目联系方式

项目联系人：索女士

电话：0917-3628906

陕西中鑫悦辰项目管理有限公司

2025 年 09 月 02 日

第二章 谈判须知

谈判须知前附表

序号	项目	要求与说明		
1	采购人	名称：宝鸡市生态环境局眉县分局 地址：眉县渭阳路中段 联系人：石老师 联系电话：0917-5549396		
2	采购代理机构	名称：陕西中鑫悦辰项目管理有限公司 地址：陕西省宝鸡市金台区东风路泽周商务大厦 1408 室 项目联系人：索女士 联系电话：0917-3628906		
3	采购内容	眉县区域环境监测站资质扩项项目(二次) 1 项：详见第五章采购内容及具体要求。		
4	采购预算	450000.00 元	最高限价	450000.00 元
5	竞争性谈判文件编制依据	1、《政府采购法》及其法律法规； 2、眉县区域环境监测站资质扩项项目备案书。		
6	竞争性谈判文件构成	谈判公告、谈判须知、谈判响应文件格式及构成、评审程序及办法、采购内容及具体要求、商务要求、政府采购合同文本。		
7	竞争性谈判响应文件	谈判响应函、谈判一览表、谈判保证金缴纳凭证、响应方案、资格证明文件要求、其他谈判响应文件。		
8	谈判有效期 (含授权有效期)	本项目竞争性谈判响应文件有效期自谈判之日计算不得少于 90 日历天。		
9	采购文件获取方式	获取时间：2025 年 09 月 03 日至 2025 年 09 月 05 日（上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 18:00:00（北京时间））。 获取地点：各供应商凭数字证书（陕西 CA 锁）自行登录【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】		

		(http://bj.sxggzyjy.cn) 下载招标文件。
10	是否提供纸质响应文件	否 注：中标单位须在领取中标通知书前向招标代理公司提供纸质版投标文件正本一份、副本二份、电子版一份，（按要求签字、盖章），纸质版应与电子版一致。
11	谈判报价要求	供应商的最终报价应是货物全部运至采购人指定位置的所有费用。包括货物总价、随配附件、运至指定交货地点费用、售后服务费、税金及其他所有相关费用的总和。 采购人不再单独支付其他任何费用。 谈判货币人民币
12	谈判保证金的交纳	参与谈判的供应商必须在谈判截止时间前，按照谈判组织机构指定账户以转帐方式交纳谈判保证金。 保证金金额：RMB9000.00 元。 开户单位：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开户银行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 账 号：80602000142101980614864 转账事由：（名称或编号）项目投标保证金
13	评审方法	最低价法。详见第四章评审程序及办法。
14	采购项目技术参数要求及数量	详见第五章采购内容及具体要求。
15	响应文件递交截止时间及谈判地点	响应文件递交截止时间：2025 年 09 月 09 日 09 时 00 分 00 秒（北京时间） 谈判地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心
16	谈判评审小组	谈判评审小组由有关技术、经济等方面的专家组成，人数为 3 名。其中：采购人代表 1 名，陕西省政府采购网专家库中随机抽取专家 2 名；或陕西省政府采购网专家库中随机抽取 3 名专家。
17	成交服务费	谈判采购项目全部完成后，由谈判组织机构按参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价

	的收取	格（2002）1980号）、国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）成交人在领取《成交通知书》前，须向采购代理机构交纳采购代理服务费及相关费用，采用银行转账方式一次性交纳，不得用投标保证金冲抵。 开户单位：陕西中鑫悦辰项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行宝鸡金台区支行 账 号：6105 0162 8708 0000 0800 注：中标服务费缴纳账号
18	投标文件的递交	为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标文件方式投标。电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·宝鸡市），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传投标文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。
19	投标文件的制作和签署	编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。 供应商必须按照招标文件的规定和要求由法定代表人或被授权代表签字（或盖章），并逐页加盖供应商公章，如有遗漏，将作为无效投标处理。 1、电子招标文件下载 供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。 2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》； 3、制作电子投标文件 电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制

		过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000； 注：如未按照上述要求进行投标文件制作和签署的均视其为无效投标文件。
20	所属行业	工业
备注		

一、采购当事人及预算

1、采购人：宝鸡市生态环境局眉县分局

2、谈判组织机构：陕西中鑫悦辰项目管理有限公司

3、监督管理部门：宝鸡市生态环境局

4、采购预算：450000.00 元

最高限价：450000.00 元（超过最高限价的报价为无效报价）

5、参与谈判的供应商：符合本次竞争性谈判所规定的资格条件，从谈判组织机构购买竞争性谈判文件，并自愿参加谈判活动的供应商。

二、竞争性谈判文件及澄清

1、本项目竞争性谈判文件包括以下内容：谈判公告、谈判须知、谈判响应文件格式及构成、评审程序及办法、采购内容及具体要求、商务要求、政府采购合同文本。

2、谈判组织机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，谈判组织机构应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收竞争性谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

3、参与谈判的供应商应仔细阅读和正确理解竞争性谈判文件。因供应商在阅读、理解谈判文件方面产生疏漏和误解，而导致谈判不利后果的，其责任由供应商自负。

4、供应商不得擅自转让、变卖或复制谈判文件参与谈判。

三、竞争性谈判响应文件制作及递交

本项目采用电子化招投标的方式，须在开标时间截止之前在宝鸡市公共资源交易中心（<http://bj.sxggzyjy.cn/>）按要求上传对应格式的投标文件。

投标单位使用 CA 锁对投标文件（*.SXSTF 格式）进行制作、签章、加密、

递交、解密等相关招投标事宜。

1、本项目竞争性谈判响应文件由以下内容组成：谈判响应函、谈判一览表、谈判保证金缴纳凭证、响应方案、资格证明文件要求、其他谈判响应文件。

2、参与谈判的供应商须具有与完成采购项目相适应的能力和具备法律法规规定的资格、认证、认定等必要条件，并按本竞争性谈判文件的要求以及谈判组织机构的补充要求，提供相关资格证明文件要求。相关产品必须符合国家有关强制标准和认证。

3、本项目竞争性谈判响应文件有效期自谈判之日计算不得少于 90 天。

四、竞争性谈判响应文件的编制要求

1、供应商应当按照竞争性谈判文件要求，依法真实编制谈判响应文件，并对其提交的谈判响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、谈判所有响应文件、资料、函电文字均应使用中文（通用缩写、代号、名称除外）。谈判使用的计量单位须使用公制单位（另有规定的除外）。

3、供应商须在谈判响应文件中指定页面的落款处，加盖公章以及由法定代表人或被授权代表签名或盖章。

4、供应商的最终报价应是货物全部运至采购人指定位置的所有费用。包括货物总价、随配附件、运至指定交货地点费用、安装费、调试费，售后服务费、税金及其他所有相关费用的总和。采购人不再单独支付其他任何费用。谈判货币：人民币。

注：谈判报价（首轮）超过采购预算的，响应无效，按废标处理；二轮报价超过首轮报价的，响应无效，按废标处理。

五、竞争性谈判保证金的交纳和退还

1、参与谈判的供应商必须在谈判截止时间前，按照谈判组织机构指定账户以转帐方式交纳谈判保证金。（不接受以个人名义交纳的谈判保证金，交纳谈判保证金的供应商名称须与参与谈判的供应商名称一致，否则不予退还。）

保证金金额：RMB9000.00 元。

开户单位：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户

开户银行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部

账 号：80602000142101980614864

2、如投标保证金以保函形式交纳，供应商须将加盖公章的保函复印件附在

谈判响应文件中否则视为无效投标。供应商违约，开具保函单位承担连带责任。

（注：保函须为供应商基本开户银行出具，附基本开户银行开户许可证复印件加盖供应商公章，并于开标截止时间前 3 个工作日内由供应商持保函原件自行前往宝鸡市公共资源交易中心 6 楼财务科进行验证，若保函未经公共资源交易中心财务科验证，否则视为无效投标。）

3、供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

- a、供应商在投标截止时间后撤销谈判响应文件的；
- b、供应商在谈判响应文件中提供虚假材料的；
- c、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，供应商不与采购人签订合同的；
- d、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- e、供应商将中标项目转让给他人，或者在谈判响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
- f、供应商拒绝履行合同义务的。

4、自成交通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

5、成交供应商需在合同签订后 3 日内持合同原件或复印件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

六、谈判评审小组的组成及职责和义务

1、谈判评审小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判评审小组成员总数的 2/3。

2、谈判评审小组在竞争性谈判活动过程中履行下列职责：

- a、确认或者制定竞争性谈判文件；
- b、从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判；
- c、审查供应商的响应文件并作出评价；
- d、要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- e、编写评审报告；

- f、告知采购人、谈判组织机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
- 3、谈判评审小组在竞争性谈判活动过程中履行下列义务：
 - a、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
 - b、根据竞争性谈判文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
 - c、参与评审报告的起草；
 - d、配合采购人、谈判组织机构答复供应商提出的质疑；
 - e、配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

七、竞争性谈判及评审要求

- 1、谈判评审小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
- 2、供应商应当根据竞争性谈判文件的要求，在谈判开始前提交谈判响应文件。由谈判评审小组对谈判响应文件进行评审，并根据竞争性谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应竞争性谈判文件的谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
- 3、谈判评审小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。
- 4、谈判过程中，谈判响应文件中谈判一览表(报价表)内容与谈判响应文件中明细表内容不一致的，以谈判一览表(报价表)为准。谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
- 5、在谈判过程中，竞争性谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判评审小组应当及

时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

6、供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

7、谈判评审小组要求供应商澄清、说明或者更正谈判响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、在最后一轮谈判结束后，谈判评审小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在同一截止时间前提交最后谈判响应文件，并最终报价。

9、本项目专门面向中小企业采购，评标时不再给予折扣优惠。

10、谈判评审小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。并采取必要措施，保证评审工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

11、在竞争性谈判活动中出现下列情形之一的，采购活动终止：

A、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

B、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

C、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

八、供应商信用信息查询、留存和使用

1、信用信息查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录。

2、信用查询有效期限为该项目采购公告发布之日起至开标之日截止。

3、供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为**投标无效**。

4、采购人及招标组织机构应当妥善保管相关主体信用信息，不得用于政府采购以外事项。

九、成交供应商的确定和公告

1、谈判评审小组应当从产品质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照经最后报价由低到高的顺序推荐前 3 名为成交候选供应商，并编写评审报告。

2、评审报告由谈判评审小组成员签字认可。谈判评审小组成员对评审报告有异议的，谈判评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的谈判评审小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，由谈判评审小组书面记录相关情况。谈判评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

3、采购代理机构接到采购人的《成交复函》后，在 1 个工作日内，将成交结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布 1 个工作日，其他供应商若有异议，按《政府采购法》第 52 条执行。成交通知书将在成交公告发布的同时由采购代理机构发出。

十、质疑的提出与答复

1、供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

2、质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

4、质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将依法处理。

5、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6、质疑有下列情形之一的，采购代理机构不予受理：

（一）未按规定程序和渠道提出质疑的；

（二）质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商；

（三）超过法定质疑期限的；

（四）书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

（五）提出的质疑事项已经明确答复的；

（六）法律法规规定的其他不予受理的条件。

7、采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，在收到质疑函后7个工作日内书面及电联形式通知质疑供应商，招标代理机构组织专家小组与质疑供应商面对面进行质疑答复（拒不到会者视为自动放弃质疑权利），代理机构并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。

8、质疑函接收联系方式：

采购代理机构：陕西中鑫悦辰项目管理有限公司

联系人：索女士

联系电话：0917-3628906

十一、合同的签订

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2 采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商放弃签订政府采购合同或者不履行合同的，采购人应当按经

评审报价由低到高的排序，确定其他供应商作为成交供应商，并签订政府采购合同。

4、合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

5、竞争性谈判文件、谈判响应文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

6、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

十二、成交服务费的收取

谈判采购项目全部完成后，由谈判组织机构按参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）、国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价〔2003〕857号）成交人在领取《成交通知书》前，须向采购代理机构交纳采购代理服务及相关费用，采用银行转账方式一次性交纳，不得用投标保证金冲抵。

十三、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、供应商必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》并附在谈判响应文件中，同时应保证谈判响应文件正、副本中一致。

第三章 竞争性谈判响应文件格式及构成

竞争性谈判响应文件

项目名称：眉县区域环境监测站资质扩项项目(二次)

项目编号：ZXYC-2025-TP-035.1B1

供 应 商：_____（名称及公章）

法定代表人：_____（签字及盖章）

谈判时间：_____

目 录

- 第 1 部分 谈判响应函
- 第 2 部分 谈判一览表
- 第 3 部分 谈判保证金缴纳凭证
- 第 4 部分 响应方案
- 第 5 部分 资格证明文件要求
- 第 6 部分 其他谈判响应文件

第 1 部分 谈判响应函

陕西中鑫悦辰项目管理有限公司：

（供应商名称）_____授权（被授权代表姓名）_____为我公司全权代表，
参加贵公司组织的（项目名称）_____（项目编号：_____）竞争性谈判活
动。谈判保证金：_____元。我方承诺如下：

一、依据竞争性谈判文件的要求，提供完全满足采购需求的合格产品和技术
及售后服务保障。

二、保证按照竞争性谈判文件中的报价要求进行报价。本报价已包含竞争性
谈判文件规定报价方式应包含的各种费用。

三、我们已经详细阅读和审核全部竞争性谈判文件及有关附件，完全清楚和
知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

四、同意提供与本次竞争性谈判活动相关的其他任何证据和资料。

五、完全理解最低报价不作为成交的唯一条件，尊重谈判评审小组的评审结
论及成交结果。

六、保证所有提供的谈判响应文件内容是真实的、合法的；且对其负法律责
任。

七、如若成交，我们将根据竞争性谈判文件的要求和谈判响应文件的承诺签
署采购合同，并履行相关的责任和义务。

八、本谈判响应文件自谈判报价之日计算有效期为_____天。

九、与本谈判响应有关的一切往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商：（名称及公章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或盖章）

谈判时间：_____年 月 日

第 2 部分 谈判一览表

眉县区域环境监测站资质扩项项目(二次)竞争性谈判首次报价表

项目编号：ZXYC-2025-TP-035.1B1

报价：（元）

序号	项目名称	交货期限	质保期	备注
1	眉县区域环境监测站资质扩项项目(二次)			
报价（大写）：_____		报价（小写）：¥_____		

供应商：（名称及公章）

法定代表人：（签字及盖章）

谈判时间： 年 月 日

注： 1、所有报价保留小数点后两位，第三位按四舍五入计。
2、报价不得超出项目限价。

分项报价表

序号	货物名称	品牌、型号、规格参数	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
1							
2							
3							
4							
5							
...							
合计：	大写：元小写：元						

供应商：（名称及公章）

法定代表人：（签字及盖章）

谈判时间： 年 月 日

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、单价及总价均为货到项目现场价格，包括货物价格、运费、安装价格、安装所有使用的辅材价格、技术培训及支持、售后服务费、税金及其他所有相关费用的总和等所有费用。

3、分项报价表中每个项目合价按照最后谈判报价与首次谈判报价的下浮比例进行下浮后确定。

第 3 部分 谈判保证金缴纳凭证

保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函
(复印件须加盖供应商公章)

第 4 部分 响应方案

包括但不限于：

- 1、产品性能及保障措施；
- 2、产品运输保管方案；
- 3、产品售后服务方案。

供应商：（名称及公章）

法定代表人或被授权代表：（签字）

联系电话：

谈判时间： 年 月 日

第 5 部分 资格证明文件要求

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

(2) 法定代表人参加投标的，须提供法定代表人资格证明及法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件；

(3) 供应商须具有市场监督管理主管部门核发的检验检测机构资质认定证书(CMA)；

(4) 财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2024 年度财务报告或提供投标截止时间前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；

(5) 税收缴纳证明：供应商提供本年度至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的应提供相关文件证明；

(6) 社会保障资金缴纳证明：供应商提供本年度至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(7) 投标供应商出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(8) 投标供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商；（提供网站查询截图）

(9) 本项目不接受联合体投标；（提供非联合体投标书面声明）

(10) 本次采购专门面向中小企业。（提供中小企业声明函）

注：以上为合格供应商必备要求，在响应文件中提供加盖公章的复印件，无效或缺项将被视为无效文件。

法定代表人资格证明及法定代表人授权委托书

一、法定代表人资格证明（用于法人投标）

陕西中鑫悦辰项目管理有限公司:

_____系_____（供应商名称）_____的法
定代表人。

特此证明。

附：法定代表人姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

法定代表人身份证复印件
(正面)

(反面)

供应商： (名称及公章)

法定代表人： (签字及盖章)

日期：_____年____月____日

二、法定代表人授权委托书（用于委托人投标）

陕西中鑫悦辰项目管理有限公司：

（供应商名称）于（ 年 月 日）注册成立。我公司法定代表人（法定代表人姓名）授权委托（被授权代表姓名）为本公司全权代表，参加贵公司组织的（项目名称）（项目编号： ）的竞争性谈判活动，代表本公司全权办理本次竞争性谈判活动中的一切事务，并签署与本次竞争性谈判全部有关的文件、协议及合同。

本公司对被授权代表的签名负全部法律责任。

本授权委托书于 年 月 日签字生效，有效期 天，特此声明。

被授权代表签名：	法定代表人签名及签章：
职务：	职务：
被授权代表身份证复印件： （正面）	法定代表人身份证复印件 （正面）
被授权代表身份证复印件 （反面）	法定代表人身份证复印件 （反面）

供应商：（名称及公章）

谈判时间： 年 月 日

供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。

特别提醒：供应商性质将随中标公告一同公布，接受社会监督。

（一）中小企业声明函（格式）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称),采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含中小企业、签订分包意向协议的中小企业)得具体情况如下:

1、(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业,制造商为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)。

2、(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业,制造商为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)。

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（名称及公章）：_____

法定代表人或被授权代表：_____（签字或盖章）

谈判报价时间： 年 月 日

第 6 部分 其他谈判响应文件

6.1 采购内容偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	名 称	采购要求	投标响应	偏离	说明
注：1、本表需对应谈判文件“第五章采购内容及具体要求”内容逐一填写。 2、本表如为多页，应当每页加盖供应商公章及法定代表人或被授权代表签字或盖章。 3、在偏离项，必须注明“正偏离”或“完全响应”。未提供或投标响应负偏离按废标处理。 4. 说明项应当注明证明材料的页码。					

供应商：_____（名称及公章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或盖章）

日期： ____年__月__日

6.2 商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	谈判文件商务要求	谈判响应文件商务响应	偏离	说明

注：1、在偏离项，必须注明“正偏离”或“完全响应”。未提供或商务响应负偏离按废标处理。

2、本表如为多页，应当每页加盖供应商公章及法定代表人或被授权代表签字或盖章

3、若因供应商填写不真实造成的不利后果和风险，由其自行承担。

供应商：_____（名称及公章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或盖章）

日期： ____年__月__日

6.3 宝鸡市政府采购供应商诚信承诺书

致：（采购人或采购代理机构名称）

统一社会信用代码为_____的我方_____（供应商名称）自愿参加贵单位组织的编号为_____（项目编号）的_____项目（采购项目名称）的政府采购活动，我方已知悉并理解本项目采购文件的各项要求。为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护宝鸡市政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：

一、在参加本次政府采购活动中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及宝鸡市有关规定。

二、我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实，我方承担相应后果。

三、我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：

（1）不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 监察机关举报；

（2）不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标（成交）；

（3）不出借或借用资质；

（4）不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；

（5）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（6）不以虚假材料谋取中标（成交）；

（7）不以低于成本价或恶意低价竞争；

（8）不与采购人在招标采购过程中进行协商；

（9）中标或者成交后不得提供假冒伪劣产品；

（10）中标或者成交后非因不可抗力不得变更投标（响应）文件中承诺的项

目管理实施人员；

（11）中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；

（12）不得有未按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的行为；

（13）不转包或违法分包政府采购合同，不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（14）不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉；

（15）不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；

（16）不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

四、如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任：

1、投标（响应）无效；

2、不予退还投标保证金或者履约保证金；

3、约谈法定代表人或者主要负责人，责令整改；

4、中标（成交）无效；

5、处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；

6、没收违法所得；

7、吊销营业执照；

8、政府相关部门的联合惩戒措施；

9、追究民事责任；

10、追究刑事责任；

11、法律法规规定的其他处理处罚措施。

单位名称及公章：

法定代表人或主要负责人签字：

法定代表人或主要负责人身份证复印件：

法定代表人或主要负责人联系电话：

法定代表人或主要负责人传真：

6.4 《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

陕西省政府采购供应商 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为 _____（项目名称）的供应商，在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：

（名称及公章）

法定代表人及被授权代表：_____（签字）

地 址：

邮 编：

电 话：_____ 年 月 日

6.5 供应商具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

致：_____（采购人名称）：

我公司_____（供应商名称）于_____年_____月_____日在中华人民共和国境内（详细注册地址）_____合法注册并经营，公司主营业务为_____，营业（生产经营）面积为_____，现有员工数量为_____，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（专业能力、数量）_____，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商：_____（名称及公章）

法定代表人：_____（签字及盖章）

_____年_____月_____日

第四章 评审程序及办法

一、评审方法

本次竞争性谈判根据符合采购需求、质量和服务满足且报价最低的原则推荐成交候选供应商。

二、评审程序

按照初审：资格审查和符合性审查、二次报价、推荐成交候选人三个步骤进行评审。在上一步评审中不合格的，不进入下一步的评审。

1. 初审

1.1 资格审查：

序号	评审因素	评审标准
1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
2	法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书	法定代表人参加投标的，须提供法定代表人资格证明及法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件；
3	供应商资质	供应商须具有市场监督管理主管部门核发的检验检测机构资质认定证书(CMA)；
4	财务状况报告	提供具有财务审计资质单位出具的 2024 年度财务报告或提供投标截止时间前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；
5	税收缴纳证明	供应商提供本年度至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的应提供相关文件证明；
6	社会保障资金缴纳证明	供应商提供本年度至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
7	无重大违法记录声	投标供应商出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

	明	没有重大违法记录的书面声明；
8	网站查询截图	投标供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商；（提供网站查询截图）
9	非联合体投标书面声明	本项目不接受联合体投标；（提供非联合体投标书面声明）
10	中小企业声明函	本次采购专门面向中小企业。（提供中小企业声明函）

备注:上述 1-9项为投标供应商必备的资格条件，若有1项不符合要求，视为资格审查不合格，将取消谈判资格。

1.2 符合性审查（符合性审查不合格的，按无效响应处理，不进入二次报价环节）

序号	审查内容	审查细则
1	与项目的一致性	谈判响应文件中所涉及到的项目名称、项目编号与本项目完全一致
2	供应商名称	供应商名称与公章、营业执照一致
3	谈判报价	完整无缺项，未超过采购预算，无选择性报价
4	响应文件有效性	谈判响应文件的签署、盖章符合谈判文件要求
5	谈判有效期(含授权有效期)	自谈判之日计算不得少于 90 日历天
6	谈判内容	符合谈判文件第五章采购内容及要求
7	谈判保证金	足额缴纳

2. 谈判及二次报价

谈判小组分别与通过符合性审查的供应商进行谈判，供应商在规定的时间内提交最后报价，未提交二次报价的，不进入下一步的评审。

3、推荐成交候选人

3.1 对于经初审合格的所有谈判，由谈判小组各成员依据谈判响应文件，从质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。

3.2 最低谈判报价相同的，由谈判小组按技术指标优劣顺序或由全体谈判小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

3.3 对于谈判响应文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更正：

3.3.1 谈判响应文件中谈判一览表内容与谈判响应文件中明细表内容不一致的，以谈判一览表为准。

3.3.2 谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

三. 特殊情况的处理及评标规则

1. 比较与评价。按谈判文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2. 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判评审小组按照谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

3. 谈判评审小组一致认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判评审小组应当将其作为无效报价处理。

4. 谈判评审小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐成交候选供应商。以响应报价最低的优先，当最低响应报价不是唯一时，按响应技术指标和服务承诺优劣顺序排列。

5. 评审报告应当由谈判评审小组全体人员签字认可。谈判评审小组成员对评审报告有异议的，谈判评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判评审小组成员，应当在报告上签署

不同意见并说明理由，由谈判评审小组书面记录相关情况。谈判评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

四、供应商参与谈判若出现下列情况之一的一律按无效报价处理：

- (1) 未按竞争性谈判文件的规定交纳谈判保证金的；
- (2) 报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (3) 有重大缺、漏项，明显不符合技术规格、标准 and 要求的；
- (4) 以虚假资料谋取成交的；
- (5) 竞争性谈判响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
- (7) 因供应商自身原因（如 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致电子投标文件（*.SXSTF）无法正常打开的或无法正常参与评审的；
- (8) 法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

第五章 采购内容及具体要求

序号	产品名称	数量	单位	技术参数要求
1	自动烟尘（气）测试仪（加配空白样取样管）	2	套	应用皮托管平行等速采样法采集固定污染源排气中的颗粒物，用过滤称重法测定烟尘质量，应用定电位电解法定性定量测定烟气成份。 基本要求 1. 支持烟尘采样与烟尘直读双功能 2. 气体传感器量程根据校准量程可调 3. ★仪器内置弹性气容，提高采样流量稳定性（需提供实物照片佐证材料） 4. 具有防倒吸功能，保证采样数据的准确性 5. 具有采样过程停电记忆功能 6. 兼容干湿球法和阻容法两种测量模式 7. ★具有烟尘采样和烟气测量同步运行功能（需提供实物照片佐证材料） 8. 具备故障自检功能 9. 具备气密性自动检测功能 10. 过滤系统采用透明窗设计，易观察，易更换 11. 配备工业级防尘防水硅胶键盘 12. 不低于 5.5 英寸显示屏 13. 具备 RS232、USB 接口，支持数据通信，U 盘数据转存输出，同时支持

			升级仪器主板程序 14. 配置蓝牙热敏打印机 15. 预留物联网模块接口，可扩展物联网功能 16. SO2 传感器具有高低双量程 17. 仪器内置电池，并支持交、直流两种供电方式 18. 通过直流输出线可以直接给烟尘取样管或阻容法含湿量检测器供电 19. 可通过无线模块，与含湿量检测器、直读烟尘检测器进行无线通讯 技术指标 烟尘采样技术指标 主要参数 参数范围 分辨率 准确度 采样流量 (0~180) L/min 0.1 L/min 不超过±2.5% 烟气动压 (0~2000) Pa 1 Pa 不超过±1%FS 烟气静压 (-30~+30) kPa 0.01 kPa 不超过±1%FS 流量计前压力 (-30~0) kPa 0.01 kPa 不超过±1%FS 流量计前温度 (-55~120)℃ 0.1℃ 不超过±2.5℃ 大气压 (60~130) kPa 0.01 kPa 不超过±500Pa 烟气温度 (0~500)℃ 0.1℃ 不超过±3℃ 采样泵负载能力 ≥60 L/min (阻力为 20kPa 时) 数据存储能力 >10000 组
--	--	--	--

				烟气采样技术指标 主要参数 参数范围 分辨率 准确度 烟气浓度 O2 (0~30)% 0.1% 示值误差：不超过±5.0% S02 低 (0~286)mg/m3 1mg/m3 S02 高 (0~5700)mg/m3 1mg/m3 NO (0~1300)mg/m3 1mg/m3 NO2 (0~200)mg/m3 1mg/m3 CO (0~5000)mg/m3 1mg/m3 配置 主机 附件箱 高效气水分离器 便携式蓝牙打印机 烟气含湿量检测器 低浓度烟尘多功能取样管 空白样取样管支架
2	智能双路烟气采样器	1	套	用途：用于采集污染源或大气中有害气体样品

			基本要求 1. 内置大容量充电锂电池，可同时给主机和加热取样管供电 2. 低电量时自动报警 3. 可以两路同时采样，也可任意单路采样，每路采样都可以单独控制。 4. 支持连接外置工况测量设备，实现烟气温度、流速、含湿量等参数的测量 5. 使用大容量存储芯片，A 路、B 路及工况均可存储不低于 2000 组数据 6. 自动累计采样体积，并同时根据气压、温度换算标况采样体积 7. 采用耐低温的 OLED 显示屏 8. 断电保护功能，采样过程中实时保存运行数据，来电自动恢复采样 技术指标 主要参数 参数范围 分辨率 准确度 采样流量 (0.2~1.5) L/min 0.01 L/min 不超过±2.5% 流量计前温度 (－45~120)℃ 0.1℃ 不超过±2.5℃ 流量计前压力 (－25~0)kPa 0.01kPa 不超过±2.5% 大 气 压 (60~130)kPa 0.01kPa 不超过±500Pa 烟气动压 (0~2000)Pa 1Pa 不超过±1%FS
--	--	--	--

				烟气静压 (-30~+30)kPa 0.01kPa 不超过±1%FS 烟气温度 (0~500)℃ 0.1℃ 不超过±3℃ 流 速 (5~45)m/s 0.1m/s 不超过±5% 工作电源 内置锂电池不低于 16Ah 或交流供电（自带充电管理） 工作时间 不低于 8 小时 配置 主机 吸收瓶挂架 三脚支架 电源输出线 干燥筒 烟气多功能预处理器
3	低浓度颗粒物采样头	1	套	Φ 4、Φ 6、Φ 8、Φ 10、Φ 12、Φ 14 各规格*20
4	真空采样箱（10L）	1	台	一、用途： 应用气袋法采集环境空气或温度低于 150℃的固定污染源废气中的非甲烷总烃和部分 VOCs 等挥发性有机物。 二、执行标准：

			HJ 38-2017 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 604-2017 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样—气相色谱法 HJ 732-2014 固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法 HJ 905-2017 恶臭污染环境监测技术规范 三、性能特点： 1、适配气袋容积范围广，可容纳 1L~12L 多种型号的采样气袋。 2、主机和真空箱分体式设计，搭配更为灵活。 3、取样管和真空箱气路及真空箱内气路可更换。 4、高负载大流量采样泵，可自由调节采样流量大小，能极大地缩短采样时间。 5、采用被动采样法，气流单向流通，样气直接进入气袋，无污染过程和泄露损失。 6、内置可充电高能锂电池，支持长时间工作。 四、技术参数： 主要参数 参数范围 适用气袋 1L~12L
--	--	--	---

				待机时间 不低于 24h 采样流量 （0～7） L/min 采样泵负载能力 ≥4L/min(阻力为 15kPa 时) 五、仪器配置： 主机 1 套、真空箱 1 套、1L 气袋 1 个、电源适配器 1 套、加热取样管 1 套。
5	恒温恒湿称重系统 （内含十万分之一天平）	1	套	一、技术要求 本产品满足 GB2423.1—2001 试验 A《低温试验方法》：GB2423.2—2001 试验 B《高温试验方法》；GB2423.3—93 试验 Ca《恒定湿热试验方法》GB/T1740—2007 满足环保部标准 HJ618—2011、HJ656—2013 和 HJ836—2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》；中的规定要求，恒温恒湿调节保证了天平称量样品结果的准确性和样品称重量数据的稳定性。 二、技术参数： 温度范围 ： 5~50℃ 温度波动度 ： ±0.5℃ 温度均匀度 ： ≤2℃ 湿度范围 ： 40 %～98 %R.H 湿度误差 ： ±1~3%R.H

				电源:220V /50Hz 功率 :1300W 温湿度控制器：彩色可编程控制器，所有设定触摸屏完全体现，微电脑智能控制，设定温度后，仪表自行控制加热功率，并显示加热状态，控温精 确而稳定。超温报警并自动切断加热电源。温湿度误差具备手动补偿功能，操作人员权 限设置功能。 制冷机组：采用单元式半封闭高效率原装制冷机保证运作长久稳定。 加热方式：不锈钢管式 304 镍铬合金电加热器。 报警故障记录：超温、超湿、过载完全记录可查询。 曲线数据：可查询历史曲线与实时曲线界面。 ★拥有手机 APP 远程观察仪器数据功能。（需提供技术证明文件并加盖制造商公章） 三．配置要求 主机 1 台、十万分之一天平 1 台、加湿器 1 台、合格证 1 份、保修卡 1 份
6	十万分之一天平	1	台	产品特点 分体式结构设计，可拉伸式操作显示终端，减缓操作过程中产生的震动影响测量准确性。 特制 304 不锈钢秤量盘与防风圈设计，避免气流影响称重，保证称量稳定性。

			全铝合金机身与底座，保证天平稳定性。 触摸感应式按键与高清 VA 液晶屏幕组合，操作省力、读数便捷 高稳定电磁力传感器，称量快速，读数准确。 双量程可切换，外校内校款可选。 密度测量功能、移液器校准功能，一机多用，功能强大。 多种单位可切换，积分时间、灵敏度可调，时间设置，满足客户个性化需求。 技术参数： 显示方式：VA 液晶显示 准确度级别：I 级 量程范围(g)：0-120 分度值(mg)：0.01 去皮范围(g)：0-120 线性误差(mg)：±0.03 重复性误差(mg)：±0.03 稳定时间(典型)(s) ≤3 配置要求： 主机、外接操作显示终端、砝码（内校款天平无外置砝码）、称量盘、防风圈 电源适配器、手套、产品说明书、合格证/保修卡
--	--	--	---

7	万分之一天平	1	台	产品特点 1、高清晰大液晶显示屏,显示清晰。 2、高精度电磁力传感器保证天平精度。 3、全自动故障检测、超载保护，维护天平的正常工作。 4、内置砝码校准（FA-C 系列），简化校准过程，保证称量的准确性。 5、单位切换、积分时间、灵敏度可调，按照用户需求设置。 6、计数功能、下称功能、百分比称量，一机多用。 7、自带 RS232C 接口，连续输出、按键输出、定时输出模式可选。 技术参数 显示方式：LCD 液晶显示 准确度级别：I 级 量程范围（g）：0-120 实际分度值 d：（mg）0.1 去皮范围（g）：0-120 重复性误差（mg）：±0.5 线性误差（mg）：±0.2 稳定时间（s）：≤4
8	吸收液装样箱（大小孔径各 2 个）	1	套	尺寸：50*30*30cm,孔位：40 位
9	水质保护剂箱（订做）	2	台	尺寸：52*30*25cm;重量：4.9kg

10	声级计（含风速仪）	1	套	一、概述 多功能声级计是采用数字信号处理技术和网络技术的新一代噪声测量仪器，可以同时测量多种评价指标，模块化设计，用户可以根据需要选购相应的模块。仪器具有大容量存贮、录音、U 盘、读卡器等功能。还内嵌 4G、WIFI、蓝牙等无线数据传输模块、GPS 定位系统，测量噪声的同时，提供位置信息；外置微型打印机（选配），可现场打印测量结果。该仪器可广泛应用于环境保护、劳动卫生、工业企业、科研教学等领域，完成环境噪声测量、职业卫生噪声测量、机器设备噪声测量等。 二、主要性能指标 （1）传声器：灵敏度级：-28 dB(以 1 V/Pa 为参考 0 dB) （2）前置放大器：AWA14601L 型，LEMO 插头； （3）频率范围：10 Hz～20 kHz； （4）A / D 位数：24 位； （5）采样频率：48 kHz； （6）本机电噪声：10 dBA，15 dBC，20 dBZ； （7）测量范围：A 计权声级 20 dB～143 dB，C 计权峰值声级 60 dB～146 dB。 （8）时间计权：并行（同时）F、S、I； （9）频率计权：并行（同时）A、C、Z； （10）检波特性：真有效值数字检波；
----	-----------	---	---	--

			(11) 仪器类型：声级计符合 GB/T 3785.1—2010 1 级/IEC 61672-1:2013 Class 1;滤波器符合 GB/T 3241—2010 1 级/IEC 61260-1:2014 Class 1; (12) 显示器：4.3 英寸电容型触摸屏; (13) 主要显示内容：可实时测量及显示 9 个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24 小时分布图; (14) 主要测量功能：总值积分、统计积分、24 小时自动监测、1/1 OCT 分析 (15) 1/1 OCT 分析：16Hz 到 16KHz 共 11 个频段 (16) 主要测量指标：Lp、Leq,T、Leq,t、Lmax、Lmin、LN、SD、SEL、Lpeak 等; (17) 数据存贮：16 G 内部存储，另外标配 64 G TF 卡; (18) 防护等级：IP65 防水防尘（不含麦克风） (19) 输出接口：AC（交流）、DC（直流）、RS-232、USB 接口、Lan 网口、4G、WIFI、蓝牙; (20) 日历时钟：每月误差小于 1 min，移除锂电池后时钟将丢失; (21) 电源：1 块 4.2 V 10000 mAh 锂电池、9 V DC 外接电源（20 W 快充）,3 小时充满; (22) 测量时间：1 s 到 96 h 任意设置; (23) 工作温度：-20 ℃~60 ℃，相对湿度：20 %~90 %
--	--	--	--

			声校准器主要用来对测试传声器和声学测量仪器进行声压灵敏度校准。它体积小，重量轻，性能稳定，使用方便，具有气压自动补偿功能，性能符合 GB/T 15173-2010 和 IEC 60942：2003 对 1 级声校准器的技术要求。 主要技术性能 1 符合标准：GB/T 15173-2010 和 IEC 60942:2003 2 声压级：114.0dB 和 94.0dB（以 2×10^{-5} Pa 为参考） 3 声压级误差：± 0.25 dB 4 频率：1000.0 Hz± 0.5 % 5 谐波失真：≤ 1.5 % 6 总失真：≤ 2.5 % 7 使用电压范围：2.2 V ~ 3.4 V 8 电池：2$\times$1.5V 碱性电池 LR6（5 号），最长连续使用时间 7 小时 9 尺寸：70mm$\times$70mm$\times$35.2 mm 10 稳定时间：小于 15s 11 使用环境：温度范围：-10 $^{\circ}$C ~ +50 $^{\circ}$C 相对湿度：25 %~90 % 大气压力：65 kPa~108 kPa 风速仪是以测量低风速为基本功能的便携式即测即显仪表，具有智能化、
--	--	--	--

			人性化等特点，使用简便、易于操作。在采暖、通风、空气调节、环境保护、节能监测、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查等各方面有广泛用途。 一、产品参数 风速测量量程：0.01~30.0m/s； 风速测量误差：0.0~5.00m/s：≤±（3%U+0.1）m/s； 5.0~30.0m/s：≤±（3%U+0.2）m/s 。 风温测量范围：-20~70 ℃； 风温测量精度：±0.5℃（0-60℃）； 附加误差：测头方向偏差在±15° 以内时，其显示风速值的附加误差不大于±5%U。其中 U 为实测风速（上同）。 响应时间：测头的响应时间不大于 3 秒。 风速最小分辨率：0.01m/s； 探头前段可弯曲，方便测量； 使用环境：环境温度 5~40℃，相对湿度不大于 90%RH 的清洁空气中； 二、配置要求 主机、测试杆、使用说明书、产品合格证、电池（选配：电源适配器、微型打印机、微型台式打印机连接线 配置 主机（1 级） 1 个
--	--	--	---

				声校准器（1级） 1个 噪声仪支架 3个 风速仪 2个
11	便携式水质分析仪 （氨氮）	1	台	氨氮测试仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的氨氮浓度检测，以便控制水的氨氮达到规定的水质标准。 原理： 本仪表应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。测量时，当被测水样倒入试剂时，水样将变成黄色。然后将此水样放入光电比色座，仪表会通过比较黄色深浅从而得到氨氮的浓度大小。 技术参数 测量范围 0-10mg/L 最小示值 0.001mg/L 重复性 ≤2% 精度 ±5%FS 电源电压 DC 9V 50Hz 特点： 1. 微电脑，轻触式键盘，LCD 液晶数字清晰显示，使用方便。 2. 可自动调零和 5 点自动校正。 3. 高性能锂电池，充电 4 小时可连续使用 4 小时，即充即用。

				4. 采用高精度电路系统，低漂移，仪器能长时间稳定工作，水样放入氨氮试剂即可读数。 5. 本仪器采用特制高强度长寿命光源，独特的恒光源半导体发光器，光源稳定，其光源寿命长达 20 年，开机时无需预热，可直接使用。 6. 仪表分辨率高达 0.01mg/L。 7. 交直流两用，携带方便，除了能在实验室和固定场所使用外，还可直接现场取水样测量和野外使。															
12	便携式水质分析仪 (总磷)	1	台	技术参数： <table><tr><td>测量参数</td><td>测量范围</td><td>对应试剂</td><td>最小示值</td><td>示值误差</td></tr><tr><td>总磷</td><td>0-5.00mg/L</td><td>I、II、III</td><td>0.01mg/L</td><td>±5%</td></tr><tr><td></td><td>0-10.00mg/L</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 产品特点： 1. 省时，每种参数检测所需时间不到 1 小时。 2. 可自动调零和 1~5 点自动校准。 3. 标准光学玻璃样槽互换性更强。 5. 采用半导体发光器（专利申请号 99226785.2），其光源稳定寿命长。 6. 999 次测量存储功能。 7. 日期显示功能，每次存储对应一个日期和时间，方便查询。 8. 可打印实验结果。	测量参数	测量范围	对应试剂	最小示值	示值误差	总磷	0-5.00mg/L	I、II、III	0.01mg/L	±5%		0-10.00mg/L			
测量参数	测量范围	对应试剂	最小示值	示值误差															
总磷	0-5.00mg/L	I、II、III	0.01mg/L	±5%															
	0-10.00mg/L																		

				9. 全中文菜单，操作简单易懂
13	手持北斗定位系统	1	套	屏幕尺寸：5.7 英寸；分辨率：1440*720；数据线接口：USB-TypeC；系统配置” RAM:6GB;ROM:128GB;工作温度：-20℃-+55℃；湿度：0-95%RH
14	移液枪	1	套	1mL、5mL、10mL 各 2 个，均各带 2 包枪头 量程：500-5000 μ l；操作方式：手动；显示方式：数字视窗
15	分光光度计（水样比色皿槽及参比槽均需适用 40mm 比色皿规格）	1	套	技术指标： 1.1 波长范围：190nm—1100 nm 1.2 波长准确度：±1 nm 1.3 波长重复性：0.2nm 1.4 光谱带宽：2 nm 1.5 杂散光：≤0.05%T 1.6 光度范围：-0.3-3.0 Abs 1.7 光度准确度：±0.002 Abs (0-0.5A)；±0.004 Abs (0.5A-1A)；±0.3%T (0-100%T) 1.8 光度重复性：≤0.001 Abs (0-0.5A) ； ≤0.002 Abs (0.5A-1A) 1.9 基线平直度：±0.002A (200-1000 nm) 1.10 光度噪音：±0.001A 1.11 基线漂移：0.001 A/h (500, 250 nm, 0 Abs 预热后) 仪器功能：

				2.1 具有光度测量、定量测定功能 2.2 具有钨灯、氘灯点灯时间记录功能 2.3 炫彩蓝色 LCD 显示 2.4 支持功能扩展卡（DNA/蛋白质测定、农药残留测定等） 2.5 支持微型打印机、HP 系列喷墨，激光打印机 可与 PC 联机 2.6 整机全模具化制造，整机拆卸维护无需螺丝刀。 内置标准锗钕玻璃波长滤光片 2.7 光路全免调试结构 2.8 自动波长校正和定位、自动光源和样品池切换 开放式光路系统 配置： 主机 1 台 1cm 石英比色皿 2 支 黑挡块 1 个 配套工具 1 套 自动五连池 1 套 氘灯 1 支 钨灯 1 支
16	可见分光光度计	1	套	技术指标：

			光学系统：比例监测双光束 波长范围：325nm—1100 nm 波长准确度：±2 nm * 波长重复性：0.4nm * 光谱带宽：2 nm * 杂散光：≤0.1%T 光度范围：-0.3-3.0 Abs 光度准确度：±0.002 Abs (0-0.5A)；±0.004 Abs (0.5A-1A)；±0.3%T (0-100%T) 光度重复性：≤0.001 Abs (0-0.5A) ； ≤0.002 Abs (0.5A-1A) 基线平直度：±0.002A (200-1000 nm) 光度噪音：±0.001A 基线漂移：0.002 A/h (500, 250 nm, 0 Abs 预热后) * 具有光度测量、定量测定功能 * 段式蓝色 LCD 显示 支持微型打印机、HP 系列喷墨，激光打印机 可与 PC 联机 整机全模具化制造 内置标准锗钨玻璃波长滤光片 光路全免调试结构
--	--	--	--

				自动波长校正和定位、自动光源和样品池切换 开放式光路系统
17	立式压力灭菌锅（内壳容积大于 20-30L）	1	套	产品特点 1 、灭菌器外壳、腔体、提篮均为 304 不锈钢材质制成，耐腐蚀，耐高温，易清洁 2、操作面板多参数显示，压力表读数指示，观察清晰 3、 微电脑控制，LED 数显，PID 功能，加热参数自整定,升温迅速，控温精准 4、安全联锁装置及门控锁，有压力时上盖无法打开，上盖未关闭程序不能运行 5、缺水自动保护功能，水位不足停止加热，缺水声光报警 6、可设定灭菌结束后自动放气及自然冷却降压两种模式显示方式 LED 数码管/压力表 容积 35±3L 加盖方式 手轮 额定工作温度 134℃ 额定工作压力 0.22MPa 灭菌室规格 Ø350×400mm 灭菌室厚度 2mm 内筒厚度 0.8mm

				升温时间 RT-134℃ 40 分钟内 灭菌时间选择范围 4-120min
18	降尘缸（含箱体 2 个装）	2	套	应用领域：用于环境监测，卫生监测大气降尘量、酸雨的采样，也适用于化验、实验室作废液缸和贮放清洁液用。内径：15±0.2cm；高度：30+0.4cm；
19	水质采样器	1	套	应用行业 人工采样器，适合各种第三方检测、环境监测站、污水处理厂、学校、工厂企业、河流、湖泊、海洋养殖场、港口、水处理等需要人工水体取样的环境。环境污染调查和污染监测，尤其适合于分层采集水样的情况，也可用于常规分析采样。 技术指标 采样深度： 15 米（耐腐蚀耐摩擦专用采样绳） 采样环境：无杂草或无其他较大颗粒固体杂质的水中 工作温度：0℃—60℃ 采桶材质：高强度、高分子材质采样桶 配重材质：304 不锈钢，耐腐蚀氧化 配置 主机 1 个 含石油类采样器 2 个 不锈钢水质采样器 4 个

				金刚采样器 1 个
20	样品保存箱（箱体外有数显温度功能）	3	套	应用行业 可与任意水质采样设备配套使用，便于采集水样样品的存储和运输。 技术指标 1. 储水容器：12 个 500ml 聚乙烯储水瓶； 2. 制冷方式：压缩机制，温控范围-20℃到 10℃，递增 1℃； 3. 外形尺寸：331mm×579mm×360mm（宽×深×高）； 4. 箱内尺寸：345mm×245mm×280mm（宽×深×高）； 5. 重量：11.4kg； 6. 功率：48W； 7. 电源：车载电源转换器，外置充电电池（电池容量：1080WH 270000mA，使用时间：36 小时）； 8. 工作环境温度：-5℃ 至 +50℃； 9. 工作环境湿度：5-85%RH； 10. 显示屏：7 寸全彩触摸屏，分辨率 800*480
21	林格曼黑度图及支架（测非道路移动机械）	1	台	标准的林格曼烟气黑度图由 5 张不同黑度的图片组成，可以通过在白色背景上确定宽度的黑色线条和间隔的矩形网格来准确印制。每张图片中，网格所占的面积是 14cm×21cm，每个小格长 10mm，宽 10mm。每张图片上的网格由 294 个小格组成。 配置

				林格曼黑度图 1 个 支架 1 个
22	冰箱温度计	1	套	温度测量误差：±1℃；波动度：±0.5℃；要求含温度计 10 个

备注：

- 1. 核心产品：自动烟尘（气）测试仪（加配空白样取样管）、恒温恒湿称重系统（内含十万分之一天平）
- 2. 核心产品须提供原厂厂家授权；
- 3. 标★参数须按要求提供相关证明材料。

第六章 商务要求

一、项目交货期限及地点

1、交货期限：自合同签订之日起 30 个日历天内完成供货并交付使用。

2、项目地点：采购单位指定地点。

二、价格

1、总价包括货物价款、税金、验收、售后服务等为完成该项目所需的一切相关费用。

2、中标价（成交价）不受国家政策性调价或原材料价格变化的影响。

三、付款方式：签订合同时付合同价款的 30%；供货完成后付合同价款的 40%；项目验收合格付合同价款的 27%；剩余 3%作为质保金。

四、质量保证

1、质保期：所有产品均为终验合格之日起一年。

2、成交人承诺的质保期起始时间为验收合格之日。

3、所有产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期出现的质量问题由成交供应商负责解决并承担所有费用。

五、售后服务

1、如用户在使用过程中发生质量问题，紧急情况需要上门服务的，接到采购方通知后做到立即响应，2 小时到位服务，保证售后服务的及时性。

2、产品性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家及行业相关标准。

六、技术资料

供货时提供包括但不限于以下资料：

1、产品合格证；

2、产品使用说明书；

3、厂家对该产品的出厂配置清单；

4、其它相关资料。

七、验收

1、项目验收分初验和终验：

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物正常使用 10 个日历日后，由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

验收不合格的成交单位，必须在接到通知后 7 个日历日内确保货物、产品通过验收。若接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。招标代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的供应商。

3、验收依据

- （1）合同文本及合同补充文件（条款）。
- （2）产品来源的相关证明材料。
- （3）竞争性谈判文件。
- （4）成交人的投标响应文件。
- （5）合同货物清单。

八、合同实施：

1、成交单位应在合同签订后 3 个日历日内安排人员与采购单位对接采购货物技术参数实施情况。

2、若因成交单位原因未能在竞争性谈判文件要求的时间完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交单位人承担和赔偿。

九、违约责任：

1、按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

3、中标供应商不得将项目任意事项转包或分包，否则采购方有权依据《合同法》有关条款及合同约定终止合同，并要求供货方承担违约责任。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

第七章 政府采购合同文本

甲方：_____

乙方：_____

_____年____月____日，____（采购人名称）以____（政府采购方式）对____（项目名称）项目进行了采购。经____（相关评定主体名称）评定，____（成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经____（采购人名称）（以下简称：甲方）和____（成交供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1. 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 谈判响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

2. 货物

- 1.2.1 货物名称：_____；
- 1.2.2 货物数量：_____；
- 1.2.3 货物质量：_____。

3. 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：_____元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格

总价		

4. 付款方式和发票开具方式

4.1 付款方式：_____；

4.2 发票开具方式：_____。

5. 货物交付期限、地点和方式

5.1 交付期限：_____；

5.2 交付地点：_____；

5.3 交付方式：_____。

6. 违约责任

6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，

对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

7. 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第____种方式解决：

7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

7.2 向____（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的一人民法院名称）____人民法院起诉。

8. 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：	乙方：
统一社会信用代码：	统一社会信用代码或身份证号码：
住所：	住所：
法定代表人	法定代表人
或授权代表（签字）：	或授权代表（签字）：
联系人：	联系人：
约定送达地址：	约定送达地址：
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
开户名称：	开户名称：
开户账号：	开户账号：