

一、采购清单

序号	试剂名称	数量（单位）	备注
1	分布式光纤应力应变测量分析仪	1 台	核心产品，已通过进口产品论证，允许采购进口产品

二、技术参数

- ★1. 测试距离：≥25km；
- ★2. 应变测量范围：-3%到+3%（-30000 到+30000 $\mu\epsilon$ ）；
- ★3. 借助设备自带的高级数据分析软件的校正和分析功能可以在单根光纤测试时实现应变数据与温度数据同时获取及自动分离；
- ▲4. 测量模式：至少具备 BOTDR/BOTDA 两种测量模式；
- ▲5. 自带软件功能要求：分布式光纤应力应变测量分析仪需要配备专门的软件，用于进行测试和高级数据分析；
- ▲5.1 软件测试软件界面人性化，能显示应变、温度、波形以及光纤长度，可以进行差值操作，且能对曲线任意位置进行拖动缩放；
- ▲5.2 对光纤位置定位和长度校正，能进行有效对比和趋势分析；
- ▲5.3 包含过滤、去除零漂及区域映射功能；
- ▲5.4 开放式架构(OA)，允许用户自定义、扩展软件的标准功能。
- 6. 光纤连接器接口：至少包含 FC/APC；
- 7. 接口类型：至少 4 个 USB3.0，至少 2 个 LAN，至少 1 个 HDMI；
- 8. 适用光纤类型:单模光纤；
- 9. 采样点数：大于等于 600000；
- 10. 应变/温度测量精度：≤30 $\mu\epsilon$ /1.5℃ (BOTDR 测量模式)，≤5 $\mu\epsilon$ /0.25℃ (BOTDA 测量模式)；
- 11. 应变/温度测量重复性：≤20 $\mu\epsilon$ /1℃ (BOTDR 测量模式)，≤2 $\mu\epsilon$ /0.1℃ (BOTDA 测量模式)；
- 12. 测量波长：1550±2 nm(BOTDA/BOTDR 模式)；
- 13. 频率扫描范围：9-13GHz (BOTDA/BOTDR 模式)；
- 14. 频率扫描步长：1-50MHz (BOTDA/BOTDR 模式)。
- 15. 配置要求：相关配套的数据采集模块（运行内存 32G×2，固态内存 2T，机械硬盘 5T×2）；相关配套的数据处理模块（CPU R7 9800X3D, GPU 5070ti，运行内存 32G×2，固态内存 2T，机械硬盘 5T×2）；熔接机 1 台；切割刀 2 个；设

备验收用单模 2mm 铠装光缆不少于 25 公里，光纤跳线 FC/APC 接头 20 根；相关附件（包含用户手册 1 个，测试报告 1 个，光纤跳线接头清洁器 1 个，校准单元 1 套）。

注：以上配置为最低要求。

16. 具备远程访问接口；
17. 满足多个给定测量数据之间的比较；
18. 满足高级标记，用于数据处理，数据分析，多数据，多曲线交叉参考；
19. 满足自动连续应变监测；
20. 光系统容许最大损失：12dB；
21. 测量距离范围 $\leq 50\text{m}$ 时，最短测量时间 ≤ 30 秒；
22. 最小脉冲宽度：0.2ns；
23. 提供至少 3 次返原厂维修（费用包含在报价中）；
24. 具备可扩展通道功能，拓展后通道数 ≥ 2 。