

# 采购清单

采购单位		北京中医药大学孙思邈医院			备案函号		ZCSP-铜川市-2025-00963	
项目名称		北京中医药大学孙思邈医院中医药传承创新示范试点中医优势重点专科第三批医疗设备项目						
财政拨款		¥ 1,272,000.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 0.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他医疗设备	血液透析机（单泵）	171,000.00	2	台	342,000.00	标准配置 1. 支持血液透析、单纯超滤和序贯透析治疗模式。 2. 采用复式泵加脱水泵的平衡与脱水控制系统。 3. 在泵和电磁阀上配置专门的电极，进行动作监视。 4. ≥15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转，全中文操作系统。 5. 具有报警指示灯。 6. 具有双透析液过滤器组件，透析液经过双重过滤。	
2	其他医疗设备	血液透析滤过机（双泵）	190,000.00	2	台	380,000.00	一、标准配置 1. 支持血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-line HDF和On-line HF的治疗模式。 2. 采用双容量平衡腔或复式泵加脱水泵的平衡与脱水控制系统。 3. ≥10英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转，全中文操作系统。 4. 具有报警指示灯。 5. 具有监测泵前动脉压、透析器血液入口压、静脉压、跨膜压的功能。	
3	其他医疗设备	电子喉镜及成像系统（耳鼻喉内窥镜系统）	550,000.00	1	套	550,000.00	医用内窥镜摄像系统 1、摄像主机支持≥4K分辨率视频输出和全高清分辨率视频输出； 2、摄像头≥3组1/3英寸 CMOS传感器（须提供证明资料）； 3、传感器采集像素：≥3840*2160； 5、摄像系统分辨率：≥100LP/mm 6、采用触摸屏，屏幕尺寸≥8英寸，同时可显示手术图像，应急时可使用；	
4								
5								