

采购清单

采购单位	商洛市商州区人民医院			备案函号	ZCSP-商州区-2025-00125		
项目名称	商洛市商州区人民医院数字X射线摄影系统(DR)维保服务采购项目						
财政拨款	¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00		
其他财政资金	¥ 172,000.00			保障性资金	¥ 0.00		
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	综合医院服务	商洛市商州区人民医院数字X射线摄影系统(DR)维保服务采购项目	172,000.00	1	项	172,000.00	<p>一、设备信息 数字化X射线摄影机(DR)；品牌：韩国MIS；型号：MXHF-1800DR 二、维保内容： 1. DR相关的所有设备设施：(包括但不限于球管、平板、高压发生器、诊疗床、电动门、阅片工作站、稳压电源、UPS及所有配件等)。 2. 维保所使用材料费用的承担：所有DR相关的设备设施所产生的维修、维护、配件及人工等一切费用均包含在中标价范围内。 3. 维保服务要求： 3.1 提供定期上门维护维保、不限次的人工上门服务、不限数量的备件更换。 3.2 服务期内，维保公司需向采购方提供24小时×365天专线支持的报修电话，接到采购方报修电话后1小时内电话响应。若电话交流无法解决，则在接到保修电话后工程师<8小时内到达现场维修。备件到达现场并维修完毕时间：国内配件到达场地时间并维修完毕36小时内；国外备件到达场地并维修完毕时间5天内。 3.3 维保公司保证保修期内设备的开机率≥96%（按照全年365天计算），停机时间每超过一天，维保服务合同期限自动顺延5天。 3.4 每年度提供原厂标准的校准及保养服务不少于4次，并提供保养报告。维保的内容包含但不限于设备清洁、安全检查、影像质量检查、性能测试及校准等。负责机器调试到最佳状态，并保证全部测试指标达标。 3.5 维保公司所提供的备件材料</p>

							应符合国家质量标准，须保证必须为原厂原装备件材料，并保障更换的备件达到设备的正常运行标准要求，在更换相关设备设施前应由院方检查确认质量符合要求后才可使用。每次完成维保工作后（包括检测、清洗、维护、更换、日常巡检等），均应以书面形式通知院方进行验收，否则视为无效工作。3.6维保公司应根据需要对院方工作人员进行相关的技术培训及指导。3.7因系统升级或配件更换等造成院方侵权等法律纠纷，中标方承担全部责任。3.8投标供应商须具备维保服务经验、服务案例、维修工程师（提供证明材料）。
2							
3							
4							
5							