

渭南市第二医院128CT与核磁维保服务采购需求

一、基本要求

- 1、功能要求：完成渭南市第二医院飞利浦 128 排 CT(Brilliance iCT)1台，飞利浦 Achieva1.5T 1台的维保服务。
- 2、采购项目需要落实的政府采购政策：
 - ①、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号)；
 - ②、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；
 - ③、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；
 - ④、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)；
 - ⑤、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；
 - ⑥、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；
 - ⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；



⑧、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号);

⑨、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号);

⑩、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)。

3、服务期限：2年,每年考核，考核合格后续签下年度合同

4、服务地点：渭南市第二医院

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，则统一执行最新标准、规范，

三、服务指标的具体要求

采购内容:完成渭南市第二医院128CT与核磁维保服务;

主要功能或目标:完成渭南市第二医院飞利浦 128 排 CT(Brilliance iCT)1台，飞利浦 Achieva1.5T 1台的维保服务

维保责任及要求:

1、服务时间：全年 365*24 小时无节假日服务，具有维修服务专用电话;

2、电话响应时间：≤1 小时；工程师到场时间：≤8 小时；



3、备件到达现场时间：普通零配件 ≤ 24 小时，重大型配件 ≤ 72 小时；

4、开机率保证：全年 $\geq 95\%$ ；即全年停机不超过 18 日历天。如超过 1 天，保修时间顺延 5 天并扣除维保费3000 元/天。

5、技术要求：

（1）服务期内对 CT 设备每年提供 4 次定期维护、保养、计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）球管使用情况检查；（4）重建系统检查；（5）滑环通讯检查；（6）软件等等。

（2）服务期内对飞利浦 Achieva 1.5T 核磁添加液氮，以及包含冷头、氮压机、水冷系统、空调、线圈的保修服务。

6、提供定期维护、保养、调校服务，每年不少于4次常规保养服务；提供详细的保养计划,包含但不限于：设备清洁、系统性能测试及校准、电气环境检测等。

7、服务人员要求：提供至少4名培训合格的工程师(提供培训证书扫描件和人员在职证明并加盖公章)。

8、设备故障报修：不限次数人工上门服务。



9、提供《维修报告》、《保养报告》、《设备年度保养报告》
》（装订成册）；

四、拟投入本项目的预算

本项目预算为：105.0万元（包括本次项目所需的人工费、
服务费、管理费、税金、招标代理等所有费用）

五、服务质量、标准、期限、效率等要求

符合国家相关法律、法规及行业质量标准和采购人要求，达到
合格标准。

服务期限：2年,每年考核，考核合格后续签下年度合同。

六、验收标准

验收标准：符合国家相关法律、法规及行业质量标准和采购人
要求，达到合格标准。

验收依据：国家及当地相关的标准和规范。

