

# 关于商洛市中医医院医疗设备更新项目（第一批）

## 招标文件的修改通知

（编号：01）

各投标人：

因项目需要，现对商洛市中医医院医疗设备更新项目（第一批）采购包2的“设备名称4：动态血压记录仪”技术参数★1修改如下：

设备名称4：动态血压记录仪（原招标文件★参数）：

序号	参数类别	技术参数要求
1	产品参数	★1、测量方法：可以采用听诊法（柯氏音法）和示波振荡法两种方法进行血压测量。

设备名称4：动态血压记录仪（修改后★参数）：

序号	参数类别	技术参数要求
1	产品参数	★1、测量方法：可以采用示波振荡法进行血压测量。

其他内容不变，请各投标人务必以本次修改参数内容为准进行投标文件编制，否则因此引起的一切不利因素由各投标人自负。



商洛市中医医院

陕西省九标项目管理有限责任公司

2026年02月12日

