



致君项目管理有限公司

项目编号：ZJBJ-ZC-2026-007

宝鸡市第二人民医院手术麻醉呼吸和生命  
支持系统、神经中央监护分析系统采购项目

# 招 标 文 件

采购单位：宝鸡市第二人民医院

代理机构：致君项目管理有限公司

二零二六年二月



致君项目管理有限公司

## 目 录

第一章 招标公告 .....	2
第二章 投标人须知 .....	7
第三章 合同条款及格式 .....	36
第四章 采购内容及技术要求 .....	43
第五章 评标方法 .....	63
第六章 投标文件构成及格式 .....	71



## 第一章 招标公告

### 项目概况

宝鸡市第二人民医院手术麻醉呼吸和生命支持系统、神经中央监护分析系统采购项目招标项目的潜在投标人应在【全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)】(<http://ggzy.baoji.gov.cn/>) 平台获取招标文件，并于 2026 年 03 月 06 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：ZJBJ-ZC-2026-007

项目名称：宝鸡市第二人民医院手术麻醉呼吸和生命支持系统、神经中央监护分析系统采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：2980300.00 元

采购需求：

合同包 1(宝鸡市第二人民医院手术麻醉呼吸和生命支持系统)：

合同包预算金额：1991200.00 元

合同包最高限价：1676100.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)
1-1	手术室设备及附件	宝鸡市第二人民医院手术麻醉呼吸和生命支持系统	1(项)	详见采购文件	1991200.00

**本合同包不接受联合体投标**

合同履行期限：根据合同要求

合同包2(宝鸡市第二人民医院神经中央监护分析系统采购项目)：



致君项目管理有限公司

合同包预算金额：989100.00元

合同包最高限价：989100.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
2-1	医用电子生理参数检测仪器设备	宝鸡市第二人民医院神经中央监护分析系统采购项目	1（项）	详见采购文件	989100.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：根据合同要求

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1（宝鸡市第二人民医院手术麻醉呼吸和生命支持系统）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知国办发〔2007〕51号，以财库〔2019〕9号为准；（2）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)；（3）财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（4）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)；（5）财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）；（6）《关于运用政府采购政策支持乡村振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（7）《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）；（8）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

合同包 2（宝鸡市第二人民医院神经中央监护分析系统采购项目）落实政府采购政策需满足的资格要求：

同合同包 1



致君项目管理有限公司

### 3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1（宝鸡市第二人民医院手术麻醉呼吸和生命支持系统）特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明书；

（2）财务状况报告：提供 2024 年度经审计的财务报告（包括三表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表及其附注等，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供投标截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明及其基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）；

（3）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内任意三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（4）税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内任意三个月的纳税证明或完税凭证，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（6）提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）供应商须提供法定代表人授权书（法定代表人或负责人直接参与投标，须提交法定代表人证明书）；

（8）所投产品属于医疗器械的，供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，供应商为制造厂商的须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，纳入医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；

（9）供应商不得为“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中被列入重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国执行信息公开网”（<http://z>



致君项目管理有限公司

xgk. court. gov. cn//) 被列入失信被执行人的供应商, 不得为“中国政府采购网”(www. ccgp. gov. cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

合同包 2 (宝鸡市第二人民医院神经中央监护分析系统采购项目) 特定资格要求:

同合同包 1

三、获取招标文件

时间: 2026 年 02 月 09 日至 2026 年 02 月 14 日, 每天上午 08:00:00 至 12:00:00, 下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间)

途径: 【全国公共资源交易平台 (陕西省·宝鸡市)】 (<http://ggzy.baoji.gov.cn/>) 平台

方式: 在线获取

售价: 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间: 2026 年 03 月 06 日 09 时 00 分 00 秒 (北京时间)

提交投标文件地点: 全国公共资源交易平台 (陕西省·宝鸡市) 网站 [首页) 电子交易平台) 陕西政府采购交易系统) 企业端] 上传电子投标文件

开标地点: 全国公共资源交易平台 (陕西省·宝鸡市) 不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求, 通过陕西省政府采购网 (<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

2. 投标人初次使用电子交易平台时, 请先阅读【全国公共资源交易平台 (陕西省·宝鸡市)】 (<http://ggzy.baoji.gov.cn/>) 网站 [首页) 服务指南) 下载专区] 中的《陕西省省级单位电子化政府采购项目投标指南》, 并按要求完成诚信入库登记、CA 认证及企业信息绑定。



致君项目管理有限公司

3. 办理 CA 认证:电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京 CA 四家数字证书公司,各投标人在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家 CA 公司签发的数字证书。

4. 在招标文件获取时间内登录全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)(<http://ggzy.baoji.gov.cn/>),选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录,登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面,选择本项目点击“我要投标”,参与投标活动。请投标人务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

5. 提交投标文件截止时间前,投标人应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的,投标人应登录企业端后,从【项目流程>项目管理>答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件(\*.SXSCF),使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件(\*.SXSTF),系统将拒绝接收。

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称: 宝鸡市第二人民医院

地址: 宝鸡市上马营红卫路

联系方式: 15029176165

#### 2. 采购代理机构信息

名称: 致君项目管理有限公司

地址: 陕西省宝鸡市金台区行政大道 5 号广汇大厦 A 座 3 楼 315 室

联系方式: 0917-3232030

#### 3. 项目联系方式

项目联系人: 致君项目管理有限公司招标部

电话: 0917-3232030



## 第二章 投标人须知

项号	内 容	说明与要求
1	项目名称	宝鸡市第二人民医院手术麻醉呼吸和生命支持系统、神经中央监护分析系统采购项目
2	项目编号	ZJBJ-ZC-2026-007
3	采购人	名称：宝鸡市第二人民医院 地址：宝鸡市上马营红卫路 联系人：刘主任 联系方式：15029176165
4	采购代理机构	名称：致君项目管理有限公司 地址：陕西省宝鸡市金台区行政大道5号广汇大厦A座3楼315室 联系人：招标部 联系方式：0917-3232030 邮箱：846380917@qq.com
5	是否专门面向中小企业采购	本项目为非专门面向中小企业采购项目
6	最高限价	合同包1：采购预算：1991200.00元、最高限价：1676100.00元（超过最高限价按无效标处理） 合同包2：采购预算：989100.00元、最高限价：989100.00元（超过最高限价按无效标处理）
7	投标报价	投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物且验收合格的所有费用，包括但不限于产品费（含相关配件、附件、安装材料）、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、税金等其他一切相关费用。投标报价表中标明本次货物的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。
8	交货期	自合同签订之日起30日历天



9	质量	达到国家现行行业验收规范“合格”标准
10	质保期	整机质保≥3年
11	是否接受联合体	否
12	投标保证金	<p>1、投标保证金的形式：投标保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：银行转账或保函的形式提交保证金。</p> <p>2、投标保证金的金额及账户：</p> <p>合同包 1 投标保证金：叁万元整（30000.00 元）</p> <p>帐户名：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户</p> <p>开户行名称：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部</p> <p>账 号：80602000142101980616990</p> <p>转账备注：16990</p> <p>合同包 2 投标保证金：壹万玖仟元整（19000.00 元）</p> <p>帐户名：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户</p> <p>开户行名称：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部</p> <p>账 号：80602000142101980616992</p> <p>转账备注：16992</p> <p>（1）保证金以投标人汇款, 如以个人汇款，视为无效。</p> <p>（2）投标人未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金（保函）的，将被视为自动放弃投标权利。</p> <p>（3）如以保函形式提交保证金的，至少提前 3 个工作日将保函原件送至代理公司进行查验。</p> <p>（4）保证金的交付单位和投标人的名称必须一致，否则将视为投标无效。</p> <p>（温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账或延迟到账而导致投标文件被拒绝，建议至少提前 1 个工作日到账）</p>
13	资格证明文件	<p>满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：</p> <p>（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出</p>



	<p>具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明书；</p> <p>(2) 财务状况报告：提供 2024 年度经审计的财务报告（包括三表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表及其附注等，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供投标截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明及其基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）；</p> <p>(3) 社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内任意三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；</p> <p>(4) 税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内任意三个月的纳税证明或完税凭证，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；</p> <p>(5) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；</p> <p>(6) 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>(7) 供应商须提供法定代表人授权书（法定代表人或负责人直接参与投标，须提交法定代表人证明书）；</p> <p>(8) 所投产品属于医疗器械的，供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，供应商为制造厂商的须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，纳入医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；</p> <p>(9) 供应商不得为“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）中被列入重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国执行信息公开网”（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a>）被列入失信被执行人的供应商，不得为“中国政府采购网”（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。</p>
--	--



14	现场踏勘和集中答疑	不组织。 供应商认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。
15	投标有效期	投标文件的截止之日起 90 天
16	政府采购信息发布媒体(采购公告、采购结果公告、变更公告)	1. 陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址： <a href="http://ccgp-shaanxi.gov.cn/">http://ccgp-shaanxi.gov.cn/</a> 。 2. 全国公共资源交易平台·(陕西省·宝鸡市)·宝鸡市公共资源交易中心：即宝鸡市公共资源交易平台，提供项目公告和招标文件下载。官网地址： <a href="http://ggzy.baoji.gov.cn/">http://ggzy.baoji.gov.cn/</a>
17	是否允许递交多个备选投标方案	否
18	投标文件递交	本项目采用“不见面开标”方式，各投标人登录全国公共资源交易平台·(陕西省·宝鸡市)·宝鸡市公共资源交易中心下载操作手册，并在投标文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)递交加密版电子投标文件。
19	投标截止时间和地点	投标文件递交截止时间：详见招标公告 投标文件递交地址：详见招标公告 投标文件接收人：致君项目管理有限公司
20	开标时间和地点	开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 开标形式：不见面开标
21	评标方法	综合评分法(详见第五章)
22	纸质投标文件	开标时投标人无需提交纸质投标文件，中标(结果)公告发布后由中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件一正二副。
23	招标代理服务费	参照《国家计委颁发的招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文及《政府采购代理机构管理暂行办法》财库(2018)2号有关规定标准下浮 50%计取。 由中标人承担招标代理服务费。



24	履约保证金	履约保证金的递交形式：银行转账或银行保函 履约保证金的金额：5%签约合同价 保证金提交时间：中标供应商自接到中标通知书后 7 个工作日内，并在签订合同协议之前。
25	评标委员会的组建	评标专家确定方式：评标专家共 5 人，从采购专家库随机抽取 4 人，采购人代表 1 人。
26	需要补充的其他内容	1. 恶意质疑或投诉的投标人，采购人将会上报行政主管部门并列入投标人失信名单。 2. 根据《陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》的规定，投标人在下载文件后，应及时注册登记加入政府采购投标人库。因投标人自身原因未及时登记入库而导致的一切后果由投标人自行承担。
27	是否允许采购进口产品	合同包 1：否 合同包 2：否
28	采购标的所属行业	所属行业：工业（制造业）。 划型标准：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。



## 一. 总 则

### 1. 资金来源

1.1 本次招标采购所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

### 2. 名词解释

2.1 采购人：宝鸡市第二人民医院

2.2 监督机构：同级财政监管部门

2.3 采购代理机构：致君项目管理有限公司

2.4 投标人：是指响应和符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.5 宝鸡市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台·(陕西省·宝鸡市)·宝鸡市公共资源交易中心】的简称，官网地址 <http://ggzy.baoji.gov.cn/>。

2.6 企业端：指宝鸡市公共资源交易平台〔首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〕，快捷登录网址 <http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin>。

2.7 产品是指本招标文件中第四章所述所有产品。

2.8 服务是指投标人为满足招标文件要求而提供的服务。

2.9 节能产品或者环保产品是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.10 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.11 中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的对中小企业的划分标准的企业。



2.12 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.13 残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

### 3. 合格的投标人

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：见投标人须知前附表。

3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人须知前附表。

3.3 本项目的特定资格要求：见投标人须知前附表。

3.4 投标人不得直接或间接地与采购人或采购代理机构有任何关联，亦不得是采购人或采购代理机构的附属机构。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则该投标无效。

3.5 投标人投标流程

使用电子交易系统的采购项目(即线上项目)，提供 PDF 格式(仅用于预览)和 SXSZF 格式(用于制作电子投标文件)两个版本，文件内容一致。

3.5.1 预览招标文件：打开宝鸡市公共资源交易平台〔首页〕交易大厅〕政府采购〕栏目，下载和阅读本项目招标文件的预览版本(PDF 格式)；

3.5.2 办理注册登记(针对初次使用电子交易系统的用户)：

(1) 办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，投标人应先在宝鸡市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

(2) 办理数字认证(CA 锁)：一般分为法人锁(必选)、企业锁主锁(必



选)及副锁(可选)。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构(陕西省数字证书认证中心股份有限公司)负责。

办理须知：<http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html>

(3) 绑定和激活 CA：将数字证书与诚信库中的投标人账户进行绑定。

3.5.3 下载电子招标文件：投标人应登录宝鸡市公共资源交易平台〔首页〕电子交易平台〕陕西政府采购交易系统〕企业端〕，在〔招标公告/出让公告〕模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〔我要投标〕，成功后切换到〔我的项目〕模块，依次点选〔项目流程〕项目管理〕交易文件下载〕免费获取本项目电子招标文件(\*.SXSZF)。请务必在招标文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

3.5.4 制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件(陕西公共资源)”进行编制，编制完成后使用 CA 锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章中的“投标文件”相关内容。

3.5.5 提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

3.5.6 在线参加开标大会：开标当日，投标人法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用 CA 锁(必须与加密文件时的 CA 锁为同一把锁)在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，投标人无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

3.5.7 等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，投标人请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由投标人自行承担。

3.5.8 中标投标人注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购



代理机构在发布中标公告前，应由中标投标人在陕西省政府采购网上完成注册。

3.6 投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

#### **4. 合格的产品（含服务）**

4.1 投标产品（含服务）应满足招标文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。并满足招标文件规定的质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、配送、技术支持和招标文件规定的其他伴随服务等要求。

4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

#### **5. 投标文件内容的真实性**

5.1 投标人应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

## **二. 招标文件**

#### **6. 招标文件构成**

6.1 招标文件要求提供的货物、服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同条款及格式

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评标方法

第六章 投标文件构成及格式



6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3 本招标文件的解释权归致君项目管理有限公司，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

## 7. 招标文件的修改和澄清

7.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改。

7.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间 **15** 日前，在原信息发布媒体上发布变更公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足 **15** 日，将相应顺延投标截止时间。

7.3 澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，投标人下载答疑文件 (\*.SXSCF, 即更新后的电子招标文件)。投标人应及时从宝鸡市公共资源交易平台【首页】电子交易平台【陕西政府采购交易系统】企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，从【项目流程】项目管理】答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件 (\*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件 (\*.SXSTF)，系统将拒绝接收。

**7.4 请各投标人在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：**

(1) 【陕西省政府采购网】(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)中的【首页】信息公告】市级】金台区】；

(2) 【全国公共资源交易网(陕西省·宝鸡市)】(<http://ggzy.baoji.gov.cn/>)



中的〔首页〉交易大厅〉政府采购〕。

7.5 在投标文件递交截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，（具体以全国公共资源交易网(陕西省·宝鸡市)政府采购线上项目要求为准)采购代理机构不再另行通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担。

7.6 已经领取招标文件的投标人对招标文件有疑问的，均应在领取招标文件后 7 个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉及变更的内容在财政部门指定的媒体上发布变更公告，变更部分将作为招标文件的组成部分。

7.7 投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

### 三. 投标文件的编制

#### 8. 投标语言和投标货币

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

8.2 投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效投标处理。

#### 9. 投标文件的构成

9.1 投标人提交的投标文件应包括下列部分的内容：

(1) 按照投标人须知的要求和招标文件规定的格式填写的投标函、开标一览表（报价表）、法定代表人授权书。

(2) 按照招标文件的要求编制的投标方案。

(3) 按照招标文件投标人须知前附表的要求提交的资格证明文件；

(4) 招标文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许



提交一个投标方案，否则，其投标将按照无效投标处理。

9.3 本次投标的最小单元为“项目”，投标人可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行投标，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的各品目进行不完全投标，任何不完全的响应将会被拒绝。

## 10. 投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

10.2 按本章第9条的内容及要求 and 第六章提供的格式和要求编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

## 11. 投标报价

11.1 投标报价：投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物且验收合格的所有费用，包括但不限于产品费（含相关配件、附件、安装材料）、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、税金等其他一切相关费用。投标报价表中标明本次货物的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

11.2 投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将按无效投标处理。

11.3 投标报价：总报价（精确到小数点后二位）。

注：政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 12. 投标文件的制作

12.1 电子投标文件 (\*.SXSTF) 需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件(陕西公共资源)”进行编制。软件下载地址及操作手册：见宝



致君项目管理有限公司

鸡市公共资源交易平台〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html>

12.2 编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件(\*.SXSZF)或答疑文件(\*.SXSCF,即更新后的电子招标文件)导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

**再次提醒：**提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〔项目流程〕项目管理〕答疑文件下载〕获取更新后的电子招标文件(\*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件(\*.SXSTF)，系统将拒绝接收。

### 13. 证明投标人合格的资格的文件

13.1 投标人应按照招标文件“投标人须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不齐全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

### 14. 投标有效期

14.1 投标有效期从递交投标文件的截止之日起 90 天。投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标而拒绝。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。



## 15. 投标文件的式样和签署

15.1 投标文件需由投标人法人代表或经法人代表正式授权的代表签字。授权代表须将按招标文件规定的格式出具的“法人代表授权书”附在投标文件中。电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人 CA 锁”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业 CA 锁”进行签章。若导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

15.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表在旁边签字方有效。

### 15.3 投标人应填写全称，投标文件按招标文件要求加盖投标人公章。

15.4 因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对投标人不利的后果，由投标人自行负责。

## 16. 投标保证金

16.1 保函方式：见投标人须知前附表。

16.2 投标保证金递交截止时间：见投标人须知前附表。

16.3 投标人投标时，必须以招标文件规定的方式提交投标担保，并作为其投标的一部分。开标现场不办理投标保证金收取事宜。若未在投标文件中附投标保证金转账凭证及开户许可证（基本存款账户信息）的，其投标无效。

16.4 退还投标保证金：

(1) 在投标截止时间前撤回已提交投标文件的投标人的投标保证金，将在收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还（无息）。

(2) 所有未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内退还（无息）。



致君项目管理有限公司

(3) 中标人的投标保证金，将在签订合同后 5 个工作日内执合同予以退还（无息）。

16.5 发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还，提供担保函的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失：

- (1) 投标人提供虚假资质谋取中标的；
- (2) 有围标、串标现象，经查证属实的；
- (3) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标的；
- (4) 投标人自行放弃投标资格而未在开标前一天以书面形式告知采购代理机构的；
- (5) 投标人自行放弃中标资格的；
- (6) 中标单位不在规定的时效内领取《中标通知书》的；
- (7) 中标人不按规定支付招标服务费的；
- (8) 中标人因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的；

## 四. 投标文件的递交

### 17. 投标文件的加密和提交

17.1 在生成电子投标文件时，需要使用 CA 锁对投标文件进行加密。

**注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。**

17.2 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录宝鸡市公共资源交易平台〔首页〕电子交易平台〔企业端〕，登录后切换到〔我的项目〕模块下，依次点选〔项目流程〕项目管理〕上传投标文件〕，上传加密后的电子投标文件 (\*.SXSTF)。上传成功后，宝鸡市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

17.3 上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。**中标后提交的纸质文件应从专用制作软件中直接打印，**



**与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。**

## **18. 投标文件的补充、修改和撤回**

18.1 投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

18.2 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

18.3 对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件。

## **19. 关于投标文件的雷同性分析**

19.1 根据陕西省公共资源交易中心 2021 年 7 月 22 日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对投标人的电子投标文件进行雷同性分析。

19.2 雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息(如 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 编号、主板号等)，判断电子投标文件是否出自同一台设备。

19.3 若“文件制作机器码”一致，**则表明不同投标人的电子投标文件出自同一台制作设备**，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》(陕财办采函〔2019〕18 号)，该情形可以视为投标人串通投标，其投标无效。

19.4 若“文件创建标识码”一致，**则表示不同投标人使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件**，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

## **20. 投标文件被拒绝接收的情形**

20.1 误投的或采用旧版电子招标文件制作的；



20.2 逾期提交电子投标文件的。

## 五. 开标与评标

### 21. 开标

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

#### **“不见面开标”基本流程：**

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的投标人在线参与开标的一种组织形式。投标人无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

21.1 投标人登录：开标前，请各投标人至少提前半小时登录宝鸡市公共资源交易平台〔首页·〉不见面开标〕系统，并在线签到。

21.2 主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

21.3 解密投标文件：投标人在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的 CA 锁(必须是同一把锁)”在线完成投标文件解密。除因【宝鸡市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，投标人应在规定的解密时间内完成解密。

21.4 唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示投标人名单及其投标报价。

21.5 开标结束：进入评审环节。投标人请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求投标人做相应的澄清。因投标人擅自离席造成的不利后果，由投标人自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见宝鸡市公共资源交易平台〔首页〉服务指南〉下载专区〕中的《宝鸡市不见面大厅投标人操作手册》。



致君项目管理有限公司

链接地址：

<http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/20210601/03cf1f4c-74f3-4281-b3ac-9dee02765ad7.html>

## **22. 开标环节投标文件视为无效的情形**

22.1 投标人放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

22.2 因投标人自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带 CA 锁、或携带的 CA 锁与加密文件的 CA 锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

22.3 上传的电子投标文件无法正常打开的；

22.4 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

## **23. 突发状况的应急处置**

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

## **24. 评标组织及评标原则**

24.1 按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第 87 号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数，采购人代表须持有授权书。专家人选在省级财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

24.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；



- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

#### 24.3 采购代理机构履行下列职责：

评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费；

24.4 招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

24.5 在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式(由评标委员会专家签字)要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.6 如果投标人在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

#### 24.7 投标文件的初审(含资格性、符合性审查)

24.7.1 采购人审查资格证明文件是否合格齐全，评标委员会审查投标文件是否完整等。

#### 24.7.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标文件中开标一览表(报价表)内容为准；
- (2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标文件中的开标一览表(报价表)的总价为准，并修改单价；



(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

**按上述修正的顺序和方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将按无效投标处理。**

24.7.3 在详细评标之前，根据本须知第 20.7.4 条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

**24.7.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合理要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：**

- 1) 没有按照招标文件要求提供投标文件或投标文件构成有重大缺项；
- 2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 4) 无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；
- 5) 投标人有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 6) 投标报价超过招标文件公布的采购预算或者最高限价的；
- 7) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 8) 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
- 9) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的
- 10) 法律、法规规定的其他无效情形。

#### 24.8 投标文件的详细评审

24.8.1 评标委员会将按照本须知规定，只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审。



24.8.2 详细评审按照第五章“评标方法”的评标方法进行。

#### 24.9 中标候选人的确定

评标委员会完成评标后，向采购人提出书面评标报告，并推荐三名中标候选人，标明排列顺序。

### 25. 评标过程的保密

25.1 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标应做无效投标处理。

### 26. 评标方法

26.1 按照中华人民共和国财政部令第 87 号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表”。

1) 最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2) 综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素(包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务、对招标文件的响应程度等)和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序。

### 27. 评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。在上一步评审中投标人被认定无效投标者，不进入下一步的评审。



## 六. 定标、中标通知与签约

### 28. 定标程序

28.1 评标委员会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐 3 名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

28.2 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后 5 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人。

28.3 确定的中标候选人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

28.4 采购人也可以授权评标委员会评标后直接确定中标人。

28.5 中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

28.6 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

### 29. 中标和落标通知

29.1 采购代理机构在发布中标公告后，采购代理机构向中标单位发出中标通知书。

29.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.3 中标单位在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件。

29.4 采用综合评分法评审的，投标人可登录【全国公共资源交易中心(陕西省·宝鸡市)】网站〔首页〕电子交易平台〕企业端〕，登录后切换到



〔我的项目〕模块，依次点选〔项目流程〉项目管理〉评标结果查看〕，查看本单位的最终得分与排序。

### **30. 中标合同的签订**

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 25 日内，按照招标文件和中标人投标文件(包括评标中形成的澄清文件)的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

30.2 中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选投标人名单排序，确定下一候选投标人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4 采购人自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

30.5 采购人与中标投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### **31. 招标代理服务费**

31.1 参照《国家计委颁发的招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文及《政府采购代理机构管理暂行办法》财库（2018）2 号有关规定标准。

31.2 由中标人承担招标代理服务费。

**32. 履约验收：**涉及履约验收的，验收费用由中标人支付。



### **33. 履约保证金：**

33.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。

采用银行保函时，应由符合相应规定等级的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

33.2 中标人不能按本章第 33.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### **34. 质疑**

34.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

34.2 投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

34.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

34.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

34.5.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

34.5.2 质疑项目的名称、编号；



34.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

34.5.4 事实依据；

34.5.5 必要的法律依据；

34.5.6 提出质疑的日期；

34.5.7 质疑投标人的政府采购投标回执单。

34.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

34.6.1 质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

34.6.2 质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

34.6.3 未在法定期限内提出质疑的；

34.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

34.6.5 应当提交授权书而未提交的；

34.6.6 以非法手段取得证据、材料的；

34.6.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

34.6.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

34.7 质疑答复

34.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

34.7.2 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向**同级财政部门**提起投诉。

34.8.1 质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司(gks.mof.gov.cn)】网站【首页·政府采购管理】栏目中的《政府采购投标单位质疑函范本》。《政府采购投标单位质疑函范本》



致君项目管理有限公司

链接地址：

[http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201\\_2804585.htm](http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804585.htm)

34.8.2 接收质疑函的方式：书面形式

34.8.3 联系部门：致君项目管理有限公司

34.8.4 联系电话：0917-3232030

34.8.5 通讯地址：陕西省陕西省宝鸡市金台区行政大道 5 号广汇大厦  
A 座 3 楼 315 室

## 35. 其他

35.1 废标的情形

35.1.1 招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，投标取消的。

35.1.2 废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

35.2 变更采购方式

35.2.1 存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经同级财政部门同意后，可按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）第四十三条规定的方式处理：

(1) 投标截止后参加投标的人不足 3 家的；

(2) 通过资格审查的投标人不足 3 家的；

(3) 通过符合性审查的投标人不足 3 家的。

## 36. 信用担保及信用融资



36.1 本项目不属于信用担保试点范围。

### **37、落实政府采购政策**

37.1、投标企业政府采购政策

**本项目为非专门面向中小企业采购项目，供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须出具以下要求的任一证明文件或声明函：**

(1) 采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定，供应商须提供均由中小企业制造的货物、承建的工程或承接的服务，并提供《中小企业声明函》（格式见附件一），本项目采购所属行业为工业（从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业）。

(2) 监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(3) 残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件二）。

37.2、落实企业政府采购政策的相关措施：

#### **37.2.1、政策性扣减范围**

1.1 投标人符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2 依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通



知（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

**（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。**

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.3 采购人拟采购产品属于优先采购节能环保产品范围的，应当优先采购节能环保产品，《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号文）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号文）中品目清单内的产品，投标人在投标时提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。



### **37.2.2、政策性扣减方式：**

2.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予 10%的扣除（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%作为其价格分。

2.2 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%（工程项目为 1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.3 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

2.4 投标人享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

### **37.3、陕西省中小企业政府采购信用融资办法**

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。

37.4、供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假响应，将取消其投标资格。



致君项目管理有限公司

### 第三章 合同条款及格式

档案编号：NO. \_\_\_\_\_

# 宝鸡市第二人民医院 医疗器械（设备）采购合同

甲 方： 宝鸡市第二人民医院 \_\_\_\_\_

乙 方： \_\_\_\_\_

签订日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



致君项目管理有限公司

合同编号： \_\_\_\_\_

签订地点： \_\_\_\_\_ 宝鸡市第二人民医院

签订时间： \_\_\_\_\_

采购人（甲方）： \_\_\_\_\_ 宝鸡市第二人民医院

供应商（乙方）： \_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，为保证采购项目的顺利实施，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则甲乙双方就（项目名称）（项目编号： \_\_\_\_\_），签订本合同，并共同遵守如下条款：

### 第一条 合同内容

供货一览表

产品名称	品牌及型号	单位	数量	单价（元）	小计（元）
合计（大写）				小写：	

### 第二条 合同价款

1、合同总价为人民币大写： \_\_\_\_\_， RMB¥： \_\_\_\_\_元。

2、本合同总价是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

3、本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

4、医院仅提供施工场地，乙方需完成宝鸡市第二人民医院医疗设备安装及调试等完成该项工作所需的一切施工、料、机、小型机具费、低值易耗辅助材料、返工费、水电费、措施费、管理费、保险费、利润、税金等一切合同明示和隐含的责任、义务工作内容以及风险。

### 第三条 合同结算

1、付款方式：乙方应在合同签订前7个工作日内，向甲方提交合同总款5%的履约保证金（



致君项目管理有限公司

可采用银行保函或转账形式)；设备到达甲方指定地点并经甲方初步验收合格后，甲方向乙方支付货款40%；设备安装、调试完毕并经甲方最终验收合格且交付使用后，甲方向乙方支付货款60%；质保期满后，经甲方确认设备无质量问题，一次性无息退还供方履约保证金。

2、支付方式：银行转账。

3、结算方式：甲方负责结算，每次付款前乙方开具对应的足额发票。

#### **第四条 交货时间与地点**

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1、交货时间（期限）：自合同签订之日起30日历天内，甲方有权根据实际运营需求提前3日历天书面通知乙方调整交货时间，乙方应无条件配合，不得以此为由要求增加任何费用，甲方不承担任何违约责任。

2、交货地点：宝鸡市第二人民医院指定地方；

#### **第五条 质量保证**

1、产品的质保期为整机质保 $\geq 3$ 年。

在设备质保期内，如因设备本身缺陷或故障导致甲方医疗业务中断、患者人身伤害或其他重大损失的，乙方应在接到甲方通知后2小时内响应，24小时内到场处理，48小时内修复或更换设备，否则甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿全部损失。

2、乙方应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内，对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题承担全部免费维修、更换责任；质保期外，如经甲方确认系产品设计、工艺或材料的固有缺陷导致的质量问题，乙方仍需承担维修责任，仅收取元器件成本费（需提供明细供甲方核实），该责任不因质保期届满而免除。

3、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，甲方有权选择要求乙方免费更换合格产品、维修至符合标准、减少价款或退货等方式主张权利。乙方在接到甲方质量索赔通知后，应在24小时内响应，市区内4小时内到达现场，48小时内完成故障排查及修复；若无法在48小时内修复，乙方应立即提供同型号或不低于原设备技术标准的备用设备供甲方使用，直至故障设备修复完毕；若乙方未按上述要求履行义务，甲方有权委托第三方进行维修，产生的所有费用由乙方承担，甲方可直接从履约保证金或未付货款中扣除。

4、质保期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由乙方承担。质保期外，只收取已维



修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

如因设备存在缺陷被国家药监部门、卫生健康行政部门通报、召回或禁止使用的，乙方应无条件配合甲方进行设备更换、退货并承担由此产生的全部损失。

## **第六条 权利保证**

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3、乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4、如甲方因使用该货物被第三方主张侵权、提起诉讼或遭受任何损失（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、鉴定费等），乙方应立即出面处理并承担全部相关事务及费用，确保甲方免受任何损失，并负责及时消除对甲方的不利影响。

## **第七条 包装**

乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

## **第八条 运输**

1、乙方负责所有产品的运输，确保采购产品安全、完整到达甲方指定地点。运杂费用已包含在合同总价内，包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

2、运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。所有采购货物在运输、搬运的过程中，造成甲方设备损坏或其他财产损失的，乙方应在接到甲方通知后7日历天内完成修复或更新，修复或更新后的设备需完全符合原合同约定的质量、规格及技术指标，并承担甲方因此遭受的全部直接及间接损失。

## **第九条 货物验收**

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件中的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方的签收仅代表确认货物送达，不视为对货物质量、规格的最终验收，最终验收以设备安装调试合格并符合合同约定标准为准。

2、乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。



致君项目管理有限公司

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到设备连续稳定运行72小时以上，且完全符合合同及附件约定的所有技术要求。乙方完成所有货物的交付、安装、调试及操作人员培训后，甲方应组织最终验收。验收合格以货物连续稳定运行72小时以上并完全符合合同及附件约定的所有技术要求为标准。最终验收合格前，甲方有权拒绝支付合同第三条所述的‘安装、调试、验收合格、交付使用后’的货款。

4、对技术复杂的货物，甲方有权邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。乙方应向甲方提供完整的验收资料，包括但不限于产品合格证明、检测报告、操作手册等。甲方有权委托第三方专业机构对设备进行检测，检测费用由乙方承担，如检测不符合要求，甲方有权拒收该设备。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

#### **第十条 安装、调试及技术培训**

1、乙方负责所有产品的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。

2、设备安装调试完毕后，乙方必须安排资深技术人员采用理论与实操相结合的方式，对甲方的管理人员及操作人员进行不少于8课时的操作应用、维护保养及故障排查技能培训，确保参训人员能独立熟练操作设备、进行日常维护及处理常见故障。乙方需向甲方提供完整的书面培训资料、操作手册及操作视频并留存归档，后续为甲方提供免费的技术咨询服务，直至甲方操作人员能独立、熟练操作设备为止。

#### **第十一条 售后服务**

1、产品质保期：整机质保≥3年；

成交供应商应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、质保期外，乙方仍应对因其产品本身的设计、工艺或材料缺陷所导致的质量问题承担责任，该责任不因质保期届满而免除。

2、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购人有权向成交供应商提出索赔。

3、保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由成交供应商承担。保修期外，乙方接到甲方报修通知后需在2小时内响应，24小时内到达现场提供服务；乙方收取的元器件成本费用需提供详细的采购及成本明细，甲方有权核实，未经甲方确认的费用甲方不予支付。未尽事宜由双方协商解决。

#### **第十二条 违约责任**



致君项目管理有限公司

1、若乙方发生违约行为，甲方有权依据本合同的约定及法律规定追究乙方的违约责任。。

2、乙方履约延误

(1) 如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。

(2) 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方有权对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一日的赔偿费按迟交货物交货价的千分之一计收，直至交货或提供服务为止。若乙方延误交货超过15日历天，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

3、乙方未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方有权单方解除合同，对乙方违约行为进行追究，同时，甲方有权依据政府采购相关法律法规的规定追究乙方的法律责任。

### **第十三条 争议的解决**

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

### **第十四条 合同文件**

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 1、本合同书
- 2、补充协议
- 3、中标通知书
- 4、投标文件(含澄清文件)
- 5、招标文件(含采购文件补充通知)

### **第十五条 合同生效及其他**

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式六份，甲乙双方各执三份。



致君项目管理有限公司

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

电 话：

电 话：

签约日期：

签约日期：

采购人（甲方）： \_\_\_\_\_ 宝鸡市第二人民医院 \_\_\_\_\_

供应商（乙方）： \_\_\_\_\_



## 第四章 采购内容及技术要求

### (合同包 1) 宝鸡市第二人民医院手术麻醉呼吸和生命支持系统技术要求

#### (一)、采购内容

序号	设备名称	单位	数量
1	麻醉机	5	台
2	麻醉监护仪	5	套
3	回路消毒机	1	台
4	除颤监护仪	1	台
5	加温毯	1	套
6	双通道微量注射泵	3	套
7	输血输液加温仪	1	台
8	便携式电子支气管镜	1	套
9	电动吸引器	3	台
10	麻醉台车	5	辆

#### (二)、技术要求

##### 一、麻醉机

##### (一) 基本要求:

1. 适用于成人、儿童和新生儿的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理。
2. 电动电控或气动电控，支持在中央供气和备用气瓶供气自动切换
3. 带可锁定脚轮、工作台及抽屉。

##### (二)、技术参数

- ▲1. 在中央气源中断的情况下，呼吸机可继续进行机械通气，保证病人安全。



2. 可进行机械通气、手动通气/自主呼吸；具有IPPV、VCV、PCV等通气模式。
- ▲3. 潮气量设定范围： $\geq 10 - 1500$  ml。
4. 呼吸频率：3 - 100 次/分钟。
5. I：E比 4:1-1:10。
6. PEEP：关、2-30cmH<sub>2</sub>O。
7. 气道压：0-7kPa，可调节，超限报警。
8. 吸气流速： $\geq 180$ L/min。
9. 集成呼吸回路，耐 $\geq 134^{\circ}\text{C}$ 高温高压蒸汽灭菌。
10. 双CO<sub>2</sub>吸收罐，CO<sub>2</sub>吸收罐容量1.5升，支持单手快速更换钠石灰。
11. 一体化的回路主动加热系统（可关闭）。
12. APL阀调节范围：5 - 70 cmH<sub>2</sub>O，可调节。
13. 标配主动式麻醉废气排放处置装置（AGSS），可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低），具有采样气体排放接口。
14. 标配七氟醚挥发罐 $\geq 1$ 个，与麻醉机主机为同一生产厂家。
15. 双罐位，挥发罐具有压力、流量、温度自动补偿；密闭性好，无需排空转运。
16. 具备互锁、零泄漏及自锁功能
17. 能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在0.2 - 15L/min。
18. 全中文操作菜单，中文提示报警原因及解决方案。
19. 全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能。
20. 全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器。
21. 通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和 $\Delta VT$ ）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（C<sub>dyn</sub>）；阻力（R）；弹性（E）；I：E。
22. 气体监测：O<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>O、CO<sub>2</sub>及麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可监测混合麻醉气体。氧浓度监测采用顺磁氧技术，无耗品。
23. 呼吸环：压力/容量环和流速/容量环（PV、FV）。
24. 报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。
25. 自动xMAC监测和报警功能，可自动激活xMAC低报警。



26. 吸入和呼出端采用高精度流量传感器监测流量，易于拆卸。
27. 内置UPS后备电池，后备电池使用时间 $\geq 90$ 分钟。
28. 标配设备带供氧 $\geq 5\text{m}$ 软管，供空气 $\geq 5\text{m}$ 软管，排废气 $\geq 5\text{m}$ 软管和40L氧气钢瓶供氧管路及调压器。
29. 使用期限 $\geq 8$ 年。

## 二、麻醉监护仪

- 1、监测参数：ECG（3/5/12 导联，ST/QT/心律失常分析）、RESP、NIBP、SpO<sub>2</sub>、PR、TEMP、呼末CO<sub>2</sub>。
- 2、2通道有创压监测。
- 3、适用于：成人、儿童、新生儿。
- 4、工作模式：连续监测、SpotCheck（择点抽查）、间隔自动抽查、转运模式。
- 5、报警与安全：声光三级报警，所有阈值可调。
- 6、全中文操作菜单。
- 7、标配ECG五导联电缆。
- 8、无创血压连接管 $\geq 3$ 米。
- 9、无创血压袖带，成人、儿童重复性使用，型号M、L。
- 10、腔内温度探头，成人可重复使用 $\geq 3$ 米。
- 11、SpO<sub>2</sub>扩展缆线 $\geq 3$ 米。
- 12、血脉氧夹，软指套式（可调节），成人、儿童重复性使用。
- 13、使用年限 $\geq 10$ 年。

## 三、回路消毒机

- ▲1、可采用臭氧、过氧化氢、复合醇多种消毒剂消毒；雾化-消毒-干燥全自动完成。
- 2、适用于麻醉机、呼吸机回路及同类腔体管道内表面高水平消毒。
- 3、 $\geq 7$ 寸彩色触摸液晶显示屏，一键操作实现雾化-消毒-干燥的全自动消毒灭菌程序。
- 4、工作模式：2个程序模式（麻醉机/呼吸机）+1个手动模式。
- 5、全流程耗时 $\leq 45$ 分钟。
- 6、输入臭氧浓度： $\geq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 。



- 7、臭氧排放/残留浓度 $\leq 0.16\text{mg}/\text{m}^3$ 。
- 8、残气处理：内置 高效催化分解+吸附系统。
- 9、数据记录：微型打印机，及时打印消毒记录。
- 10、消毒过程中，无需使用一次性过滤装置；可人机共存，无需单独操作空间，无消毒场所面积大小要求。
- 11、消毒级别：能够杀灭细菌芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求。
- ▲12、消毒效果：枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数值为 $\geq 3.0$ 。
- 13、加液方式：自动加液，超大容积消毒液，无需频繁换液。
- 14、消毒机机身带有消毒仓（非外置消毒仓），可消毒呼吸机吸入和呼出端阀及部分手术器械等。
- 15、使用期限 $\geq 5$ 年。

#### 四、除颤监护仪

- 1、低能量智能双相截顶波。
- 2、显示屏 $\geq 7$ 寸高分辨率彩色液晶显示屏。
- 3、除颤能量的能量 $\leq 240\text{J}$ 。
- 4、每次充电到除颤仪标识的最高能量时间 $\leq 6$ 秒，在AED成人模式下，固定能量的选择 $\leq 150\text{J}$ 。
- 5、AED功能具备一键切换到成人、儿童及婴幼儿模式。
- 6、成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。
- 7、除颤能量调节采用旋钮选择方式，开机同时选择能量，方便快捷节约抢救时间。
- 8、标配手动除颤、AED和同步电复律功能。
- 9、操作模式：手动除颤模式、AED模式、监护模式起搏功能等。
- 10、具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间 $\leq 8$ 秒。
- 11、具备体外起搏功能。
- 12、可进行持续心电监护，可识别 $\geq 9$ 种常见的心率。
- 13、标配 $\geq 3$ 导心电监护，具备生命体征趋势回顾功能。
- 14、手柄上具有电极板在病人身体上所放位置指示图。
- 15、具备电量容量状态指示灯。



致君项目管理有限公司

- 16、电池使用时间 $\geq 2.5$ 小时。
- 17、可重复充电锂电池， $\geq 100$ 次最高能量充电/电击。
- 18、具备智能关机自检功能。
- 19、具备自检待机状态灯指示功能。
- 20、内部事件总结可在每份事件总结中存储 $\geq 8$ 小时的2条持续 ECG波形。
- 21、存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息。
- 22、配备 $\geq 50\text{mm}$ 热阵列打印机。
- 23、使用期限 $\geq 7$ 年（提供同型号铭牌或使用说明书照片证明）。
- 24、提供装机验收前6个月内出厂的产品。

## 五、加温毯

- 1、产品组成：由恒温器、加温垫（毯）、体温传感器组成；
- 2、垫（毯）子加热方式：24V直流安全电压电加热；
- 3、触摸屏操作，可实时显示温度；
- 4、接触面温度控制： $33^{\circ}\text{C} \sim 39^{\circ}\text{C}$ ，调温精度 $\leq 0.1^{\circ}\text{C}$ ；
- 5、过高温度报警： $41.5^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ；
- 6、恒温器主机具备双通道输出、双通道体温监测功能；
- 7、工作模式：自动加温模式、手动加温模式；
- 8、具有安全保护功能；
- 9、垫（毯）子加热部分采用碳纤维发热材料，可透过X光；可重复使用；
- 10、垫（毯）子组成：材料符合绿色环保要求，加温垫内置的压力缓解垫能有效预防褥疮；不使用时可卷曲存放；
- ▲11、具有防水排气功能，防水等级 $\geq \text{IPX7}$ （提供证明文件）；
- 12、具有网电源故障报警、超温报警等功能，报警种类 $\geq 5$ 种；
- 13、恒温器可连接体温探头，体温探头采用医用体温探头，实时显示病人体温；
- 14、主机使用寿命 $\geq 6$ 年；一个主机配备两条可重复使用加温毯。

## 六、双通道微量注射泵

1. 注射器规格（规格5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml）。两个通道可以同时使用，运行中可以设置新的注射速度。
2. 注射泵精度：恒速模式下输注流速的允差为 $\pm 2.0\%$ ，不包含机械误差1%。



致君项目管理有限公司

3. 标配电池，断电支撑 $\geq 30$ 分钟。
4. 使用期限 $\geq 10$ 年。

### 七、输血输液加温仪

- 1、具有双通道输血输液加温功能，左右通道可独立工作；
- 2、可对液体进行持续加温输注；
- 3、温度调节范围 $33^{\circ}\text{C}-43^{\circ}\text{C}$ ；
- 4、温度精度： $\leq 0.1^{\circ}\text{C}$ ；
- 5、加热速度：从较低温度（如 $20^{\circ}\text{C}$ ）升温至目标温度（如 $38^{\circ}\text{C}$ ）所需时间 $\leq 3$ 分钟；
- 6、温度显示：可显示温度设置和实际温度；
- 7、报警功能：如温度过高和过低报警，及设备故障报警等；
- 8、加热的液体类型，如血液、营养液等；
- 9、具有防漏电、防干烧等功能；
- 10、设备使用期限 $\geq 5$ 年。

### 八、便携式电子支气管镜

- 1、视场角 $\geq 120^{\circ}$ ，允差 $\pm 15\%$ ；
- 2、工作软管有效长度 $\geq 600\text{mm}$ ；
- 3、景深 $3\text{mm}-100\text{mm}$ ；
- ▲4、插入管规格：插入部外径 $\leq 3.2\text{mm}$ ，工作通道内径 $\geq 1.2\text{mm}$ ；
- 5、镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上 $\geq 180^{\circ}$ ，向下 $\geq 130^{\circ}$ ，允差 $\pm 10^{\circ}$ ；
- 6、操作手柄插入管具备旋转功能，从初始位置顺时针、逆时针允许旋转 $\geq 120^{\circ}$ ，允差 $\pm 10\%$ ；
- 7、前端内置LED光源，LED光源光照度 $\geq 1000\text{Lux}$ ；
- 8、操控部手柄遥控按钮 $\geq 2$ 个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，图像缩放等预设功能；
- 9、成像原理：全电子CMOS成像技术，工作软管内不含导像及导光纤维；
- 10、全密封防水设计，具备防雾功能；
- 11、吸引量 $\geq 90\text{ml}/\text{min}$
- 12、电子支气管镜接触患者部分的插入管采用聚氨酯材料、弯曲部采用氟橡胶材



致君项目管理有限公司

料、头端部使用PEEK材料；

13、洗消方式 $\geq 2$ 种，自带保护帽，ETO帽，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消；

14、吸引按键可分解成密封件、键体、键帽、键杆4部分，经消毒灭菌后可重复使用；

15、轻质化镜体：镜体总重量 $\leq 350\text{g}$ ；

16、充电式锂电电池，电池容量 $\geq 2200\text{mAh}$ ，待机时间 $> 90$ 分钟；

17、内置  $\geq 16\text{G}$  内存，可拍照 $\geq 30$  万张，或录像  $\geq 16$  个小时；

18、屏幕 $\geq 3$ 英寸，颜色 $\geq 6$ 种，显示器上下翻动 $\geq 180^\circ$  允差 $\pm 10\%$ ；

19、显示屏具有录像显示及电量提示功能，具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标识；

20、开机时间： $\leq 3$ 秒 即能实现即插即用的内镜图像使用；

21、使用期限 $\geq 6$ 年；

## 九、配套电动吸引器3台

## 十、配套麻醉台车5辆

### （三）商务要求

#### 一、交货地点及交货期

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货期：自合同签订之日起 30 日历天。

#### 二、合同价款

1、本合同总价是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

2、本合同总价还包含成交供应商应当提供的伴随服务和售后服务费用。合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

#### 三、合同结算

1、付款方式：乙方应在合同签订前7个工作日内，向甲方提交合同总款5%的履约保证金（可采用银行保函或转账形式）；设备到达甲方指定地点并经甲方初步验收合格后，甲方向乙方支付货款40%；设备安装、调试完毕并经甲方最终



验收合格且交付使用后，甲方向乙方支付货款60%；质保期满后，经甲方确认设备无质量问题，一次性无息退还供方履约保证金。

2、支付方式：银行转账。

3、结算方式：采购人负责结算，成交供应商开具足额发票。

#### 四、质量保证

1、质保期：整体质保 $\geq 3$ 年；

2、成交供应商应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责；

3、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购人有权向成交供应商提出索赔。

4、保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由成交供应商承担。保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

#### 五、包装、运输、安装、调试及培训要求

(1) 包装：成交供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由成交供应商负责。

(2) 运输：成交供应商负责所有产品的运输，确保采购产品安全、完整到达采购人指定地点。运杂费用已包含在合同总价内，包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等；运输方式由成交供应商自行选择，但必须保证按期交货，所有采购货物在运输、搬运的过程中，造成采购人损失的，由成交供应商为采购人修复或更新。

(3) 安装、调试：成交供应商负责所有产品的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。

(4) 技术培训：设备安装调试完毕后，成交供应商必须安排技术人员对采购人的管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

#### 六、售后服务



致君项目管理有限公司

1、成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

2、质保期内提供 7\*24 小时上门服务。质保期内出现质量问题，成交供应商维修人员应在 2 小时内响应，8 小时内响应到场，24 小时内排除故障，使设备恢复正常使用；如货物经 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，采购人有权退货并追究成交供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，成交供应商亦应负责修复，但费用由采购人负担。

3、中标方提供的技术支持服务包括电话技术支持、现场技术支持等服务，提供 24 小时维护服务；

4、特殊情况派驻售后服务人员现场支援，保障装备运行正常；

## 七、验收

1、采购人对成交供应商提交的货物依据采购文件中的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、成交供应商交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3、采购人对成交供应商提供的货物在使用前进行调试时，成交供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时成交供应商必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由成交供应商负责。

## 八、知识产权

应保证所提供的货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，如因以上原因导致发生与此有关的罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他责任本单位不承担任何责任。

**注：商务条款不允许负偏离，否则将被视为无效投标文件。**



## (合同包 2) 宝鸡市第二人民医院神经中央监护分析系统采购项目技术要求

### (一)、采购内容

序号	设备名称	单位	数量
1	数字化视频脑电图仪	套	1
2	超声经颅多普勒血流分析仪	套	1
3	多导睡眠监测仪	套	1
4	眼震视图仪	套	1
5	电脑控温降温系统	套	1
6	配套设备及设施	批	1. 心电监护仪 1 台 2. 12 导联心电图机 1 台 3. 脑电盘状电极、柱状电极、闪光刺激仪 各一套 4. 专用医师椅 3 套。 5. 诊查床 3 张。

### (二)、技术要求

#### 一、数字化视频脑电图仪：

##### (一) 数字化视频脑电图仪主机系统

1. 功能概述：同步记录脑电图和患者的视频影像，观察和分析脑电图活动与临床症状的关系。适用与成人和儿童的癫痫及其他神经系统疾病的诊断。
2. 传输方式：有线传输或无线传输。
3. 通道配置：≥24 通道配置，≥16 导常规脑电通道，≥4 导中央顶电极、≥2 导耳电极。



致君项目管理有限公司

4. 具有电极脱落实时监测功能。
- ▲5. 输入阻抗： $\geq 100\text{M}\Omega$ （要求提供检测报告证明）
6. 共模抑制比： $\geq 100\text{dB}$
7. ▲噪音： $\leq 1.5\text{uVp-p}$
8. 数模转换： $\geq 16\text{bits}$
9. 带宽：0.001~4000Hz
10. ▲采样精度： $\leq 0.155\mu\text{V}$
11. 采样频率：1-2000HZ，可调
12. 高频滤波： $\geq 70\text{Hz}$
13. 低频滤波： $\leq 0.53\text{Hz}$
14. 陷波滤波器：具备，50/60Hz，开、关时
15. 扫描速度：0.5-15cm/s 或 6-240mm/s 或 0.5-100 秒/屏
16. 脑电同步视频摄像头：网络高清摄像头，分辨率 $\geq 1920\times 1080$ 。具备广角或可调节焦距，配备红外夜视装备，高保真麦克风，可同步记录患者声音。摄像头与脑图记录同步，支持大容量数据存储。
17. 使用年限 $\geq 10$ 年
18. 装机日期距生产日期 $\leq 6$ 个月

## （二）软件功能：

1. 操作系统 Windows $\geq 10$ ，中文办公软件
2. 具备脑电采集回放软件，多种操作语言可自由切换
3. 具有阻抗实时监测功能：阻抗过高时系统需自动标记并报警。
4. 具有数据自动上传功能。
5. 事件列表：对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置。
6. 具备屏幕拷贝功能、趋势图拷贝功能、区域拷贝功能，可将拷贝的内容换到其他文档内
7. 具备自动测量、手动测量、选择测量、EEG 测量功能。
8. ▲数值提示窗口：可实时显示患者抑制率、爆发间隔、每分钟爆发次数、发作次数、棘波指数、脑氧、血氧、心率、 $\alpha$  变异率等数值，可设置数值提示的上下限范围。



致君项目管理有限公司

9. 具备三维和二维，绝对/相对功率地形图及幅度地形图，可显示为图普模式、等位线模式和数值模式，可调节图普模式下的颜色分辨程度， $\geq$ 十种颜色图普可选。
10. 具备一键锁屏功能
11. 具有一键生成报告功能：报告模板可编辑。
12. 具有界面布局一键切换功能：具备 $\geq$ 四种预设界面布局，退出系统时自动保存最新的界面配置。

**(三) 图文报告工作站系统：**电脑 1 套，中央处理器： $\geq$ i7 四核处理器；内存： $\geq$ 32G；硬盘：512G 固态硬盘+2T 机械硬盘；鼠标、键盘：USB 接口；网卡： $\geq$ 1000MB；显示器： $\geq$ 27 英寸液晶，分辨率 $\geq$ 1920\*1080。

**(四) 标配专用仪器台车 1 辆，连供彩色喷墨打印机 1 台，电脑桌椅 1 套**

## 二、超声经颅多普勒血流分析仪

- ▲1. 适用范围：脑动脉硬化，脑卒中筛查，脑血管狭窄和闭塞，脑血管痉挛等症的诊断与分类，微栓子监测，发泡试验，脑血流监护，长程监护等。
2. 具有双屏功能，能分屏或同屏显示检测血管图。
3. 通道数： $\geq$ 2 通道；多深度
4. 检测参数：收缩期流速 ( $V_s$ )，平均流速 ( $V_m$ )，舒张期流速 ( $V_d$ )，阻力指数 (RI)，搏动指数 (PI)，收缩期/舒张期速度比值 (S/D)，心率 (HR)，加速度 (a)，频宽指数 (SBI)，狭窄指数 (STI)，短暂高强度信号 (HITS)，热指数 (TI)，血管痉挛指数 (Lin)，血流方向指数 (DFI)，净剩血流速度指数 (NFV) 等；
5. 具有智能辅助诊断功能。
6. 具有神经重症脑循环监测模块：辅助识别振荡波，钉子波；自动计算血流方向指数，净剩血流速度，自动计算尖小收缩峰峰值流速，收缩期持续时间；自动计算 TCD 颅内压值等；
7. 自动计算脑血管痉挛指数，辅助判定蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛发生及严重程度；
8. 脑血流动力学监测模块：自动计算屏气指数 (BHI)，血流速度增快百分率 (PCi)，血流自动调节指数 (ARI) 等；
9. 血流速度检测范围：2-100cm/s。



致君项目管理有限公司

10. 可调节过滤范围：50-2000HZ。
- 11 取样容积调节范围（脉冲波）：2MHZ：1-20mm；4MHZ：1-15mm。
12. 穿透深度调节范围：2MHZ： $\geq 150\text{mm}$ ；4MHZ： $\geq 85\text{mm}$ 。
13. 高分辨率单侧 M 模： $\geq 8000$  门深。
14. 解量范围： $\geq 720\text{mw}/\text{cm}^2$  具备解量保护功能。
15. 报告单功能：多种模板选择，模板自定义，支持 BMP, JPG, PNG 等多种报告格式、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出等；
16. 数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等。
17. 标配脑血流手持式探头：2MHZ： $\geq 1$  把；4MHZ： $\geq 1$  把；标配 2MHZ 脑血流监护探头 $\geq 2$  把。
18. 标配脑血流监护分析软件模块。
19. 标配脑血流监护头架。
20. 标配仪器台车。
- ▲21. 支持 DICOM3.0 网络接口。
22. 图文报告工作站系统：电脑 1 套 $\geq$ Windows10 操作系统，中文办公软件，中央处理器： $\geq$ i7 四核处理器；内存： $\geq 32\text{G}$ ；硬盘：512G 固态硬盘+2T 机械硬盘；鼠标、键盘：USB 接口；网卡： $\geq 1000\text{MB}$ ；显示器： $\geq 27$  英寸液晶屏，分辨率 $\geq 1920*1080$ 。配电脑桌椅 1 套和连供彩色喷墨打印机。
23. 使用期限 $\geq 8$  年
24. 设备生产日期距安装日期 $\leq 6$  个月

### 三、多导睡眠监测仪

- ▲1. 功能要求：导联数 $\geq 32$  导。可监测脑电、心电、肌电、眼电、腿动、压力式/热敏式呼吸气流、胸部呼吸运动、腹部呼吸运动、血氧、鼾声、体位、DC 通道 $\geq 16$ 、可用于外接扩展 EtCO<sub>2</sub>、食道压、PH 值、无创血压功能监测、呼吸机压力滴定等。实时显示阻抗的数值大小；
2. 可实时显示脑电、心电、鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态，可观察设备运行情况，确定设备佩戴是否正确。
3. 鼾声和压力式气流鼾声可同时监测。



4. 连续无创血压分析脉搏传导时间（PTT）、动态血压（收缩压、舒张压、平均压），可反映睡眠事件中血压变化趋势。
5. 采样精度 $\geq 24\text{bit}$
6. 采样频率 $\geq 1000\text{Hz}$ ；
7. ▲输入阻抗 $\geq 10\text{M}\Omega$
8. 共模抑制比 $\geq 100\text{dB}$
9. 气流传感器采用金属接口。
10. 标配事件按钮
11. 配备呼吸运动传感器。
12. 睡眠软件符合最新的 AASM 标准，R&K 和 AASM 互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告。
13. 软件具备自动数据分析和人工数据分析两种方式。
14. 数据采集过程中，可实时在线进行人工或自动分析、实时显示趋势图、添加记录日志事件（如灯光状态、CPAP 滴定等）移动视频窗口等功能。
15. 能够显示睡眠呼吸监测波形和/或数值，手动翻页和滚动，显示长度支持多种规格选择。
16. 具有快捷关闭导联通道功能。
17. 具有导联重组功能：能够显示/隐藏、打开/关闭、自定义导联名称和选择显示颜色。
18. 能够判读睡眠分期特征图形。
19. 能够标识呼吸事件图形。
20. 能够显示并识别体动变化波形。
21. 每个信号通道的显示幅度均可调节（体位、血氧除外）。
22. 可以实现手动分析过程并生成统计结果。
23. 可以手动分析睡眠分期；可以手动标记呼吸事件、氧减事件以及肢体运动事件，并最终生成统计结果和报告。
24. 图文报告工作站系统：电脑 1 套 $\geq$ Windows10 操作系统，中文办公软件，中央处理器： $\geq$ i7 四核处理器；内存： $\geq 32\text{G}$ ；硬盘： $\geq 512\text{G}$  固态硬盘+2T 机械硬盘；鼠标、键盘：USB 接口；网卡： $\geq 1000\text{MB}$ ；显示器： $\geq 27$  英寸液晶屏，分辨



率 $\geq 1920 \times 1080$ 。配连供彩色喷墨打印机。

25. 标配仪器台车。

26. 使用期限 $\geq 8$ 年

27. 设备生产日期距安装日期 $\leq 6$ 个月

#### 四、眼震视图仪

1. 功能要求：校准试验，自发性眼震，凝视试验，静态位置试验，动态位置试验，冷热试验（含自发性眼震）、扫视试验（水平、垂直方向）、平稳跟踪试验（水平、垂直方向）、OPK 视动试验（水平、垂直方向，三种诱发视靶， $\geq 18$ 种刺激方式）。BPPV 耳石复位指导功能，摇头实验，自定义实验等。

2. 分辨率： $\geq 1920 \times 1080$  像，低照度适配（暗室测试清晰）。

3. 标配 3D 眼震，描记并分析水平、垂直、旋转眼震曲线。

4. 图像采集装置摄像头红外波长：800nm~1000nm

5. 图像采集装置摄像头红外峰值波长：960nm  $\pm$  10nm

6. 双摄像头眼罩设计。

7. 采样率： $\geq 200$ Hz 眼电/红外双模采集（精度 $\leq \pm 0.1^\circ$ ）。

8. 帧率(F/S)： $\geq 400$ FPS。

9. 瞳孔定标：自动追踪瞳孔位置

10. 水平眼动识别准确度：识别误差范围： $\leq \pm 1.2^\circ$ ， $-30^\circ$ （左） $\leq$  眼动范围 $\leq +30^\circ$ （右）

11. 垂直眼动识别准确度：识别误差范围： $\leq \pm 1.2^\circ$ ， $-30^\circ$ （下） $\leq$  眼动范围 $\leq +30^\circ$ （上）

12. 头动记录： $\geq 8$ 轴陀螺仪感应器

13. 头动速度识别准确度误差 $\leq \pm 3^\circ /s$ ，速度 $\geq \pm 250^\circ /s$

14. 眼动刺激信号准确度：频率准确度误差 $\leq \pm 3\%$ ，速度准确度误差 $\leq \pm 6\%$

15. 具备固视抑制灯

16. 标配诊断软件，视频图像清晰，可观察水平、垂直、旋转眼震，包含视频储存回放等功能。

17. 四位一体同步显示：眼动视频、体位视频、眼震曲线、头位反馈，四位一体同步显示，指导耳石复位操作（实时反馈头位的位置），进行耳石复位的精准化



医疗；可自动分析慢相角速度，且播放速度可调。

18. 凝视：水平方向 $\geq \pm 30^\circ$  可调，垂直方向 $\geq \pm 20^\circ$ ，可调。

19. 扫视：视靶随机显示，记录时间 0-300s，可调。

20. 平稳跟踪：视靶 0.1-3Hz 可调，记录时间 0-300s，可调。

21. 视动 OPK：视靶速度 0-100 度/秒可调，记录时间 0-300s，可调； $\geq 3$  种刺激方式。

22. 冷热实验：灌注期、观察期、凝视抑制期记录时间 0-300s，可调。

23. 位置试验和 BPPV 手法复位指导功能：记录时间 0-600s，可调。

▲24. 眼震精度 $\leq 0.1^\circ$

25. 内置问诊表：包含总结、眩晕及平衡失调、听力下降、耳鸣、步态失调、头痛、既往史、家族史、个人史和过往诊断治疗史等。

26. 诊断报告：单独打印每个实验的分析数据图以及医生的初诊结果。

▲27. 具备同步体位视频采集功能

28. 具备冷热试验功能，可调。

28.1 温度范围： $30 \sim 44^\circ\text{C}$ （误差 $\leq \pm 0.1^\circ\text{C}$ ）

28.2 冷刺激： $12 \sim 37^\circ\text{C}$

28.3 热刺激： $37 \sim 50^\circ\text{C}$

29. 图文报告工作站系统

29.1 电脑 1 套 $\geq$ Windows10 操作系统，中文办公软件，中央处理器： $\geq$ i7 四核处理器；内存： $\geq$ 32G；硬盘： $\geq$ 512G 固态硬盘+2T 机械硬盘；鼠标、键盘：USB 接口；网卡： $\geq$ 1000MB；显示器： $\geq$ 27 英寸液晶屏，分辨率 $\geq$ 1920\*1080。

29.2 彩色喷墨连供打印机。

29.3 电脑桌椅 1 套

30. 全视野 LED 视靶 $\geq$ 50 英寸。

31. 配置清单：

31.1 主机眼罩 1 台

31.2 视靶（LED 视靶） 1 套

31.3 脚踏开关 1 个

31.4 摄像头 1 套



致君项目管理有限公司

- 31.5 数据库管理系统 1 套
- 31.6 落地支架 1 个
- 31.7 USB 1 个
- 31.8 HDMI 线 1 根
- 31.9 仪器台车 1 台
- 32. 使用期限 $\geq$ 10 年
- 33. 设备生产日期距安装日期 $\leq$ 6 个月

## 五、电脑控温降温系统

- 1. 采用压缩机制冷方式。
- 2. 双通道水路。
- 3. 输入功率： $\leq$ 500W。
- 4. 控温模式：手动降温，手动升温。
- 5. 目标水温设定范围：制冷设定范围： $12.0^{\circ}\text{C}\sim 30.0^{\circ}\text{C}$ ；制热设定范围： $32.0^{\circ}\text{C}\sim 39.0^{\circ}\text{C}$ ，步进  $0.1^{\circ}\text{C}$
- 6. 目标体温设定范围：降温设定范围： $32.0\sim 38.5^{\circ}\text{C}$ ；升温设定范围： $30.0\sim 37.0^{\circ}\text{C}$ ，步进  $0.1^{\circ}\text{C}$
- 7. 体温传感器监测范围： $28^{\circ}\text{C}\sim 43^{\circ}\text{C}$ ，允差： $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 。
- 8. 控温速率：在环境温度  $23^{\circ}\text{C}$  条件下，降温速率每分钟 $\geq 1.5^{\circ}\text{C}$ ；升温速率每分钟 $\geq 1^{\circ}\text{C}$ 。
- 9. 报警功能：声光及界面显示报警。包括水温超限报警，体温超限报警，缺水报警，循环液流速低报警，电量低报警，设备故障报警等。
- 10.  $\geq 7$  英寸彩色液晶触摸屏，可显示工作模式，温度参数等。
- 11. 可实时显示并记录患者治疗过程中的体温变化曲线。
- 12. 数据存储功能：设备可查阅和保存 $\geq 5000$  小时患者治疗数据。
- 13. 噪音： $\leq 60\text{dB}$ 。
- 14. 毯面采用 TPU 材质。
- 15. 具有双重防漏水设计的水路快速插接装置。
- 16. 配有全塑快旋密封装置的直接加水方式。
- 17. 体积 $\leq 386\times 250\times 274\text{mm}$ ，重量 $\leq 12\text{kg}$ 。



致君项目管理有限公司

18. 配置要求：控温毯 $\geq 2$ 张，控温帽 $\geq 2$ 个，包裹式胸腹躯干毯 $\geq 1$ 个。

19. 标配仪器台车。

20. 使用期限 $\geq 10$ 年

21. 设备生产日期距安装日期 $\leq 6$ 个月

## 六、配套设备及设施

1. 心电监护仪 1 台

2. 12 导联心电图机 1 台

3. 脑电盘状电极、柱状电极、闪光刺激仪 各一套

4. 专用医师椅 3 套。

5. 诊查床 3 张。

### （三）商务要求

#### 一、交货地点及交货期

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货期：自合同签订之日起 30 日历天。

#### 二、合同价款

1、本合同总价是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

2、本合同总价还包含成交供应商应当提供的伴随服务和售后服务费用。合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

#### 三、合同结算

1、付款方式：乙方应在合同签订前7个工作日内，向甲方提交合同总款5%的履约保证金（可采用银行保函或转账形式）；设备到达甲方指定地点并经甲方初步验收合格后，甲方向乙方支付货款40%；设备安装、调试完毕并经甲方最终验收合格且交付使用后，甲方向乙方支付货款60%；质保期满后，经甲方确认设备无质量问题，一次性无息退还供方履约保证金。

2、支付方式：银行转账。

3、结算方式：采购人负责结算，成交供应商开具足额发票。

#### 四、质量保证



致君项目管理有限公司

1、质保期：整体质保 $\geq 3$ 年；

2、成交供应商应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责；

3、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购人有权向成交供应商提出索赔。

4、保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由成交供应商承担。保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

## 五、包装、运输、安装、调试及培训要求

(1) 包装：成交供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由成交供应商负责。

(2) 运输：成交供应商负责所有产品的运输，确保采购产品安全、完整到达采购人指定地点。运杂费用已包含在合同总价内，包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等；运输方式由成交供应商自行选择，但必须保证按期交货，所有采购货物在运输、搬运的过程中，造成采购人损失的，由成交供应商为采购人修复或更新。

(3) 安装、调试：成交供应商负责所有产品的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。

(4) 技术培训：设备安装调试完毕后，成交供应商必须安排技术人员对采购人的管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

## 六、售后服务

1、成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

2、质保期内提供 7\*24 小时上门服务。质保期内出现质量问题，成交供应商维修人员应在 2 小时内响应，8 小时内响应到场，24 小时内排除故障，使设备恢复正常使用；如货物经 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，采购人有权退货并追究成交供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，



成交供应商亦应负责修复，但费用由采购人负担。

3、中标方提供的技术支持服务包括电话技术支持、现场技术支持等服务，提供 24 小时维护服务；

4、特殊情况派驻售后服务人员现场支援，保障装备运行正常；

## 七、验收

1、采购人对成交供应商提交的货物依据采购文件中的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、成交供应商交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3、采购人对成交供应商提供的货物在使用前进行调试时，成交供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时成交供应商必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由成交供应商负责。

## 八、知识产权

应保证所提供的货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，如因以上原因导致发生与此有关的罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他责任本单位不承担任何责任。

**注：商务条款不允许负偏离，否则将被视为无效投标文件。**



## 第五章 评标方法

### 一、评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第 87 号 --《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用**综合评分法**，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序（最低报价不是中标的唯一标准）。

### 二、评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见附件 1 初步审查要素表

2.1.2 符合性审查标准：见附件 1 初步审查要素表

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 价格评审：见附件 2 评标因素及权重分值表

(2) 技术评审：见附件 2 评标因素及权重分值表

### 三、评标程序

**1. 本采购项目评标按照下列工作程序进行**（在上一步评审中被认定无效投标者，不进入下一步的评审）。

- (1) 投标文件初审；
- (2) 澄清有关问题；
- (3) 比较与评价；
- (4) 推荐中标候选人名单。

#### 2. 投标文件初审

采购人会根据第 2.1 项规定的评审标准对投标文件进行资格评审。有一项不符合评审标准的，应当否决其投标；评标委员会根据本章第 2.1 项规定的评审标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评



标委员会应当否决其投标。

在资格性审查阶段，不符合文件要求的，不得进入符合性审查，在资格性审查和符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

### 3. 投标文件的澄清

3.1 为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求投标人对其投标文件中非实质性(投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容)的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并由其法定代表人或授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

3.2 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

3.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 4. 投标文件比较与评价

4.1 评委会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

## 四、异常报价审查

(一) 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

1. 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 50%的，即投标(响应)报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 $\times$ 50%；



2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$  50%；

3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$  45%；

4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料。



## 附件 1:

## 初步审查要素表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1	资格 评审 标准	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或营业执照等主体资格证明文件 自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明书；
		财务状况报告 提供 2024 年度经审计的财务报告（包括三表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表及其附注等，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供投标截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明及其基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）；
		社会保障资金缴纳证明 提供投标文件递交截止时间前一年内任意三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
		税收缴纳证明 提供投标文件递交截止时间前一年内任意三个月的纳税证明或完税凭证，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；
		承诺书 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；
		书面声明 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；



		法定代表人授权书/法定代表人身份证明	供应商须提供法定代表人授权书（法定代表人或负责人直接参与投标，须提交法定代表人证明书）；；	
		资质证明	所投产品属于医疗器械的，供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，供应商为制造厂商的须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，纳入医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；	
		信誉查询	供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn//）被列入失信被执行人的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。	
<b>注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。资格审查时以投标文件中所附证明材料为准。</b>				
2.1.2	符合性评审标准	有效性审查	投标文件的签署盖章	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字或盖章齐全并加盖投标人公章
			投标文件格式	应符合“投标文件格式”要求
			报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价
			投标保证金	应符合招标文件中的规定
	完整性审查	投标文件内容	投标文件内容齐全、无遗漏(除评标因素外)	



		响应性审查	对招标文件响应程度	要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件
			交货期	应满足招标文件中要求的交货期
			投标有效期	应满足招标文件中的规定



## 附件 2:

## 评标因素及权重分值表

条款号	评分因素	评分标准	
2.2	投标报价 (30分)	<p>1. 采用低价优先法计算，即通过资格审查和符合性审查且价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分，满分为 30 分。</p> <p>2. 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格权值 (30%) × 100</p> <p>3. 投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得 0 分。</p> <p>4. 对符合政策性扣减的有效投标报价进行 10%政策性扣减，并依据扣减后的价格(评审价格)进行价格评审。</p>	
	业绩 (5分)	提供自 2023 年 1 月至今投标人类似业绩，提供加盖公章的供货合同或中标通知书复印件，提供 1 份得 1 分，最高 5 分，没有不得分；（合同内容须清晰可辨认，无涂改，否则视为无效合同）	
	技术部分 (46分)	技术参数 25分	投标产品、备品、备件齐全，操作方便，安全可靠，技术指标和性能完全满足招标文件要求计 25 分。一般指标不满足，每条扣 1 分，“▲”参数指标不满足的每条扣 3 分，扣完为止。对于▲参数指标必须提供技术支持文件（包括但不限于产品检测报告、产品说明书、产品彩页、官网截图等证明材料）。注：供应商应针对每项参数指标进行明确响应，响应内容禁止复制招标文件提供的参数指标。
		供货渠道 3分	产品货源渠道正常，提供生产厂家相关证明资料(包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等)，质量符合国家的标准和有关规定，确保生产供应的设备无假货、水货、翻新货且无产权纠纷。根据响应程度计 0~3 分。
		质量保证 措施 8分	<p>1、响应产品质量保证完善，符合国际或国内相关标准、行业标准。供应商针对问题产品的质量跟踪和退换货制定切实可行的服务方案，根据响应程度计 0~4 分。</p> <p>2、提供所投产品或生产厂家，第三方检验、评价、认证的产品性能、产品功能、产品生产质量管理证明材料，根据响应程度计 0~1 分；</p>



		3、①质量保证期过后有完善的维保服务方案； ②维保价格、配套零配件或相关耗材或主要易损零配件价格合理；③以用户反馈意见表或评价书的形式提供投标产品运行评价，证明设备的性能稳定，使用效果。根据响应程度计0~3分。
	实施方案 10分	项目组织实施计划完整可行，具有明确的项目组织机构及实施方案，评标委员会从以下方面进行综合评审后赋分。 (1) 备货、实施进度、保证措施及拟投入本项目的人员安排方案，根据响应程度计0~5分； (2) 产品安装、检测、调试等方面保证措施，根据响应程度计，0~5分。
供货方案及 应急保障方 案 (10分)	供货方案 5分	设置有科学、具体的供货管理措施，详细的运输、配送、补(换)货措施等。能够结合项目特点制定合理的实施方案，根据响应程度计0~5分。
	应急方案 5分	供应商提供的应急方案，内容详尽、描述清晰、合理,由评标委员会进行综合评审，根据响应程度计0~5分。
售后服务 及培训 (9分)	售后服务 5分	1. 有健全的售后服务体系，明确售后服务承诺内容、售后服务响应时间、服务人员保证等，根据响应程度计0~3分。 2. 在本地陕西省内(宝鸡市建立有售后服务机构得2分，西安市建立有售后服务机构得1分)、陕西省外建立售后服务机构得0.5分，需提供营业执照或租赁合同等证明材料。 本项2条共计得分5分，未提供不得分。
	培训计划 4分	有切实可行的培训计划，保证用户能熟练操作维护和正常使用，根据响应程度计0~4分。

### 特殊情况的处理

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。



致君项目管理有限公司

## 第六章 投标文件构成及格式

项目编号：ZJBJ-ZC-2026-007

宝鸡市第二人民医院手术麻醉呼吸和生命支持系统、神经中央监护分析系统采购项目

# 投标文件

(合同包 1/2)

投标人：\_\_\_\_\_（单位公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 目 录

- 一、投标响应函
- 二、法定代表人证明书与法定代表人授权书
- 三、投标报价表
- 四、分项报价表
- 五、投标人基本情况表
- 六、商务条款偏离表
- 七、技术规格响应偏离表
- 八、资格证明
- 九、投标保证金缴纳凭证
- 十、投标响应方案
- 十一、投标人参加政府采购活动的承诺书
- 十二、其他资料



## 一、投标响应函

致君项目管理有限公司：

我单位收到贵公司\_\_\_\_\_（项目名称）招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1. 按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格服务和全面技术、售后服务保障。
2. 如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。
3. 按招标文件的要求，完成本项目至验收合格的投标报价为：  
人民币（大写）：\_\_\_\_\_；小写：\_\_\_\_\_元。
4. 我方提交的电子投标文件一份。
5. 我方按招标文件要求交纳投标保证金为人民币：\_\_\_\_\_元。
6. 我方已详细阅读和核实招标文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。
7. 同意提供贵方要求的与本次投标有关的任何证明资料。
8. 我方的投标文件在开标大会之日起计算有效期为\_\_\_\_\_天。
9. 所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

投标人名称：\_\_\_\_\_（单位公章）

地 址：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

电 话：\_\_\_\_\_

年 月 日



致君项目管理有限公司

## 二、法定代表人证明书与法定代表人授权书

### 法定代表人证明书

致：致君项目管理有限公司				
企 业 法 人	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	工商登记机关			
	税务登记机关			
	机构代码证号			
法定 代表 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
法定 代表 人 身 份 证 复 印 件	(粘贴处)		法定代表人签字或盖章	
			(单位公章)	
		年 月 日		





### 三、投标报价表

项目名称:

项目编号:

投标报价（元）	交货期	质量	质保期
大写:			
小写:			

投标人名称: \_\_\_\_\_ (单位公章) 法定代表人或授权委托人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章) 日期: 2026年 月 日

注: 1. 本次报价包含完成本次招标所要求的货物且验收合格的所有费用, 包括但不限于产品费(含相关配件、附件、安装材料)、安装调试费、运杂费(含保险)、仓储保管费、技术培训费、税金等其他一切相关费用。

2. 报价保留小数点后两位数字。



致君项目管理有限公司

## 四、分项报价表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	型号	原产地及 制造厂名	数量	单价	总价	备注
	...						
	运营费						约定期限内
	维护费						约定期限内
	升级费						约定期限内
	专用耗材						约定期限内
	处置报废						约定期限内
	...						
投标总报价		(大写)： (小写：¥ )					
备注		保留小数点后两位。					

投标人名称： \_\_\_\_\_（单位公章）

法定代表人或被授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期： \_\_\_\_\_



- 注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。
4. 供应商对约定期限内的运营、维护、升级，专用耗材，处置报废等费用进行报价，在约定期限内以不高于其报价的价格向采购人提供专用耗材或者相关服务。



## 五、投标人基本情况表

单位全称			
主要业务范围			
法定代表人姓名		职 务	
地 址		邮政编码	
电 话		传 真	
成 立 日 期		现 有 职 工 人 数	
单位组织机构简介： 技术人员总数： _____人			

投标人名称： \_\_\_\_\_（单位公章）

法定代表人或授权代理人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日





致君项目管理有限公司

## 七、技术规格响应偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	产品名称	招标技术指标	投标技术规格	偏离说明	备注
1					
2	.....				
3	.....				
4	.....				
5	.....				
6					
7					
8					
9					

投标人名称：\_\_\_\_\_（单位公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_

注：1. 请按所投产品的实际技术指标，逐条对应招标文件的第四章采购内容及要求中技术要求条款认真填写。

2. 偏离说明填写：正偏离、无偏离或负偏离。

3. 响应依据应包括但不限于制造商公开发布产品检测报告、产品彩页、产品说明书、官网截图等。备注栏应当注明证明材料的页码。



## 八、资格证明

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明书；

(2) 财务状况报告：提供 2024 年度经审计的财务报告（包括三表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表及其附注等，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供投标截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明及其基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）；

(3) 社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内任意三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

(4) 税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内任意三个月的纳税证明或完税凭证，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

(5) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

(6) 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(7) 供应商须提供法定代表人授权书（法定代表人或负责人直接参与投标，须提交法定代表人证明书）；

(8) 所投产品属于医疗器械的，供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，供应商为制造厂商的须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，纳入医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；



致君项目管理有限公司

(9) 供应商不得为“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 中被列入重大税收违法失信主体的供应商, 不得为“中国执行信息公开网” (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 被列入失信被执行人的供应商, 不得为“中国政府采购网” ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

**注: 以上资料须附加盖公章的复印件或扫描件。**



致君项目管理有限公司

## 附件 1

### 书面声明

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）\_\_\_\_\_：

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

投标人名称：\_\_\_\_\_（单位公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



致君项目管理有限公司

## 附件 2

### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）\_\_\_\_\_：

我方\_\_\_\_\_（公司名称）参加贵方组织的\_\_\_\_\_（项目编号\_\_\_\_\_）的投标活动，我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺如下：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书；
- （四）法律、行政法规规定的其他条件。
- （五）我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：\_\_\_\_\_（单位公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



附件 3

## 供应商企业关系关联承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：

1. 我方在本项目投标中，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1 投标供应商股东及股权证明。

1.1.1 我单位法定代表人（单位负责人）姓名：\_\_\_\_\_。

1.1.2 我单位控股的单位有\_\_\_\_\_。

1.1.3 我单位被\_\_\_\_\_控股。

1.2. 管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有\_\_\_\_\_。

1.2.2 我单位的上级管理单位有\_\_\_\_\_。

2. 我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响谈判公正性的情形。

3. 其他与本项目有关的利害关系说明：

我方承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商（公章）：\_\_\_\_\_（供应商名称）\_\_\_\_\_

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_



附件4

**中小企业声明函（货物）**

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(招标文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(招标文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:

1、填写前请认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)相关规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。



附件 5

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货

物)具体情况如下：

1. (标的名称)，制造商为(单位名称)，从业人员\_\_\_\_\_人，其中残疾人\_\_\_\_\_人，为符合条件的残疾人福利性单位；

2. (标的名称)，制造商为(单位名称)，从业人员\_\_\_\_\_人，其中残疾人\_\_\_\_\_人，为符合条件的残疾人福利性单位；

3. (标的名称)，制造商为(单位名称)，从业人员\_\_\_\_\_人，其中残疾人\_\_\_\_\_人，为符合条件的残疾人福利性单位；

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称： \_\_\_\_\_(盖单位章)

日期： 年 月 日

说明：1. 投标人应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表，不符合条件的投标人无需填写。符合条件的投标人未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2. 非残疾人福利性单位，删除本格式即可。



## 附件 6

### 监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

备注：1. 投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2. 非监狱、戒毒企业，删除本格式即可。



致君项目管理有限公司

## 九、投标保证金缴纳凭证



致君项目管理有限公司

## 十、投标响应方案

投标人按招标文件的要求，依据评审方法内容编写，格式自拟。



致君项目管理有限公司

## 十一、投标人参加政府采购活动的承诺书

### 1. 陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：\_\_\_\_\_（单位公章）

法定代表人或授权代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地 址：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

年 月 日



## 2. 宝鸡市政府采购投标人诚信承诺书

致：（采购人或采购代理机构名称）

统一社会信用代码为\_\_\_\_\_的我方\_\_\_\_\_（投标人）自愿参加贵单位组织的编号为\_\_\_\_\_（采购项目编号）的\_\_\_\_\_（采购项目名称）的政府采购活动，我方已知悉并理解本项目招标文件的各项要求。为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护宝鸡市政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：

一、在参加本次政府采购活动中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及宝鸡市有关规定。

二、我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实，我方承担相应后果。

三、我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：

（1）不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和监察机关举报；

（2）不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标（成交）；

（3）不出借或借用资质；

（4）不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；

（5）不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（6）不以虚假材料谋取中标（成交）；

（7）不以低于成本价或恶意低价竞争；

（8）不与采购人在招标采购过程中进行协商磋商；

（9）中标或者成交后不得提供假冒伪劣产品；



致君项目管理有限公司

(10) 中标或者成交后非因不可抗力不得变更投标（响应）文件中承诺的项目管理实施人员；

(11) 中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；

(12) 不得有未按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的行为；

(13) 不转包或违法分包政府采购合同，不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

(14) 不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉；

(15) 不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；

(16) 不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

四、如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任：

- 1、投标（响应）无效；
- 2、不予退还投标保证金或者履约保证金；
- 3、约谈法人代表或者主要负责人，责令整改；
- 4、中标（成交）无效；
- 5、处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；
- 6、没收违法所得；
- 7、吊销营业执照；
- 8、政府相关部门的联合惩戒措施；
- 9、追究民事责任；
- 10、追究刑事责任；
- 11、法律法规规定的其他处理处罚措施。

单位名称：\_\_\_\_\_（单位公章）

法定代表人或授权代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日



致君项目管理有限公司

## 十二、其他资料

投标人认为有利于本次评标的其他资料。