

采购清单

采购单位	吴堡县动物疫病预防控制中心		备案函号	ZCSP-吴堡县-2026-00113			
项目名称	吴堡县动物疫病预防控制中心关于实验室仪器设备采购的项目						
政府预算资金	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 277,080.00		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他仪器仪表	高压灭菌器	277,080.00	1	批	277,080.00	<p>一、性能特点： 1. 灭菌室材质为SUS30408不锈钢，整机防烫设计，即隔热又美观 2. 手轮平移式快开门结构，自涨式密封圈，具有压力安全联锁装置和闭盖自检功能。 3. 微电脑智能操作系统、液晶显示屏、触摸式按键，可实时查看设备运行状态。 4. 具有A器械+干燥、B器械、C液体+保温、D液体（培养基）、E废弃物、F琼脂六种固定程序和60种自定义程序。 5. 具备电磁阀和电磁泵控制自动进水和缺水自动补水功能，具备预约启动功能，预约时间0-7天延迟。 6. 具备沸点温度修正功能，保证仪器在不同海拔地区正常使用。 7. 全自动正压脉冲排汽，可设置不同排汽模式。 8. 多重安全保护：具有低水位保护、过热保护、过电流、过电压、超温、超压等多重安全保护功能。 9. 具备记忆存储功能和RS485接口，可查看总灭菌次数和灭菌数据导出 10. 故障自检：系统实时监测工作过程，出现异常，迅速自动断电并报警提示，同时显示故障代码。 11. 校验接口：配有标准的验证接口，方便进行温度和压力的校验。 12. 资质要求：灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供制造许可证，不允许借用第三方资质），产品生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致。</p> <p>二、技术参数 灭菌室有效容积、尺寸：75L</p>

							<p>Φ386×697mm 设计压力: 0.3Mpa 设计温度: 150℃ 最高工作温度: 138℃ 热均匀度: ≤1℃ 时间选择范围: 灭菌、溶解1-6000min, 保温、干燥1-9999min 温度选择范围: 灭菌105-138℃, 溶解60-100℃, 保温45-90℃ 功率/电源电压: 4.8KW/220V 50HZ 提篮数量、尺寸: Φ365×270mm 2个 外形尺寸: 510*510*1105mm</p>
2							
3							
4							
5							