

采购清单

采购单位	洛川县气象局		备案函号	ZCSP-洛川县-2026-00055			
项目名称	洛川县气象局2026年苹果花期冻害气象监测站点仪器采购项目						
政府预算资金	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 450,000.00		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	气象仪器	仪器	1,573.43	286	套	450,000.00	<p>六要素自动气象监测站仪器6套功能：具有风速、风速、温度、湿度、气压、雨量数据采集及上传功能。供电方式：太阳能板+充电电池，通信制式4G/NB，数据采集周期、数据上传间隔默认5分钟(可设置)。风速：测量范围(0~60)m/s、测量精度±0.3m/s或±3%、分辨率0.1m/s。风向：测量范围(0~360)°、测量精度±3°、分辨率0.1°。温度：测量范围(-40~80)°C、测量精度±0.5°C、分辨率0.1°C。湿度：测量范围(0~100)%RH、测量精度±5%RH、分辨率0.1%RH。气压：测量范围(500~1100)hPa、测量精度±0.5hPa、分辨率0.1hPa。雨量：测量范围0mm/min~4mm/min、测量精度±0.5mm或±5%、分辨率0.01mm。设备采集的数据要采用标准数据输出，必须要能接入延安市气象局微信 苹安天气程序、延安市气象中心数据应用平台，以及陕西省气象中心数据应用平台中。两要素自动气象监测站仪器280套功能：温湿度、GPS定位。供电方式：微型太阳能板+充电电池，安装方式：悬挂，通信制式4G/NB，天线：内置，温度测量范围-40°C~75°C、湿度测量范围0~100%RH、精度：温度±0.2°C、湿度精度±2%RH。长期稳定性：温度≤0.1°C/y、湿度≤1%y。温度分辨率0.1°C，湿度分辨率0.1%RH，数据采</p>

							集周期、数据上传间隔默认10分钟(可设置)。设备采集的数据要采用标准数据输出，必须要能接入延安市气象局微信苹安天气程序、延安市气象中心数据应用平台。 仪器包括：运输、安装、调试和现场测试培训。
2							
3							
4							
5							