

采购清单

采购单位	汉中市城市供水水质监测站			备案函号	ZCBN-汉中市-2026-00134		
项目名称	原子荧光光度计						
政府预算资金	¥ 350,000.00			财政专户管理资金	¥ 0.00		
单位资金	¥ 0.00			保障性资金	¥ 0.00		
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	光学式分析仪器	原子荧光光度计	350,000.00	1	台	350,000.00	仪器性能要符合生活饮用水卫生标准检验方法相关技术要求； 2、适用于样品中砷、汞、硒等元素分析测量。 3、漂移：≤0.5%；噪声：≤0.5%；道间干扰：≤±0.5%；测量重复性（RSD）：≤0.4%RSD，检出限（D.L.）：砷（AS）、硒（Se）<0.01ug/L；汞（Hg）<0.001ug/L。需满足的要求：验收要求对仪器的外观、仪器的各项性能参数并具备仪器检定证书；现场应对仪器重复性、准确性等各项
2							
3							
4							
5							