

项目编号：2024--YAXC-019

# 延安市卫生健康委员会医疗设备采购项目

## 招 标 文 件



采 购 人：延安市卫生健康委员会

采购代理机构：延安曦程项目管理有限公司

二〇二五年二月

## 目 录

第一部分	招标公告 .....	1
第二部分	投标人须知 .....	14
第三部分	采购内容及要求 .....	41
第四部分	采购合同（仅供参考） .....	55
第五部分	投标文件格式 .....	58

# 第一部分 招标公告

## 延安市卫生健康委员会医疗设备采购项目招标公告

### 项目概况

医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省•延安市）电子交易平台免费获取电子招标文件获取招标文件，并于 2025 年 01 月 23 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：2024--YAXC-019

项目名称：医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：59,843,100.00 元

采购需求：

合同包 1(医疗设备采购项目 1 包):

合同包预算金额：12,178,000.00 元

合同包最高限价：12,178,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他医疗设备	12178000	1(批)	详见采购文件	12,178,000.00	12,178,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起 60 天

合同包 2(医疗设备采购项目 2 包):

合同包预算金额：7,972,800.00 元

合同包最高限价：7,972,800.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
2-1	其他医疗设备	7972800	1(批)	详见采购文件	7,972,800.00	7,972,800.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起 60 天

合同包 3(医疗设备采购项目 3 包):

合同包预算金额：11,640,900.00 元

合同包最高限价：11,640,900.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
3-1	其他医疗设备	11640900	1(批)	详见采购文件	11,640,900.00	11,640,900.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起 60 天

合同包 4(医疗设备采购项目 4 包):

合同包预算金额：6,732,000.00 元

合同包最高限价：6,732,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
4-1	其他医疗设备	6732000	1(批)	详见采购文件	6,732,000.00	6,732,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起 60 天

合同包 5(医疗设备采购项目 5 包):

合同包预算金额：5,207,400.00 元

合同包最高限价：5,207,400.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
5-1	其他医疗设备	5207400	1(批)	详见采购文件	5,207,400.00	5,207,400.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起 60 天

合同包 6(医疗设备采购项目 6 包):

合同包预算金额：9,573,000.00 元

合同包最高限价：9,573,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
6-1	其他医疗设备	9573000	1(批)	详见采购文件	9,573,000.00	9,573,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起 60 天

合同包 7(医疗设备采购项目 7 包):

合同包预算金额：6,539,000.00 元

合同包最高限价：6,539,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
7-1	其他医疗设备	6539000	1(批)	详见采购文件	6,539,000.00	6,539,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起 60 天

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 合同包 1(医疗设备采购项目 1 包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- 1、《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）；
- 2、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；
- 3、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
- 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；
- 5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
- 6、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；
- 7、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；
- 8、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；
- 9、《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4 号)；
- 10、其他需要落实的政府采购政策；如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

**合同包 2(医疗设备采购项目 2 包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:**

- 1、《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）；
- 2、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；
- 3、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
- 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；
- 5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
- 6、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；
- 7、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；
- 8、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；
- 9、《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4 号)；
- 10、其他需要落实的政府采购政策；如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

**合同包 3(医疗设备采购项目 3 包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:**

- 1、《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）；
- 2、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；
- 3、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
- 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；
- 5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
- 6、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；
- 7、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；
- 8、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；
- 9、《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4 号)；
- 10、其他需要落实的政府采购政策；如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

**合同包 4(医疗设备采购项目 4 包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:**

- 1、《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）；
- 2、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；
- 3、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
- 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；
- 5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
- 6、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；
- 7、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；
- 8、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；
- 9、《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4 号)；
- 10、其他需要落实的政府采购政策；如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

**合同包 5(医疗设备采购项目 5 包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:**

- 1、《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）；
- 2、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；
- 3、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
- 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；
- 5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
- 6、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；
- 7、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；
- 8、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；
- 9、《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4 号)；
- 10、其他需要落实的政府采购政策；如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

**合同包 6(医疗设备采购项目 6 包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:**

- 1、《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）；
- 2、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；
- 3、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
- 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；
- 5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
- 6、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；
- 7、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；
- 8、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；
- 9、《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4 号)；
- 10、其他需要落实的政府采购政策；如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

**合同包 7(医疗设备采购项目 7 包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:**

- 1、《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）；
- 2、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；
- 3、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
- 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；
- 5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
- 6、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；
- 7、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；
- 8、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；
- 9、《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4 号)；
- 10、其他需要落实的政府采购政策；如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3.本项目的特定资格要求:

**合同包 1(医疗设备采购项目 1 包)特定资格要求如下:**

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明,自然人参与的提供其身份证明;

2、法定代表人授权书(附法定代表人身份证复印件)及被授权人身份证(法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证);

3、投标人提供 2022 年或 2023 年,任意一年度的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息;

4、税收缴纳证明:提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月缴税凭证;依法免税的投标人应提供相关文件证明;

5、社会保障资金缴纳证明:提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明;依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明;

6、投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证(或医疗器械经营备案凭证)和制造厂商的医疗器械生产许可证(或医疗器械生产备案凭证);投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证(或医疗器械生产备案凭证);

7、所投产品如属于医疗器械应出具医疗器械注册证或医疗器械备案凭证;

8、信用记录:投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单,“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人,不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人(以上内容提供承诺书);

9、控股管理关系:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动(提供承诺书);

10、书面声明:投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内,在经营活动中无重大违法记录的书面声明;

11、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函;

12、投标保证金:提供投标保证金银行转账或电汇凭证或保函并确保投标文件递交截止时间前到达招标文件指定账户;

13、本项目不接受联合体投标(提供承诺书)。

**合同包 2(医疗设备采购项目 2 包)特定资格要求如下:**

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明,自然人参与的提供其身份证明;

2、法定代表人授权书(附法定代表人身份证复印件)及被授权人身份证(法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证);

3、投标人提供 2022 年或 2023 年，任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；

4、税收缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；

5、社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

6、投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；

7、所投产品如属于医疗器械应出具医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；

8、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以上内容提供承诺书）；

9、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；

10、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

11、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

12、投标保证金：提供投标保证金银行转账或电汇凭证或保函并确保投标文件递交截止时间前到达招标文件指定账户；

13、本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。

### **合同包 3(医疗设备采购项目 3 包)特定资格要求如下：**

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；

3、投标人提供 2022 年或 2023 年，任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；

4、税收缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；

5、社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月的社会保障资金缴存证明或社保

机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

6、投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；

7、所投产品如属于医疗器械应出具医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；

8、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以上内容提供承诺书）；

9、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；

10、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

11、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

12、投标保证金：提供投标保证金银行转账或电汇凭证或保函并确保投标文件递交截止时间前到达招标文件指定账户；

13、本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。

#### **合同包 4(医疗设备采购项目 4 包)特定资格要求如下:**

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；

3、投标人提供 2022 年或 2023 年，任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；

4、税收缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；

5、社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

6、投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；

7、所投产品如属于医疗器械应出具医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；

8、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以上内容提供承诺书）；

9、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；

10、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

11、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

12、投标保证金：提供投标保证金银行转账或电汇凭证或保函并确保投标文件递交截止时间前到达招标文件指定账户；

13、本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。

**合同包 5(医疗设备采购项目 5 包)特定资格要求如下：**

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；

3、投标人提供 2022 年或 2023 年，任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；

4、税收缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；

5、社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

6、投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；

7、所投产品如属于医疗器械应出具医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；

8、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以上内容提供承诺书）；

9、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；

10、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

面声明；

11、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

12、投标保证金：提供投标保证金银行转账或电汇凭证或保函并确保投标文件递交截止时间前到达招标文件指定账户；

13、本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。

**合同包 6(医疗设备采购项目 6 包)特定资格要求如下：**

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；

3、投标人提供 2022 年或 2023 年，任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；

4、税收缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；

5、社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

6、投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；

7、所投产品如属于医疗器械应出具医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；

8、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以上内容提供承诺书）；

9、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；

10、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

11、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

12、投标保证金：提供投标保证金银行转账或电汇凭证或保函并确保投标文件递交截止时间前到达招标文件指定账户；

13、本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。

### 合同包 7(医疗设备采购项目 7 包)特定资格要求如下:

- 1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
- 2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
- 3、投标人提供 2022 年或 2023 年，任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
- 4、税收缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；
- 5、社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月的社会保险资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；
- 6、投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；
- 7、所投产品如属于医疗器械应出具医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；
- 8、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以上内容提供承诺书）；
- 9、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；
- 10、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；
- 11、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
- 12、投标保证金：提供投标保证金银行转账或电汇凭证或保函并确保投标文件递交截止时间前到达招标文件指定账户；
- 13、本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。

### 三、获取招标文件

时间： 2024 年 12 月 30 日 至 2025 年 01 月 06 日 ， 每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ， 下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省•延安市）电子交易平台免费获取电子招标文件

方式：在线获取

售价： 0 元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2025 年 01 月 23 日 09 时 00 分 00 秒 （北京时间）

提交投标文件地点：延安市公共资源交易中心交易三厅

开标地点：延安市公共资源交易中心交易三厅

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1.报名登记：投标人使用捆绑 CA 证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）延安市公共资源交易中心，选择电子交易平台中的政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。

2.下载文件：供应商登录延安市公共资源交易中心，选择“交易乙方”身份进入供应商界面下载采购文件。

3.纸质版投标文件递交地点：延安市为民服务中心 7 号楼二楼（延安市公共资源交易三厅），电子投标文件递交地点：《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统。投标文件递交的具体要求详见招标文件的规定。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

4.本项目不专门面向中小企业。

5.本次招标公告同时在《陕西省政府采购网》《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》上发布。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

##### 1.采购人信息

名称：延安市卫生健康委员会

地址：延安新区为民服务中心综合楼 8 楼

联系方式：0911—7090833

##### 2.采购代理机构信息

名称：延安曦程项目管理有限公司

地址：陕西省延安市宝塔区陕西省延安市宝塔区上城华府 A01 号楼 1 单元 301 室

联系方式：13488240032

##### 3.项目联系方式

项目联系人：高工

电话：13488240032

延安曦程项目管理有限公司

# 延安市卫生健康委员会医疗设备采购项目采购更正公告（第一次）

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2024--YAXC-019

原公告的采购项目名称：医疗设备采购项目

首次公告日期：2024 年 12 月 29 日

## 二、更正信息：

更正事项：采购公告

更正原因：现因项目参数及评标办法发生变化

更正内容：

原公告的获取招标文件开始日期：2024-12-30，更正为：2025-01-22。

原公告的获取招标文件结束日期：2025-01-06，更正为：2025-01-28。

原公告的投标文件提交截止时间：2025-01-23 09:00:00，更正为：2025-02-08 09:00:00。

原公告的开标时间：2025-01-23 09:00:00，更正为：2025-02-08 09:00:00。

我公司于 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 01 月 06 日在《陕西省政府采购网》《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》上发布的延安市卫生健康委员会医疗设备采购项目，现因参数及评标办法发生变化，故发布答疑澄清采购文件，具体内容详见答疑澄清采购文件。其他内容不变

更正日期：2025 年 01 月 21 日

## 三、其他补充事项

1. 下载文件：供应商登录延安市公共资源交易中心，选择“交易乙方”身份进入供应商界面下载采购文件。

2. 纸质版投标文件递交地点：延安市为民服务中心 7 号楼二楼（延安市公共资源交易三厅），电子投标文件递交地点：《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统。投标文件递交的具体要求详见招标文件的规定。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：延安市卫生健康委员会

地址：延安新区为民服务中心综合楼 8 楼

联系方式：0911—7090833

### 2. 采购代理机构信息

名称：延安曦程项目管理有限公司

地址：陕西省延安市宝塔区上城华府 A01 号楼 1 单元 301 室

联系方式：13488240032

### 3. 项目联系方式

项目联系人：高工

电话：13488240032

延安曦程项目管理有限公司

# 延安市卫生健康委员会医疗设备采购项目采购更正公告（第二次）

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2024--YAXC-019

原公告的采购项目名称：医疗设备采购项目

首次公告日期：2024 年 12 月 29 日

## 二、更正信息：

更正事项：采购公告

更正原因：现因项目参数及评标办法发生变化

更正内容：

原公告的获取招标文件开始日期：

原公告的获取招标文件结束日期：

原公告的投标文件提交截止时间：2025-02-08 09:00:00，更正为：2025-02-25 09:00:00。

原公告的开标时间：2025-02-08 09:00:00，更正为：2025-02-25 09:00:00。

我公司于 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 01 月 06 日在《陕西省政府采购网》《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》上发布的延安市卫生健康委员会医疗设备采购项目，现因参数及评标办法发生变化，故发布答疑澄清采购文件，具体内容详见答疑澄清采购文件。其他内容不变

更正日期：2025 年 02 月 07 日。

## 三、其他补充事项

1. 下载文件：供应商登录延安市公共资源交易中心，选择“交易乙方”身份进入供应商界面下载采购文件。

2. 纸质版投标文件递交地点：延安市为民服务中心 7 号楼二楼（延安市公共资源交易三厅），电子投标文件递交地点：《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统。投标文件递交的具体要求详见招标文件的规定。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：延安市卫生健康委员会

地址：延安新区为民服务中心综合楼 8 楼

联系方式：0911—7090833

### 2. 采购代理机构信息

名称：延安曦程项目管理有限公司

地址：陕西省延安市宝塔区上城华府 A01 号楼 1 单元 301 室

联系方式：13488240032

### 3. 项目联系方式

项目联系人：高工

电话：13488240032

延安曦程项目管理有限公司

## 第二部分 投标人须知

### 投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名称：延安市卫生健康委员会 地址：延安新区为民服务中心综合楼 8 楼 联系人：杨工 联系方式：0911—7090833
2	采购代理机构	名称：延安曦程项目管理有限公司 地址：陕西省延安市宝塔区上城华府 A01 号楼 1 单元 301 室 联系人：高伟伟 电话：13488240032
3	项目名称	延安市卫生健康委员会医疗设备采购项目
4	项目编号	2024—YAXC-019
5	项目性质	财政资金
6	采购项目预算	预算总金额：59843100.00 元； 其中一标包：12178000.00 元；二标包：7972800.00 元；三标包：11640900.00 元；四标包：6732000.00 元；五标包：5207400.00 元；六标包：9573000.00 元；七标包：6539000.00 元；
7	项目用途	/
8	采购内容	（具体详见采购清单）
9	合同履行期限：	合同签订之日起 60 天。
10	招标文件发售	2024 年 12 月 30 日 至 2025 年 01 月 06 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 18:00:00（北京时间）
11	联合体投标	不接受
12	现场勘查、标前答疑会	不组织。
13	投标人对招标文件提出问题的时间	投标人若对招标文件有疑问的，在投标截止时间 10 日前，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的疑问无效。
14	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

15	投标文件截止时间及开标时间和地点	<p>1、递交投标文件截止时间：2025年02月25日 09时00分00秒（北京时间）；</p> <p>2、投标文件开启时间： 2025年02月25日 09时00分00秒（北京时间）；</p> <p>3、投标文件递交地点：纸质版递交至延安市公共资源交易中心交易三厅，电子版上传至《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统。</p>
16	投标有效期	自递交投标文件截止之日起90个日历天。
17	投标保证金	<p>投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。<b>投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。</b></p> <p>采用银行转账形式交纳投标保证金的，投标人必须从投标人的银行账户（户名与投标人名一致）将投标保证金交纳至招标文件指定账户，并且在<b>转账时注明项目编号、（项目名称及标包）</b>的投标保证金。</p> <p>投标保证金必须在投标截止时间前交纳。</p> <p>投标人应充分考虑并自行承担任何可能导致到账被延误的风险。</p> <p>投标保证金有效期与投标有效期一致。</p> <p>凡未交纳、未足额交纳或未按规定时间和形式交纳保证金的，将被视为自动放弃投标权利，响应无效。</p> <p>投标保证金：</p> <p>一标包:100000.00元（壹拾万整）；（标包编号 2024--YAXC-019-1）</p> <p>二标包:50000.00元（伍万元整）；（标包编号 2024--YAXC-019-2）</p> <p>三标包:100000.00元（壹拾万整）；（标包编号 2024--YAXC-019-3）</p> <p>四标包:50000.00元（伍万元整）；（标包编号 2024--YAXC-019-4）</p> <p>五标包:50000.00元（伍万元整）；（标包编号 2024--YAXC-019-5）</p> <p>六标包:100000.00元（壹拾万整）；（标包编号 2024--YAXC-019-6）</p> <p>七标包:50000.00元（伍万元整）。（标包编号 2024--YAXC-019-7）</p> <p>开户单位：延安曦程项目管理有限公司</p> <p>开户行名称：中国工商银行股份有限公司延安东方红大道支行</p> <p>账 号：2609 0832 0910 0000 459</p>
18	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
19	盖章签字	招标文件要求指定位置“签字或盖章”的，投标人只要一项内容即可。

		招标文件要求指定位置“签字和盖章”的，投标人必须既签字又盖章。
20	投标文件数量、装订	<p>投标文件一律采用胶装方式装订。投标文件正本 1 份，副本 2 份，建议双面打印，电子文件（U 盘）3 份（电子版投标文件提供投标文件正本的 word 版本及 PDF 版本（PDF 文件为完整签字、盖章的正本扫描件）），投标报价一览表 1 份。</p> <p>投标文件的正本和副本均须 A4 纸打印，并编制目录和页码。</p> <p>正、副本分别各自装订成册，单独密封，电子文件和投标报价一览表（同投标文件格式）密封在同一标袋内。</p>
21	评标办法及标准	综合评估法
22	评审委员会的组建	<p><b>评审委员会构成：7 人。采购人代表 2 人，专家 5 人。</b></p> <p><b>评审专家确定方式：开标前 24 小时内从陕西省政府采购综合管理平台专家库中随机抽取。</b></p>
23	服务费	<p>招标代理服务费：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格『2002』1980 号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）文件规定收取，由中标人支付。<b>中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。</b></p>
24	采购项目属性	货物。
	采购标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为__工业__。
25	电子投标注意事项	<p>投标人应及时下载招标文件等相关文件，在投标截止前必须上传投标文件；投标人应在系统发出解密指令后规定时间内对投标文件完成解密。投标人未按规定下载、上传或对投标文件进行解密造成废标的，后果由投标人自行承担。</p>
26	信用查询	<p>1、信用查询时间：同提交投标文件截止时间。</p> <p>2、采购人或采购代理机构将在投标截止日当天资格审查阶段通过中国执行信息公开网（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a>）【“失信被执行人”】、【信用中国】（<a href="https://www.creditchina.gov.cn/">https://www.creditchina.gov.cn/</a>）和【中国政府采购网】（<a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a>）网站对供应商的信用</p>

		<p>情况进行查询。</p> <p>3、如果供应商在磋商截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效。</p>
27	是否专门面向中小企业采购	本项目不专门面向中小企业。
28	其他	<p>关于投标文件的雷同性分析根据陕西省公共资源交易中心印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，将对投标人的电子投标文件进行雷同性分析。</p> <p>雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。</p> <p>若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标人的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18 号），该情形可以视为投标人串通投标，其投标无效。</p> <p>若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标人使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。</p>

## 一、名词解释

1、采购人：延安市卫生健康委员会

2、采购代理机构：延安曦程项目管理有限公司

3、预算总金额：59843100.00 元；

其中一标包：12178000.00 元；二标包：7972800.00 元；三标包：11640900.00 元；四标包：6732000.00 元；五标包：5207400.00 元；六标包：9573000.00 元；七标包：6539000.00 元；

招标最高限价：其中一标包：12178000.00 元；二标包：7972800.00 元；三标包：11640900.00 元；四标包：6732000.00 元；五标包：5207400.00 元；六标包：9573000.00 元；七标包：6539000.00 元；

5、标书：招标文件与投标文件的统称。

6、投标人：符合本次招标文件所规定的资格条件，自愿参加本次招标活动的投标单位。

7、“节能产品”或“环保产品”：国务院有关部门发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》内的产品。

## 二、招标文件

1、招标文件的组成：

招标文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

1-1、招标公告

1-2、投标人须知

1-3、采购内容及要求

1-4、合同主要条款

1-5、投标文件格式

2、投标人应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。若投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应，应作废标处理。

3、招标文件的澄清或修改：

3-1、提交投标文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，其内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束

作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间 15 日前以书面形式发送给所有参加投标的投标人；不足 15 日的，采购人、采购代理机构顺延递交投标文件的截止时间。

3-2、投标人若对招标文件有任何疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流的，投标人在投标截止时间 10 日前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构以书面形式予以答复。在此之后提出的无效。

3-3、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

3-4、根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人或在原信息发布媒体上发布变更公告。

4、招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

### 三、投标文件

#### 1、投标人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

**合同包 1-7(医疗设备采购项目 1 包-7 包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：**

- 1、《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）；
- 2、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；
- 3、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
- 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；
- 5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。
- 6、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

7、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

8、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

9、《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）

10、其他需要落实的政府采购政策；如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

### **3. 本项目的特定资格要求：**

#### **合同包 1-7(医疗设备采购项目 1 包-7 包)特定资格要求如下：**

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；

3、投标人提供 2022 年或 2023 年，任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；

4、税收缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；

5、社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月的社会保险资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

6、投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；

7、所投产品如属于医疗器械应出具医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；

8、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以上内容提供承诺书）；

9、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；

10、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

11、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

12、投标保证金：提供投标保证金银行转账或电汇凭证或保函并确保投标文件递交截止时间前到达招标文件指定账户；

13、本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。

## **2、投标文件的组成：**

2-1、各投标人应根据招标文件要求编制投标文件。

2-2、投标文件包括：投标文件应由投标函、投标报价一览表、资格证明文件、技术文件等投标文件部分组成。

3、各投标人须对以下内容做出承诺：

（1）必须根据招标文件要求进行设备的供货；

（2）非经采购人同意，不得将本项目内容进行转包实施，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失；经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作；

（3）接受采购人委托的相关单位对货物的质量、采购的进度及方案、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理；

（4）投标人应保证在本项目中使用的产品、材料和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由投标人承担所有相关责任；

（5）采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

4、投标人不得以他人名义投标和串通投标。

5、投标文件填写说明

5-1、投标文件格式：投标人提交的投标文件应当使用招标文件规定的全部格式（表

格可以按同样格式扩展)编写,装订成册。

5-2、投标报价一览表为在开标会议上唱标的内容,要求按格式填写。若投标人填写有误,采购代理机构将默认为招标文件要求格式。

#### 6、投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位,除有特殊要求外,均采用国家法定计量单位。

#### 7、投标报价

7-1、投标货币:人民币 单位:元。

7-2、投标人要按所报产品分项报价表内容填写货物品名、单价及总价、制造厂家等内容,并由法人代表或授权代表签署。

**7-3、投标报价是完成本项目的全部费用,后期不再增加任何费用,投标投标人报价包括、设计、制造、供货包装、运输、仓储费、搬运费、保险费、税金、安装、调试、配合系统运行,培训及售后服务等费用,备品备件费及相关的其他所有费用,采购单位不再单独支付其他任何费用。**

7-4、 投标报价表中标明的价格,在合同执行过程中,不得以任何理由变更。

**注:本项目:一标包:12178000.00 元;二标包:7972800.00 元;三标包:11640900.00 元;四标包:6732000.00 元;五标包:5207400.00 元;六标包:9573000.00 元;七标包:6539000.00 元。 投标报价超过各采购包招标最高限价的按无效投标处理。**

7-5、投标人须对《采购内容及技术要求》中任何货物需求、服务要求进行完整报价,拒绝只对部分服务进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标报价表上标明对本次招标拟提供货物、材料的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受,每项内容只允许有一个报价。

7-6、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标,将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

**7-7、最低报价不是中标的唯一依据。**

7-8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、投标期间一切费用自理。

9、投标文件的制作

#### 9-1、投标文件的签署及规定

- (1) 投标文件的各项资料均应遵守本条规定。
- (2) 投标人应填写全称，同时加盖投标人公章。
- (3) 除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖投标人公章及法人代表或委托人签字或盖章确认。
- (4) 因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

#### 10、技术部分

投标人按照招标文件要求，针对本项目的技术指标和要求作出实质性响应，不得出现重大负偏离。包含以下内容：

- (1) 所投产品名称、型号；
- (2) 详细的技术指标、配置和参数；
- (3) 技术响应偏离表；
- (4) 投标人认为需要提供的文件和资料。

**注：**技术响应证明资料可以是文字、图纸、彩页、样品等，所有证明资料表述须一致。

#### 11、商务部分

投标人按照招标文件要求，针对本项目的商务要求作出实质性响应，不得出现重大负偏离。

### 四、投标

#### 1、投标文件的装订和递交

##### 1-1、投标文件的装订：

- (1) 投标时，投标人应自行将投标文件密封完好。标袋上应写明项目名称、编号、投标人名称及“正本”、“副本”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人印章（或签字）；
- (2) 投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件正本一份，副本二份，建议双面打印，电子文件（U 盘）三份，投标报价一览表一份。投标文件的正本和副本均须 A4 纸打印，并编制目录和页码。正、副本分别各自装订成册，单独密封，电子文件和投标报价一览表密封在同一标袋内。各标袋上注明“开标时启封”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。

#### 1-2、投标文件的递交：

(1) 投标人应按规定的时间、地点，于投标截止时间前递交纸质文件（需同时提供法定代表委托书）并上传电子投标文件（提供不全或未提供按无效标处理）；

(2) 采购代理机构推迟递交投标文件截止时间时，应在投标文件截止时间 3 日前通过相应网站变更开标时间。采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

(3) 投标人在规定的投标截止时间后递交投标文件，将被拒收。

#### 1-3、投标文件的补充、修改与撤回：

(1) 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以通过全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）补充、修改或撤回已递交的投标文件。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准；

(2) 投标人提出修改和撤回要求的，须在投标截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。采购代理机构摄像留存后，将投标文件（包含纸质及电子版）退还投标人。

(3) 撤回投标文件应通过全国公共资源交易平台（陕西省·延安市），并以书面形式由有权人（法人代表或授权代表）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。以在招标开始前上传及送达为准。

(4) 投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件；

(5) 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤销其投标文件，否则其投标保证金将不予退还，提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

#### 1-4、投标文件的审查标准：

(1) 投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

(2) 投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

(3) 投标文件大写与小写不符时，以大写为准；

(4) 单价乘以数量不等于总价时，以单价乘以数量为准；

(5) 投标文件有关内容与“一览表”不一致的，以“一览表”为准。

**注：按上述修正方法调整的内容对投标人具有约束力，如果投标人不接受修正后的内容，其投标将被否决。**

#### 1-5、投标文件的有效性：

(1) 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

- a、投标人未经过正常渠道下载招标文件的；
- b、投标人未按招标文件的要求提供投标担保或所提供的投标担保有瑕疵的；
- c、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
- d、投标人名称与营业执照不一致的；
- e、不符合技术规格、技术标准要求的；
- f、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；
- g、投标文件附有采购人不能接受的条件的；
- h、不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

(2) 投标文件的有效期：自开标之日起算 90 个日历天。

### 五、开标、评标和定标

本项目采购不见面开标。投标人应在系统发出解密指令后规定时间内对投标文件完成解密。投标人未按规定下载、上传或对投标文件进行解密造成废标的，后果由投标人自行承担。

#### 2、评标

##### 2-1、评标委员会

(1) 采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第 18 号部长令”的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评标专家共 7 人组成。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

(2) 评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

- a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；
- b、认定投标人必备资质；
- c、评标委员会可要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
- d、依据招标文件的要求和评审标准进行评审，推荐中标候选人名单，对评标意见承担个人责任；

- e、对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；
- f、拟定评标结果；
- g、告知采购人、采购代理机构在评标过程中发现的投标人的违法违规行为；
- h、配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；
- i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

## 2-2、评标原则

坚持公平、公正、科学、择优，合理低价，禁止不正当竞争。

## 2-3、评标办法

本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

## 2-4、评标工作程序

（1）投标文件资格性评审：采购人对投标人必备资质原件进行审查，签字确认检查结果。不符合招标文件要求的按无效投标处理，不得进入后续评标工作。

（2）投标文件符合性审查：评标委员会对投标文件的有效性，完整性和对招标文件的响应程度进行审查。投标文件满足招标文件的实质性要求，无显著的差异或保留。

（3）通过资格审查和符合性评审合格的，评标委员会才进行综合评审并排序。凡未通过资格性和符合性评审的投标文件即作为废标处理，不得进入后续评审工作，内容如下：

### 资格评审和符合性评审

条款号	评审标准	通过条件
2.1.1	1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；	合法有效
	2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；	按招标文件格式提供
	3、投标人提供 2022 年或 2023 年，任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户	合法有效

条款号		评审标准	通过条件
		银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；	
		4、税收缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；	合法有效
		5、社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月的社会保险资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；	合法有效
		6、投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；	合法有效
		7、所投产品如属于医疗器械应出具医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；	合法有效
		8、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以上内容提供承诺书）；	<p>投标人信用查询结果使用，凡存在下列情形之一的，审查不予通过：</p> <p>（1）列入严重违法失信名单的；</p> <p>（2）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；</p> <p>（3）列入重大税收违法失信主体的；</p> <p>（4）近 3 年内受到暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照行政处罚的；</p> <p>（5）近 3 年内受到责令停产停业行政处罚的；</p>

条款号		评审标准	通过条件
			（6）法律法规规定的其他情形的。  即判定其限定资格条件审查结果为不合格，将不具备投标资格，按无效招标文件处理。
		9、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；	按招标文件格式提供
		10、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；	按招标文件格式提供
		11、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；	按招标文件格式提供
		12、投标保证金：提供投标保证金银行转账或电汇凭证或保函并确保投标文件递交截止时间前到达招标文件指定账户；	缴纳凭证
		13、本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。	按招标文件格式提供
注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。			
2.1.2	符合性评审标准	纸质投标文件正、副本数量及装订方式	符合招标文件要求
		投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段	投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段，且与本项目完全一致：  （1）封面；  （2）投标函；

条款号		评审标准	通过条件
			(3) 法定代表人授权书；
		投标文件内容要求	满足招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标文件采购的全部内容及要求作出实质性响应，并提交相应资料。
		投标文件的签署、盖章	签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。
		投标文件的语言及计量单位	均符合招标文件的要求。
		投标有效期	符合招标文件的要求。
		投标报价	同时满足以下条款： (1) 投标报价符合唯一性要求； (2) 开标一览表填写符合要求； (3) 报价货币符合招标文件要求； (4) 未超出采购预算或招标文件规定的最高限价；
		实质性条款响应	完全响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。
		合同文本、条款	完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。
		其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求 and 责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。

(4) 在投标文件的评审和比较、中标单位的确定过程中，投标人向评标委员会施加压力的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

(5) 评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度或其他内容有疑问的，评标委员会可要求投标人对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误其他内容作必要的澄清、说明或者更正。投标人应采用书面形式进行澄清、说明或者更正，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。澄清、说明或者更正的内容不得超

出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得寻求或建议对投标文件的实质进行变更。

质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会成员及投标人应在记录上签字确认。

分值构成	总分值 100 分	评审内容
投标报价	30 分	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>投标报价得分=（评审基准价 / 投标报价）× 价格权值×100。</p> <p><b>注：报价计算分数时四舍五入保留小数点后两位。</b></p>
供货方案	15 分	<p>结合本项目实际情况和特点制定供货方案，供货方案内容包括但不限于：1. 包装方式及供货保障措施；2. 运输及安全保障措施；3. 进度保障措施；4. 应急保障措施；5. 管理机构、岗位职责制度及专业技术人员投入。</p> <p><b>评审要求：</b>1. 完整性：方案内容必须完整，能全面响应方案各项内容；2. 可行性：方案切实符合项目实际情况，步骤清晰、操作性强；3. 针对性：方案紧扣项目实际需要，有较强的指导性和可实施性；4. 合理性：方案内容科学合理，具备实施条件，能满足国家及行业要求；5. 时限性：方案有明确的时限安排及相应的保障措施。</p> <p><b>赋分标准：</b></p> <p>1. 供货方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性一项得 3 分，最高得 15 分；</p> <p>2. 供货方案：完整性、可行性、针对性、合理性一项得 2 分，最高得 10 分；</p> <p>3. 供货方案：完整性、可行性、针对性一项得 1 分，最高得 5 分；</p> <p>4. 供货方案：完整性、可行性一项得 0.5 分，最高得 2.5 分；</p> <p>5. 供货方案评审内容缺项得 0 分。</p>
质量保证方案	10 分	<p>结合本项目实际情况提供质量保证方案，质量保证方案内容包括但不限于：1. 运输；2. 送达及配发；3. 调换；4. 性能、使用寿命及使用效果；5. 残损品补救等方面得质量保证措施。</p> <p><b>评审要求：</b>1. 完整性：方案内容必须完整，能全面响应方案各项内容；2. 可行性：方案切实符合项目实际情况，步骤清晰、操作性强；3. 针对性：方案紧扣项目实际需要，有较强的指导性和可实施性；4. 合理性：方案内容科学合理，具备实施条件，能满足国家及行业要求；5. 时限性：方案有明确的时限安排及相应的保障措施。</p> <p><b>赋分标准：</b></p> <p>1. 质量保证方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性一项得 2 分，最高得 10 分；</p> <p>2. 质量保证方案：完整性、可行性、针对性、合理性一项得 1.5 分，最高得</p>

		<p>7.5 分；</p> <p>3. 质量保证方案：完整性、可行性、针对性一项得 1 分，最高得 5 分；</p> <p>4. 质量保证方案：完整性、可行性一项得 0.5 分，最高得 2.5 分；</p> <p>5. 质量保证方案评审内容缺项得 0 分。</p>
售后服务方案	10 分	<p>结合本项目具体情况和特点制定售后服务方案，售后服务方案内容包括但不限于：1. 售后服务实施方案；2. 售后维修保养方式、流程；3. 售后服务承诺响应时间；4. 售后服务团队；5. 日常维护及增值服务。</p> <p><b>评审要求：</b>1. 完整性：方案内容必须完整，能全面响应方案各项内容；2. 可行性：方案切实符合项目实际情况，步骤清晰、操作性强；3. 针对性：方案紧扣项目实际需要，有较强的指导性和可实施性；4. 合理性：方案内容科学合理，具备实施条件，能满足国家及行业要求；5. 时限性：方案有明确的时限安排及相应的保障措施。</p> <p><b>赋分标准：</b></p> <p>1. 售后服务方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性一项得 2 分，最高得 10 分；</p> <p>2. 售后服务方案：完整性、可行性、针对性、合理性一项得 1.5 分，最高得 7.5 分；</p> <p>3. 售后服务方案：完整性、可行性、针对性一项得 1 分，最高得 5 分；</p> <p>4. 售后服务方案：完整性、可行性一项得 0.5 分，最高得 2.5 分；</p> <p>5. 售后服务方案评审内容缺项得 0 分。</p>
培训方案	10 分	<p>结合本次项目特点制定培训方案，培训方案内容包括但不限于：1. 安装及调试；2. 操作人员培训内容及技术服务；3. 培训次数；4. 培训时间；5. 操作维护方法、设备出现故障后的应急处理。</p> <p><b>评审要求：</b>1. 完整性：方案内容必须完整，能全面响应方案各项内容；2. 可行性：方案切实符合项目实际情况，步骤清晰、操作性强；3. 针对性：方案紧扣项目实际需要，有较强的指导性和可实施性；4. 合理性：方案内容科学合理，具备实施条件，能满足国家及行业要求；5. 时限性：方案有明确的时限安排及相应的保障措施。</p> <p><b>赋分标准：</b></p> <p>1. 培训方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性一项得 2 分，最高得 10 分；</p> <p>2. 培训方案：完整性、可行性、针对性、合理性一项得 1.5 分，最高得 7.5 分；</p> <p>3. 培训方案：完整性、可行性、针对性一项得 1 分，最高得 5 分；</p> <p>4. 培训方案：完整性、可行性一项得 0.5 分，最高得 2.5 分；</p> <p>5. 培训方案评审内容缺项得 0 分。</p>
企业业绩	3 分	<p>每提供 1 个 2021 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）至今类似项目业绩（每份业绩须提供合同协议书、供货清单及结算发票）得 1 分，共 3 分。</p> <p><b>注：</b></p> <p>1：业绩指投标供应商公司业绩；</p> <p>2：未同时提供业绩的合同协议书、供货清单及结算发票的该业绩不得分，提供所有资料应字迹清晰，否则不计分。</p>
技术参数	20 分	<p>所投产品技术参数指标全部满足招标要求，响应产品技术参数清楚、详尽、明确、产品选型，配置、符合使用要求，数量准确无漏项，技术指标和</p>

		<p>性能完全满足招标文件要求，全部无负偏离，得 20 分。</p> <p>1. 标“▲”的重要参数必须提供证明材料(证明材料不限于:产品彩页、功能截图、检测报告、测试报告等技术证明文件)，证明材料需加盖制造商公章，未提供或提供不符合要求的证明材料视为负偏离。</p> <p>2. 标“▲”的为重要参数，重要参数每负偏离 1 项扣 2 分，最高 10 分，扣完为止。</p> <p>3. 其他未标“▲”的参数负偏离每 1 项扣 1 分，最高 10 分，扣完为止。</p>
货物渠道的合法证明材料	2 分	<p>提供厂家对本项目所投产品合法的授权证明文件。(确保产品为正规厂家生产的合格产品，有质量保证，确保无假货、水货、翻新货，技术、商务资料齐全，无产权纠纷。)</p> <p><b>注：完全按照招标文件要求，提供本标包所有产品授权证明文件的得 2 分，未提供全不得分。</b></p>

## 2-5、评分标准

满分：100 分，综合评分法。各分项分值分配如下：

注：1) 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废标处理。

2) 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

### 3) 特殊情况处理：

a、若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价的得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

b、当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

c、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

4) 出现如下情况，投标将被否决：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 2-6、依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采

购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。

### 1) 政府采购政策

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；(2) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知——财库〔2014〕68号；(3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》——国办发〔2007〕51号；(4) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；(5) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；(6) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；(7) 其他需要落实的政府采购政策。

### 2) 政策性优惠条件

投标人符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其报价价格评审时将按相应比例进行扣除。

1.1 根据〈关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知〉（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关

系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.3 残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

(2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活

动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人提供的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱证明，与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条的相关规定追究法律责任。

### 3) 政策性扣除比例：

投标人符合小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位条件的，并提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明，符合其中任意一种情形的，则在报价的基础上，按“报价×10%”进行价格扣除，以扣除后的价格参与评审；符合两种及以上情形的，不累加计算扣除价格。

### 4) 信用融资政策

投标人如需信用融资，详见《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采【2018】23号）相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）。

### 政府采购信用融资业务办理银行

序号	银行	地址	联系人	电话
1	中国建设银行延安分行	延安市宝塔区中心街	徐欣蕾	15891686951
2	中国工商银行延安分行	延安市宝塔区师范路	姬悦	18391156580
3	北京银行延安分行	延安市宝塔区双拥大道	奥宝森	15592925222
4	邮储银行延安分行	宝塔区枣园路志丹大厦	刘凯	18691114222
5	光大银行延安分行	宝塔区卷烟厂东信时代一、二层	汪昊田	13509115500
6	交通银行延安分行	延安市宝塔区北大街95号	王瑶	13389119518
7	延安农商行	延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦	段田瑞	18700166012
8	甘泉农商行	甘泉县中心街019号	白晶晶	15129872940
9	延长联社	延长县七里村镇街道城区中街	白永卿	18109119635
10	延川联社	延川县大禹街道北关信用合作联社	张沛兴	15129756920
11	子长农商行	子长市长兴街	王莉	13992153010

12	安塞农商行	延安市安塞区富民街 22 号	王平	15991569027
13	志丹联社	延安市志丹县保安街 134 号信合大厦	李倩	18792408171
14	吴起农合行	陕西省延安市吴起县北苑东路 26 号	李娜玲	15591103321
15	洛川农商行	陕西省延安市洛川县中心街	史云云	15291172848
16	富县农合行	富县富城镇正街 8 号	逯其玲	18091126065
17	黄陵联社	黄陵县桥山大厦	曹涛	13772255164
18	宜川联社	宜川县党湾街 65 号	毛永良	15009118628
19	黄龙联社	黄龙县石堡镇广场大街 40 号	郑国强	15991595662

政策提示：政府采购中标(成交)投标人可凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

### 3、定标

#### 3-1、定标程序

(1) 评标委员会依据评标办法，经过初审、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐不少于 3 名中标候选人，并编写评标报告。

(2) 采购人在收到评标报告 5 个工作日内，从评标报告推荐的中标候选人中，以评标总分最高的投标人作为中标人，向采购代理机构出具《定标复函》；采购人逾期未确定中标单位且不提出异议的，视为确定评标报告推荐的评标得分最高的投标人为中标人。

(3) 采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布 1 个工作日，其他投标人若有异议，按《政府采购法》第 52 条执行。若无异议，采购代理机构向中标单位发出中标通知书。

3-2、中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

### 七、中标通知

采购代理机构向中标单位发出中标通知书。

### 八、合同

1、中标人在收到中标通知书后十五（15）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证

金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在中标投标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展招标活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的投标人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

5、采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 九、招标服务费

代理报酬参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格『2002』1980号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件规定收取，由中标人支付。**中标人**在领取中标通知书时须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

## 十、质疑

1、投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

2、质疑投标人法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

- (1) 未按规定程序和渠道提出质疑的;
- (2) 超过法定质疑期限的;
- (3) 书面质疑的形式和内容不符合上述要求的;
- (4) 提出的质疑事项已经明确答复的;
- (5) 法律法规规定的其他不予受理的条件。

(6) 采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

### 第三部分 采购内容及要求

一、采购项目名称：延安市卫生健康委员会医疗设备采购项目

二、采购清单

延安市卫生健康委员会医疗设备采购项目（七标包）				
序号	设备名称	数量	单位	设备参数
1	高端彩色多普勒超声诊断仪（心脏机）	1	台	<p>设备技术参数要求：</p> <p>一、设备要求</p> <p>1.1 以成人心脏、小儿心脏、胎儿心脏超声临床诊断应用为主，支持四维经胸和四维经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、妇产科、浅表组织与小器官、肌骨、介入超声等全面应用检查。</p> <p>1.2 所投型号需为制造商推出的专业心脏机最高型号和最新软件版本（以产品注册证为准）。</p> <p>二、主要技术规格及系统概述</p> <p>2.1 主机成像系统</p> <p>2.1.1 <math>\geq 22</math> 英寸高分辨率液晶彩色显示器，可上下左右任意旋转。</p> <p>2.1.2 <math>\geq 12</math> 英寸触摸屏，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。</p> <p>2.1.3 <math>\geq 4</math> 个激活的探头接口。</p> <p>2.1.4 触摸屏支持数字 TGC 功能，滑动调节时间增益曲线。</p> <p>▲2.1.5 具备动态宽波束发射与接收系统，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。（附图）</p> <p>▲2.1.6 M 型及解剖 M 型技术。</p> <p>2.1.7 彩色多普勒成像技术</p> <p>2.1.8 彩色多普勒能量图技术</p> <p>2.1.9 数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括 PW、CW 和 High PRF）</p> <p>2.1.10 图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像。</p> <p>2.1.11 谐波成像技术。</p> <p>2.1.12 反向脉冲谐波技术，具有明确谐波频率显示，可视可调。</p> <p>2.1.13 实时二同步/三同步能力，支持相控阵探头、凸阵探头和线阵探头。</p> <p>2.1.14 具备负荷成像技术。</p> <p>2.2 二维灰阶成像单元</p>

			<p>2.2.1 具备自适应像素优化技术,抑制斑点噪声,可用于多种模式。</p> <p>2.2.2 实时空间复合成像技术,同时作用于发射和接收多角度声束。</p> <p>2.2.3 具备扩展成像技术,可与空间复合成像,斑点噪声抑制技术联合使用。</p> <p>2.2.4 可实时优化增益等成像参数。</p> <p>2.2.5 增益补偿技术,TGC 调节<math>\geq 8</math> 段。</p> <p>2.2.6 超宽视野全景成像技术。</p> <p>2.2.7 具备心尖扩展成像,相控阵心脏探头可实现心尖宽视野显示。</p> <p>2.2.8 基于二维斑点追踪,能够评估整体和节段心肌的室壁运动,可获取长轴和短轴切面心肌组织的位移、速度、应变、应变率、旋转等参数。</p> <p>▲2.2.9 可增强瓣膜,腱索及心肌等细节结构的显示能力,可叠加彩色信号(附图)。</p> <p>2.3 彩色多普勒血流成像单元</p> <p>2.3.1 具有彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色 M 型模式等多种成像模式。</p> <p>2.3.2 具备彩色多普勒频率显示功能,<math>\geq 8</math> 级可调(附频段图)。</p> <p>2.3.3 具备二维和彩色同步双幅实时显示,可应用于冻结和存储的回放图像。</p> <p>2.4 频谱多普勒成像单元</p> <p>2.4.1 具备自动频谱优化技术,可自动调整频谱至最佳范围。</p> <p>2.4.2 HPRF 高脉冲重复频率自动启动功能。</p> <p>2.4.3 具备自动角度纠正功能,以适应不同角度血管检测。</p> <p>2.4.4 具备 PW、CW、High PRF 模式,高性能三同步成像。</p> <p>2.4.5 具备频谱自动分析功能,自动计算各血流动力学参数,可自行选择和调节参数。</p> <p>▲2.4.6 具备心脏频谱自动测量功能。</p> <p>2.4.7 可对实时扫描中的图像进行多项常用参数调节,也可应用于已经冻结或存储后的图像。</p> <p>2.5 组织多普勒成像单元</p> <p>2.5.1 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像。</p> <p>2.5.2 二维、彩色 M 型、速度曲线同屏显示。</p> <p>2.5.3 具备实时组织速度成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像。</p> <p>2.5.4 具有多普勒信号去除功能,能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。</p> <p>2.5.5 组织多普勒信号可转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。</p> <p>▲2.5.6 具备组织多普勒同步化显像。</p>
--	--	--	---

			<p>2.5.7 可同时显示多节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线。</p> <p>2.6 造影成像单元</p> <p>2.6.1 具备低机械指数和高机械指数造影成像。</p> <p>2.6.2 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅同步测量。</p> <p>2.6.3 造影技术支持凸阵，线阵，相控阵、矩阵探头。</p> <p>2.6.4 具备心腔和心肌造影成像。</p> <p>2.6.5 具备实时双平面造影成像。</p> <p>▲2.3.6 支持负荷超声成像下的心肌灌注造影。</p> <p>2.6.7 具备在机造影分析软件，可提供多种参数及动态时间强度曲线。</p> <p>2.7 测量和分析</p> <p>2.7.1 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）。</p> <p>2.7.2 心脏功能测量与分析。</p> <p>2.7.3 产科测量软件包。</p> <p>2.7.4 血流测量与分析技术，频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。</p> <p>2.7.5 血管内中膜自动测量技术，可同时测量血管内中膜厚度，并给与予最大值、平均值及所测范围。</p> <p>2.7.6 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用。</p> <p>2.7.7 自动识别切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维心功能测量，支持单平面和双平面计算。</p> <p>▲2.7.8 自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数；支持在常规心脏探头、经食道探头。</p> <p>2.8 图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元</p> <p>2.8.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输。</p> <p>2.8.2 硬盘容量<math>\geq 1T</math>；可扩展存储装置，大容量移动硬盘、DVD、USB 等图像存储。</p> <p>2.8.3 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。</p> <p>2.9 输入和输出信号</p> <p>2.9.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频。</p> <p>2.9.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、DP 高清输出。</p> <p>2.9.3 具备医学数字图像和通信 DICOM 3.0 接口部件。</p> <p>三、技术规格要求</p> <p>3.1 探头规格</p> <p>3.1.1 可支持相控阵、凸阵、腔内、线阵、经食道四维探头；标配纯净波或者单晶体探头<math>\geq 2</math>支。</p>
--	--	--	---

				<p>3.1.2 单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0MHz。</p> <p>▲3.1.3 单晶体成人相控阵探头频率：1.5-4.5MHz，阵元数<math>\geq 120</math>，扫描角度<math>\geq 110^\circ</math>。</p> <p>3.1.4 线阵探头频率：3.0-13.0MHz。</p> <p>3.1.5 小儿相控阵探头频率：2.5-8.0MHz。</p> <p>3.1.6 腹部探头扫描深度<math>\geq 40\text{cm}</math>。</p> <p>3.2 二维成像</p> <p>3.2.1 二维灰阶成像 <math>\geq 256</math> 灰阶。</p> <p>3.2.2 相控阵探头：<math>90^\circ</math>，18cm 深度时，帧速率<math>\geq 80</math> 帧/秒。</p> <p>3.3 频谱多普勒</p> <p>3.3.1 显示模式：PWD、HPRF、CWD 等。</p> <p>3.3.2 最大测量速度：PWD 血流速度<math>\geq 7.5\text{m/s}</math>；CWD 血流速度<math>\geq 12\text{m/s}</math></p> <p>3.3.3 最低测量速度：<math>\leq 2\text{mm/s}</math>(非噪音信号)；</p> <p>3.3.4 取样宽度 1mm 至 16mm。</p> <p>3.4 彩色多普勒</p> <p>3.4.1 显示方式：速度图、能量图、方向性能量图等。</p> <p>3.4.2 相控阵探头：<math>90^\circ</math>，18cm 全视野，彩色帧频<math>\geq 19</math> 帧/s</p> <p>3.4.3 具有实时双同步、三同步显示。</p> <p>3.4.4 线阵扫描图像范围：<math>-30^\circ</math> 至 <math>+30^\circ</math>。</p>
2	DR（悬吊式）	1	台	<p>设备技术参数要求：</p> <p>1 功能需求</p> <p>用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构(三维运动 x 轴、y 轴、z 轴),悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。</p> <p>2 主要技术规格和要求</p> <p>2.1 高压发生器</p> <p>2.1.1 高压发生器功率<math>\geq 65\text{kW}</math></p> <p>2.1.2 管电压可调范围 40-125kV</p> <p>2.1.3 加载时间范围最小加载时间<math>\leq 1\text{ms}</math></p> <p>2.1.4 最大输出电流<math>\geq 800\text{mA}</math></p> <p>2.1.5 最大电流时间积<math>\geq 1000\text{mA}\cdot\text{s}</math></p> <p>2.1.6 具备 AEC 自动曝光控制</p> <p>2.2 X 线球管</p> <p>2.2.1 球管最大功率<math>\geq 65\text{kW}</math></p> <p>2.2.2 球管焦点<math>\leq 0.6/1.2\text{mm}</math></p> <p>2.2.3 阳极热容量<math>\geq 300\text{kHU}</math></p> <p>2.2.4 激光定位线 具备</p> <p>2.2.5 射线野控制模式 电动+手动(双模式)</p> <p>2.2.6 射线野指示灯类型 LED</p> <p>2.3 球管悬吊支架</p> <p>2.3.1 吊架运动模式电动+手动(双模式)</p>

			<p>2.3.2 立位及卧位拍摄时,球管与平板之间均可实现自动对中和跟随运动具备</p> <p>2.3.3 悬吊支架可根据预设位置实现自动摆位功能 具备</p> <p>2.4 无线平板探测器(2 块)</p> <p>▲2.4.1 配备两块无线移动式平板探测器(一块动态探测器),可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内</p> <p>2.4.2 探测器尺寸<math>\geq 17 \times 17</math> 英寸</p> <p>2.4.3 闪烁体类型碘化铯(CsI)</p> <p>2.4.4 半导体材料非晶体硅(a-Si)</p> <p>2.4.5 像素尺寸<math>\leq 139\mu\text{m}</math></p> <p>2.4.6 采集灰阶度<math>\geq 16\text{bits}</math></p> <p>2.4.7 空间分辨率<math>\geq 3.51\text{lp/mm}</math></p> <p>2.4.8 采集距阵<math>\geq 3072 \times 3072</math></p> <p>2.4.9 平板探测器通讯模式无线传输</p> <p>2.4.10 采用内置式大容量锂离子电容器,或锂电池</p> <p>▲2.4.11 可进行动态数字化透视及静态拍片,且动静 态可互相转换(提供证明材料)</p> <p>2.5 胸片架</p> <p>2.5.1 胸片架垂直运动行程<math>\geq 150\text{cm}</math></p> <p>2.5.2 胸片架上探测器中心最低到地面高度<math>\geq 32\text{cm}</math></p> <p>2.5.3 源像距 SID 100-180cm</p> <p>2.5.4 胸片架运动模式电动+手动(双模式)</p> <p>▲2.5.5 平板探测器可在-20 度/+90 度翻转具备</p> <p>2.5.6 平板支持在胸片架上的片盒内在线充电,直接 接触式,无需插拔电缆</p> <p>2.5.7 可隔室遥控胸片架垂直升降具备</p> <p>2.5.8 自动曝光控制 3 视野电离室具备</p> <p>2.5.9 平板在线充电指示灯具备</p> <p>2.5.10 可拆卸滤线栅,无需工具即可轻松取出</p> <p>2.6 电动升降摄影床</p> <p>2.6.1 最低床面高度<math>\leq 50\text{cm}</math></p> <p>2.6.2 床面板外形尺寸<math>\geq 800\text{mm} \times 2000\text{mm}</math></p> <p>2.6.3 床面纵向移动范围<math>\geq \pm 40\text{cm}</math></p> <p>2.6.4 床面横向移动范围<math>\geq \pm 12\text{cm}</math></p> <p>2.6.5 床面最大承重<math>\geq 250\text{kg}</math></p> <p>2.6.6 平板托盘运动模式电动+手动(双模式)</p> <p>2.6.7 平板托盘移动范围<math>\geq 500\text{mm}</math></p> <p>2.6.8 床面升降范围<math>\geq 355\text{mm}</math></p> <p>2.6.9 摄影床高端升降过程中,球管可自动跟随运动,保持 SID 不变具备</p> <p>2.6.10 卧位拍摄时,球管可平板之间可实现平行及斜位有角度的自动中心对中跟随运动具备</p> <p>2.6.11 平板支持在摄影床下的托盘内在线充电,直接接触式,无需插拔电缆</p> <p>2.6.12 可拆卸滤线栅,无需工具即可轻松取出</p>
--	--	--	--

			<p>2.6.13 自动曝光控制 3 野电离室具备</p> <p>2.7 无线远程遥控器</p> <p>2.7.1 可遥控胸片架及电动床电动升降具备</p> <p>2.7.2 可遥控限束器光野控制具备</p> <p>2.7.3 供电电池类型锂电池</p> <p>2.7.4 待机时间<math>\geq 8</math> 小时</p> <p>2.7.5 充电形式无线电磁感应式</p> <p>2.7.6 控制类型无线射频遥控，非红外式</p> <p>2.8 球管侧近台操控系统</p> <p>2.8.1 近台操控彩色触摸屏具备</p> <p>2.8.2 操控方式为触摸屏(仅当人体皮肤触及时生效)</p> <p>2.8.3 屏幕尺寸<math>\geq 9</math> 英寸</p> <p>2.8.4 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向具备</p> <p>2.8.5 可显示患者的详细登记信息、摆位引导图、SID 数值、球管组件绕水平轴旋转角度具备</p> <p>2.8.6 可调整曝光参数(kV, mA, mAs 等)、部位选择、体型选择、大小焦点快速切换具备</p> <p>2.9 系统操作台</p> <p>2.9.1 主机工作站操作台内存<math>\geq 16</math>GB</p> <p>2.9.2 主机工作站操作台硬盘<math>\geq 1</math>TB</p> <p>2.9.3 图像文件存储容量<math>\geq 20000</math> 幅</p> <p>2.9.4 采集工作站显示器尺寸<math>\geq 23</math> 英寸</p> <p>2.9.5 采集工作站显示器分辨率<math>&gt;3840 \times 2160</math></p> <p>2.9.6 配备 12 代 i3 或以上 CPU</p> <p>2.9.7 对比度<math>\geq 1000:1</math></p> <p>2.9.8 支持与 RIS 和 HIS 系统的集成 具备</p> <p>2.9.9 支持实时显示与检索患者信息;支持患者拍摄摆位指示图;支持自定义患者列表显示;支持检查不同状态显示与排序 具备</p> <p>2.9.10 支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理;支持按照器官进行摄影检查;支持预定义拍摄参数与后期调整 具备</p> <p>2.9.11 根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议,提供软件截图证明 具备</p> <p>2.9.12 支持灰度处理与 LUT 调整;支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系;支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区 具备</p> <p>2.9.13 图像基本后处理功能,如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量 具备</p> <p>2.9.14 支持原厂语音对讲功能以及多语音提示录播功能 具备</p> <p>2.9.15 支持 DICOM3.0, DICOM Worklist/MPPS 具备</p> <p>2.9.16 具备设备整机原厂长骨拼接功能(自动拍摄、自动拼接),具备立位专用拼接支架及滤线栅</p>
--	--	--	--

				2.9.17 根据后续临床需要，具备升级立位三维成像
3	麻醉机 (高端)	2	台	<p>设备技术参数要求：</p> <p>1 基本要求</p> <p>1.1 显示屏：≥15 英寸彩色宽屏触摸屏；亮度可调</p> <p>1.2 中央刹车，定位方便；后轮配有独立刹车</p> <p>1.3 支持 USB 存储数据(屏幕截图，趋势，配置)</p> <p>1.4 一体化的电子显示气道压力表</p> <p>1.5 一体化的 AGSS, 更加便于观察</p> <p>1.6 可使用智能附件(如：钠石灰罐，滤水杯等)，可及时提醒进行更换。</p> <p>1.7 具有 2 个 RS232 接口，便于数据传输</p> <p>2. 电子新鲜气体混合系统：设置混合气体总流量及 氧浓度</p> <p>2.1 新鲜气体流量设置：0.2-15 升/分钟</p> <p>▲2.2 氧浓度设置：21%-100%</p> <p>2.3 氧比例控制阀(安全设置):氧笑混合时，最小氧浓度 25%(ORC)</p> <p>2.4 快速充氧：至少 25-75 升/分钟</p> <p>2.5 可预测和回顾吸入氧浓度</p> <p>3. 气体供应</p> <p>3.1 中央供气：范围 2.7-8 bar, 适用 O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O 和 Air</p> <p>▲3.2 第二状态显示屏幕显示气源，主电源和电池等信息</p> <p>3.3 一体化的紧急氧输送+鼻吸氧装置，可快速切换</p> <p>3.4 关机时，也能并输送氧气和麻药进行手动通气</p> <p>4. 麻醉通气系统</p> <p>4.1 电动电控呼吸机，容量输送能力不受腔体容量限制，支持所有模式下的自主呼吸</p> <p>▲4.2 最大吸气流速可达 160 升/分钟</p> <p>4.3 系统容量约 3 升(不含呼吸管道)</p> <p>4.4 回路具有加热功能，必要时可关闭此功能</p> <p>4.5 适合成人、小儿和新生儿</p> <p>4.6 根据患者类型可自动预设置新鲜气体，通气参数和报警</p> <p>4.7 通气模式切换时，设置参数自动计算</p> <p>4.8 容量控制通气模式(IPPV)</p> <p>4.9 压力控制通气模式(PCV)</p> <p>4.10 在手动/自主通气模式下，可设置 CPAP</p> <p>4.11 必要时，呼吸机可切换到暂停模式，能继续监测患者的情况</p> <p>4.12 全部气源失供时，能利用室内空气进行机械通气，充分保证了患者的安全</p> <p>5. 麻药输送系统</p> <p>5.1 双挥发罐位</p> <p>5.2 切换挥发罐时，自动锁定不用的挥发罐，保证安全</p> <p>5.3 挥发罐容量：&gt;300 毫升</p>

				<p>6. 麻醉通气模式设置围</p> <p>▲6.1 潮气量(容控模式):10-1500[毫升]</p> <p>6.2 斜率(压力上升时间):0-2[秒]</p> <p>6.3 PEEP:关, 2-35 [hPa]</p> <p>6.4 频率: 3-100[次/分]</p> <p>6.5 吸气时间: 0.2-10[秒]</p> <p>6.6 压力限制 Pmax:7-80 [hPa]</p> <p>6.7 可调流速触发灵敏度: 0.3-15[升/分]</p> <p>6.8 吸气压力(压力控制模式):5-80 [hPa]</p> <p>6.9 窒息通气最小频率: 关, 3-25[次/分]</p> <p>7. 监测和记录</p> <p>7.1 在日志中可记录每台手术的麻药和气体消耗量</p> <p>7.2 具有图形和表格趋势, 并有缩放功能</p> <p>7.3 可配置多种屏幕显示, 可随时调整并保存</p> <p>7.4 一体化的气体监测功能, 可监测吸入和呼出的气体浓度</p> <p>7.5 一体化采样气体回流装置, 避免气体损失和污染</p> <p>7.6 可自动设置报警限值(Autoset)</p> <p>7.7 自动激活低 MAC 报警, 有效防止术中知晓</p> <p>7.8 气体监测传感器自动标定, 无需专门的标定气体</p>
4	麻醉机	4	台	<p>设备技术参数要求:</p> <p>1.1 工作条件</p> <p>1.1.1 后备电池使用时间: <math>\geq 60</math> 分钟</p> <p>1.1.2 RS232 接口, 以太网接口, 投影仪分屏接口。缆线防缠绕功能, 防止在推动机器过程中脚轮被环境中线缆缠绕。</p> <p>1.2 气源</p> <p>1.2.1 氧气: 具备安全保护装置, 支持低压时报警</p> <p>1.2.2 具有空气气源及接口</p> <p>1.2.3 快速充氧范围 <math>\geq 25\text{L/min}</math></p> <p>1.3 流量计</p> <p>1.3.1 电子流量计, 氧气、空气双气源, 流量通过呼吸机屏幕及数码管两种方式电子显示; 流量范围 0.1-15 l/min</p> <p>1.3.2 具备备用机械流量管, 流量范围 1-10 L/min, 保证在停电时能正常工作</p> <p>1.4 挥发罐</p> <p>1.4.1 双挥发罐的位置, 具有互锁装置, 标配一个同品牌原厂七氟醚挥发罐</p> <p>1.4.2 快速加药器式挥发罐, 既保证快速加药, 又保证无药物泄漏造成的浪费和环境污染</p> <p>1.5 呼吸回路</p> <p>1.5.1 模块化呼吸回路, 所有传感器及连接电缆内置在回路内; 所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装</p> <p>1.5.2 所有模块(含流量传感器)可耐受 134℃ 高温高压消毒避免院内交叉感染</p>

			<p>1.5.3 标配二氧化碳旁路系统,支持术中更换钠石灰罐,不用停机不会漏气</p> <p>1.5.4 内置冷凝功能,采用物理方式解决回路积水问题,采用水管理回路构造,智能引导水行进方向,保证回路不受积水影响</p> <p>1.5.5 智能回路系统,能识别和显示:正在使用回路类型、正在使用呼吸模式以及 CO2 吸收罐状态</p> <p>1.6 呼吸机</p> <p>1.6.1 应用范围:新生儿,儿童及成人等所有病人通气(提供注册证证明)</p> <p>1.6.2 用户可选择的全自检或部分自检功能,既能保证安全的使用,又能保证紧急抢救时的快速启动,可无限次跳过自检</p> <p>1.6.3 具备自动检测挥发罐程序,提示低压漏气情况</p> <p>1.6.4 提供辅助/控制/支持通气模式,标配: VCV、PCV、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro、PCV-VG、SIMV PCV-VG、手动通气、电子 PEEP。</p> <p>1.6.5 标配 VCV 模式下的心脏旁路功能,满足体外循环时的肺保护</p> <p>1.6.6 标配气流暂停功能,适用于机械通气和手动通气模式,通过一键式操作即可实现暂停新鲜气流和报警,暂停时间结束可自动回到之前模式,保证安全,方便术中吸痰,管位调整等操作</p> <p>1.6.7 潮气量范围:5-1500ml</p> <p>1.6.8 呼吸频率: 4-90 次/分钟</p> <p>1.6.9 吸呼比: 2:1 到 1:7</p> <p>1.6.10 最大吸气流速: <math>\geq 110</math> l/min+新鲜气体流量</p> <p>1.6.11 压力范围(压力模式): 5 到 60 cmH<sub>2</sub>O</p> <p>1.6.12 压力限制范围: 12 到 90 cmH<sub>2</sub>O</p> <p>1.6.13 标配具备窒息保护的 PSVpro 模式: 流速触发; 终末吸气流速调节吸、呼转换: 0%-60%峰值流速; 压力范围: 0, 2-40cmH<sub>2</sub>O; 窒息发生后 10—30 秒范围内可调启动 SIMV-PCV 安全模式,在 SIMV-PCV 状态下,如发现患者有自主呼吸出发,还可自动跳转回 PSVpro 模式.</p> <p>1.6.14 PEEP 范围: 关, 4 到 25 cmH<sub>2</sub>O</p> <p>1.6.15 具备流量静态以及动态实时自动补偿功能,补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差;</p> <p>1.6.16 智能化呼吸机,有防止错误设置功能,保证麻醉安全</p> <p>1.6.17 配三种工作模式: 通气模式、待机模式和心脏手术模式</p> <p>1.7 数字和波形监测</p> <p>1.7.1 监测参数: 吸入氧、空气流量、潮气量、分钟通气量、气道压(峰压、平台压、平均压、PEEP); 实时压力</p>
--	--	--	--

				<p>时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。</p> <p>1.7.2 标配的回路呼吸环监测功能，可检测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环；回路顺应性；气体流速。</p> <p>1.7.3 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息。</p> <p>1.7.4 智能报警限设置功能，可以根据手术参数运行情况智能给出报警限值参考，智能节约操作，提高效率。</p> <p>1.7.5 与主机一体化内置式麻醉气体模块；气体监测模块必须与麻醉机主机内置式一体化并可热插拔，无需关机重启，开机状态下即可更换；</p> <p>1.8 传感器</p> <p>1.8.1 吸入和呼出端各自独立的高精度抗变型加热流量传感器传感器可耐受 134℃ 高温高压消毒，减少医院维护负担，避免院内交叉感染。（提供流量传感器图片证明）</p>
5	宫腔镜系统	2	台	<p>设备技术参数要求：</p> <p>一、医用监视器技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ≥27 寸高清医用 LCD 监视器</li> <li>2. 分辨率 ≥ 1920 × 1080 像素</li> <li>3. 电源：外置电源：24V/6.67A</li> <li>4. 亮度：≥700cd/m<sup>2</sup></li> <li>5. 对比度：1000:1</li> <li>6. 可视角度：178° / 178°</li> <li>7. 响应时间：10ms</li> <li>8. 支持环出功能，可通过监视器输出连接到其他同信号监视器。</li> <li>9. 接口：DVI/RGB/VGA/SDI</li> </ol> <p>二、内窥镜摄像系统技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 分辨率：1920 × 1080 像素</li> <li>2. USB 移动存储接口，方便快捷的录制手术视频 和存储图片。</li> <li>3. DVI、SDI 视频输出，外部显示设备连接更自由方便。</li> <li>4. 摄像主机支持最大 2.5 倍数字放大。</li> <li>5. 摄像主机具有图像调整、图像放大、手术场景选择、曝光选择等功能。</li> <li>6. 可通过摄像头手柄按键操作录像、拍照、白平衡等功能。</li> <li>7. 摄像头采用低功耗设计，连续运行恒温不发烫。</li> <li>8. 摄像主机具有抗干扰能力，能够有效滤除电刀等高频设备干扰。</li> <li>9. 摄像主机具备曝光控制功能</li> <li>10. 摄像主机具备色彩饱和度增益调节</li> <li>11. 摄像主机具备自动亮度增益。</li> <li>12. 三组 CMOS 传感器或三组其他。</li> <li>13. 视频输出信号：</li> </ol>

			<p>1 路 DVI 输出接口，分辨率为 1920×1080P060fps。 1 路 SDI 输出接口，分辨率为 1920×1080P060fps。</p> <p>14. 摄像系统运行时，信噪比≤62dB。</p> <p>15. 最高防水级别 (IPX7) 摄像头</p> <p>三、医用内窥镜冷光源技术参数</p> <p>1. 光源采用 LED 做为发光体；</p> <p>2. LED 光源模组 (功率≤100W) 做为发光体。</p> <p>3. LED 光源模组在正常使用的情况下寿命为&gt;20000h。</p> <p>4. 亮度调节：亮度调节至少 10 档可调。</p> <p>5. 照度：≥3000000Lux（最大中心照度）</p> <p>6. 热熔导光束，光缆长度&gt;3m。</p> <p>7. 连续运行模式。</p> <p>8. 简洁的界面设计，操作更便捷。</p> <p>9. 整机噪声： ≤55dB A</p> <p>10. 冷光源的相关色温≥5000K；</p> <p>四、腔镜灌注泵技术参数</p> <p>1. 设备运行平稳，噪声小</p> <p>2. 工作压力及流量由电脑自动控制，过压时电脑将自动切断电源停止工作，当压力回复正常时仪器将自动进入正常工作状态，控制装置安全可靠</p> <p>3. 压力设定范围：(15mmHg-200mmHg)</p> <p>4. 流量设定范围：0.1-0.5L/min</p> <p>5. 压力调节步长：1mmHg</p> <p>6. 运行方式：间歇加载连续运行</p> <p>五、直管宫腔镜技术参数</p> <p>1. 内镜镜体全部采用进口不锈钢管</p> <p>2. 窥镜采用进口光学玻璃、光钎、光锥</p> <p>3. 带有方向标</p> <p>4. 直管官腔镜：直径≤Φ3.0mm, 长度≤302mm</p> <p>5. 外鞘：直径≤18Fr, 工作长度≤216mm</p> <p>6. 内鞘：直径≤16Fr, 工作长度≤225mm</p> <p>六、电切镜技术参数</p> <p>1. 内窥镜镜体全部采用不锈钢管</p> <p>2. 窥镜有光学玻璃和光钎组成</p> <p>3. 内窥镜带有方向标，广角</p> <p>4. 可高温高压消毒灭菌</p> <p>5. 内鞘可 360 度旋转，与外鞘可持续保持进出水垂直对流。</p> <p>6. 内窥镜：直径≤4mm, 工作长度≤302mm</p> <p>7. 外鞘：直径≤26Fr, 工作长度≤180mm</p> <p>8. 内鞘及闭孔器：直径≤24Fr, 工作长度≤200mm</p> <p>9. 可连接 STORZ、WOLF 光缆</p> <p>七、等离子手术设备</p> <p>1. 主机界面采用 LCD 液晶屏显示，可同时显示：动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字。</p>
--	--	--	---

				<p>2. 显示界面具有凝血模式或切割模式，，黄区(切割)功率&lt;240W;蓝区(凝血)功率≤120W:插入不同功能的刀头黄区和蓝区分别显示不同的功率。</p> <p>3. 主机额定输出频率≥200KHz。</p> <p>4. 主机采用全智能数字控制电路，须具备以下功能</p> <p>①主机工作可提示工作能量输出状态</p> <p>②具有各种手术刀头识别和超负荷保护功能。</p> <p>5. 主机具有双极电切和电凝的手术功能。</p> <p>6. 主机具有可自动识别各种型号刀头对应的切割和凝血输出功率，无需手调，避免功率输出有误。</p> <p>7. 使用双脚踏开关，分别控制切割和凝血开关。</p> <p>8. 电击防护: I 类，BF 型</p> <p>八、宫腔镜系统配置</p> <p>1. 摄像主机系统 1 套</p> <p>2. 膨宫泵 1 台</p> <p>3. 宫腔镜 2 套</p> <p>4. 电切镜 1 套</p> <p>5. 等离子手术设备 1 套</p>
6	腹腔镜系统	1	台	<p>设备技术参数要求:</p> <p>一、主机系统</p> <p>1. 输出分辨率为≥1920 ×1080</p> <p>2. 图像传感器采用≥2 个 CMOS 设计;</p> <p>3. 具有 USB 视频存储接口,主机内置静态图片及动态图像抓取模块,可术中记录 1920 ×1080 分辨率视频及图片;</p> <p>4. 摄像头具有≥3 个功能遥控按钮;可控制白平衡、录像、拍照功能;</p> <p>5. 视频信号输出制式为标清,全高清;</p> <p>6. 信号输出包括: HDTV 信号: HD-SDI*1 个、DVI-D*1 个,最高分辨率可达 1920*1080P; SDTV 信号: 复合视频信号 S-Video; 。</p> <p>7. 摄像系统通过系统设置实现如下功能: 选择手术场景、图像调整、曝光模式选择.</p> <p>8. 内置手术模式≥4 种;</p> <p>9. 基础亮度调节≥4 级;</p> <p>10. 自动亮度调节≥5 级;</p> <p>11. 具备 3 档图像电子放大功能,可支持 3 倍电子放大;</p> <p>12. 红色/蓝色增益补偿调节≥20 级;</p> <p>13. 色彩饱和度增益调节≥20 级;</p> <p>14. 图像画面上下、左右 180° 旋转可调</p> <p>15. 具有自动白平衡功能。</p> <p>16. 摄像头采用分体式设计, 32mm 变焦光学卡口,可根据不同 科室手术需求进行更换;</p> <p>二、冷光源系统</p> <p>1. 采用 LED 光源;</p> <p>2. 光源主灯平均连续使用寿命: ≥20000 小时;</p>

			<p>3. 色温：5000K；</p> <p>4. 冷光源的输出总光通量应<math>\geq 14001\text{m}</math>；</p> <p>5. 可手动调节光源亮度，至少 10 档可调。</p> <p>6. 光输出最大中心照度<math>\geq 3200000\text{LX}</math>，确保照明充足；</p> <p>7. 冷光源支持过电流与过电压保护，防止设备发生 短路时保护设备及人员使用安全。</p> <p>三、腹腔镜</p> <p>1. 工作长度为<math>\geq 300\text{mm}</math>；</p> <p>2. 工作直径为 10mm；</p> <p>3. 视场角：<math>\geq 70^\circ</math>；</p> <p>4. 景深：3-150mm；</p> <p>5. 设计光学工作距处时，中心角分辨力：<math>&gt; 7.0\text{C}/(^{\circ})</math>；</p> <p>6. 支持高温高压灭菌或低温等离子灭菌<math>\geq 500</math> 次；</p> <p>7. 视野方向为 <math>0^\circ</math> 或 <math>30^\circ</math>；</p> <p>8. 内窥镜在工作视场形状下单位相对畸变的控制量 应<math>\leq 3\%</math>；</p> <p>9. 在有效景深范围内检查，其边缘均匀度<math>\leq 3\%</math>；</p> <p>四、监视器</p> <p>1. 监视器尺寸：<math>\geq 27</math> 英寸；</p> <p>2. 显示器对比度：<math>\geq 1000:1</math>；</p> <p>3. 最大亮度：<math>\geq 700\text{cd}/\text{m}^2</math>；</p> <p>4. 分辨率<math>\geq 1920*1080\text{P}</math>, 高清图像显示；</p> <p>5. 视频输入接口:具有 DVI、SDI、VGA、RGB 等多种高清接口；</p> <p>6. 视角为水平<math>\geq 178^\circ</math>，垂直<math>\geq 178^\circ</math>；</p> <p>7. 具备环出功能。</p> <p>五、气腹机</p> <p>1. 最大流量<math>\geq 30</math> 升/分钟；</p> <p>2. 具备气腹针模式，有效避免在使用气腹针时流速过大，损伤腔内脏器；</p> <p>3. 最大压力：30mmHg；</p> <p>4. 双路安全检测功能及保障系统；</p> <p>5. 具有声光多种自动报警提示；</p> <p>6. 大屏幕液晶显示：包括预设的和实际的流量及压力；</p> <p>7. 两种操作模式：具有气腹针模式和手术中模式；</p> <p>8. 自动泄压系统以防止压力过高。</p>
<p>注：1. “高端彩色多普勒超声诊断仪（心脏机）”为七标包的核心产品。核心产品，不同投标人所投相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的按 1 家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；如果得分相同的，依据报价最低的，获得中标推荐资格。</p> <p>2. 标“▲”为本标包重要参数。</p>			

### 三、商务要求

1、供货地点：采购人指定地点。

2、合同履行期限：合同签订之日起 60 天。

3、质量要求、质保期、验收标准

质量要求：合格。

质保期：自验收合格之日起 2 年。

验收标准：达到行业标准及采购人验收要求。

4、配置要求：满足招标人及采购人要求

标包	设备名称	其他配置要求
七标包	高端彩色多普勒超声诊断仪（心脏机）	1. 提供免费的装机、调试、装机性能验证、人员培训。 2 提供设备配套使用的高清工作站 1 套，电动检查床 1 张并具有自动卷纸功能，专业检查椅 1 把。 3 提供停电后可供设备正常持续使用 $\geq 30\text{min}$ 的备用电源。 4 与医院 his、pacs 系统兼容并提供相应端口。
	DR（悬吊式）	1. 提供免费的装机、调试、装机性能验证、人员培训。 2. 提供设备配套使用的工作站，4M 竖屏 1 台。 3. 提供停电后可供设备正常持续使用 $\geq 30\text{min}$ 的备用电源。
	麻醉机（高端）	提供设备配套使用的工作站，提供停电后可供设备正常持续使用 $\geq 30\text{min}$ 的备用电源。
	麻醉机	1. 提供免费的装机、调试、装机性能验证、人员培训。 2. 提供设备配套使用的工作站。 3. 提供停电后可供设备正常持续使用 $\geq 30\text{min}$ 的备用电源。
	腹腔镜系统	1. 国产台车； 2. 显示器高度可调； 3. 多层设计，可满足不同腔镜主机摆放需求。

## 第四部分 采购合同（仅供参考）

### 商务及合同主要条款

甲方： 延安市卫生健康委员会

乙方： \_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的相关规定，经甲乙双方协商，就 延安市卫生健康委员会医疗设备采购项目 达成协议如下：

#### 一、合同概况

1. 合同项目名称： 延安市卫生健康委员会医疗设备采购项目

2. 合同总价款： \_\_\_\_\_

#### 二、供货内容及交货地点

1. 供货内容： \_\_\_\_\_

2. 供货地点： 采购人指定地点

#### 三、合同履行期限、质保期、质量标准

合同履行期限： 合同签订之日起 60 天

质保期： 自验收合格之日起 2 年。

质量标准： 合格

验收标准： 达到行业标准及采购人验收标准

#### 四、甲方的责任和义务

1. 甲方在采购内容到达指定地点并安装调试完成后，组织相关部门及专家进行联合验收并签署验收单；

2. 甲方在完成验收后，按合同约定支付货款。

## 五、乙方的责任和义务

1. 乙方提供的货物必须符合国家相关产品质量标准和招标文件中的要求；
2. 乙方负责在货物验收时保证质量符合甲方要求；
3. 供货期间产生的所有费用由乙方负责；
4. 经甲方验收合格后，乙方向甲方移交相关设备资料；
5. 该项目所提供的货物，乙方必须保证在质保期内提供免费更换或维修服务。

## 六、付款安排

甲方在货物验收合格后，一次性支付乙方合同总价款的 85%；自验收合格之日起满一个年度后，甲方支付乙方合同总价款的 5%；自验收合格之日起满两个年度后，甲方支付乙方剩余款项。

## 七、合同变更

本合同在双方协商同意的情况下可以变更，具体事宜双方协商确定后签订书面变更、补充协议，本合同和变更、补充协议应当和招标文件的实质性内容保持一致。

## 八、违约责任

1. 乙方未按期交付货物的，每迟延 1 日扣减合同总价款 1%，迟延违约金总额不超过合同总价的 10%；迟延超过 30 日的，甲方有权解除合同。
2. 乙方所交付货物的品种、质量等不符合标准的，甲方有权拒收。

## 九、质量保证

1. 乙方保证按合同规定的品种、数量、参数提供货物；
2. 本合同规定货物质量标准以及售后服务均按原厂标准执行。质保期内，乙方承担免费更换或维修义务，但因甲方人为因素损坏除外；质保期内经确定，因质量问题给使用单位造成的损失，由乙方承担。

## 十、解决合同纠纷方式

如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决，协商不成，可向延安市宝塔区人民法院提起诉讼。

未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式\_\_\_\_份，甲方\_\_\_\_份，乙方\_\_\_\_份。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

或授权代表：

或授权代表：

地 址：

地址：

电话：

电话：

传真：

传真：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注：本合同条款仅供参考，具体事宜中标后双方协商确定。

## 第五部分 投标文件格式

- 1、提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请仔细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。
- 2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。
- 3、全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。

项目编号:2024--YAXC-019

(正本或副本)

# 延安市卫生健康委员会医疗设备采购项目 (\_\_\_\_\_标包)

## 投 标 文 件

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 目 录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、投标保证金交纳凭证
- 五、技术参数响应偏离表
- 六、商务及合同主要条款响应说明
- 七、法定代表人证明书与授权书
- 八、资格证明文件
- 九、投标方案
- 十、其他资料

## 一、投标函

延安市卫生健康委员会：

我公司收到\_\_\_\_\_（项目名称及标包）的招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1. 按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的货物和全面技术、售后服务保障；
2. 如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务；
3. 我方提交的投标文件共\_\_\_份，其中正本\_\_\_份，副本\_\_\_份，及电子版投标文件（U盘）\_\_\_份；
4. 我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力；
5. 同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料；
6. 我方的投标文件在递交投标文件截止之日起计算有效期为\_\_\_\_\_日历天；
7. 所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

二、开标一览表

项目名称及标包：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

单位：元

报价内容 投标人名称	投标总报价（元）	合同履行期限	质保期	质量要求
投标报价（元）大写：				

投标人（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 三、分项报价表

项目名称及标包：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_

序号	产品名称	型号	单位	数量	单价（元）	合计（元）	品牌（如有）	厂家	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
...									
总计：（大写）						（小写）¥：			

注：此表仅供参考，表中的“总价”应与“开标一览表”中的“投标总报价”一致，各子项分别报价。

投标人（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### 四、投标保证金交纳凭证或保函

后附银行开户许可证

## 五、技术参数响应偏离表

项目名称及标包：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_

序号	名称	招标文件 技术需求	投标文件响应技术指标	偏离情况	偏离说明

注：请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“招标内容及技术要求”，认真填写本表。偏离情况填写：正偏离、负偏离、无偏离，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

投标人（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 六、商务及合同主要条款响应说明

项目名称及标包：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_

序号	招标文件要求	投标文件实际数据	响应说明

说明：

投标文件根据招标文件第四部分商务及合同主要条款须如实填写（实际数据不得复制招标文件商务条款）。偏离情况填写：正偏离、负偏离、无偏离。如果不填写，则默认为无偏离。

投标人（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 七、法定代表人身份证明与授权委托书

### 法定代表人身份证明

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

（后附法定代表人身份证正反面）

法定代表人身份证复印件	法定代表人身份证复印件
-------------	-------------

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法 定 代 表 人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 法定代表人授权委托书

延安市卫生健康委员会:

本授权书声明：注册于（工商行政管理局名称）之（委托单位全称）的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称及标包）（项目编号：                                ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

本授权书自签发日期起计算有效期为\_\_\_\_\_日历天。

委托单位（盖单位公章）：\_\_\_\_\_ 法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

签发日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：被授权人（签字）：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

联系地址: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

法定代表人/被授权人身份证复印件

法定代表人身份证复印件	被授权人身份证复印件
法定代表人身份证复印件	被授权人身份证复印件

说明:

1. 本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十日历天。
2. 授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

## 八、资格证明文件

(一) 基本资格条件：投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致：\_\_\_\_\_（采购人）

本公司\_\_\_\_\_（公司名称）参加\_\_\_\_\_（项目名称及标包）的投标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于投标人的资格要求：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加采购的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：      年    月    日

## （二）特定资格条件

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；

3、投标人提供 2022 年或 2023 年，任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；

4、税收缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；

5、社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

6、投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；

7、所投产品如属于医疗器械应出具医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；

8、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以上内容提供承诺书）；

9、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；

10、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

11、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

12、投标保证金：提供投标保证金银行转账或电汇凭证或保函并确保投标文件递交截止时间前到达招标文件指定账户；

13、本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。

**注：以上资料按顺序提供。**

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；

### （1）法定代表人身份证明

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

（后附法定代表人身份证正反面）

法定代表人身份证复印件	法定代表人身份证复印件
-------------	-------------

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法 定 代 表 人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## (2) 法定代表人授权委托书

延安市卫生健康委员会:

本授权书声明：注册于（工商行政管理局名称）之（委托单位全称）的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称及标包）（项目编号：                                ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

本授权书自签发日期起计算有效期为 日历天。

委托单位（盖单位公章）：\_\_\_\_\_ 法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

签发日期:        年    月    日

附：被授权人（签字）： 性别： 职务：

联系地址: \_\_\_\_\_

联系电话: 传真:

法定代表人/被授权人身份证复印件

法定代表人身份证复印件	被授权人身份证复印件
法定代表人身份证复印件	被授权人身份证复印件

说明:

1. 本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十日历天。
2. 授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、投标人提供 2022 年或 2023 年，任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；

4、税收缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；

5、社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年已缴纳的任意 1 个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

6、投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；

7、所投产品如属于医疗器械应出具医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；

8、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以上内容提供承诺书）；

## 信用承诺书

延安曦程项目管理有限公司：

我方作为《（项目名称及标包）》（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标人，在此郑重声明：

1. 我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）中国执行信息公开网失信被执行人名单。

2. 我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）信用中国网重大税收违法失信主体名单。

3. 我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单（被财政部门禁止参加政府采购活动）。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

9、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；

## 控股管理关系

1、投标人在本项目投标中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：\_\_\_\_\_。

我单位的上级管理单位有\_\_\_\_\_。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有\_\_\_\_\_。

我单位被\_\_\_\_\_单位控股。

3、非采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：\_\_\_\_\_

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

10、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

### 书面声明

在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中\_\_\_\_\_（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

11、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

### 履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：\_\_\_\_\_（招标人）

作为本次政府采购活动的投标人，本公司郑重承诺：具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

12、投标保证金：提供投标保证金银行转账或电汇凭证或保函并确保投标文件递交截止时间前到达招标文件指定账户；

13、本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。

## 非联合体投标承诺书

致：\_\_\_\_\_（招标人）

我公司郑重承诺:我公司参加本次招标活动，具备独立实施能力，属于非联合体投标。如承诺不实，我公司愿意承担相应责任。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 九、投标方案

### 一、技术方案

格式自定，参照招标文件《评标方法和程序》各条款的要求，结合《招标内容及要求》编制投标方案，内容应包括所投标货物的详细说明、质量保证和售后服务方案等。按照顺序编写包括但不限于以下内容：

- 1、供货方案
- 2、质量保证
- 3、售后服务方案
- 4、培训方案

## 二、商务方案

- (1) 企业实力；
- (2) 业绩；
- (3) 货物渠道的合法证明材料；
- (3) 有必要说明的商务事宜。

## 十、 其他资料

（投标人认为有必要提供的其它材料）

## 1、参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2、不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3、不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料

谋取中标、成交；

4、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5、不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

6、不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7、不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8、不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

投标人：\_\_\_\_\_（公 章）

法定代表人或被授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 2、中小企业声明函（货物）

本公司\_\_\_\_\_郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称及标包）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 3、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

#### 4、监狱企业证明

注：由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局出具。格式自拟。

## 5、投标人认为需要的其他资料