

商洛市财政局文件

商财办采〔2025〕9号

商洛市财政局投诉处理决定书

一、项目编号：GZJY-SL-202519

二、项目名称：商洛市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目(QX600荧光定量PCR仪设备采购)

三、相关当事人：

投诉人：陕西悦洋生物仪器设备有限公司

地 址：陕西省咸阳市杨陵区

被投诉人1：国正聚源工程咨询集团有限公司

地 址：商洛市商郡城北门3号楼二单元101室

被投诉人2：商洛市动物疫病预防控制中心

地 址：商洛市商州区商中路22号

联系人: 商洛市动物疫病预防控制中心

相关供应商: 陕西征途生物科技有限公司

地 址: 西安市雁塔区科技西路2825号

四、基本情况

2025年5月26日, 投诉人就商洛市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目 (QX600荧光定量PCR仪设备采购) 提起投诉。

投诉事项1:

(1) 96孔x0.1ml快速模块, 该品牌实际彩页资料为, 96孔x0.2ml快速模块; 不满足招标参数, 为虚假参数应标。

(2) 最高升降温速率 $29^{\circ}\text{C}/\text{秒}$, 该品牌实际彩页资料为, 最大 $8.4^{\circ}\text{C}/\text{秒}$; 不满足招标参数, 为虚假参数应标。

(3) 支持的染料: FAM"/SYBR"/Green, VIC/JOE"/HEX/TET, ABY/NED"/TAMRA"/Cy3, JUN, ROX"/Texas Red, Mustang Purple, Cy5/LZ, Cy5.5采用检测光滤光片分光, 荧光通道开放, 用户可自行添加荧光种类, 该品牌实际彩页参数为, FAM/SYBRGreen, MC/HEX/JOE/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy3, ROX/Texasrad/Cy3.5, Cy5/LZ/Alexa633, Cy5.5/LightCycler Red; 不满足招标参数, 为虚假参数应标。

(4) 通道数: 开放6荧光通道, 21种荧光组合可对多至6个靶点进行多重分析, 该品牌实际彩页资料为, 6通道, 可实现6重荧光检测, 不满足招标参数, 为虚参数应标。

投诉事项2:

(5) 本项目采购要求: 具有6个独立控制的数码温控区域, 每个区域可独立设置温度梯度, 该产品彩页中明确“内置3个独立校准的超高精度温度”。不满足招标参数, 为虚假参敬应标。

(6) 具有云服务器平台, 可实现不同使用者随时随地进行数据分析和分享。同时具有管理员权限, 简化管理流程, 该品牌宣传彩页文件未体现任何参数信息, 该公司不具备相应功能; 不满足招标参数, 为虚假参数应标。

(7) 本次采购需求台式电脑1台, 原装DELL, i7处理器, 500GBx2硬盘, 16GB内存, 100/1000M网络接口(不低于此配置), 该产品彩页中“单机模式: 无需电脑独立运行”。

五、处理依据及结果

针对投诉事项, 本机关依法调阅相关资料, 并组织召开了专家质证会, 要求被投诉人提供投诉事项的佐证资料。被投诉人未在规定时间内提供相关佐证资料。依据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第二十五条及第三十二条第(二)项之规定, 本机关作出如下处理决定, 本项目中标或成交结果无效。采购人重新开展采购活动。

六、其它补充事项

如不服本处理决定, 可在本处理决定书送达之日起60日内向商洛市人民政府申请行政复议或者在6个月内向有管辖权的人民

法院提起行政诉讼。



(此件依申请公开)

抄送：商洛市动物疫病预防控制中心、国正聚源工程咨询集团有限公司、
陕西征途生物科技有限公司

商洛市财政局党政办公室

2025年7月25日印发
