

采购清单

采购单位		陕西省人民医院			备案函号		ZCBN-省本级-2025-11913	
项目名称		两院区2025年度医疗设备检定、校准技术服务采购项目						
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 650,000.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他服务	1. 强检医用计量器具登记 2. 强检设备计量检定 3：非强检设备计量检定/校准。	650,000.00	1	年	650,000.00	技术参数 （一）服务项目 1. 强检医用计量器具登记 协助服务方，以国家市场监督管理总局的要求为标准完成全院强检医疗设备在中国电子质量监督（e-CQS）系统上的登记造册，要求在合同签订后10日内完成。 2. 强检设备计量检定 根据强检系统分配情况，协调联系相关检定单位，按年检时限对全院强检医用设备进行计量检定，要求在登记造册后10日内完成。内容清单如下： 检定项目台件数如下： 序号 设备名称 数量（台） 1 CT 9 2 DR 8 3 DSA 11 4 无创血压计 15 5 水银血压计 296 6 听力计 5 7 验光仪 6 8 电脑验光曲率计 1 9 镜片箱 7 10 医用活度计 3 11 心电图仪 147 12 脑电图仪 7 13 多参数监护仪 1326 3：非强检设备计量检定/校准。 服务方应按时对医院提供的需要计量检定/校准的医疗设备按校准规范进行计量检定/校准。要求在完成强检计量器具检定后10天内完成。检定/校准项目台件数如下： 序号 设备名称 数量（台） 1 医用核磁共振 7 2 婴儿培养箱 77 3 超声设备 70 4 心脏除颤器 65 5 高频电刀 37 6 呼吸机/麻醉机 194 7 血液透析机 78 8 输液泵、注射泵 1936 9 X、Y剂量仪 2 10 表面污染测量仪 2 11 多功能剂量仪 2 12 电气安全分析仪 1 13 多通道输液设备分析仪 1 14 呼吸质	

							控制仪 1 15 生命体征模拟仪 1 16 高频电刀质量分析仪 1 17 无创血压模拟仪 1 18 放射治疗用电离室剂量计 2 19 气体报警器 32 （二）技术服务要求 1. 按照计量法、计量检定规程和计量校准规范开展工作，并提供符合主管部门要求的结果报告。 2. 医院提供现场工作条件，并统筹协调临床科室检测时间。服务方制定技术方案，提供检定、校准仪器设备的基标准器，并对所检定、校准的仪器负责。 3. 计量检定校准工作不得对外进行分包，如需分包，须征得医院同意，对检测过程中不符合技术规范要求的计量仪器，医院通过维修后再委托服务方重新检测，服务方不重复收费。 4. 对于非强检设备计量检定/校准清单外的台件数，依据分项报价表协商执行。 5. 本采购包含三项服务内容，任何一项服务未达到目标要求，均视为服务单位违约。 （三）质量要求 检定/校准工作和服务质量应满足实验室质量体系文件
2							
3							
4							
5							