

序号	标的名称	数量	技术指标及参数要求
1	超短波治疗仪	1 台	1、立式机型，液晶触摸屏+一键飞梭； 2、工作频率：40.68MHz； 3、额定输出功率： $\geq 150\text{W}$ ； 4、治疗时间：1~99min； 5、治疗模式：连续模式、断续模式、脉冲模式； 6、断续模式：占空比为 50%，脉冲频率 10~200Hz； 7、脉冲模式： 脉冲 1：频率 10~200Hz，脉宽 200~1000 μs ； 脉冲 2：频率 70Hz，脉宽 7143 μs ； 脉冲 3：频率 350Hz，脉宽 476 μs ； 脉冲 4：频率 15~240Hz，脉宽 500 μs ； 8、输出功率档位选择功能：P1-P6 六档可调； 9、使用电源：220V、50Hz； 10、安全要求：符合 GB 9706.1-2020、YY 0505-2012 的要求。
2	温热低周波治疗仪	1 台	1、通道数量：四通道，八个电极，治疗强度可单独调节； 2、电流类型：TENS 经皮神经电刺激、NMES 神经肌肉电刺激； 3、电流波型：双相对称脉冲； 4、输出及调制模式：连续输出，间歇输出、脉宽调制、频率调制； 5、电流强度：0-120mA，步进 1mA； 6、输出频率：1-150Hz，步进 1Hz； 7、输出脉宽：50-450 μs ，步进 10 μs ； 8、脉冲周期：6.67--1000ms； 9、可调时间：1-99min；

			10、便携手持式主机，使用交流电电源或者可重复充电电池供电，中文操作界面； 11、可锁定治疗列表； 12、可进行分段式治疗； 13、安全要求：符合 GB 9706.1-2020、YY 0505-2012 的要求。
3	便携式肌力测试与关节活动度计	1 台	1、尺寸：$\leq 95\text{mm}$ 长$\times\leq 73\text{mm}$ 宽$\times\leq 42\text{mm}$ 高； 2、重量：$\leq 250\text{g}$； 3、力传感器参数： （1）采样率：$\geq 225\text{hz}$； （2）负载能力：$\geq 1000\text{N}$ / $\geq 100\text{kg}$ / $\geq 220\text{ lbs}$ 加压； （3）力的测量精确度：$\leq 1\text{N}$； 4、动作传感器（IMU）参数：传感器类型：加速度计、陀螺仪和磁力计； 5、电气规格： （1）电池：内置锂离子可充电电池； （2）电池续航时间：有效使用时间≥ 10 小时； （3）充电方式：USB-C 连接线； （4）连接方式：蓝牙 5.0。