

# 采购清单

采购单位	陕西省人民医院		备案函号	ZCSP-省本级-2025-00957			
项目名称	医疗设备(YYZB2025-13)采购项目						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 2,950,000.00		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	体外循环设备	血液透析机等	2,950,000.00	1	批	2,950,000.00	一、单泵血液透析机参数 一、技术参数 1. △机身尺寸：机身宽度 ≤510 mm 深度 ≤640 mm 2. 设备使用年限： ≥7年 3. △供水：压力范围：1-6bar；温度范围：10 °C~30 °C。 4. 透析液流速：测量范围：300-700mL/min等 二、双泵血液透析机参数 一、技术参数 1. △机身尺寸：机身宽度 ≤510 mm 深度 ≤640 mm 2. 设备使用年限： ≥7年 3. △供水：压力范围：1-6bar；温度范围：10 °C~30 °C。 4. 透析液流速：测量范围：300-700mL/min。 5. 透析液温度：测量范围：33.0~39.0° C，具备超温保护等 三、体外心肺支持辅助设备 一、体外心肺支持辅助设备主机 △1.1主机：原装进口 1.2主机：可选择中文操作系统 △1.3主机重量： ≤7Kg，轻便适用于患者转运 1.4底座和显示屏整体化设计，便于临床操作及患者转运需求 △1.5转速范围：0-5000转/分钟 △1.6流量范围：0-9.99升/分钟 等 四、感觉神经定量检测仪 1、主要技术规格及参数 1.1振动电路电压性能，范围：0V~50V；步进：0.1 V；误差：±5%； △1.2振动头频率性能，频率：50Hz、64Hz、100Hz、128Hz等；频率误差：±3%； △1.3振动头加速度性能，振动加速度峰峰值范围：0~28m/s <sup>2</sup> ；振动加速度峰峰值误差：±10%等
2							

3							
4							
5							