

采购清单

采购单位		西安市第三医院			备案函号	ZCSP-西安市-2025-00237	
项目名称		西安市第三医院医疗设备一批采购项目					
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 490,000.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	医用电子生理参数检测仪器设备	呼吸睡眠监测仪	49,000.00	2	台	98,000.00	呼吸睡眠监测仪2台 主要功能或目标：用于睡眠呼吸暂停的筛查、难治高血压，特别是夜间高血压的病因筛查、阻塞性睡眠呼吸暂停性高血压的筛查 需满足的需求：1. 具有≥8导联监测参数：鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波形、胸/腹运动等。 2. 标配≥16G内存SD卡，配备读卡器，可连续记录≥100个病例数据。 3. 内置≥3000mAh可充电锂电池供电。 *4. ≥2.5寸TFT彩色显示屏，显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、体位、体动、胸/腹运动、日期时间、电量等参数。 *5. 内置高精度3D陀螺仪，用于监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数，。 6. 一键式操作，设备可佩戴。 7. 可连接到任意CPAP（无创正压呼吸机）。 8. 智能电脑自动分析软件，可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表。
2	医用电子生理参数检测仪器设备	心脏电生理刺激仪	98,000.00	1	台	98,000.00	心脏电生理刺激仪1台 主要功能或目标：用于急门诊阵发性室上性心动过速的终止治疗，和心脏电生理检查。 需满足的需求：1. 食管刺激 脉宽10ms，电压5～30V 2. 心内刺激 脉宽1 ms，电压0～8V（主机状态下） 3. R波感知灵敏度 体表≥1mv 4. 基础刺激S1S1连续 S1S1配对间期60ms～1999 ms 5. S1S1刺

							激频率30~1000次/分 6. S1S1定时时间 1秒 ~99秒 7. S1S1定数数量 1个~99个 8. S1S1起搏刺激 72次/分
3	医用电子生理参数检测仪器设备	动态血压记录分析仪	18,000.00	8	台	144,000.00	动态血压记录分析仪8台 主要功能或目标：长时程检测血压，诊断高血压、低血压等 需满足的需求：一、计算机1台 1、CPU不低于酷睿12代I5（可对标同级别的AMD） 2、内存≥16G 3、固态硬盘≥512G 4、一体机电脑、配无线键鼠套装 5、操作系统使用医院提供的win10系统 二、网络版分析软件部分： 1)专用血压网络系统数据库，软件支持SQL server数据库，充分利用医院现有的基础设施、设备、网络、信息技术资源； 2)*可以接收无线智能动态血压设备传输的数据，系统存储、分析、中转血压数据，数据分析； 3)满足HIS接口、电子病历接口、电子计费接口：支持主动获取、中间表等方式，实现预约登记，自动计费收取，诊断报告电子病历显示
4	医用电子生理参数检测仪器设备	动态心电图记录分析仪	15,000.00	10	台	150,000.00	动态心电图记录分析仪10台 主要功能或目标：长时程心电图记录分析，主要用于心律失常和心肌缺血、心肌梗死等诊断 需满足的需求：一、计算机1台 1、CPU不低于酷睿12代I5（可对标同级别的AMD） 2、内存≥16G 3、固态硬盘≥512G 4、一体机电脑、配无线键鼠套装 5、操作系统使用医院提供的win10系统 二、参数条款： 1、导联数目：12导联/3导联双模式记录，自动识别导联线类型； 2、记录时间：支持1-30天连续记录，记录天数可通过记录器参数设置；
5							