

采购清单

采购单位	太白县医院（太白县中医医院）			备案函号	ZCSP-太白县-2025-00008		
项目名称	太白县医院透析室建设						
财政拨款	¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00		
其他财政资金	¥ 638,000.00			保障性资金	¥ 0.00		
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	体外循环设备	太白县医院透析室建设	638,000.00	1	批	638,000.00	1. 设备要求：配置血液透析机2台、血液透析滤过机1台、血液透析制水系统（600L）1台、UPS电源1套。 2. 房屋改造要求：透析室增加氧气管道设备带，设备带建设符合国家相关标准；纯水机安装后对水质进行检测并保证质保期内水质检测合格，出具水质合格检测证书；房屋改造工程验收需符合消防及院感相关要求；水电改造符合国家相关标准。 3. 主要功能或目标：新建血液透析室以满足肾病患者的就医需求，提升我院医疗技术服务能力，该项目整体建设后验收需符合国家透析室建设相关要求。
2							
3							
4							
5							